

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751545948198								
Denumirea procedurii de achiziție: Recirculatoare bactericide (verticale)								
Autoritatea contractantă: IMSP SCM Gheorghe Paladi								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	33100000-1	Recirculatoare bactericide (verticale)	ORBB 30x6 Vertical	Ucraina	LLC BACTOSFERA	Recirculator Bactericid Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului din interior de virusi, bacterii, alergeni, alte microorganisme infectioase și substanțe nocive prin raze UVC în sala de operație, sala de proceduri, pansamente, laboratoare, holuri. Recirculatorului prevăzut pentru dezinfectarea aerului în prezența personalului și pacienților. Specificații tehnice recirculatorului - Dimensiuni - min 125x125x1030 mm - Greutate - min 4,6 kg - Suprafata camerei - pînă la 60 m2 - Lampă bactericidă - min 6 buc 30 W - Durata efectivă a lămpii - min 9000 h - Putere UV 254 nm - min 67,8 W - Dezinfectarea a 1 m³ aer - 30 sec - Debit de aer - 200 m³/h - Vârf de radiație UVC - min 254 nm - Indicatori de stare lampa – min 6 buc - Filtre de praf - min 2 buc - Material corp - metal	Recirculator Bactericid Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului din interior de virusi, bacterii, alergeni, alte microorganisme infectioase și substanțe nocive prin raze UVC în sala de operație, sala de proceduri, pansamente, laboratoare, holuri. Recirculatorului prevăzut pentru dezinfectarea aerului în prezența personalului și pacienților. Specificații tehnice recirculatorului - Dimensiuni - min 125x125x1030 mm - Greutate - min 4,6 kg - Suprafata camerei - pînă la 60 m2 - Lampă bactericidă - min 6 buc 30 W - Durata efectivă a lămpii - min 9000 h - Putere UV 254 nm - min 67,8 W - Dezinfectarea a 1 m³ aer - 30 sec - Debit de aer - 200 m³/h - Vârf de radiație UVC - min 254 nm - Indicatori de stare lampa – min 6 buc - Filtre de praf - min 2 buc - Material corp - metal	CE,ISO,Declaratie DM000624699 Rg04-000214 din 19.09.2023 de conformitate
Numele, Prenumele Stela POTINGA				În calitate de: Administrator				
Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								