

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

Numărul procedurii de achiziție		COP nr. 21084928/ ocds-b3wdp1-MD-1689334107750				Data: 07.08.2023	Alternativa nr.: _-
Obiectul achiziției:		Echipamente de laborator și accesorii , Universitatea de Stat din Moldova					Pagina: 1 din 1
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		4	5	6	7	8
Lot Nr. 14	(Institutul de Zoologie al USM)						
	Sistem complex de analiză genetică	MinION	Marea Britanie	Oxford Nanopore	conform cerintelor	vezi anexa tehncă, lot 14	DC
Lot Nr. 17	(Institutul de Zoologie al USM)						
	Centrifuga de laborator	NF200	Turcia	NUVE	Centrifuga medicinală cu viteza de rotație min. 300 rpm - max 4500 rpm care permite centrifugarea probelor în tuburi cu volum mic: 5 ml, 7 ml, 10 ml sau 15 ml. În set se vor regăsi tuburi conice de volumele indicate a câte 12 buc. Termen de garanție min. 1	Centrifuga medicinală cu viteza de rotație reglabila, max 6000 rpm, care permite centrifugarea probelor în tuburi cu volum mic: 5 ml, 7 ml, 10 ml sau 15 ml. În set se vor regăsi tuburi conice de 15 ml, si tuburi cu fund rotund pentru volumele 5, 7 si 10 ml a câte 12 buc. Termen de garanție min. 1	DC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL ____ Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2