

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769522064254 din 01.03.2026									
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (repetat)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Sistema de perfuzie cu presiune înaltă	Sistema de perfuzie cu presiune înaltă	4062957E	Germania	B.Braun	Sistema de perfuzie a soluțiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pînă la 4,5 Bar	Sistema de perfuzie a soluțiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pînă la 4,5 Bar *Conform broșură pagina 1	CE/DM000078256
33100000-1	10	Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc 7	Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc 7	42.16.10016	China	SCW Med cath	1. Seringă 150ml 2. Prevazută cu conector pentru fixarea racordului de presiune 3. Tub umplere 4. compatibil cu sistemului ”Medrad Marc 7 ”	1. Seringă 150ml 2. Prevazută cu conector pentru fixarea racordului de presiune 3. Tub umplere 4. compatibil cu sistemului ”Medrad Marc 7 ” *Conform broșură pagina 1	CE/DM000232462
33100000-1	17	Set seringă pentru angioma model Medrad avut în dotare	Set seringă pentru angioma model Medrad avut în dotare	42.16.10016	China	SCW Med cath	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile.	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000232462

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cojocar Vera**
Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**

În calitate de: **Administrator**