

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1758873042488/21481009 din 19.10.2025**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.25)**

Lot/ Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1/2	3	4	5	6	7	8
Lotul 8						
Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120	Intelect Mobile 2	SUA/ Franta	DJO/ Chattanooga	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120 este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Specificație Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen Frecvența de lucru diapazon minim 1-3 MHz Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Functia de comutarea automata a frecvenței obligatoriu Testarea automata da Suprafata de contact a sondei min. 5 cm2 Posibilitatea reglării puterii obligatoriu Timpul de tratament 1-30 min. Alarma finalizare tratament obligatoriu Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu Librarie de protocole interne de tratamant ≥ 30 Posibilitatea de creare a programelor de	Intelect Mobile 2 Ultrasound Da, Brosura Mobile 2, pag 5 Specificație Da, 7 inch, color, touch-screen, Brosura Mobile 2, pag 3 Da, 1-3 Mhz, Brosura Mobile 2, pag 7 Da, Brosura Mobile 2, pag 7 Da, la selectarea unui protocol anumit frecvența se schimba automat Brosura Mobile 2, pag 6 Da, Initialization, Manual Mobile 2, pag 21 Da, 5cm2, Brosura Mobile 2, pag 7 Da, 2W, 3W, 5W, s.a. Brosura Mobile 2, pag 7 Da, 30 min, Brosura Mobile 2, pag 7 Da, alarma auditive Da, Coupling audibly or visually, Brosura Mobile 2, pag 6 Da, SPS, Brosura Mobile 2, pag 4	Registrul de stat: DM000626921

				tratament de catre utilizator ≥ 50 Tensiune 220V 50Hz Accesorii Sondă cu suprafață de $\sim 1 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată; Sondă cu suprafață de $\sim 4-5 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată. (să se indice codul produsului) Gel contact, să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Da, custom protocol, Brosura Mobile 2, pag 4 Da, Brosura Mobile 2, pag 7 Da, sonda 1cm2 15-0140, Brosura Mobile 2, pag 7 Da, sonda 5cm2 15-0142, Brosura Mobile 2, pag 8 4248 gel , Brosura Mobile 2, pag 8 15-1136 Intelect Mobile 2 cart, Brosura Mobile 2, pag 7, 8	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav În calitate de: Director
Ofertantul: I.M. „Dutchmed-M” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21 oficiu S108