

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: oc ds-b3wdp1-MD-1679305327580 din 30.03.2023						
Obiectul achiziției: Consumabile pentru sterilizare (2 luni, permisiunea CAPCS)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Indicatoare 120°C, 45 minute, externe	Sterilan 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului – la livrare	CE
Indicatoare 120°C, 45 minute, interne	Sterilan UP 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului – la livrare	CE
Indicatoare 132°C, 20 minute, externe	Sterilan 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, externe *Certificat de calitate 5* Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, externe *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului – la livrare	CE
Indicatoare 132°C, 20 minute, interne	Sterilan UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, interne *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, interne *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului – la livrare	CE

Role - lățimea 75 mm, lungimea 200 m	DSR75200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI.	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului – la livrare	CE
Role - lățimea 100 mm, lungimea 200 m	DSR10200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI.	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului – la livrare	CE
Role - lățimea 150 mm, lungimea 200 m	DSR15200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI.	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului – la livrare	CE
Role - lățimea 250 mm, lungimea 200 m	DSR25200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI.	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Instrucțiunea de utilizare a produsului – la livrare	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Vladimir ROTARI

În calitate de: director

Ofertantul: Med-M SRL

--