

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21514542 din 19.12.2025

Obiectul de achiziție: Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028 (Partea 1)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 32						
Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa)	41.02.20114	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 65-70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 11/12 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11,5 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru - 11,5 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 18G*6.5cm Ghid metalic de securitate -- (0.038 " x60cm, J tip Dilatator 12Fx16cm Viteza fluxului sangvin - 195 ml/min.	DM000232497
Total lot 32						
Lotul 105						
Periuță de dinți pentru pacienți intubați	76.800.80.000	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, ambalată individual, pentru igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	Periuțe de dinți nesterile de unică folosință cu pastă de dinți integrată. Pasta de dinți îndeplinește cerințele regulamentului german privind cosmeticele. Ingrediente: pastă de dinți: esențe, glizerină, carboximetilceluloză-sodiu, codecil-sulfat de sodiu, benzol de sodiu, zaharină, dioxid de siliciu, apă neionizată, sulfat de sodiu, sorbitol, monofluor-fosfat de sodiu. Domeniu de aplicare: Adult Lungime: 16,5 cm Material (peri): Nylon Material (perie): Polistirol	ISO
Total lot 105						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

