

Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2
tel: (373-22) 54-91-21
fax (373-22) 54-91-21

BC “MAIB”SA suc.Tighina

Cod fiscal/TVA 1011600006913/0208325
Cod IBAN MD03AG000000022511654798

.....
...

**În atenția Grupului de Lucru
IMSP „Spitalul Clinic Bălți”**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, compania „Intermed-Service” SRL, care participă la procedura de achiziție publică de valoare mică nr. 21655733 / ocde-b3wdp1-MD-1784206568573 privind Servicii de deservire dispozitivului medical- Computer Tomograf pentru a.2026, desfășurată de IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, prezintă și confirmă următoarele:

1. Date despre participant:

Denumirea ofertantului: „Intermed-Service” SRL
Data înregistrării: 21.02.2011
Codul fiscal (IDNO): 1011600006913
Cod TVA: 0208325
Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2
Telefon/fax de contact: (373-22) 54-91-21
e-mail: intermed.service2011@gmail.com
Administrator: Beșirik Inga
Numărul de ani de experiență: 15 ani
Rechizite bancare: BC „MAIB” S.A., suc. „Constantin Tanase”, cod bancar: AGRNMD2X493, IBAN: MD03AG000000022511654798

2. Cerințe suplimentare:

1. Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante conform graficului stabilit;
2. În caz de urgență, specialistul se va prezenta la autoritatea contractantă timp de 24 ore;
3. Executorul se obligă:
 - Să efectueze controlul parametrilor tehnici;
 - Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic;
 - Să efectueze mentenanța preventivă, corectă, periodică și reparații de nivel înalt a dispozitivelor medicale;
 - Să îndeplinească formulare-model (fișa de mentenanță, jurnalul de gardă) după fiecare intervenție la dispozitiv;
 - Să instruiască personalul medical în privința exploatării corecte aparaturii medicale.
4. Controlul prin verificare a dispozitivelor medicale
 - Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea șuruburilor și prinderilor roților, etc.);
 - Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împământare, verificare întrerupători, etc.);

Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2
tel: (373-22) 54-91-21
fax (373-22) 54-91-21

BC "MAIB"SA suc.Tighina

Cod fiscal/TVA 1011600006913/0208325
Cod IBAN MD03AG000000022511654798

.....
...

- Verificarea protecțiilor interne care asigură funcționarea în condiții de siguranță ale aparatului;
- Verificare conectori și cabluri;
- Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare și din bateria de back up;
- Măsurarea rezistențelor diferitelor ansamble ale aparatului;
- Verificare și curățare filtre;
- Verificare și curățare ventilatoare de răcire;
- Verificare și calibrare ecran;
- Descărcare fișiere de loguri și erori;
- Verificare parametrii de protecție electrică conform EN 60601;
- Efectuarea procedurilor de testare/calibrare recomandate de producator;
- Evaluarea parametrilor definiției de performanță, prin examinare și testare;
- Verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.).
- Verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare;
- Eliminarea jocurilor la părțile mecanice;
- Curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare;
- Curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;
- Verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).
- Efectuarea testelor de calibrare.

5. Chemarea inginerului companiei se accepta în formă scrisă cât și telefonică. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb normale și speciale ale sistemelor nu sunt incluse. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.

După prestarea Serviciilor se va întocmi un Raport de Service cu descrierea lucrărilor efectuate, defectelor întâlnite și stadiul funcționalității echipamentului și eventual menținți cu piese de schimb ce urmează a fi înlocuite din contul beneficiarului.

3. Declarație privind obligativitatea prezentării Anexa nr. 23

După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

Data completării: 20.07.2026

Director „Intermed-Service” SRL
Inga Beșirik