

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 din 25.04.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 16.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1742569531039
din 25.04.2025

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 02.10.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 16.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 din 25.04.2025								
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insuțuților medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Coagulometru semi-automat	Coagulometru semi-automat	CA-02 Semi automatic coag instrument CA-02 (Coagulometru semiautomat)	China	Clindia	Descriere: Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sângelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului≥ 2 probe simultan Tip probăplasmăobligatoriu Teste: APTT obligatoriu FIBobligatoriu PTobligatoriu TTobligatoriu Data management: DisplayLCD sau LED Imprimantăobligatoriu Interfață PCobligatoriu Interfață LISobligatoriu Cititor bar codopțional	Coagulometru semi-automat Cod 151110 Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sângelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului≥ 2 probe simultan-Da, broșura "CA Coagulometer" pag.1 "Technical specifications" Tip probă plasmă obligatoriu-Da, broșura "User_manual_CA_02" pag.4 "CA coagulometer is widely used for plasma coagulation diagnostics" Teste APTT obligatoriu-Da, broșura "User_manual_CA_02" pag.4 "test parametr" FIB obligatoriu-Da, broșura "User_manual_CA_02" pag.4 "test parametr" PT obligatoriu-Da, broșura "User_manual_CA_02" pag.4 "test parametr" TT obligatoriu-Da, broșura "User_manual_CA_02" pag.4 "test parametr" Data management Display LCD sau LED-Da, broșura "CA Coagulometer" pag.1 "Display - back illuminated LCD" Imprimantă obligatoriu-Da, broșura "CA Coagulometer" pag.1"Automatic storage, printout calculation parameter curve" Interfață PC obligatoriu-Da, broșura "User_manual_CA_02" pag.6 "back view shows as figure "RS232"" Interfață LIS obligatoriu-Da, broșura "User_manual_CA_02" pag.6 "back view shows as figure "RS232"" Cititor bar cod -Nu	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000385952
13	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	EKT 175 LABORATORY / PHARMACY REFRIGERATOR	Turcia	EMSAS	Cod140710 DescriereFrigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. ParametrulSpecificația Configurațiemobil Capacitatea internă a camerei:≥ 200 și 300 litri≤ Număr de rafturi:≥ 4 Ușă: Număr1 Transparentăobligatoriu Mecanismblocare cu cheie Roți:≥ 4 Frâne:≥ 2 Lumină interiorobligatoriu Construcție interioarămaterial anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioarăcu acoperire anticorozivă Afișaj temperaturădigital Alarmer: acustică vizuală Răcireventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică:±2 °C Alimentare220 V, 50 Hz Refrigerentfără CFC / HCFC Zgomot< 48 dB Accesorii:coșuri tip serrar.	Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius.-DA, BROSURA "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. - DA, BROSURA "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.2 Parametrul Specificația Configurație mobil-Da Capacitatea internă a camerei 225 litri, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Număr de rafturi- 3, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3, + compania Biosistem MLD SRL Va oferi 1 raft suplimentar Gratuit. Ușă:Număr 1-DA, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Transparentă obligatoriu-Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Mecanism blocare cu cheie- Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Roți- 4, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Frâne- 2, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Lumină interior obligatoriu-Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3	ISO, CE Cod înregistrare

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

							Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare- Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă- Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Afișaj temperatură digital Alarmer- Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 acustică- Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 vizuală- Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Răcire ventilate- Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.2 Temperatura reglabilă +2°C... +8 °C- Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C - Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.2 Alimentare 220 V, 50 Hz- Da, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Refrigerent fără CFC, broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Zgomot -44 dB-- , broșura "EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure" pag.3 Accesorii coșuri tip sertar.-Da.	AMD DM000578862
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 din 25.04.2025							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
9	Coagulometru semi-automat	Coagulometru semi-automat	Bucată	1	13 950.00	16 740.00	13 950.00	16 740.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
13	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	Bucată	1	47 406.25	56 887.50	47 406.25	56 887.50			-	-
						TOTAL Oferta	61 356.25	73 627.50				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 din 25.04.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat
- Termenul de garanție pentru echipament este nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Este înregistrat în lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) cu numărul MD2024-10-EEE-049
- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite)

Data completării: 16.04.2025

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____

(semnătura)