

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1702018295997 | | | | | Data: 23.12.2023 | | |
|---|---|------------------------------|------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|
| Denumirea licitației: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (lista suplimentară nr. 37) | | | | | Pagina 1 din 1 | | |
| <i>Nr. Lot</i> | <i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i> | <i>Modelul articolu- lui</i> | <i>Țara de origine</i> | <i>Producătorul</i> | <i>Specificarea tehnică deplină</i> | <i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i> | <i>Standarde de referință</i> |
| 2 | Sterilizator min 40 L 270310 | DOVF-045-001 | Spania | LabBox | <p>Sterilizator minim 40 L Cod 270310</p> <p>Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Ventilație forțată, controlată electronic</p> <p>Construcție interioară oțel inox</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Regimuri de sterilizare programabile</p> <p>Protecție la supraîncălzire analogical digitală</p> <p>Alarmer acustică, vizuală</p> <p>Diagnostic automat cu afișarea codului erorii</p> <p>Volumul ≥ 40 l; Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior</p> <p>Temperatura 50 - 200°C</p> <p>Divergență față de temperatura setată $\leq 1^\circ\text{C}$</p> <p>Abatere timp ≤ 1 min</p> <p>Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min</p> <p>Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min; 120°C, 45 min</p> <p>Rezoluția de programare 1°C</p> <p>Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C</p> <p>Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C</p> <p>Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore</p> <p>Rafturi ≥ 2; Alimentare 200-240V, 50 Hz</p> | <p>Sterilizator minim 45 L</p> <p>Sterilizator cu aer uscat cu construcție interioară din oțel inox</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Ventilație forțată, controlată electronic</p> <p>Construcție interioară oțel inox</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Regimuri de sterilizare programabile</p> <p>Protecție la supraîncălzire analogical digitală</p> <p>Alarmer acustică, vizuală</p> <p>Diagnostic automat cu afișarea codului erorii</p> <p>Volumul 45 l</p> <p>Camera sterilizatorului menține steril instrumentele în interiorul camerei, fara orificii cu acces direct la exterior</p> <p>Temperatura 40 - 300°C</p> <p>Divergență față de temperatura setată $\leq 1^\circ\text{C}$</p> <p>Abatere timp ≤ 1 min</p> <p>Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min</p> <p>Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min; 120°C, 45 min</p> <p>Rezoluția de programare 1°C</p> <p>Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C</p> <p>Deconectare de avariere</p> <p>Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore</p> <p>Rafturi ≥ 2; Alimentare 220-240 V / 50-60 Hz.</p> | |

Valabilitatea ofertei - 120 zile

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**