

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754057085016	Data: 08/09/2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2026		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6	7	8
3310 0000-1	5	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,3 m² flux înalt (Codul produsului: OCI-HD13M)	CHINA	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice N ₂ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75	Dializator suprafața 1,3 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare prin iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice N ₂ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75 Catalog (pag.11) Facturare N1	DM000373361
3310 0000-1	6	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,5 m² flux înalt (Codul produsului: OCI-HD15M)	CHINA	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice N ₂ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Dializator suprafața 1,5 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare prin iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice N ₂ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67 Catalog (pag.11) Facturare N1	DM000373362
3310 0000-1	7	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,7 m² flux înalt (Codul produsului: OCI-HD17M)	CHINA	CHENGDU OCI MEDICAL DEVICES CO., LTD.	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice N ₂ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Dializator suprafața 1,7 m². Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare prin iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice N ₂ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 Catalog (pag.11) Facturare N1	DM000373364

3310 0000- 1	35	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L- 200 mm;	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L- 200 mm;	Set cateter Dublu Lumen pentru hemodializă 12 F, 20cm (Codul produsului: HCT10033)	TURCIA	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STL	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Dai Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 12 F, L-200 mm; Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Condiții de fabricare: material biocompatibil Condiții livrare: Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,95 x ≥500 mm Dilatator 12 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min. Catalog (pag. 1); TDS(pag 1-6) Facturare N1	DM000375834
--------------------	----	--	--	--	--------	---------------------------------------	---	--	-------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru In calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-Ia Burebista 23