

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21027148							din 15.08.2020	
Denumirea licitației: Utilaj medical Conform necesitatilor IMSP Dispensarul Municipal Dermato-Venerologic Chișinău							Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33190000-8		Lotul 2						
		Levenhuk MED D10T LCD Digital Trinocular Microscope	73987	SUA	Levenhuk, Inc.	5 megapixeli, rezoluție foto 2560x1920, rezoluție video 1280x720, ecran LCD – 9 tachi sceen cu rezoluție 1280x800, HDMI, USB, stocare informație 4G SD card, distanță interpupilară 48 – 75 mm, binocular cu înclinare 30 grade, focusare ajustabilă, mărire: x 4,x10, x 40, x 100, iluminare halogen 6V/30W cu luminozitate ajustabilă, condensor, filtre albastre și verde. Obțiuni - obiectiv plan acromaticx20, iluminare 50W/100W, obiectiv x 100 pentru câmp întunecat, kit fază contrast, condensor pentru câmp întunecat uscat și cu ulei 22V 50HZ manual utilizare română sau engleză, termen de garanție min. 2 ani.	Specificații Levenhuk MED D10T LCD - vezi anexa LOTUL 2. manual utilizare română sau engleză la moment livrării, termen de garanție 2 ani	ISO
		Total lot 2						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23