

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: [ocds-b3wdp1-MD-1758113719137](#)

Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea II)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 260						
Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Catetere de dilatare cu balon PTA Endo18	Turcia	SIMEKS TIBBI URUNLER SAN. VE TIC LTD STI	Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ø 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0/7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm	Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ø 2.0 - 8.0 mm; L: 20 - 220 mm Shaft 2–4 mm: 4F; 5–7 mm: 5F, 8mm: 6F; coaxial design Usable length 80, 130 and 150 cm Broșură atașată.	CE/numere de înregistrare AMDM sunt listate în Anexa 2
LOT 261						
Balon pentru pre și postdilatare periferică	Catetere de dilatare cu balon PTA Endo14	Turcia	SIMEKS TIBBI URUNLER SAN. VE TIC LTD STI	Balon de tip RX/OTW Rapid-Exchange, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,014” Lungime utilă: 150 cm . Markere cu baloane radioopace: iridiu platină presărată (2) • Diametrul arborelui proximal: 2.1F • Material arbore proximal: arbore hipotub din oțel inoxidabil cu lubrifiant strat • Diametrul arborelui distal: 3.6F (2.0-3.0 mm), 3.9F (3.5-4.0 mm) • Material diaft distal: Pebax / Nylon Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm Lungimi balon: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 mm (±10 mm) Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 15-16 atm. Diametrul shaftului compatibil cu 4 Fr,	Balon de tip RX/OTW Rapid-Exchange, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,014” Lungime utilă: 150 cm . Markere cu baloane radioopace: iridiu platină presărată (2) Diametrul arborelui proximal: 2.1F Material arbore proximal: arbore hipotub din oțel inoxidabil cu lubrifiant strat Diametrul arborelui distal: 3.6F (2.0-3.0 mm), 3.9F (3.5-4.0 mm) Material diaft distal: Pebax / Nylon Diametre balon: 1.5, 2; 2.5; 3; 3.5; 4, 5, 6, 7 mm Lungimi balon: 20, 30, 40; 60; 100; 120; 150; 220 mm Presiune nominală 8 atm.	CE/numere de înregistrare AMDM sunt listate în Anexa 1

					RPB: 16 atm. Diametrul shaftului compatibil 1.5–5 mm: 4F; 6–7 mm: 5F	
LOT 265						
Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Catetere de dilatare cu balon PTA Endo18	Turcia	SIMEKS TIBBI URUNLER SAN. VE TIC LTD STI	Balon de tip OTW. Acoperire hidrofilica. Profil vârf: 0,019" max. Profil de trecere: de la 0,029" până la 0,057" Compatibilitate ghid: 0,018". Compatibilitate introducător 4 Fr-5Fr (in dependenta de dimensiuni); Diametre disponibile balon de la 2 pina la 8 mm. Lungime utila cateter obligatorii: 100,140 si 150 cm (in dependenta de dimensiuni); Lungimi disponibile balon: 20,40,60,80,120,150,200 mm (in dependenta de dimensiuni); Presiune nominală 7 atm. RPB: 14-16 atm.	Balon de tip OTW. Acoperire hidrofilica. Profil vârf: 0,019" Profil de trecere: de la 0,029" până la 0,057" Compatibilitate ghid: 0,018". Compatibilitate introducător 2–4 mm: 4F; 5–7 mm: 5F, 8mm: 6F Diametre disponibile balon 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Lungime utila cateter obligatorii: 80,130,150 cm Lungimi disponibile balon: 20,30, 40, 60, 100, 150, 220 mm Presiune nominală 8 atm. RPB: 16 atm. Broșură atașată.	CE/numere de inregistrare AMDM sunt listate in Anexa 2
LOT 266						
Balon pentru CTO	Cateter de dilatare cu balon PTCA Simpass CTO	Turcia	SIMEKS TIBBI URUNLER SAN. VE TIC LTD STI	Cateter coronarian cu dilatare cu balon Cateter Rapid Exchange (RX) Compatibil cu cateterul de ghidare 5F NP: 6 atm RBP: 16 atm Semi-compliant: 10-15% 2 markeri radioopac metalici Pt/Ir Lungime utilizabilă a cateterului: 142 cm	Cateter coronarian cu dilatare cu balon Cateter Rapid Exchange (RX) Compatibil cu cateterul de ghidare 5F NP: 8 atm RBP: 16 atm Non-compliant 1 marker radioopac Lungime utilizabilă a cateterului: 142 cm Broșură atașată.	CE/numere de inregistrare AMDM sunt listate in Anexa 4
LOT 277						
Balon OTW pentru proceduri periferice	Catetere de dilatare cu balon PTA Endo18	Turcia	SIMEKS TIBBI URUNLER SAN. VE TIC LTD STI	Balon periferic recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 90 cm si 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm,	Balon periferic recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 80 cm, 130cm, 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si	CE/numere de inregistrare AMDM sunt listate in Anexa 2

				150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, in functie de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018". Acoperire hidrofilica: 31 cm. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 40mm, 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 220 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, in functie de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018". Acoperire hidrofilica: 31 cm. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 16 ATM. Broșură atașată.	
LOT 346						
Balon cateter pentru angioplastie periferica	Catetere de dilatare cu balon PTA Endo18	Turcia	SIMEKS TIBBI URUNLER SAN. VE TIC LTD STI	Balon cateter pentru angioplastie periferica destinat dilatarii leziunilor din sistemul vascular periferic, inclusiv din arterele iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee și infra-poplitee. Balon tip OTW compatibil cu ghiduri de 0,014" si 0,018", compatibil cu teci de 5Fr si 6Fr in dependenta de diametrul balonului. Balonul este unul semi compliant din nylon ce permite formarea zonelor de umflare controlata ale balonului, formind niste pernite controlate care distribuie presiunea uniform pentru a reduce leziunea vaselor de singe. Presiunea nominala - 6 si 9 ATM; RBP - 12 si 14 ATM Lungimi cateter -120cm, 135cm si 150 cm Diametre balon - 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm Lungime balon - 40mm, 80mm, 120mm,	Balon cateter pentru angioplastie periferica destinat dilatarii leziunilor din sistemul vascular periferic, inclusiv din arterele iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee și infra-poplitee. Balon tip OTW compatibil cu ghid 0,018" compatibil cu teci de 2–4 mm: 4F; 5–7 mm: 5F, 8mm: 6F Balonul este unul semi compliant din nylon ce permite formarea zonelor de umflare controlata ale balonului, formind niste pernite controlate care distribuie presiunea uniform pentru a reduce leziunea vaselor de singe. Presiunea nominala - 8 ATM; RBP - 16 ATM Lungimi cateter -80 cm, 130cm si 150 cm Diametre balon - 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm Lungime balon – 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 100mm, 150mm, 220mm Broșură atașată.	CE/numere de inregistrare AMDM sunt listate in Anexa 2

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
In calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL ,

Adresa

Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău