



"LABROMED LABORATOR" SRL

str. Cuza Voda 30/1, mun. Chișinău

2060, Rep. Moldova

Cod fiscal: 1012600001177

Cont de decontare: 2251909930

în BC Moldindconbank SA, fil. Centru

Cod bancar: MOLDMD2X309

Tel: +(373) 22 000824 Fax: +(373) 22 000823

Data: 27.01.2021

Certificat de calibrare nr. 1679

Proprietar aparat: IP Telenești

Data calibrării	Aparat	Seria	Gaz etalon	Rezultatul calibrării, mg/l
27.01.2021	Dräger Alcotest 6820	ARNH-0415	260,5 ppm Eth/N ₂ (0,476 mg/l BrAC) gaz uscat	Indic. iniț.: 0.432 mg/l. Indic. final: 0.476 mg/l.

Teste efectuate/contorizate : până la intrare în service - 148, la ieșire - 148.

Teste (suflări) până la următorul service: nelimitat.

Echipamentul a fost calibrat și testat după valorile de măsurare în conformitate cu specificațiile tehnice ale producătorului. Termenul limită până la următoarea calibrare este de 182 zile. Următoarea calibrare recomandată – pe 28.07.2021.

Corneliu Gherman

Șef al Serviciului Tehnic și Certificare,
Labromed Laborator SRL

