



Firmamız, Ürün Ölçü ve Özelliklerini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Güncel Bilgileri Web Sitemizden Takip Edebilirsiniz.
Our company has the right to change the product dimensions and specifications. You can follow up the latest information from our website.

TM-A 1021 JİNEKOLOJİK MUAYENE KOLTUĞU (ÜÇ MOTOR) GYNAECOLOGICAL EXAMINATION CHAIR (THREE MOTOR)

STANDART DONANIM VE ÖZELLİKLER

- Sırt ayarı.(motorlu)
- Yükseklik ayarı.(motorlu)
- Trendelenburg ayarı.(motorlu)
- El kumandası
- Ayakucu. (çıkarılabilir)
- Deri (vinlex) yatak platformu.
- Atık toplama kabı. (paslanmaz çelik)
- Diz destek aparatı. (poliüretan)
- Tekerlekler ikisi kilitli.
- Elektrostatik toz boyalı gövde.(RAL 7035)

STANDARD FEATURES

- Backrest adjustment. (motor)
- Height adjustment. (motor)
- Trendelenburg (motor)
- Handset control.
- Foot section. (removable)
- Leather (vinlex) mattress platform.
- Waste collection container. (stainless steel)
- Knee support bracket. (polyurethane)
- Castors two with break.
- Electrostatic powder coated frame. (RAL 7035)

ÖLÇÜLER

Dış Boyutlar	: 675 x 1760 mm
Yatak Platformu	: 550 x 1760 mm
Yükseklik ayarı	: 770 - 870 mm
Maksimum sırt açısı	: 65°
Trendelenburg	: + 20°
Yatak altı boşluğu	: 190 mm
Tekerler	: 125 mm
Güvenli çalışma yükü	: 120 kg
Taşıma (yükleme) kapasitesi	: 240 kg

TECHNICAL PARAMETERS

External Dimensions	: 675 x 1760 mm
Mattress Platform	: 550 x 1760 mm
Height Adjustment	: 770 - 870 mm
Backrest max. angle	: 65°
Trendelenburg	: + 20°
Under-bed clearance	: 190 mm
Castors diameter	: 125 mm
Safe working load	: 120 kg
Max.Loading capacity	: 240 kg



OPSİYONEL DONANIMLAR

- Batarya.

TM-A 1020 JİNEKOLOJİK MUAYENE KOLTUĞU (İKİ MOTOR) GYNAECOLOGICAL EXAMINATION CHAIR (TWO MOTOR)

STANDART DONANIM VE ÖZELLİKLER

- Sırt ayarı.(motorlu)
- Yükseklik ayarı.(motorlu)
- El kumandası
- Çıkarılabilir ayakucu.
- Deri (vinlex) yatak platformu.
- Atık toplama kabı. (paslanmaz çelik)
- Diz destek aparatı. (poliüretan)
- Tekerlekler ikisi kilitli.
- Elektrostatik toz boyalı gövde.(RAL 7035)

STANDARD FEATURES

- Backrest adjustment. (motor)
- Height adjustment. (motor)
- Handset control.
- Foot section. (removable)
- Leather (vinlex) mattress platform.
- Waste collection container. (stainless steel)
- Knee support bracket. (polyurethane)
- Castors two with break.
- Electrostatic powder coated frame. (RAL 7035)

ÖLÇÜLER

Dış Boyutlar	: 675 x 1760 mm
Yatak Platformu	: 550 x 1760 mm
Yükseklik ayarı	: 770 - 870 mm
Maksimum sırt açısı	: 65°
Yatak altı boşluğu	: 190 mm
Tekerler	: 125 mm
Güvenli çalışma yükü	: 120 kg
Taşıma (yükleme) kapasitesi	: 240 kg

TECHNICAL PARAMETERS

External Dimensions	: 675 x 1760 mm
Mattress Platform	: 550 x 1760 mm
Height Adjustment	: 770 - 870 mm
Backrest max. angle	: 65°
Under-bed clearance	: 190 mm
Castors diameter	: 125 mm
Safe working load	: 120 kg
Max.Loading capacity	: 240 kg



OPTIONAL FEATURES

- Battery.

Since 1991
turmed
HOSPITAL EQUIPMENT

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that the products mentioned below meets the provisions of the basic safety and health about the design and the type in the product of 93/42/EEC Medical Device Regulations.

PRODUCTS	: GYNAECOLOGICAL EXAMINATION CHAIR (TWO MOTOR)	TM-A 1020
	STRETCHER	TM-C 3003
	STRETCHER	TM-C 3017
	PATIENT BED (FOUR MOTOR)	TM-D 4056
	PATIENT BED (FOUR MOTOR)	TM-D 4059
	CNC MATTRESS	TM-D 4059

INSTRUCTIONS : 93/42/EEC Medical Device Regulations.

CLASSIFICATION : Class 1.

STANDARDS : EN ISO 14971/April 2005, TS 3888/February 1983, TS 4271/April 1984, TS 4510/April 1985, TS 4720/February 1986, TS 5541/March 1988, TS 5685/April 1988, TS 5686/April 1988, TS 5875/June 1988, TS 5876/June 1988, TS 6075/October 1988, TS 8285/April 1990, TS 8770/February 1991, TS 8771/February 1991, TS ISO 6440/April 1997 TS EN ISO 13485 Medical Devices – Quality Management Systems – For the purposes of the legislation requirements.

MANUFACTURER

NAME : TUR-MED HASTANE MALZEMELERİ SAN. VE TIC. LTD. STİ.
ADDRESS : 722/1 Sokak No: 30-32 Akincilar Buca / IZMİR / TURKEY
TEL&FAX : +90.232.254 13 16 – 254 76 33 – 254 69 22

TUR-MED HASTANE MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

722/1 SOK. NO:30-32
AKINCILAR / İZMİR / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

ISO 13485:2016

*Medical Devices -Quality Management System is applicable to:
Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi*

SALES OF HOSPITAL FIXTURE, MEDICAL AND ORTHOPEDIC
PRODUCT AND MEDICAL INDUSTRIAL EQUIPMENTS

HASTANE DEMİRBAŞI, TIBBİ VE ORTOPEDİK ÜRÜN İLE
TIBBİ ENDÜSTRİYEL EKİPMANLARIN SATIŞI

Certificate Number: 2021/MDQMS/10130 Initial Certification Date: 26.03.2021
Belge Numarası: 2021/MDQMS/10130 İlk Belgelendirme Tarihi: 26.03.2021

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 25.03.2022
Belge Geçerlilik Tarihi: 25.03.2022



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-135

