

Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1664538638632 din 10.10.2022						
		Obiectul achiziției: Materiale de sutura						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lot. 1 Surura absorbabila cu un ac poliglicolic acid (PGLA)	Lot. 1 Surura absorbabila cu un ac poliglicolic acid (PGLA)	CL-864 POLYSORB* 0 VIO 75CM GS25 X36	SUA	Medtronic	USP 0 Lungimea suturii (sm) -60-75cm Lungimea acului (mm) -46-48 Curbura acului -1/2 taper	USP 0 Lungimea suturii (sm) -60-75cm Lungimea acului (mm) -46-48 Curbura acului -1/2 taper	ISO, CE
2	Lot. 2 Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviixon, sintetic (PDO)	Lot. 2 Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviixon, sintetic (PDO)	SM-791 BIOSYN* 4-0 VIO 75CM C13 X36	SUA	Medtronic	USP 4/0 Lungimea suturii (sm) -60-75cm Lungimea acului (mm) -16-17 Curbura acului -3/8 cuting	USP 4/0 Lungimea suturii (sm) -60-75cm Lungimea acului (mm) -16-17 Curbura acului -3/8 cuting	ISO, CE
3	Lot. 3 Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviixon, sintetic (PDO)	Lot. 3 Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviixon, sintetic (PDO)	SM-693 BIOSYN* 3-0 UND 75CM C14 X36	SUA	Medtronic	USP 3/0 Lungimea suturii (sm) -60-75cm Lungimea acului (mm) -24-25 Curbura acului -3/8 cuting	USP 3/0 Lungimea suturii (sm) -60-75cm Lungimea acului (mm) -24-25 Curbura acului -3/8 cuting	ISO, CE
4	Lot. 4 Fire metalice pentru stern,	Lot. 4 Fire metalice pentru stern,	88862393-69 STEEL 6 4X45CM KV40 X12	SUA	Medtronic	USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50; Curbura acului - 1/2 Tapercut; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50; Curbura acului - 1/2 Tapercut; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	ISO, CE

5	Lot. 5 Fire metalice pentru stern,	Lot. 5 Fire metalice pentru stern,	88862420-83 STEEL 2 2X45CM GS13 ROTOG RIP* X12	SUA	Medtronic	USP 2 Metric EP 5; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 40; Curbura acului - 1/2 Taper Point; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 2 Metric EP 5; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 40; Curbura acului - 1/2 Taper Point; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	ISO, CE
6	Lot. 6 Fire metalice pentru stern,	Lot. 6 Fire metalice pentru stern,	88862466-25 STEEL 3 5X45CM KV40 X12	SUA	Medtronic	USP 3 Metric EP 6; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 40; Curbura acului - 1/2 Taper Point; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională)	USP 3 Metric EP 6; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 40; Curbura acului - 1/2 Taper Point; *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională)	ISO, CE
7	Lot. 7 Poliglicolic acid	Lot. 7 Poliglicolic acid	CL-865 POLYSORB* 1 VIO 75CM GS25 X36	SUA	Medtronic	USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	ISO, CE

8	Lot. 8 Poliglicolic acid	Lot. 8 Poliglicolic acid	UL-203 POLYSORB* 4-0 VIO 75CM CVF23 X36	SUA	Medtronic	USP 4/0 L-75cm, 1 ac ½ rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	USP 4/0 L-75cm, 1 ac ½ rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională).	ISO, CE
---	--------------------------	--------------------------	--	-----	-----------	---	---	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1664538638632 din 10.10.2022										
Obiectul achiziției:		Materiale de sutura										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lot. 1 Surura absorbabila cu un ac poliglicolic acid (PGLA)	Lot. 1 Surura absorbabila cu un ac poliglicolic acid (PGLA)	1000	Buc	27.60	29.81	27 600.00	29 810.00	Prima tranșă (minim 25%) în termen de 10 zile de la solicitare, următoarele tranșe în termen de maxim 20 zile de la solicitare.	33141125-2	-	-
2	Lot. 2 Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivixxon, sintetic (PDO)	Lot. 2 Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivixxon, sintetic (PDO)	100	Buc	65.33	70.55	6 533.00	7 055.00		33141125-2	-	-
3	Lot. 3 Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivixxon, sintetic (PDO)	Lot. 3 Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivixxon, sintetic (PDO)	500	Buc	77.87	84.10	38 935.00	42 050.00		33141125-2	-	-
4	Lot. 4 Fire metalice pentru stern,	Lot. 4 Fire metalice pentru stern,	503	Buc	39.10	42.23	19 667.30	21 241.69		33141125-2	-	-
5	Lot. 5 Fire metalice pentru stern,	Lot. 5 Fire metalice pentru stern,	135	Buc	75.62	81.67	10 208.70	11 025.45		33141125-2	-	-
6	Lot. 6 Fire metalice pentru stern,	Lot. 6 Fire metalice pentru stern,	90	Buc	46.00	49.68	4 140.00	4 471.20		33141125-2	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

7	Lot. 7 Poliglicolic acid	Lot. 7 Poliglicolic acid	240	Buc	56.23	60.73	13 495.20	14 575.20	33141125-2	-	-
8	Lot. 8 Poliglicolic acid	Lot. 8 Poliglicolic acid	252	Buc	51.74	55.88	13 038.48	14 081.76	33141125-2	-	-
TOTAL Oferta							133 617.68	144 310.30			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

S.C. OXIVIT-MED S.R.L
Administrator: Dmitrii Kojevnikov
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
Tel./Fax: 022 808 002, 022 808 003
E-mail: info@oxivit-med.com; oxivit.medical@gmail.com
Cod IBAN: MD09MO2224ASV23488147100
Banca: „Mobiasbanca OTP Group” S.A
Codul băncii: MOBBMD22
Cod fiscal: 1007600044280
Cod TVA: 0306300

Cu respect,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator