

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Licitație Deschisă nr.ocds-b3wdp1-MD-1623402250808	Data: „24” Iulie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	"Achiziționarea dispozitivelor medicale, Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021"	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3		4	5	6	7	8	9
33100000-1	19	Coagulometru semi-automat	Coagulometru semi-automat	Coatron X Top(81 101 40)+ PT-300teste (A0230-100)+APTT-20 teste(A0300-050)+ Fbg-300 teste (A0511-050+A0590-125)+TT 100 teste(A0401-020+D-dimer 100 teste(D2020-005)+ controale si calibratori (P6001-010+P6101-010+P8001-010)	Germania	TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH	<p>An producere: 2021 Destinație: Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Tip: Semiautomat; Sursa de lumină: LED Tip sistem: Deschis Incubare: 37°C Afișare date: ecran LCD Protocoale de testare: ≥15, programabile Metode preinstalate: PT, APTT, Fbg, TT, DD; Volum minim probă: ≤ 50 uL Poziții incubare reagent: ≥4 Poziții incubare probă: ≥8 Canale de de citire: ≥4 Imprimantă încorporată sau externă livrată în set. Livrat cu reagenți și consumabile pentru 1000 teste Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalarea, darea în exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.</p>	<p>An producere: 2021 Destinație: Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Tip: Semiautomat; Sursa de lumină: LED Tip sistem: Deschis Incubare: 37°C Afișare date: ecran LCD Protocoale de testare: ≥15, programabile Metode preinstalate: PT, APTT, Fbg, TT, DD; Volum minim probă: ≤ 50 uL Poziții incubare reagent: ≥4 Poziții incubare probă: ≥8 Canale de de citire: ≥4 Imprimantă externă livrată în set. Livrat cu reagenți și consumabile pentru 1000 teste: PT-300teste (A0230-100)+APTT-20 teste(A0300-050)+ Fbg-300 teste (A0511-050+A0590-125)+TT 100 teste(A0401-020+D-dimer 100 teste(D2020-005)+ controale si calibratori (P6001-010+P6101-010+P8001-010) Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalarea, darea în exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in</p>	Certificat de Conformitate CE; ISO 13485:2016

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9