

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721810756158 din 26 aug 2024, 11:00 - 16 sept 2024, 11:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100000-1	2	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă (variată ajustată)	ARIETTA 750VE	Japonia	Fujifilm (Hitachi)	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă (variată ajustată) Cod APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI ≥4 PROBE TIP, MHz Linear 4 - 12 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) număr de elemente ≥192 Convex 2 - 5 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) număr de elemente ≥192 Tehnologie: Matricială/XD Clear/ Syngle Crystal sau altă tehnologie echivalentă Endovaginal 4 - 9 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) număr de elemente ≥192 Volum 3D de tip convexă 2,5 - 7 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) Elemente fizice: ≥ 192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 4 500 000 / 500(canale fizice) GAMA DINAMICA ≥300dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da 2-D/B-Mode da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dimamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da	Conform Anexei nr. 1 la Specificații Tehnice, Conform broșurii anexate	DM000344387

					<p>Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică cu măsurare automată:</p> <ul style="list-style-type: none"> -FL (Femur Length): Lungimea femurului. -HC (Head Circumference): Circumferința capului. -BPD (Biparietal Diameter): Diametrul biparietal. -AC (Abdominal Circumference): Circumferința abdominală. -HL (Humerus Length): Lungimea humerusului. -Bătăile fătului. și mărimilor hemodinamice ca: -PI (Pulsatility Index): Indexul de pulsabilitate. -RI (Resistance Index): Indexul de rezistență. -PS (Peak Systolic Velocity): Viteza sistolică maximă. -DS (Diastolic Speed): Viteza diastolică. -Flow volume da Calcularea automată a translučenței nucale da Vizualizare a fluxului sangvin da Tehnologia STIC da Măsurarea automată a FHR da Calculor folicular da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) CINE Memory da DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control touch-screen ≥ 10 inch PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Pediatric da Vascular da Altele Opțional Transrectal da MONITOR Rezoluție înaltă, ≥1920 x 1080px ≥ 21" Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual Încălzitor gel da Imprimantă digitala alb-negru da Port USB USB 2.0/3.0 da Gel 1 litru Hârtie termică 5 buc. LAN/NET RJ45 da 2 100 000 	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**