

Specificații tehnice (F4.1)

din 26.02.2020

Numărul licitației: 21019868	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Echipamente medicale, produse farmaceutice și produse de îngrijire personală Conform necesitatilor IMSP Spitalul raional Strășeni	Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 9						
33600000-6	CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.10301 41.01.10202 41.01.10101 41.01.10402	China	SCW Medicath Ltd		<p align="center">KITURI VENOARE CENTRALE</p> <p>Caracteristici: Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii. Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță. Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o excelentă de inserare. Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului. Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului. Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu.</p> <p align="center">Lumen single</p> <p align="center">Dimensiune (Ga) - 14, 16, 18, 20 Lungime (cm) - 15, 20</p>	CE
	Total lot 9						
	Lotul 12						
33141641-5	Sonda - obturator esofagian-gastric (T. Blackmore) nr. 18, 23	nr. 18 nr.23	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"		<p>Proiectat pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului.</p> <p align="center">Numărul probei - 18, 23</p> <p align="center">Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10</p> <p align="center">Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3</p> <p align="center">Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2</p>	Certificat de conformitate
	Total lot 12						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1**, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23