

Specificatii Tehnice (F4.1)

Institutul Neurologie și Neurochirurgie

Numărul COP-lui: 21043138				Data: de la : 16.08.2021 pina la : 18.08.2021		Alternativa nr.	
Denumirea procedurii de achiziție: Analizatorul automat cu 20 canale, VSH				Lot:		Pagina 1 din 1	
Cod CPV	Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Analizator automat cu 20 canale, VSH	Caretium XC-A30	China	Caretium	Canale de citire ≥ 20, da Termostat încorporat da Citare, Productivitatea ≤ 30 min, 60 min. Afișaj/ Afișaj LCD Tip citire: Citire automată cu interpretare Corecție automată de temperatură da Imprimantă termică da Alimentarea/ Alimentare 219 V, 50 Hz Colectarea probei/ Cu un singur tub da Consumabile Eprubeta vcumată cu citrat de Natriu - 2000 buc. Hîrtie termică - 10 buc. Perioada de valabilitate din momentul livrării ≥ 24 luni	Canale de citire ≥ 20, da Termostat încorporat da Citare, Productivitatea ≤ 30 min, 60 min. Afișaj/ Afișaj LCD Tip citire: Citire automată cu interpretare Corecție automată de temperatură da Imprimantă termică da Alimentarea/ Alimentare 219 V, 50 Hz Colectarea probei/ Cu un singur tub da Consumabile Eprubeta vcumată cu citrat de Natriu - 2000 buc. Hîrtie termică - 10 buc. Perioada de valabilitate din momentul livrării ≥ 24 luni	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele : Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str.Docuceaev, 6

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Institutul Neurologie și Neurochirurgie

Numărul COP-lui: 21043138							Data: de la : 16.08.21 pina la : 18.08.21		Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: Analizatoruli automat cu 20 canale, VSH							Lot:		Pagina 1 din 1
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	Analizator automat cu 20 canale, VSH	buc	2	33700,00	40440,00	67400,00	80880,00	31.12.2021
Total ofertă:							67 400,00	80 880,00	

Suma totală: 180 880,000 (Optzeci mii opt sute optzeci) Lei 00 bani

Semnat: _____ Nume: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev 6