

# M860

Carucior si targa  
– separabile


**are**equipment

EN 1865-1  
10G



M860. Carucior si targa – separate.

- Structura din aluminiu
- 4 manere telescopice de 75 mm
- 4 roti cu diametru de 200mm (2 pivotante si 2 fixe)
- Spatar ajustabil in opt pozitii
- Suport picioare ajustabil in patru pozitii



Made in Portugal

**are**equipment

EN 1865-1  
10G

Greutate:

32,7 kg (carucior)

+ 18 kg (targa)

Capacitate maxima de incarcare:

250 kg

Dimensiuni carucior (inchis):

1846 x 560 x 455 mm

Dimensiuni carucior (deschis):

1846 x 560 x 870 mm

Dimensiuni targa:

1915 x 568 x 365 mm

Dotari:

Suport perfuzii

Manere laterale rabatabile

Centuri fixare mijloc pacient

Centuri fixare peste umar

Centuri de fixare picioare


Garantie:

2 ani



# User's Manual: M860: Trolley and stretcher - Separable

Rua de S. Caetano, 551 Apartado 526  
4411-701 Canelas; Vila Nova de Gaia, Portugal  
Telf: +351 227157100 , Fax: +351 2271244  
autoribeiro@autoribeiro.pt  
www.autoribeiro.pt



### **M860: Trolley / Stretcher - Separable**

The trolley/stretcher, or M860, is an equipment with separable stretcher of manual drive. This equipment as for main purpose the transport of patients with mobility difficulties and post-operation condition. This product is developed and produced by Auto Ribeiro Lda.

#### **Equipment's Overview**



#### **Equipment's Lateral view**



### **ACESSORIES**

#### **IV pole**



IV pole.



IV pole in use.

#### **Instruments Tray**



Instruments tray.



Instruments tray in use.

**ACCESSORIES**

**Fixing Restrain Straps**



Shoulder Harness restraints



Legs and feet restrains

**Restraint Installation**



1° - Tying restraint straps in inner bars.



2° - Pass the restraints through the plate slots



3° - Join belt buckles..

**Top view of Equipment**





**CHARACTERISTICS:**




- Weight: 32,7 kg (trolley) + 18 kg (stretcher)
- Maximum load capacity: 250kg
- Trolley dimensions (closed): 1846 x 560 x 455 mm
- Trolley dimensions (open): 1846 x 560 x 870 mm
- Dimensions (stretcher): 1915 x 568 x 365 mm





## FRONT LEG CONTROL (In mid position)

<u>Security System</u>	
	1° - Lift the lever (put in the right side of trolley).
	Final Position.


## WHEELS

<u>Swivel Wheels</u>	
	2 Swivel wheels
<u>Fixed Wheels</u>	
	2 Fixed wheels
	<b>Block of fixed wheels</b> 1° - Engage the tabs with the foot to lock the wheels.

## SAFETY WARNINGS

	<p><b>⚠ This Equipment can be dangerous:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk of entrapment</li> </ul> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"><b>ATTENTION: USE WITH CAUTION!</b></p>
	<p><b>⚠</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk of entrapment</li> </ul>

## MAINTENANCE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perform visual inspection every fifty cycles of utilization.</li> <li>• Lubrication elements of mechanical function every six months with high viscosity lubricant</li> <li>• Checking of tightness of binding elements of every three months. Proceed to adjust if necessary</li> </ul>
---	---


## ADJUSTABLE FEET POSITION

Adjustable feet in three different positions:


### Footrest and Knees-Flex Position



### Lower Legs part Elevation (16° degrees)



### Legs Elevation



## BACK LEGS CONTROL

### Security System



1° - Press the left lever until it moves and keep it pressed.

(Note: To put the back leg into halfway, should press the lever and release it immediately.)

## FRONT LEG CONTROL

### Security System



1° - Press the right lever until it moves and keep it pressed.

## STRETCHER BLOCK SYSTEM CONTROL

### Security system



1° - Press the lever and keep it pressed.



2° - Press the stretcher to release the trolley.

## TELESCOPIC HANDLES

### Security System



1° - Press button with finger.



2° - Push or pull to fit the desired length.

## SWING DOWN SIDEARMS

### Security System



1° - Press button with hand.



2° - Push or pull to achieved the desired opening position.

## ADJUSTABLE BACKREST

The backrest can be adjusted in different positions:

### Supine position




### Semi-fowler's Position and Fowler Position

- 1° - Press the red lever
- 2° - Push or pull the backrest



## **Manual de utilizare: M860: Cărucior și targă - separabile**

Rua de S. Caetano, 551 Apartado 526  
4411-701 Canelas; Vila Nova de Gaia, Portugalia  
Tel.: +351 227157100 , Fax: +351 2271244  
autoribeiro@autoribeiro.pt  
www.autoribeiro.pt










**M860: Cărucior / targă - separabile**

Targa model M860, este un echipament cu targă separabilă cu manevrare manuală. Destinația sa principală este transportul pacienților cu dificultăți motorii sau aflați în stare postoperatorie. Acest produs a fost dezvoltat și fabricat de Auto Ribeiro Lda.

**Vedere generală a echipamentului**




**Vedere laterală a echipamentului**



**ACCESORII**

**Stâlp IV**




Suport perfuzii




Suportul perfuzii in utilizare

**Tava pentru instrumente**








Tava pentru instrumente.



Tava pentru instrumente în uz.

## ACESORII

<u>Fixarea centurilor de fixare</u>	
	Centuri de fixare umăr
	Centuri de fixare picioare și mijloc
<u>Montarea curelelor de fixare</u>	
	1° - Legați curelele de fixare de barele interioare.
	2° - Treceți curelele de fixare prin fantele de pe placă
	3° - Cuplați cataramele.





### CARACTERISTICI:




- Greutate: 32,7 kg (cărucior) + 18 kg (targă)
- Sarcină maximă: 250 kg
- Dimensiuni cărucior (stare închisă): 1846 x 560 x 455 mm
- Dimensiuni cărucior (stare deschisă): 1846 x 560 x 870 mm
- Dimensiuni (targă): 1915 x 568 x 365 mm





## CONTROL PICIOR DIN FAȚĂ (poziția de mijloc)

<u>Sistem de securizare</u>	
	1° - Ridicați maneta (aflată pe partea dreaptă a căruciorului).
	Poziția finală.

## ROȚI

<u>Roți pivotante</u>	
	2 roți pivotante
<u>Roți fixe</u>	
	2 roți fixe
	<b>Blocarea roților fixe</b> 1° - Cuplați pedala cu laba piciorului pentru a bloca roțile

## AVERTIZĂRI LEGATE DE SIGURANȚĂ

	<p>⚠ Acest echipament poate fi periculos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pericol de prindere</li> </ul> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">ATENȚIE: A SE UTILIZA CU GRIJĂ!</p>
	<p>⚠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pericol de prindere</li> </ul>


## ÎNȚREȚINERE

<p>⚠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A se examina vizual după fiecare cincizeci de cicluri de utilizare.</li> <li>• Lubrifiați elementele de manevrare mecanică la fiecare șase luni cu lubrifianț de mare vâscozitate.</li> <li>• Verificați cuplul de strângere al elementelor de legătură la fiecare trei luni. Reglați-le, dacă este nevoie</li> </ul>
---


## POZIȚIE REGLABILĂ A LABELOR

Labele pot fi fixate în trei poziții:


### Repaus labe și genunchi flexați



### Ridicare partea superioară pentru labe (16°)



### Ridicarea picioarelor



## CONTROL PICIOARE DIN SPATE

### Sistem de securizare



12° - Apăsați maneta din stânga până când începe să se deplaseze și țineți-o apăsată.

(Notă: Pentru a pune piciorul din spate în poziția de mijloc, apăsați maneta și eliberați-o imediat.

## CONTROL PICIOR DIN FAȚĂ


### Sistem de securizare



1° - Apăsați maneta din dreapta până când începe să se deplaseze și țineți-o apăsată.

## CONTROL SISTEM DE BLOCARE TARGĂ

### Sistem de securizare



1° - Apăsați maneta din dreapta și țineți-o apăsată.



2° - Apăsați targa pentru a o decupla de la cărucior.





## MĂNERE TELESCOPICE

### Sistem de securizare




1° - Apăsați butonul cu degetul.



2° - Apăsați sau trageți pentru a-l regla la lungimea dorită.

## COBORÂRE BARE LATERALE

### Sistem de securizare



1° - Apăsați butonul cu mâna.




2° - Apăsați sau trageți pentru a-l aduce în poziția deschisă dorită.

## SPĂTAR REGLABIL



Spătarul poate fi reglat în mai multe poziții:

### Poziția culcat pe spate



### Poziție semi-Fowler și poziție Fowler

1° - Apăsați maneta roșie  
2° - Trageți sau apăsați spătarul



Subsemnata **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,  
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie, în limba engleză.

**TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT** cu nr. **37629**



*Forgaciu*

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

### For medical devices

according to Regulation (EU) 2017/745



Auto Ribeiro Lda., with main facilities at Rua S. Caetano, 459 and 519 – 4411-701 Canelas, Vila Nova de Gaia, Portugal, declares under its own responsibility that the following product according to REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 and with the following mentioned standards.

Auto Ribeiro Lda. maintains a Quality Management System that fulfills the requirements of NP EN ISO 9001. Copies of Auto Ribeiro, Lda. ISO 9001 certificate issued by SGS are available upon request.

**Product:** Carrinho/Maca Amovível

**Manufacturer:** Auto Ribeiro Lda.

**Model:** M8

**Risk Class of the Device:** Class I

**Device ID:** 393141

**Basic UDI-DI:** 5600786656TROLLEY68  
5600786656STRETCHERC5

**CDM:** 73573094

#### Based on Standards:

EN 1865-1	Patient handling equipment used in road ambulance. -Specification for general stretcher systems and patient handling equipment.
EN 1789	Medical vehicles and their equipment – Road Ambulances
EN ISO 9001	System of quality management

**Place and date:** Canelas - Vila Nova de Gaia, 05-12-2022

**Signature**



Auto  
Ribeiro  
Lda

**Name:**

Alexandre Miguel de Oliveira Vila Pouca  
(Technical Director)





Auto  
Ribeiro  
Lda

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător:	Auto Ribeiro Lda.
Adresa producătorului:	Rua de S. Caetano, 459 e 519 Apartado 526, 4411-701 Canelas V.N. Gaia, Portugalia
Denumirea dispozitivului	Cărucior + targă M860
Destinație:	Transportarea pacienților

Conform EN 1865-1:2010, Auto Ribeiro Lda. declară că echipamentul M860 Cărucior + targă este conform cu toate prevederile aplicabile ale acestui standard.

Auto Ribeiro Lda. sau reprezentantul său va pune la dispoziție, la cerere, toate documentele tehnice aplicabile pentru a permite evaluarea conformității acestui produs cu EN 1865-1:2010.

Auto Ribeiro Lda. menține un Sistem de management al calității care respectă cerințele NP EN ISO 9001. Copiile certificatului ISO al Auto Ribeiro Lda. emise de SGS sunt disponibile la cerere.

José Carlos Barbosa da Silva  
Director Calitate

2013

Subsemnata **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,  
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie, în limba engleză.

*TRADUCĂTOR* **ȘTEFANA FORGACIU** - *AUTORIZAT* cu nr. **37629**



*Forgaciu*

# Test Report

Reference : N° 15/08190

<b>Applicant</b>	<b>AUTORIBEIRO,Lda</b> Rua de S. Caetano N° 551 apartado 526 4411701 CANELAS- V.N GAIA Portugal		
<b>Subject</b>	Extension sans essai des brancards AUTORIBEIRO M760, M860 et M764 4SW avec l'ancrage au sol E250, au paragraphe 4.2.10 Fixation de la norme EN1865-1 :2010 +A1:2015. <i>Extension without test for stretcher AUTORIBEIRO M760, M860 et M764 4SW with floor anchorage E250 products, according with requirements of paragraph 4.2.10 Fixation EN1865-1:2010 +A1:2015 standard</i>		
<b>Department / Test place</b>	Passive Safety Department (SEP) Autodrome de Linas Montlhéry BP 20212 – 91311 Montlhéry Cedex		
<b>Test date</b>	13/10/2015	<b>Test Reference</b>	ARCSAS1505907 / AFFSAS1502204
<b>Technician</b>	Nicolas VIE		
<b>Summary / Conclusion</b>	Les résultats sont consignés ci-après. The results are consigned after.		

<b>Full Name</b>	Nicolas VIE	Jean-Philippe LEPRETRE
<b>Contact</b>	<a href="mailto:nicolas.vie@utacceram.com">nicolas.vie@utacceram.com</a> +33 (0)1 69 80 34 49	<a href="mailto:jean-philippe.lepretre@utacceram.com">jean-philippe.lepretre@utacceram.com</a> +33 (0)1 69 80 17 32
<b>Function</b>	Project engineer	Passive Safety Unit Manager
<b>Date</b>	13/10/2015	13/10/2015
<b>Signature</b>		

NB : Les présents essais ne sauraient en aucune façon engager la responsabilité de l'UTAC en ce qui concerne les réalisations industrielles ou commerciales qui pourraient en résulter. "La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral". Les résultats des essais ne concernent que le matériel soumis aux essais et identifiés dans ce rapport d'essais. / UTAC shall not be liable for any Industrial or commercial applications that occur as a result of these tests. This test report may only be reproduced in the form of a full photographic facsimile. Tests results are only available for the material submitted to tests or material identified in the present test report.

## Summary

<b>1</b>	<b>BRANCARD M760 ET FIXATION E250 / STRETCHER M760 AND E250 FIXATION.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BRANCARD M860 ET FIXATION E250 / STRETCHER M860 AND E250 FIXATION.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>BRANCARD M764 4SW ET FIXATION E250 / STRETCHER M764 4SW AND E250 FIXATION.....</b>	<b>4</b>



## 1 BRANCARD M760 ET FIXATION E250 / STRETCHER M760 AND E250 FIXATION

**Type d'essai :**  
**Test type**

Extension sans essai suivant le §4.2.10 la norme EN1865-1 :2010 + A1:2015  
*Extension without test according to paragraph 4.2.10 of EN1865-1:2010 + A1:2015 standard.*

**Modifications :**  
**Modifications**

Modification apportée au brancard :

- Aucune modification apportée au brancard M760 et à la fixation E250.
- Le produit reste identique à celui couvert au travers du rapport UTAC 13/03264

*Modification added to the stretcher :*

- *No modification added to stretcher M760 and fixation E250.*
- *Product is identical to product cover with UTAC report 13/03264*

Les évolutions de la norme EN1865-1:2010 +A1:2015 des avis de la norme EN1865-1:2010 ne concernent par le paragraphe 4.2.10 Fixation. Le brancard AUTORIBEIRO M760 et sa fixation E250 sont conformes au paragraphe 4.2.10 Fixation de la norme EN1865-1:2010 +A1:2015.

*Modifications of EN 1865-1:2010 +A1:2015 standard based on EN1865-1:2010 standard does not concern paragraph 4.2.10 Fixation. The stretcher AUTORIBEIRO M760 and E250 fixation comply with paragraph 4.2.10 EN1865-1:2010 + A1:2015 standard.*

## 2 BRANCARD M860 ET FIXATION E250 / STRETCHER M860 AND E250 FIXATION

**Type d'essai :**  
**Test type**

Extension sans essai suivant le §4.2.10 la norme EN1865-1 :2010 + A1:2015  
*Extension without test according to paragraph 4.2.10 of EN1865-1:2010 + A1:2015 standard.*

**Modifications :**  
**Modifications**

Modification apportée au brancard :

- Aucune modification apportée au brancard M860 et à la fixation E250.
- Le produit reste identique à celui couvert au travers du rapport UTAC 13/05648

*Modification added to the stretcher :*

- *No modification added to stretcher M860 and fixation E250.*
- *Product is identical to product cover with UTAC report 13/05648*

Les évolutions de la norme EN1865-1:2010 +A1:2015 des avis de la norme EN1865-1:2010 ne concernent par le paragraphe 4.2.10 Fixation. Le brancard AUTORIBEIRO M860 et sa fixation E250 sont conformes au paragraphe 4.2.10 Fixation de la norme EN1865-1:2010 +A1 :2015.

*Modifications of EN 1865-1:2010 +A1:2015 standard based on EN1865-1:2010 standard does not concern paragraph 4.2.10 Fixation. The stretcher AUTORIBEIRO M860 and E250 fixation comply with paragraph 4.2.10 EN1865-1:2010 + A1:2015 standard.*

### 3 BRANCARD M764 4SW ET FIXATION E250 / STRETCHER M764 4SW AND E250 FIXATION

---

**Type d'essai :**  
**Test type**

Extension sans essai suivant le §4.2.10 la norme EN1865-1 :2010 + A1:2015  
*Extension without test according to paragraph 4.2.10 of EN1865-1:2010 + A1:2015 standard.*

**Modifications :**  
**Modifications**

Modification apportée au brancard :

- Aucune modification apportée au brancard M760 et à la fixation E250.
- Le produit reste identique à celui couvert au travers du rapport UTAC 14/07567

*Modification added to the stretcher :*

- *No modification added to stretcher M760 and fixation E250.*
- *Product is identical to product cover with UTAC report 14/07567*

Les évolutions de la norme EN1865-1:2010 +A1:2015 des avis de la norme EN1865-1:2010 ne concernent par le paragraphe 4.2.10 Fixation. Le brancard AUTORIBEIRO M764 4SW et sa fixation E250 sont conformes au paragraphe 4.2.10 Fixation de la norme EN1865-1:2010 +A1 :2015.

*Modifications of EN 1865-1:2010 +A1:2015 standard based on EN1865-1:2010 standard does not concern paragraph 4.2.10 Fixation. The stretcher AUTORIBEIRO M764 4SW and E250 fixation comply with paragraph 4.2.10 EN1865-12010 +A1: 2015 standard.*

## Raport de încercări

Cod de referință: 15/08190

Solicitant	<b>AUTORIBEIRO,Lda</b> Rua de S. Caetano N° 551 apartado 526 4411701 CANELAS- V.N GAIA Portugalia		
Subiect	Extinderea fără testare a brancardei AUTORIBEIRO M760, M860 și M764 4SW cu ancorare în pardoseală E250, conform cerințelor aliniatului 4.2.10 Fixare din standardul EN1865-1:2010 +A1:2015		
Compartiment / Locația încercării	Passive Safety Department (SEP) Autodrome de Linas Montlhéry BP 20212 - 91311 Montlhéry Cedex		
Data încercării	13/10/2015	Cod referință încercare	ARCSAS1505907 / AFFSAS1502204
Tehnician	Nicolas VIE		
Rezumat / Concluzie	Rezultatele sunt consemnate mai jos.		

Nume și prenume	Nicolas VIE	Jean-Philippe LEPRETRE
Date de contact	<a href="mailto:nicolas.vie@utacceram.com">nicolas.vie@utacceram.com</a> +33 (0)1 69 80 34 49	<a href="mailto:jean-chilipbe.lepretre@utacceram.com">jean-chilipbe.lepretre@utacceram.com</a> +33 (0)1 69 80 17 32
Funcția	Inginer de proiect	Director Passive Safety Unit
Data	13/10/2015	13/10/2015
Semnătura	<i>/Semnătură indescifrabilă/</i>	<i>/Semnătură indescifrabilă/</i>

Notă: UTAC nu își asumă răspunderea pentru aplicațiile industriale sau comerciale apărute în urma acestor încercări. Acest raport de încercări poate fi reprodus doar sub forma unui fax fotografic integral. Rezultatele încercărilor sunt disponibile doar pentru materialul supus încercărilor sau materialul identificat în prezentul raport de încercări.

Union Technique de l'Automobile, du Motorcycle et du Cycle  
Autodrome de Linas-Montlhéry BP 20212 - 91311 Montlhéry Cedex France  
Centre d'essais de Mortefontaine Route du golf - 60128 Mortefontaine  
Tel : Montlhéry : +33 (0)1 69 80 17 00 / Mortefontaine : +33 (0) 3 44 54 51 51

Société par actions simplifiée au capital de 7 800 000 euros  
TVA FR 89 438 725 723- Siren 438 725 723 RCS Evry  
Code APE 7120 B

## Rezumat

1 BRANCARDĂ M760 ȘI FIXARE E250.....	3
2 BRANCARDĂ M860 ȘI FIXARE E250.....	3
3 BRANCARDĂ M764 4SW ȘI FIXARE E250.....	4



## **1 BRANCARDĂ M760 ȘI FIXARE E250**

**Tip încercare:** Extindere fără încercare conform aliniatului 4.2.10 al standardului EN1865-1:2010 + A1:2015.

**Modificări:** Modificări adăugate brancardei:  
- Nicio modificare adăugată brancardei M760 și fixării E250.  
- Produsul este identic cu produsul din raportul UTAC 13/03264

Modificările standardului EN1865-1:2010 +A1:2015 pe baza standardului EN1865-1:2010 nu privesc aliniatul 4.2.10 Fixare. Brancarda AUTORIBEIRO M760 și fixarea E250 respectă prevederile aliniatului 4.2.10 din standardul EN1865-1:2010 + A1:2015.

## **2 BRANCARDĂ M860 ȘI FIXARE E250**

**Tip încercare:** Extindere fără încercare conform aliniatului 4.2.10 al standardului EN1865-1:2010 + A1:2015.

**Modificări:** Modificări adăugate brancardei:  
- Nicio modificare adăugată brancardei M860 și fixării E250.  
- Produsul este identic cu produsul din raportul UTAC 13/05648

Modificările standardului EN1865-1:2010 +A1:2015 pe baza standardului EN1865-1:2010 nu privesc aliniatul 4.2.10 Fixare. Brancarda AUTORIBEIRO M860 și fixarea E250 respectă prevederile aliniatului 4.2.10 din standardul EN1865-1:2010 + A1:2015.



### **3 BRANCARDĂ M764 4SW ȘI FIXARE E250**

**Tip încercare:**

*Extindere fără încercare conform aliniatului 4.2.10 al standardului EN1865-1:2010 + A1:2015.*

**Modificări:**

*Modificări adăugate brancardei:*

- *Nicio modificare adăugată brancardei M760 și fixării E250.*
- *Produsul este identic cu produsul din raportul UTAC 14/07567*

Modificările standardului EN1865-1:2010 +A1:2015 pe baza standardului EN1865-1:2010 nu privesc aliniatul 4.2.10 Fixare. Brancarda AUTORIBEIRO M764 4SW și fixarea E250 respectă prevederile aliniatului 4.2.10 din standardul EN1865-1:2010 +A1 : 2015.

Subsemnata **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,  
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie, în limba engleză.

**TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT** cu nr. **37629**






**RAPPORT N°13/05648**

- DEMANDEUR** : **AUTORIBEIRO,Lda**  
Rua de S. Caetano  
N° 551 appartado 526  
4411701 CANELAS- V.N GAIA  
Portugal
- OBJET** : Essais d'étude en vue de la certification du brancard M860 et de la fixation brancard E250, suivant les prescriptions du paragraphe 4.2.10 de la norme EN 1865-1 édition 2010.  
Numéro d'affaire : AFFSEP1202602
- CONCLUSION** : Les résultats d'essais sont consignés ci-après.

MONTLHERY, Le 21 Juin 2013.



**N.VIE**  
Ingénieur projet  
+ 33(0)1 69 80 34 49  
nicolas.vie@utaceram.com



**J-P. LEPRETRE**  
Responsable du Service Sécurité Passive  
+ 33(0)1 69 80 17 32  
jean-philippe.lepretre@utaceram.com

NB : Les présents essais ne sauraient en aucune façon engager la responsabilité de l'UTAC en ce qui concerne les réalisations industrielles ou commerciales qui pourraient en résulter. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Les résultats des essais ne concernent que le matériel soumis aux essais, et identifié dans le rapport d'essais. L'accréditation par la Section Essais du COFRAC atteste uniquement de la compétence technique du laboratoire pour les essais ou analyses couverts par l'accréditation. (\*) Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée aux résultats.

UTAC shall not be liable for any industrial or commercial applications that occur as a result of these tests. This test report may only be reproduced in the form of a full photographic facsimile. Test results are only available for the materiel submitted to tests or materiel identified in the present test report. Accreditation by the Cofrac test department only certifies the technical competence of the laboratory for the tests or analyse covered by this accreditation. (\*) In order to modify the conformity or no conformity in the requirements, the uncertainty of the test results as not been explicitly taken into account.

Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle  
Société par actions simplifiée au capital de 7 600 000 euros  
Autodrome de Linas-Montlhéry BP2012 - 91311 Montlhéry Cedex France

TVA FR 89 438 725 723- Siren 438 725 723 RCS Evry - Code APE 7120 B  
Centre d'essais de Mortefontaine Route du golf - 68128 Mortefontaine France

Seule la version française fait foi / Only the french version is the authentic text.

Ce document comporte 3 page(s) et 0 annex(e)s / This document contains 3 page(s) and 0 annex(es)

## **SOMMAIRE**

<b>1</b>	<b>BUT DE L'EXTENSION .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>MATERIEL CONCERNE .....</b>	<b>3</b>
2.1	DESCRIPTION DES PIECES.....	3
<b>3</b>	<b>ESSAIS DE REFERENCES.....</b>	<b>3</b>
3.1	AXES X+ ET X- .....	3
3.2	AXES Y(SYMETRIQUE) ET Z .....	3

## **1 BUT DE L'EXTENSION**

Essais dynamiques de décélération 10g dans les 4 directions X+, X-, Y(symétrique) et Z+ en vue de la certification du brancard suivant les prescriptions du paragraphe 4.2.10 de la norme européenne EN1865-1 :2010.

Le brancard M860 est défini au travers des plans «MACA P/ CARRINHO M860 » référencés « ARMACARTAMO0011 ACEI/AZUL. DES. :D60/001/015 », fournis par AUTORIBEIRO .

## **2 MATERIEL CONCERNE**

### **2.1 DESCRIPTION DES PIECES**

<b>Repère échantillon</b>	<b>Référence constructeur</b>	<b>Désignation</b>	<b>Masses en Kg</b>	<b>Numéro de réception</b>
/	Autoribeiro	Brancard M860 sans matelas	18,95	13Eq053 13Eq076
		Chariot (Undercarriage)	32,65	
		Fixation E250	21,57	

## **3 ESSAIS DE REFERENCES**

### **3.1 AXES X+ ET X-**

Le brancard M860 est couvert suivant les axes X+ et X- par les essais réalisés sur le brancard FERNO F2 au travers du rapport 13/03263 suivant les résultats d'essais des paragraphes 5.2 et 5.3.

Le brancard FERNO F2, similaire au brancard M860 au niveau de la structure longitudinale, est défini au travers des plans « MACA ARM.08/01 » référencés « ARMOMA0014 ACETINADO/PRETO (4 PARTES) OBS. ; Nova Cabeceira. DES. :D60/001/009 ».


Le rail de fixation E250 est couvert suivant les axes X+ et X- au travers du rapport 13/03264 suivant les résultats d'essais des paragraphes 5.1 et 5.5.

### **3.2 AXES Y (SYMETRIQUE) ET Z+**

Le brancard M860 avec son rail de fixation E250 sont couverts suivant les axes Y (symétrique) et Z+ par les essais réalisés sur ce brancard et cette fixation au travers du rapport 13/03563.



Autodromul Linas Montlhéry  
BP 20212 - 91311 Montlhéry cedex France  
Formă : PVD.SEP.038.001 R02



ACREDITARE NR. I-0193  
EFECTE DISPONIBILE PE WWW.COFRAC.FR

**RAPORTUL NR. 13/05648**

- SOLICITANT** : **AUTORIBEIRO , Lda**  
Rua de S. Caetano  
Nr. 551, appartado 526  
4411701 CANELAS-V. N. GAIA  
Portugalia
- SUBIECT** : Teste de studiu în vederea certificării tării M860 și a  
fixării tării E250, urmând prevederile paragrafului  
4.2.10 din norma EN 1865-1, ediția 2010  
Număr de dosar: AFFSEP1202602
- CONCLUZIE** : Rezultatele încercărilor sunt consemnate în cele ce  
urmează

MONTHLERLY, la 21 iunie 2013

**N. VIE**  
Inginer proiect  
+33(0) 1 69 80 34 49  
nicolas.vie@utaceram.com

**J.P. LEPRETRE**  
Responsabil de Serviciul de Securitate  
Pasiv[  
+33(0) 1 69 80 17 32  
jean-philippe.lepretre@utaceram.com

**N. B.** Prezentele încercări nu sunt în niciun caz de natură a angaja răspunderea UTAC cu privire la realizările industriale sau comerciale ce ar putea rezulta din ele. Reproducerea prezentului raport este autorizată doar sub formă de facsimil fotografic integral. Rezultatele încercărilor se referă doar la materialul supus încercărilor și identificat în raportul de încercări. Acreditarea din partea Secției Încercări a COFRAC atestă doar competența tehnică a laboratorului cu privire la încercările sau analizele acoperite de acreditare (\*) În vederea declarării, sau nu, a conformității cu specificația, nu s-a ținut cont de incertitudinea legată de rezultate.

Uniunea Tehnică pentru Automobile, Motocicluri și Cieluri  
Societate pe Acțiuni Simplificată cu un capital de 7 000 000 euro  
Autodromul Linas-Monthéry, BP2012 - 91311 Montlhéry cedex France

TVA FR 89 438 725 723 - Siren 438 725 725 RCS Evry - Cod APE 7120 B  
Centrul de Încercări Mortefontaine Route du Golf - 68128 Mortefontaine France

Doar versiunea în limba franceză este valabilă.

Prezentul document conține 3 pagini și 0 anexe.



## CUPRINS

1. SCOPUL EXTINDERII .....	3
2. MATERIALUL VIZAT .....	3
2.1. Descrierea pieselor .....	3
3. ÎNCERCĂRI DE REFERINȚĂ .....	3
3.1. Axele X+ și X- .....	3
3.2. Axele Y (simetrică) și Z+ .....	3

## 1. SCOPUL EXTINDERII

Încercări dinamice de decelerare 10 g pe direcțiile X+, X-, Y(simetrică) și Z+ în vederea certificării târgii în conformitate cu prevederile paragrafului 4.2.10 din norma europeană EN 1865-1:2010.

Targa M860 este definită în baza planurilor „MACA / P CARRINHO M860”, cu referința „ARMACARTAMO0011 ACET/AZU. DES:D60/001/015” furnizate de AUTORIBEIRO.

## 2. MATERIALUL VIZAT

### 2.1. DESCRIEREA PIESELOR

Reper eșantion	Referință constructor	Denumire	Mase în kg	Număr recepție
/	Autoribeiro	Targă M860 fără saltea	18,95	13Eq053 13Eq076
		Cărucior (șasiu)	32,65	
		Fixare E250	21,57	

## 3. ÎNCERCĂRI DE REFERINȚĂ

### 3.1. AXELE X+ ȘI X-

Targa M860 este abordată în ceea ce privește axele X+ și X- de încercările realizate pe targa FERNO F2 în baza raportului 13/03263, conform rezultatele încercărilor de la paragrafele 5.2 și 5.3.

Targa FERNO F2, similară cu targa M860 în ceea ce privește structura longitudinală, este definită în baza planurilor „MACA ARM.08/01”, cu referința „ARMOMA0014 ACETIBADO/PRETO (4 PARTES) OBS.: Nova Cabeceira. DES :D60/001/009”.

Șina de fixare E250 este abordată din punct de vedere al axelor X+ și X- în raportul 13/03264, conform rezultatele încercărilor de la paragrafele 5.1 și 5.5.

### 3.2. AXELE Y (SIMETRICĂ) ȘI Z+

Targa M860 și șina sa de fixare E250 sunt abordate în ceea ce privește axele Y (simetrică) și Z+ de încercările realizate pe targa și fixarea sa în baza în raportului 13/03563

Subsemnata **TERTIȘ LARISA DIANA**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **16839/2012**,  
certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului în copie în limba franceză, care a fost vizat de mine.

*TRADUCĂTOR* **TERTIȘ LARISA DIANA** - *AUTORIZAT* cu nr. **16839/2012**

**TERTIȘ LARISA DIANA**  
traducător autorizat  
franceză - engleză  
Aut. M.J. 16839/2012



# VM820E & VM820E1 EMS Vacuum Mattresses



**The Multi-Chamber-System (VM820E) keeps the beads in the right position and makes application easy and fast**



**Durable exterior TPU material, easy to clean and disinfect. The red outside consists of fabric double coated with red TPU film. On the inside blue bio-compatible TPU film is facing the patient**



**Robust, automatically closing valve with adapters for all pumps**



**Ergonomical, removable heavy duty handles that are easy to clean, reposition or replace**



**Colour coded patient restraint straps, adjustable from both sides, easy to clean, reposition or replace**



**The uniquely thin profile allows for the smallest storage space.**



**Mattresses with a dimension of 80 x 200 cm need 80 x 45 x 25 cm for storage**

**Soft and pleasant material facing the patient**



**An indestructible label with individual serial number and date of manufacture is welded onto every product. Optional are labels with property indicator and distributor logo.**



**VM820E is CE certified, complies with EN1865 and is X-ray, CT and MRI compatible.**





	<p><b>VM820E 30 internal chambers</b>  <b>VM820E1 1 internal chamber</b></p> <p>Width: 80cm  Length: 200cm  Weight: approx. 5,5 kg  Carry handles: 4  Patient restraint straps: 4</p>
	<p><b>FP01</b></p> <p>Foot pump  Material: heavy duty plastic  Length: 43 cm  Width: 11 cm  Weight: 0,95 kg</p>
	<p><b>9022</b></p> <p>Repair kit</p>



**Quality Management System  
according to  
EN ISO 9001:2008 & EN ISO 13485:2003  
certified by TÜV Austria**



made by

**KOHLBRAT & BUNZ GMBH**  
A-5550 Radstadt Austria

**T: +43 (0)6452 7193 0 F: +43 (0)6452 7193 51**  
**info@redvac.com www.RedVac.com**

# VM820E & VM820E1 Saltele Vacuum SMU



Sistemul cu mai multe camere (VM820E) menține conținutul în poziția corectă și face aplicarea ușoară și rapidă

Material exterior durabil TPU, ușor de curățat și dezinfectat.

Exteriorul roșu este alcătuit din țesătură dublu acoperită cu folie TPU roșie. Pe interior, filmul TPU bio-compatibil albastru este orientat spre pacient



Supapă robustă, cu închidere automată, cu adaptoare pentru toate pompele



Mânere ergonomice, detașabile, rezistente, ușor de curățat, repositionat sau înlocuit



Centuri pacient cu cod de culoare, reglabile din ambele părți, ușor de curățat, repositionat sau înlocuit




Profilul unic, subțire permite depozitarea în cele mai înguste spații.



Saltelele cu dimensiuni de 80 x 200 cm au nevoie de un spațiu de depozitare de 80 x 45 x 25 cm

Material moale și plăcut



Pe fiecare produs este atașată o etichetă indestructibilă cu numărul de serie individual și data fabricației.

Opțional sunt etichetele cu indicator de proprietate și sigla distribuitorului.



VM820E este certificat CE, respectă EN1865 și este compatibil cu raze X, CT și RMN.



	<p><b>VM820E 30 camere interioare</b>  <b>VM820E1 1 camera interioara</b></p> <p>Latime: 80 cm  Lungime: 200 cm  Greutate: aprox. 5,5 kg  Mânere de transport: 4  Centuri pacient: 4</p>
	<p><b>FP01</b></p> <p>Pompă de picior  Material: plastic rezistent  Lungime: 43 cm  Latime: 11 cm  Greutate: 0,95 kg</p>
	<p><b>9022</b></p> <p>Trusă pentru reparații</p>



**Sistemul de management al calitatii  
conform  
EN ISO 9001:2008 & EN ISO 13485:2003  
certificat de TÜV Austria**



fabricat de

**KOHLBRAT & BUNZ GMBH**  
**A-5550 Radstadt Austria**

**T: +43 (0)6452 7193 0 F: +43 (0)6452 7193 51**  
**info@redvac.com www.RedVac.com**



## Konformitätserklärung Declaration of Conformity

### Produktspezifikation / product details:

Produktbezeichnung / product name	<b>RedVac Vacuum Mattress</b>
Type / type	<b>VM820E</b>
Klassifizierung nach RL 93/42/EWG, Anhang IX / Classification according 93/42/EEC, Annex IX	<b>Klasse I nach Regel 1 / Class I per rule 1</b>

### Konformitätsbewertung / assessment details:

Verfahren nach RL 93/42/EWG / Route of directive 93/42/EEC	<b>Anhang VII (EG-Konformitätserklärung) / Annex VII (EC Declaration Of Conformity)</b>
---	---

### Bewertungs details:

notified body	<b>SIQ Ljubljana Notified Body ID no. 1304</b>
Route of directive 93/42/EEC	<b>Annex VII</b>
Certificates	<b>SIQ SI-M-137</b>

### Angewandte Normen / used standards:

Harmonisierte Normen / harmonized standards	<b>EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2012, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008</b>
Sonstige Normen / other standards:	<b>EN 1865-1:2010 + A1:2015, EN 1865-2:2010 + A1:2015, EN 1789:2007 + A2:2014</b>

We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with the applicable requirements of the directive 93/42/EEC as latest amended and of the Austrian medical- device-law BGBI. 657/1996 as latest amended. The products are CE marked.



Radstadt, 27.04.2020

  
**KOHLBRAT & BUNZ**  
Gesellschaft m. b. H.  
Ing. Michael Graf GM  
Radstadt, Loretostraße 4 - 8  
Tel. +43 (0)6482-7193 0 - Fax 7193 51  
e-mail: office@kohlbrat-bunz.com  
www.kohlbrat-bunz.com







## Scaun pliabil pentru transport pacienți Saver, Model S-242

Ușor de manevrat de către două persoane, scaunul pliabil de transport pacienți Saver S-242 își creează cu ușurință loc în spații înguste. Având două roți fixe cu diametrul de 127 mm în partea din spate și două roți frontale pivotante de 76 mm, acesta permite personalului să deplaseze pacientul pe majoritatea suprafețelor, cu un efort minim. Mânerile telescopice din față, cu două opțiuni de poziționare, permit personalului aflat în partea frontală a scaunului să îl manevreze fără a interfera cu zona picioarelor pacientului.

Husa scaunului este fabricată din nailon acoperit cu vinil, ceea ce îl face foarte simplu de curățat, rezistent la pete, sânge și fluide ale corpului.

Scaunul include 3 centuri pentru asigurare pacient.

Dispozitivul de fixare în vehicul este opțional.



Saver Model S-242 ..... #600100002

### Specificații

Sistem Metric	Lungime	Lungime Pliat	Lățime	Înălțime Deschis	Înălțime Pliat	Greutate	Capacitate de Încărcare
	1210 mm	170 mm	520 mm	915 mm	915 mm	10 kg	159 kg

## DECLARATION OF CONFORMITY CLASS I: MEDICAL DEVICE

**Product Name** CHAIR S-242 (PACKED)  
60-0110-002

**Device type** Patient transport

**Manufacturer`s Name** FERNO Slovakia, s.r.o.

**Manufacturer`s Address** 91307 Bosaca 893  
Slovakia

Tel: 00421-32-7708010-17  
Fax: 00421-32-7708011  
E: sales@ferno.sk

The undersigned hereby declare that the medical; device specified above has been designated as a Class I device in accordance with the requirements of Annex IX of the EC Directive 93/42/EE concerning medical devices.

Further, it is declared that the device complies with the Essential Requirements in Annexe I of the directive and declaration is made under the requirements of Annex VII of the directive.

Following harmonized standard has been applied:

*EN 1865-1: 2012* Specification for stretchers and other patient handling equipment used in road ambulances.

*EN 1789:2007+A2:2014* standards for medical vehicles and their equipment – road ambulances.

Device Serial Numbers are identified on the Manufacturing and Inspection Record and/or the Customer Database held at the manufacturers.

  
Slovakia

913 07 Bošáca 893  
- 01 -

  
Signed

December 7th, 2017  
Date

Ing. Silvia Vančová  
FULL NAME

## Targa antitrauma tip “lopata”



### 1. Caracteristici si date tehnice:

#### 1.1 Identificare

Targa este identificata printr-o eticheta autoadeziva fixata de structura principala, referitoare la marcajul CE.

Eticheta nu trebuie indepartata. In caz de deteriorare, trebuie sa cereti un duplicat.

#### 1.2 Descriere tehnica

Datorita caracteristicilor sale particulare, targa lopata are un rol important in asistenta acordata pacientilor: permite amplasarea sa sub pacient fara ca acesta sa fie miscat. Totodata, permite imobilizarea pacientului in timpul transportului.

Este dotata cu dispozitive ergonomice si ajustabile, care permit transportul pacientului mentinand o pozitie corecta, chiar si in cele mai dificile conditii, cum ar fi transportul pe scari, pasaje inguste si drumuri cu denivelari.

Targa este confectionata din aluminiu anodizat, iar structura foarte solida confera siguranta in utilizare.

Targa lopata este compusa din:

- Structura principala
- Zona pentru cap
- Zona pentru trunchi
- Zona pentru picioare



Principalele dispozitive sunt:

#### Dispozitiv de blocare in zona picioarelor

Acest dispozitiv permite ajustarea lungimii totale a targii si blocarea la aceasta dimensiune, in 4 pozitii, in functie de inaltimea pacientului.

Dispozitivul este folosit de asemenea pentru plierea targii in pozitia de depozitare.

#### Cele doua carlige

Aceste dispozitive permit operatorului sa deschida targa in configuratia dorita (in doua parti sau in pozitie "7"), sa o plaseze sub pacient fara a-l deplasa.

#### Centuri de siguranta

Aceste dispozitive sunt utilizate pentru a limita miscarile voluntare / involuntare ale pacientului in timpul transportului.

Echipamentul include trei centuri cu deschidere rapida.

## 1.2 Date tehnice

Inaltime	mm	90
Latime	mm	420
Lungime minima	mm	1670
Lungime maxima	mm	2020
Lungime pliata	mm	1200
Greutate	kg	9,5
Sarcina maxima	kg	170

## 2. Siguranta

### 2.1 Directive

Targa antitrauma tip lopata a fost proiectata si este construita respectand prevederile Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale si se incadreaza in clasa I.

### 2.2 Utilizare corespunzatoare si necorespunzatoare

Produsul este destinat uzului profesional intr-o situatie medicala sau de alta natura, constand in transportul, in pozitie orizontala a pacientilor cu patologii corespunzatoare.

Producatorul isi declina responsabilitatea in cazul folosirii produsului in urmatoarele situatii, considerate necorespunzatoare:

- Deplasare executata de personal necalificat.
- Transportul acelor pacienti ale caror patologii au fost definite de catre personalul medical ca incompatibile.
- Nerespectarea regulilor de siguranta de catre operatori.
- Transportul pacientilor a caror greutate depaseste 170 kg.
- Folosirea dispozitivelor care interfereaza cu targa lopata.
- Modificari neautorizate de catre ME.BER.
- Nerespectarea instructiunilor din manual.





## 2.3 Instructiuni pentru operatori

Produsul a fost fabricat pentru uz profesional. Operatorii, pe langa cunostintele tehnice necesare, trebuie sa aiba sa aiba experienta in folosirea acestui tip de targa.

Pentru a opera in conditii de siguranta si eficienta este necesara implicarea a 2 operatori calificati si cu o buna conditie fizica, pentru a avea forta si coordonarea musculara necesara asigurarii securitatii maxime pentru pacient.

In cazuri particulare, de exemplu in cazul deplasarii pe trepte, rampe, suprafete dificile sau in cazul unui pacient voluminos, este necesara implicarea a doi operatori suplimentari. Ei trebuie sa verifice, inaintea si in timpul transportului, ca pacientul este legat ferm cu ajutorul centurilor. Schema de mai jos indica numarul de operatori recomandat pentru transportul pacientului, in functie de greutatea acestuia.

<b>Nr/Calificare operatori</b>	<b>Greutatea pacientului</b>
2 operatori calificati si antrenati	< 80 kg
2 operatori calificati si antrenati + 1 operator auxiliar	De la 80 la 120 kg
2 operatori calificati si antrenati + 2 operatori auxiliari	De la 120 la 170 kg
Folositi alte modalitati de transport	> 170 kg

Toti operatorii trebuie sa fie pozitionati cu fata catre pacient.

In situatiile care necesita prezenta operatorilor auxiliari, controlul targii si coordonarea transportului sunt in sarcina celor 2 operatori calificati. Toti operatorii trebuie sa fie pozitionati cu fata catre pacient, iar operatorii auxiliari trebuie sa ajute, urmand instructiunile operatorului calificat.

Atentie!

In orice caz, cel putin un operator calificat trebuie sa se afle in permanenta langa pacient, in tot timpul cat acesta este asezat pe targa.

Atentie!

Daca se incalca aceste instructiuni de siguranta, se pot produce accidente.

## 3. Pregatirea utilizarii si instructiuni

### 3.1 Livrare

Targa este livrata complet asamblata catre beneficiar. Pachetul consta intr-o cutie de carton care contine o punga de plastic si o geanta cu centurile de siguranta.

In momentul receptiei, cumparatorul va verifica daca livrarea este confoama comenii facute. Se va verifica, de asemenea, integritatea targii.

Atentie!



In cazul constatarii unei anomalii, pastrati pachetul si contactati in 48 de ore distribuitorul ME.BER local.

### 3.2 Depozitare

Daca targa nu este folosita imediat, trebuie depozitata intr-un loc inchis, uscat si curat pentru a pastra in stare de eficienta componentele sale.

Daca mai multe targi trebuie pozitionate una peste alta, recoandam un numar maxim de 10, pentru a evita posibilele deteriorari.

### 3.3 Pregatirea utilizarii

Targa poate fi folosita numai cand functionarea tuturor componentelor sale este absolut sigura. Pentru aceasta, tehnicieni calificati ME.BER executa teste in tot timpul productiei si un test final, pentru fiecare targa.

Totusi este recomandat ca, inainte de utilizare, sa efectuati o verificare de siguranta, dupa cum este indicat in schema urmatoare:

Descrierea testului	Rezultat pozitiv	Rezultat negativ
Verificarea profilului in zonele cap/trunchi/picioare		
Deschiderea/inchiderea carligului din zona cap		
Deschiderea/inchiderea carligului din zona picioare		
Verificarea celor 4 pozitii de extensie in zona picioarelor		
Plierea		
Deschidere/inchidere centuri de siguranta		

Daca rezultatul testului este pozitiv, targa este gata de utilizare. Daca nu, contactati reprezentantul ME.BER local.

Atentie!

Pentru a asigura o eficienta maxima a produsului si cele mai bune conditii de siguranta, testul trebuie repetat periodic.

### 3.4 Instructiuni de utilizare

Utilizarea targii consta in deschiderea, ajustarea si plasarea sa sub pacient.

Atentie!

Daca exista suspiciunea ca pacientul sufera de traumatisme cervicale, spinale sau lombare, este necesara plasarea sa pe un echipament corespunzator, cum este o placa spinala.



### Ajustarea lungimii targii

Lungimea targii poate fi ajustata in 4 pozitii diferite, depinzand de inaltimea pacientului.

Procedati dupa cum urmeaza:

1. asezati targa in pozitie orizontala.
2. asezati-va langa targa, in zona pentru picioare.
3. deschideti dispozitivele de blocare din dreapta si stanga.
4. desurubati cele doua parti pentru picioare si ajustati-le in pozitia dorita, considerand ca lungimea targii poate fi ajustata de la 1670 la 2020 mm in 4 intervale.
5. odata obtinuta lungimea dorita, inchideti dispozitivele de blocare deschise anterior.

Atentie!

Odata executata ajustarea, asigurati-va de blocarea corecta a dispozitivelor de inchidere, verificand ca desurubarea nu mai este posibila.

### Deschiderea targii

Pentru a aseza targa sub pacient fara a-l deplasa, este necesara intai deschiderea targii.

Exista cateva tehnici de utilizare a targii lopata, de exemplu inserarea celor doua sectiuni pe rand sub pacient sau deschiderea targii numai in partea dinspre picioare, in forma "7" si plasand partea cealalta sub capul pacientului. Tipul de aplicare trebuie ales in functie de situatie.

Daca doriti sa desfaceti targa in doua parti, procedati dupa cum urmeaza:

1. intindeti targa in pozitie orizontala.
2. asezati-va in partea dinspre cap.
3. tinand in acelasi timp cele doua sectiuni, apasati butonul central al dispozitivului de deblocare si separati-le pana cand ating deschiderea maxima.
4. repetati punctual 2 si 3 pentru a deschide partea picioarelor.

Daca doriti sa deschideti targa in pozitie "7", deschideti doar carligul partii dinspre picioare.

### Asezarea pacientului si inchiderea targii

Urmati procedura dupa cum urmeaza:

Atentie!

In timpul asezarii targii fiti atenti sa nu raniti pacientul sau sa nu ii prindeti in targa parul sau hainele.

### Targa deschisa in doua parti

1. Asezati cele doua parti, deja ajustate, intr-o parte si in cealalta a pacientului care urmeaza a fi transportat.
2. Inserati cele doua parti sub pacient, aplicand tehnicile de urgenta necesare, apropiind cele doua parti pana la intalnirea acestora. Blocati mecanismele de inchidere de la cap si picioare.



3. Legati pacientul cu centurile de siguranta, ajustand lungimea lor. Daca este necesar, aplicati un guler cervical.

#### Targa deschisa in pozitie de "7"

1. Asezati partea dinspre cap a targii, ajustata deja, langa capul pacientului, astfel incat capul pacientului sa se afle in interiorul targii.
2. Inserati capatul targii sub capul pacientului, aplicand tehnicile indicate in medicina de urgenta.
3. Inserati celelalte parti ale targii sub pacient, apropiind cele doua sectiuni pana cand acestea se intalnesc si fixati dispozitivul de blocare.
4. Legati pacientul cu ajutorul centurilor de siguranta si, daca este necesar, aplicati un guler cervical.

#### Atentie!

Dupa inchiderea celor doua parti, asigurati-va ca toate dispozitivele de inchidere sunt fixate corespunzator (carligele de la extremitatile pentru cap si picioare, dispozitivul de inchidere si centurile de siguranta)

Neutilizarea centurilor de siguranta poate duce la ranirea pacientului. Asigurati-va ca centurile sunt bine stranse inainte de fiecare utilizare.

Transportul pacientului impune de obicei implicarea a doi operatori calificati. In anumite situatii, se impune implicarea a mai mult de doi operatori.

#### **Pastrare**

Targa lopata, fiind construita din materiale rezistente la rugina este usor de intretinut si nu necesita conditii deosebite de depozitare. Totusi, este indicat sa fie tinuta intr-o incinta acoperita, avand grija ca mecanismele de blocare si partile care se misca sa nu se blocheze din cauza patrunderii prafului.

Targa lopata poate fi pliata urmand pasii:

1. intindeti targa in pozitie orizontala
2. asezati-va langa targa, in zona pentru picioare
3. deschideti dispozitivele de blocare dreapta si stanga si desurubati complet cele doua parti in acelasi timp
4. pliati targa, suprapunand partea pentru picioare peste cea pentru trunchi
5. asezati targa in locul dorit

#### **4. Intretinere**

##### **Intretinere periodica**

Pentru mentinerea targii in stare de perfecta functionare este necesara intretinerea sa periodica.

In cazul in care veti gasi o parte in neconcordanza cu componenta originala a produsului, scoateti targa din uz pana la remedierea defectiunii.

Schema propusa pentru intretinere depinde de frecventa cu care este folosita targa:





Interventie	Interventii /luna <25	<200	>200
Inspectie generala si verificarea functionarii tuturor dispozitivelor	6 luni	3 luni	1 luna
Curatare	Depinde de locul de utilizare si patologia pacientului transportat		
Lubrifierea partilor in miscare	3 luni	2 luni	1 luna

Atentie!

Utilizarea necorespunzatoare poate duce la ranirea pacientului sau operatorilor si la pagube materiale.

Efectuati intretinerea periodica urmand indicatiile manualului.

## 4.2 Curatare

Urmati indicatiile:

Partile metalice

Spalati cu un burete cu apa si sapun neutru si, daca este necesar, cu dezinfectant. Clatiti si uscati cu atentie. Dupa aceea, aplicati un strat de ceara de protectie.

Partile de plastic

Curatati cu un burete cu solutie dezinfectanta slaba, apoi clatiti si uscati complet.

Atentie!

Evitati folosirea agentilor agresivi – amoniac, inalbitor si a agentilor abrazivi.

## 4.3 Lubrifiere

Poate fi executata aplicand peste partile in miscare cate doua picaturi de ulei de viscozitate medie.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**



Il fabbricante <i>The manufacturer</i>	<b>MEBER S.r.l. Unipersonale</b> <b>Via Langhirano, 270</b> <b>43124 FONTANINI (PR) ITALY</b>
Dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo  <i>Declare under own responsibility that the device</i>	<b>'MAXIMA' BARELLA A CUCCHIAIO ANODIZZATA GRIGIA CON TESTA/TRONCO AD 1 PZ. - CERTIFICATA EN 1865 ART. 631</b>  <b>'MAXIMA' GREY ANODIZED SCOOP STRETCHER WITH TRUNK/HEAD IN ONE PIECE -EN 1865 CERTIFIED ART. 631</b>
Classificazione dispositivo (Direttiva 93/42/CEE Allegato IX)  <i>Device Classification</i> (MDD 93/42/EEC Annex IX)	<b>Classe I</b>  <b>Class I</b>
È conforme a quanto richiesto dalla Direttiva 93/42/CEE (emendata con Direttiva 2007/47/CE) recepita con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n.46 (emendato con D. Lgs. 25 gennaio 2010 n.37)  <i>Is in accordance with MDD 93/42/EEC (amended with Directive 2007/47/EC)</i>	
Procedimento di valutazione della conformità  <i>Conformity assessment procedure</i>	<b>MDD 93/42/CEE (emendata 2007/47/CE) - Allegato VII</b>  <b>MDD 93/42/CEE (amended 2007/47/CE) - Annex VII</b>
Norme armonizzate e/o nazionali applicate, altre norme applicate:  <i>Applied harmonised and/or national standard, other applied norms</i>	<b>EN 1865-1:2010+A1:2015</b> <b>EN 1789:2010+A2:2014</b>
Organismo notificato  <i>Notified body</i>	<b>n.a.</b>

Fontanini, 29/04/2019

MEBER Srl Unipersonale  
Legale Rappresentante / Legal representative  
*Andrea Bertozzi*  
ANDREA BERTOZZI

N.B. Il documento è valido 5 anni dalla data di emissione  
*The present document is valid 5 years from the date of issue*



## 9010 Galaxy

"GALAXY" Yellow spinal board



### FEATURES

Spinal board made of plastic material at high strength. Designed paying particular attention to the difficulties met during every day's interventions; they have 4 holes for the quick and total fixing of the head immobilizer and two cavities where the board lays on the floor, when the base is blocked in the traditional way, that allow to avoid damages to the rip-off straps during the usage of the spinal board or the accommodation in the ambulance. It has 12 handles for the transport and is supplied with 3 belts with rapid unhooking buckle (Art. 605/MEB). X-ray translucent and available in 3 different colours: yellow, orange and red.

Device certified according to the European harmonized safety standards UNI EN 1865

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Size	Adults
Length (cm)	183
Width (cm)	41
Thickness (cm)	5
Weight (kg)	5,5
Loading capacity (kg)	150
Trauma	
Usage	Immobilization
Material	ABS

### SEE ALSO



**Galaxy 9016**  
"GALAXY" Red spinal board



**Galaxy 9012**  
"GALAXY" Orange spinal board

---

## ACCESSORIES

---



**Xeros 625**  
Adjustable universal head  
immobilizer



**Jelly 629**  
Orange standard head immobilizer  
for spinal board



**12144/N**  
Carrying case for spinal board



**Spider 690**  
Belts immobilization system Spider  
for spinal board

---

## STANDARD ACCESSORIES

---



**605/MEB**  
50 mm orange belt in one piece  
with plastic buckle and ME.BER.  
ribbon

---



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**



<p>Il fabbricante</p> <p><i>The manufacturer</i></p>	<p><b>MEBER S.r.l. Unipersonale</b> <b>Via Langhirano, 270</b> <b>43124 FONTANINI (PR) ITALY</b></p>
<p>Dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo</p> <p><i>Declare under own responsibility that the device</i></p>	<p><b>"GALAXY" TAVOLA SPINALE GIALLA CERTIFICATA</b> <b>EN 1865</b> <b>ART. 9010</b></p> <p><b>"GALAXY" YELLOW SPINAL BOARD EN 1865 CERTIFIED</b> <b>ART. 9010</b></p>
<p>Classificazione dispositivo (Direttiva 93/42/CEE Allegato IX)</p> <p><i>Device Classification</i> <i>(MDD 93/42/EEC Annex IX)</i></p>	<p><b>Classe I</b></p> <p><b>Class I</b></p>
<p>È conforme a quanto richiesto dalla Direttiva 93/42/CEE (emendata con Direttiva 2007/47/CE) recepita con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n.46 (emendato con D. Lgs. 25 gennaio 2010 n.37)</p> <p><i>Is in accordance with MDD 93/42/EEC (amended with Directive 2007/47/EC)</i></p>	
<p>Procedimento di valutazione della conformità</p> <p><i>Conformity assessment procedure</i></p>	<p><b>MDD 93/42/CEE (emendata 2007/47/CE) - Allegato VII</b></p> <p><b>MDD 93/42/CEE (amended 2007/47/CE) - Annex VII</b></p>
<p>Norme armonizzate e/o nazionali applicate, altre norme applicate:</p> <p><i>Applied harmonised and/or national standard, other applied norms</i></p>	<p><b>EN 1865-1:2010</b></p>

Fontanini, 29/04/2019

MEBER Srl Unipersonale  
Legale Rappresentante / Legal representative  
*Andrea Bertozzi*  
ANDREA BERTOZZI

N.B. Il documento è valido 5 anni dalla data di emissione  
*The present document is valid 5 years from the date of issue*

## DAVIS

### Traction/immobilization system



Davis traction systems are devices that limit tissue damage caused by possible bone rubbing by spacing the two halves of a fracture.

#### Specific features

- Sturdy and lightweight structure
- 4 padded supports offer greater comfort and a better weight distribution
- Elastic immobilization bands
- Padded and adjustable ankle band
- Soft ischial padding increase leg stability and patient comfort
- Transport bag with pocket and strap closure allows easy storage of the device and accessories

#### Technical data

Minimum length <sup>(1)</sup>	890 ± 10 mm
Maximum length <sup>(1)</sup>	1350 ± 10 mm
Width	210 mm
Base width	230 mm
Width of leg support area	165 mm
Traction belt length	From 0 to 500 mm
Inclination	10° (variable depending on the extension)
Materials	Steel, Al, Nylon
Weight	1.78 ± 0.1 kg
Bag dimensions	990 x 330 mm
Bag weight	520 g

<sup>(1)</sup> The limb must be approximately 15 cm shorter than the indicated measurements

Sizes subject to ± 10 mm tolerances

#### Standard equipment

Transport bag

Class I MD compliant with UE Reg. 2017/745

DAVIS ADULT TRACTION SYSTEM



SR01010A

CND Classification V9099

Registration number 195373

Nato stock N° 6515-15-149-2408

Rev.0 (10/09/2021)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)

**EU DECLARATION OF CONFORMITY/ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**  
**Regulation/Regolamento UE 2017/745**

The declaration is released under the sole responsibility of the manufacturer  
*La dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante*

Manufacturer/*Fabbricante*: **Spencer Italia s.r.l.**  
 Via Provinciale, 12 – 43038 Sala Baganza (PR) – Italy

Unique registration number/  
*Numero di registrazione unico*: Eudamed is not active/ *Banca Eudamed non attiva*

Medical Device/*Dispositivo Medico*: DAVIS ADULT TRACTION SYSTEM/  
 DAVIS SISTEMA DI TRAZIONE ADULTO

Code /*Codice*: SR01010A

BASIC UDI-DI /*UDI-DI di base*: 805771123SISTEMATRAZKU

Lot/ *Lotto* SN/ *Matricola*: Not available before the production/  
*Non disponibile prima della produzione*

Quantity/*Quantità*: 1

Risk class /*Classe di rischio*: I  
 (Annex VIII/ *Allegato VII*)

Conformity assessment procedure/  
*Procedura valutazione conformità*: Not present /*Non presente*

Rule/*Regola*: 1

**Spencer Italia S.r.l.** declares under its sole responsibility that the above mentioned medical device is in compliance with the requirements of the Regulation 2017/745 and with the applicable regulations and common specifications.  
**Spencer Italia S.r.l.** dichiara sotto la sua sola responsabilità che il Dispositivo Medico sopra menzionato, è conforme ai requisiti del Regolamento 2017/745, alle norme e alle specifiche comuni applicabili.

The list of applicable standards is reported in the Technical File.  
*La lista delle norme applicabili è riportata nel relativo Fascicolo Tecnico.*

Sala Baganza (PR) - IT, 03/04/2022

First name and surname /*Nome e cognome*: \_\_\_\_\_

Role/*Ruolo*: \_\_\_\_\_ Signature/*Firma*: \_\_\_\_\_

Person in whose name and on whose behalf this declaration of conformity has been signed/  
*Persona a nome e per conto della quale è stata firmata la presente Dichiarazione UE :*

Antonio Ciardella  
 (Legal Representative /*Legale Rappresentante*)



**Spencer Italia Srl**

## SET RES-Q-SPLINT

Atele vacuum – Set 3 dimensiuni cu pompa si geanta



Atelele Res-Q-Splint sunt dispozitive folosite la imobilizarea membrilor în cazul suspiciunii de leziuni sau fracturi ale acestora.

### Trasaturi specifice

Folie PVC usor de curatat

Canalele separate evita mișcarea și acumularea materialului de umplură, asigurând o mai bună distribuție a acestuia, făcând mai eficientă imobilizarea membrului

Închidere rapidă datorită centurilor velcro

Supapa unisens caracterizată prin pasaje care permit volume mari de aer, astfel se atinge mai repede nivelul de vid dorit

Geantă de transport cu mânăre și suport pentru pompă pe partea din spate; pompa furnizată se caracterizează prin dimensiuni reduse și eficiență ridicată

### Date tehnice

Dimensiuni marime S	560 x 460 ± 10 mm
Dimensiuni marime M	490 x 380 x 700 ± 10 mm
Dimensiuni marime L	750 x 540 x 900 ± 10 mm
Greutate marime S	295 ± 50 g
Greutate marime M	630 ± 50 g
Greutate marime L	1050 ± 50 g
Dimensiuni geanta	550 x 410 x 160 ± 20 mm
Materiale	PVC, Al, PS
Greutate set	3,16 ± 0,2 kg

### QM22500A

RES-Q-SPLINT - SET 3 DIMENSIUNI CU POMPA SI GEANTA

SET format din urmatoarele DM conform Reg. UE.

2017/745

QM22530A – Atela vacuum marime S cu camere separate	Reg. n. 102933	CND V0804
QM22520A – Atela vacuum marime M cu camere separate	Reg. n. 102924	CND V0804
QM22510A – Atela vacuum marime L cu camere separate	Reg. n. 102852	CND V0804

Rev.0 (04/05/2021)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)



**EU DECLARATION OF CONFORMITY/ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**  
**Regulation/Regolamento UE 2017/745**

The declaration is released under the sole responsibility of the manufacturer  
*La dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante*

Manufacturer/*Fabbricante*: **Spencer Italia s.r.l.**  
Via Provinciale, 12 – 43038 Sala Baganza (PR) – Italy

Unique registration number/  
*Numero di registrazione unico*: IT-MF-000027507

Medical Device/*Dispositivo Medico*: RES-Q-SPLINT SIZE L - VAC. SPL. WITH SEPAR. CHAMB.  
RES-Q-SPLINT - STECCOBENDA DEPRESSIONE MIS.L

Code/*Codice*: QM22510A

BASIC UDI-DI/*UDI-DI di base*: 805771123STECCOBENDE4T

Lot/*Lotto* SN/*Matricola*: Not available before the production/  
*Non disponibile prima della produzione*

Quantity/*Quantità*: 1

Risk class/*Classe di rischio*: I  
(Annex VIII/*Allegato VII*)

Conformity assessment procedure/  
*Procedura valutazione conformità*: Not present/Non presente

Rule/*Regola*: 1

**Spencer Italia S.r.l.** declares under its sole responsibility that the above mentioned medical device is in compliance with the requirements of the Regulation 2017/745 and with the applicable regulations and common specifications.

**Spencer Italia S.r.l.** dichiara sotto la sua sola responsabilità che il Dispositivo Medico sopra menzionato, è conforme ai requisiti del Regolamento 2017/745, alle norme e alle specifiche comuni applicabili.

The list of applicable standards is reported in the Technical File.

*La lista delle norme applicabili è riportata nel relativo Fascicolo Tecnico.*

Sala Baganza (PR) - IT, 21/11/2022

First name and surname /*Nome e cognome*: \_\_\_\_\_

Role/*Ruolo*: \_\_\_\_\_ Signature/*Firma*: \_\_\_\_\_

Person in whose name and on whose behalf this declaration of conformity has been signed/  
*Persona a nome e per conto della quale è stata firmata la presente Dichiarazione UE* :

Antonio Ciardella  
(Legal Representative /*Legale Rappresentante*)



## ECO AIR SPLINT KIT

Inflatable splints – Kit 6 sizes with bag



Air Splint splints are devices used to immobilise limbs in the event of suspected injuries or fractures of the limbs, to avoid additional strain during the pre-hospital phase.

### Specific features

- Low storage space required
- Quick application thanks to the zip closure
- Varying the inflation pressure is possible to increase or decrease the immobilization level of the limb
- Color coded zip puller for quick size identification

### Technical data

Included sizes	Arm 37 cm
	Leg 40 cm
	Arm 64 cm
	Leg 67 cm
	Arm 75 cm
	Leg 85 cm
Material	PVC
Weight	1500 ± 50 g

Rev.0 (04/05/2021)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)

**QS24200A**

ECO AIR SPLINT - KIT 6 SIZES WITH BAG

SET consisting of the following MD compliant with UE Reg. 2017/745

QS24237 - AIR SPLINT - INFLATABLE SPLINT FOR ARM 37 CM	Reg. n. 103611	CND V0804
QS24240 - AIR SPLINT - INFLATABLE SPLINT FOR LEG 40 CM	Reg. n. 103636	CND V0804
QS24264 - AIR SPLINT - INFLATABLE SPLINT FOR ARM 64 CM	Reg. n. 103628	CND V0804
QS24267 - AIR SPLINT - INFLATABLE SPLINT FOR LEG 67 CM	Reg. n. 103639	CND V0804
QS24275 - AIR SPLINT - INFLATABLE SPLINT FOR ARM 75 CM	Reg. n. 103633	CND V0804
QS24285 - AIR SPLINT - INFLATABLE SPLINT FOR LEG 85 CM	Reg. n. 103644	CND V0804

Rev.0 (04/05/2021)

 UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)



JM80002

# BLUE SPLINT KIT

Rigid splints with flexible internal structure

Available in five shapes and also adaptable to paediatric patients, these rigid splints are particularly resistant, easy to store and extremely versatile. The kit includes 5 rigid splints (leg, arm, forearm, wrist, elbow/ankle) with a storage bag. All splints can be reconfigured based on the patient's size or area to immobilize.

The kit include: transport bag for splints and an additional forearm splint.



Easy to  
Clean



Easy to  
Store

## SPLINT FOR LEG

Dimensions 580 x 450 mm  
Weight 0,360 kg

## SPLINT FOR ARM

Dimensions 590 x 280 mm  
Weight 0,300 kg

## SPLINT FOR FOREARM

Dimensions 390 x 300 mm  
Weight 0,206 kg

## SPLINT FOR WRIST

Dimensions 310 x 240 mm  
Weight 0,145 kg

## SPLINT FOR ELBOW/ANKLE

Dimensions 540 x 280 mm  
Weight 0,273 kg



- Each splint includes a **self-adherent strips** to speed up the immobilization process.
- The kit can be used as an **armrest during intravenous infusions**.
- Washable at 40°C** by removing the inner core.

- Soft materials** ensure high comfort
- Materials **Neoprene, Al, Nylon**
- Dimensions **6200 x 310 mm**
- Weight **1,45 kg**



# Patriot 836



## Adjustable cervical collar



<b>Size</b>	Adults
<b>Usage</b>	Immobilization
<b>Trauma</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

### See also



#### Patriot Baby 837

### Description

Cervical collar adjustable to 4 different sizes. Designed to have in one article different possibilities of immobilization, it has been developed for the emergency medical use. Pre-molded chin support, locking clips, rear ventilation panel, enlarged trachea opening. The Patriot cervical collar is produced with high density polyethylene and foam padding; the flat one-piece design enables efficient storage where space is limited. X-ray lucent and easy to clean and disinfect.

### CONTACT US

📍 Via Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) - Italy

☎ + (39) 0521-648770

📠 + (39) 0521-648780 + (39) 0521-390349

✉ Email: [info@meber.it](mailto:info@meber.it)

# Patriot Baby 837

Adjustable cervical collar pediatric



## Description

It has same technical features as adults collar. PATRIOT BABY is a pediatric cervical collar adjustable in 3 different sizes.

### Main features

<b>Size</b>	Children
<b>Usage</b>	Immobilization
<b>Trauma</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Pediatric</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

### CONTACT US

📍 Via Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) - Italy

☎ + (39) 0521-648770

📠 + (39) 0521-648780 + (39) 0521-390349

✉ Email: [info@meber.it](mailto:info@meber.it)

## SED

### Extrication/spine immobilization device



The SED extrication device is a first aid apparatus to be used for the extraction of a traumatised patient from a vehicle. It must be used after the application of the cervical collar to maintain immobilisation and head-torso alignment.

#### Specific features

- Color coded belt system to make the application more intuitive and rapid
- PVC coating for an easy sanitation
- The separation of the rigid elements, allows high vertical rigidity and horizontal flexibility
- Equipped with cushion for the nuchal area

#### Technical data

Length	830 mm
Width	900 mm
Maximum thickness <sup>(1)</sup>	25 mm
Overall dimensions wrapped with bag (approx.)	850 x 250 x 120 mm
Belts length	74 ± 2 cm
Materials	PVC, Nylon, PP
Weight without bag	2,60 kg
Weight with bag	2,85 kg
Maximum load capacity	230 kg

<sup>1)</sup> at the hooks

#### Standard equipment

- Transport bag

Class I MD compliant with UE Reg. 2017/745

SED SPENCER EXTRICATION DEVICE



SR00111B

CND Classification V0804

Registration number 102330

NATO stock n° 6515-15-149-8710

Rev.0 (30/11/2020)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)

**Declaration of compliancy**



**Manufacturer:** Spencer Italia Srl  
**Adress:** Strada Cavi 7 -43044 Collecchio Parma - ITALY  
**Product:** SED SPENCER EXTRICATION DEVICE  
**Code:** SR00111B

**Classification (according to Council Directive 93/42/EEC, Annex IX):** I

**We hereby declare that the above mentioned products meet the provisions of 93/42/EEC Council Directive (MDD)**

**Application from the Annex VII (according to Council Directive 93/42/CEE)**


**Quality System Applied: ISO 9001-ISO 13485**

**Valid from date** 10/14/2011

**SPENCER ITALIA S.r.l.**



Strada Cavi, 7  
43044 COLLECCHIO (PR)  
Tel. 0521.541111 Fax 0521.541222

**Signature an Position:**

  
Luigi Cesare Pizzi Spadoni  
Legal Representative

The Declaration of conformity issued for the lot or production number is filed in the Device Master Record and is available from our company files.

size	allowance
36,6 u8	+ 0,099 + 0,060




Heat treatment		
tempering	temperature: 890 °C	time: 12 minutes
quenching:	water while adding polymer	
annealing:	temperature: 565°C	time: 50 minutes

hydro pressure test Ph min. 30 s	ultrasonic test	Pb ≥ 480 bar	Py ≥ 401 bar
Re 850 MPa	Rg 980 - 1099 MPa	A > max{12500/Rm; 14}%	

on a scale of		weight appr. 10,4kg
(material) 34CrMo4 R 139,7 x 3,1 (Mw.+20%) DIN EN 10297-1		

2016	date	name	(cyl body) <b>Flaschenkörper 10l</b>
	09.11.	Seifert	

(test pressure) 300 bar	regulation: DIN EN ISO 9809-1:2010 (RL2010/35/EU) 0090/EN49/12
-------------------------	---

 eurocylinder systems		(drawing number)	13 052 146 0 e





Acasa » MEDIREG® II

#### Intrebari

Pentru mai multe detalii despre acest produs, contactati echipa de vanzari din regiune.

Client Inregistrat?  
Suport Tehnic si post-vanzare



## MEDIREG® II

Cod produs: 3221

Whole medical range is available on [gcehealthcare.com](http://gcehealthcare.com)

### NOUA GENERATIE DE REGULATOARE DE INALTA PRESIUNE MEDICALE

- Regulator cu debitul de iesire reglat constant sau cu debitmetru
- Manometru de presiune rotativ care permite intotdeauna o citire confortabila
- Design ergonomic
- Suprafata usor de curatat
- Compact si usor de folosit



**73510000403 MediReg II leaflet RO**

### DATE TEHNICE

Gaz:	O <sub>2</sub> , Aer, N <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O, Xe, Ar
Presiune intrare:	Pana la300 bar
Presiune iesire:	4 bar
Racord intrare:	conform standardelor nationale
Pressure outlet:	DIN, AFNOR, SS, CZ etc.
Material corp:	Alama nichelata
Buton control:	Poliamida
Garnituri O:	EPDM
Filtru:	Bronz sinterizat
Protectie manometru:	TPE (elastomer termoplastic)
Certificare reglatoare:	Conform cu Medical Devices Directive 93/42/EEC Conform cu EN 10524-1 (Reglatoare de presiune pentru utilizarea gazelor medicale) Conform cu Standard EN 1789:2000 (Vehicule medicale si echipamentele lor – Ambulante rutiere)
Clasificare:	Clasa IIb
Producător:	GCE, s.r.o, Žižkova 381, 583 81 Chotěboř, CZ

### Informatii tehnice

Sus ^

Descarcati informatiile tehnice



### Produse similare

Sus ^



# EC CERTIFICATE

## Full Quality Assurance System

Certificate No.:  
10401-2017-CE-CZS-NA-PS Rev. 5.0

Project No.:  
PRJC-189266-2009-PRC-CZE

Valid Until:  
27 May 2024

This is to certify that the quality system of:

### **GCE s.r.o.**

Žižkova 381,583 01 Chotěboř, Czech Republic

For design, production and final product inspection/testing of:

### **MEDICAL DEVICES FOR USE WITH MEDICAL GASES**

Has been assessed with respect to:

### **THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE DESCRIBED IN ANNEX II EXCLUDING SECTION 4 OF COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC ON MEDICAL DEVICES, AS AMENDED**

and found to comply.

Further details of the product(s) and conditions for certification are given overleaf.

Place and date:  
**Høvik, 15 September 2020**



For:  
**DNV GL PRESAFE AS**  
**Notified Body No.: 2460**

*Cathrine Wisbech*

**Cathrine Wisbech**

The certificate is digitally verified by blockchain technology. For more info, see [www.dnvgl.com/assurance/certificates-in-the-blockchain.html](http://www.dnvgl.com/assurance/certificates-in-the-blockchain.html)



Certificate No.:  
10401-2017-CE-CZS-NA-PS Rev. 5.0

Project No.:  
PRJC-189266-2009-PRC-CZE

Valid Until:  
27 May 2024

## Jurisdiction

Application of Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993, adopted as "Forskrift om Medisinsk Utstyr" by the Norwegian Ministry of Health and Care Services.

### Certificate history:

Revision	Description	Issue Date
0.0	Supersedes DNV GL (NB0434) certificate No. 73547-2010-CE-CZS-NA 7.0 following transfer of notified body function to DNV Nemko Presafe AS (NB2460)	2017-11-01
1.0	Correction pagination	2018-07-11
2.0	Scope extension – added new variants of Pressure regulators integrated with cylinder valves - MediVital A and MediVital E	2018-08-22
3.0	Re-certification	2020-03-30
4.0	Scope Extension – added new models in Bold  High Pressure Regulators, model MEDITEC  Flow-metering devices, model MediFlowTec  As listed in the List of Models dated 11-09-2020	2020-09-11
<b>5.0</b>	<b>Removing models – Gas Switch, Gas Alarm C44, Gas Alarm G4, Gas Alarm MC7701, Gas Alarm Touch, as per List of Models dated 14-09-2020</b>	<b>2020-09-15</b>

Certificate No.:  
10401-2017-CE-CZS-NA-PS Rev. 5.0

Project No.:  
PRJC-189266-2009-PRC-CZE

Valid Until:  
27 May 2024

Products covered by this Certificate:

Product Description	Product Name	Class
Medical devices for use with Medical Gases	Flow-metering devices (Ball flow meters, Flow selectors) Humidifiers Low pressure hoses Low pressure regulators Terminal Unit (for Anesthetic Gas Scavenging System) Suction equipment (Suction ejectors, Vacuum regulators) Demand Valve Gas Saver	IIa
Medical devices for use with Medical Gases	Pressure regulators integrated with cylinder valves Cylinder valves High Pressure Regulators Terminal Unit Ambulance Panel Central gas supply system Resuscitator Adjustable regulators	IIb

The complete list of devices is filed with the Notified Body

**Sites covered by this certificate**

Site Name	Address
GCE s.r.o.	Žižkova 381, 583 01 Chotěboř, Czech Republic

Certificate No.:  
10401-2017-CE-CZS-NA-PS Rev. 5.0

Project No.:  
PRJC-189266-2009-PRC-CZE

Valid Until:  
27 May 2024

## Terms and conditions

The certificate is subject to the following terms and conditions:

- Any producer (see 2001/95/EC for a precise definition) is liable for damage caused by a defect in his product(s), in accordance with directive 85/374/EEC, as amended, concerning liability of defective products.
- The certificate is only valid for the products and/or manufacturing premises listed above.
- The Manufacturer shall fulfil the obligations arising out of the quality system as approved and uphold it so that it remains adequate and efficient.
- The Manufacturer shall inform Presafe of any intended updating of the quality system and Presafe will assess the changes and decide if the certificate remains valid.
- Periodical audits will be held, in order to verify that the Manufacturer maintains and applies the quality system. Presafe reserves the right, on a spot basis or based on suspicion, to pay unannounced visits.

The following may render this Certificate invalid:

- Changes in the quality system affecting production.
- Periodical audits not held within the allowed time window.

## Conformity declaration and marking of product

When meeting with the terms and conditions above, the producer may draw up an EC declaration of conformity and legally affix the CE mark followed by the Notified Body identification number of Presafe.

End of Certificate



Front:

25E D ecs ABC123 UT  
3.0MM . . , .KG 10L PW200PH300BAR  
π0090 ENISO9809-1 D <sup>AP</sup><sub>14</sub> 2022/\_\_\_

Back:

	17.03.2022	<b>Marking</b>
	Mund	REV 10L 57032
		Revision 0

# Konformitätserklärung

Conformity declaration / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità

**Folgende Stahlflaschen wurden in Übereinstimmung mit der  
Richtlinie 2010/35/EU hergestellt.**

The following steel cylinders were manufactured acc. directive 2010/35/EU.  
Les bouteilles en acier suivantes ont été fabriquées en conformité avec la directive  
2010/35/UE. Le bombole sono state prodotte secondo la direttiva 2010/35/UE.

<b>Auftragsnummer:</b> Order no / M. de commande / Ordine no:	23/57734/2
<b>Kunde:</b> Customer / Cliente / Client:	Rév Gas Industries Ltd.
<b>Stückzahl:</b> Quantity / Quantité / Quantità:	200
<b>Fassungsraum:</b> Volume / Volume / Volume:	10 l
<b>Prüfdruck:</b> Test pressure / Pression d'épreuve / Pressione Prova:	300 bar
<b>Herstellernummern:</b> Manufacturer's no. / No. di série / Numero de serie:	MTO013-MTO189, MTP001-MTP025 (excl.MTO099, MTO111)
<b>Kundennummern:</b> Customer no / No. di cliente / Numero client:	-
<b>Vorschrift:</b> Rule / Règlementation / Regola:	EN ISO 9809 - 1 : 2010
<b>Zulassungsnummer:</b> Approval no / Numéro de agrément / Approvazione no:	0090/EN49/12
<b>Konformitätszeichen:</b> Conformity mark / No de conformité / Conformità no:	π
<b>Kennnummer:</b> Reference no / Numéro d'identification / Riferimento no:	0090

Apolda, 10.01.2023



i.A./pp. Förtsch  
(ecs AG)

F10 Ausgabe 2 / 01.06.2022



Die Kennzeichnung mit P15Y durch die eurocylinder systems AG erfolgt im Auftrag nach den Vorgaben des Kunden. Die eurocylinder systems AG überprüft nicht, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Kennzeichnung P15Y vorliegen. Es ist die ausschließliche Pflicht des Kunden und allen folgenden Eigentümern zu überprüfen, dass die einschlägigen Vorschriften der ADR/RID P200 eingehalten werden. Die eurocylinder systems AG ist nicht verantwortlich sicherzustellen, ob der Kunde und alle folgenden Eigentümer zu einer Kennzeichnung mit P15Y autorisiert sind oder ob die Voraussetzungen für die Kennzeichnung P15Y vorliegen.

The labeling with P15Y by eurocylinder systems AG is carried out in the order according to the customer's specifications. Eurocylinder systems AG does not check whether the legal requirements for a P15Y label are met. It is the sole responsibility of the customer and any subsequent owners to check that the relevant provisions of ADR/RID P200 are complied with. Eurocylinder systems AG is not responsible for ensuring whether the customer and all subsequent owners are authorized to label with P15Y or whether the requirements for labeling P15Y are met.

Le marquage avec P15Y par eurocylinder systems AG est effectué à la commande selon les spécifications du client. eurocylinder systems AG ne vérifie pas si les exigences légales pour une étiquette P15Y sont remplies. Il est de la seule responsabilité du client et des éventuels propriétaires ultérieurs de vérifier que les dispositions pertinentes de l'ADR/RID P200 sont respectées. eurocylinder systems AG n'est pas responsable de s'assurer que le client et tous les propriétaires ultérieurs sont autorisés à étiqueter avec P15Y ou si les exigences d'étiquetage P15Y sont remplies.

La marcatura con P15Y da parte di eurocylinder systems AG viene effettuata per conto del cliente secondo le specifiche del cliente. Eurocylinder systems AG non verifica se i requisiti legali per una marcatura P15Y sono soddisfatti. È dovere esclusivo del cliente e di tutti i successivi proprietari verificare che siano rispettate le disposizioni pertinenti dell'ADR/RID P200. Eurocylinder systems AG non è responsabile di garantire se il cliente e tutti i successivi proprietari sono autorizzati a etichettare P15Y o se i requisiti per la marcatura P15Y sono soddisfatti.

F10 Ausgabe 2 / 01.06.2022



# EU DECLARATION OF CONFORMITY

**Certificate Number:** ZP 03-006 High Pressure Regulators\_09-07  
**Manufacturers Name:** GCE, s.r.o.  
**Manufacturers Address:** Žižkova 381, 583 01 Chotěboř, Czech Republic  
**SRN (Single Registration Number):** 003172 RZPRO  
**Product Group:** High Pressure Regulators  
**Name of the Device (s):** MEDIREG II  
**Product code:** 7085  
**Risk Classification:** IIb  
**GMDN code:** 43438  
**Other used standards:** EN ISO 10524-1:2018  
**Notified Body name:** DNV Product Assurance AS  
**Notified Body Address:** Veritasveien 3, N-1363 Høvik, Norway  
**Notified Body Identification number:** 2460  
**EC Certificate Number:** 10401-2017-CE-CZS-NA-PS

## Conformity assessment route:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of GCE, s.r.o. We hereby declare that the medical device(s) specified above meet the provision of the Regulation MDD 93/42/EEC for medical devices. This declaration is supported by the Quality System approval to ISO 13485:2016 issued by DNV Product Assurance AS.

The product is in accordance with Annex II (excluding section 4) of the MDD 93/42/EEC and is safe for declared purpose of use under standard conditions. Any modification to the product, not authorized by us, will invalidate this declaration.

All supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Signature:

Place and date (dd.mm.yyyy) of issue:

Ing. Tereza  
Šnapková

Digitálně podepsal  
Ing. Tereza  
Šnapková  
Datum: 2021.05.28  
13:44:08 +02'00'

.....Chotěboř

Tereza Šnapková

Regulatory Specialist, On behalf of Tomáš Janeček, managing director.

Note: List of variants is in attachment of this document.



# ZERTIFIKAT

## CERTIFICATE / CERTIFICAT

über die Konformität der Herstellung gemäß RL 2010/35/EU, ADR/RID 2021, 1.8.7.4  
of conformity of manufacture acc. to dir. 2010/35/EU ADR/RID 2021, 1.8.7.4  
de conformité de la fabrication selon la dir. 2010/35/EU ADR/RID 2021, 1.8.7.4

**Zertifikat-Nr., Certificate No., N° de certificate : II / LWD / 1014 / 2022**

Name und Anschrift des Herstellers / Fertigungsstätte: **eurocylinder systems AG**  
Name and address of manufacturer/place of manufacture **Auenstraße 21**  
Nom et adresse du fabricant / Lieu de fabrication: **99510 Apolda**

Hiermit wird bescheinigt, dass die ortsbeweglichen Druckgeräte die Anforderungen der RL 2010/35/EU und des ADR/RID 2021 erfüllen. Die Druckgeräte entsprechen den zur Baumusterzulassung eingereichten Unterlagen und sind mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet. This is to certify, that the transportable pressure equipment listed below meet the requirements of the Transportable Pressure Equipment Directive 2010/35/EU and the ADR/RID 2021. The pressure equipment complies the documents submitted for type approval and is marked with the following symbol. Nous certifions ci-joint que les appareils à pression mobiles sur différents lieux répondent aux exigences conformément à la directive 2010/35/EU et à la directive ADR/RID 2021. Les appareils à pression répondent aux contrôles des prototypes CE et sont caractérisés par les sigles représentés.

### π 0090

Die Druckgeräte sind mit einem Ventil mit PI-Kennzeichnung auszurüsten.  
The pressure devices are to be fitted with a valve with PI-marking.  
Les appareils à pression sont équipés d'une vanne avec le caractère PI.

Geprüft nach Richtlinie 2010/35/EU, ADR/RID 2021: **Erstmalige Prüfung**  
Tested under Directive 2010/35/EU, ADR/RID 2021 : **Initial inspection and test**  
Contrôlé selon la directive 2010/35/EU, ADR/RID 2021: **Contrôle et épreuves initiaux**

Prüfbericht-Nr.: **LWD / 2022**  
Test report No.:  
Nr. de rapport de contrôle:

Herstell-Nr.: **LWD001 – LWD194**  
Manufacturer's serial No.:  
Nr. du fabricant:

Beschreibung des Druckgerätes: **Nahtlose Stahlflaschen Familie EN 49 / 10,0 l**  
Description of pressure equipment: **Seamless steel cylinder ....., family / l**  
Description de l'appareil à pression: **Surface en acier sans raccords ....., Famille / l**

Norm: **EN ISO 9809 – 1 : 2010**  
Standard:  
Standard:

Zertifikat-Nr. des Baumusters: **0090 / EN49 / 12**  
Type certificate No.:  
Nr. de certificat du prototype:

 **Tropschug**

Apolda, 22.07.2022

(Ort, Datum) (place, date)

Betriebseigener Prüfdienst der eurocylinder systems AG  
Inhouse inspection service of eurocylinder systems AG,  
Service de contrôle interne de eurocylinder systems AG



**Prüfberichts-nr.**  
Report-nr.  
Rapport-n°

**L W D/2022**

**Zertifikat-nr.**

*π / LWD / 10.14 / 2022*

Certificate-nr.  
N° de certificat

**CE/ / /**

Glühlos/batch-nr./lot / Jahr/year/an

**Volumen**  
Volume  
Volume **10,0 dm<sup>3</sup>**  
dm<sup>3</sup>  
dm<sup>3</sup>

**Zulassungs-Nr.**  
Approved-nr.  
N° d'homologation **0090/EN49/12**

**Prüflosgröße**  
Inspection lot size  
Volume du lot de contrôle **202** **Stück**  
pieces  
pieces

**Prüfdruck**  
Test pressure  
Pression d'épreuve **300 bar**  
bar  
bar

**Zeichnungs-Nr.**  
Drawing-nr.  
Plan-n° **130521460**

**Werkstoff**  
Material  
Matière **34CrMo4**

**Abmessung**

Dimensions  
Dimensions **139.7 × 3.1**

**Gütepass**

Material certificate  
Certificat matière **14 / 2022**

**Chargen-Nr.**

Charge-nr.  
Charge-n° **209965**

**Chargen-Kennzeichnung**

Charge identification  
Identification de la charge **grau**

**1. Angaben zur Wärmebehandlung**

Information to the heat treatment  
Informations concernant le traitement thermique

Vergüten/Quenching and tempering/Trempe et revenu

<b>Austenitisieren</b>	°C	min
Austenising Austénisation	880	10
<b>Badtemperatur</b>		
Bath temperature Température du bain	25 - 38	°C
<b>Polymerkonzentration</b>		
Polymer concentration Polymère concentration	5,5	% Kontrollwert % Check value % Valeur contrôle <b>5,5</b> %
<b>Anlassen</b>		
Tempering Revenu	565	50 min

**Arbeitsvorbereiter**

Operations sheduler  
Préparateur du travail

*[Signature]*  
**20.07.22**

Unterschrift signing signature / Datum date date

**2. Bestätigung über die Einhaltung der technologischen Parameter**

Compliance with technical parameters  
Conformité des caractéristique techniques

**Härter**

Hardener  
Trempeur

*[Signature]* **19.07.2022**

Unterschrift signing signature / Datum date date

**3. Ergebnis der Werkstoffprüfung (einschl. Berst-/Härteprüfung)**

Result of the material test (inclusive bursting test/ hardness test)  
Résultat du contrôle matière (incluse essai de rupture/test de dureté)

**Vorgabewerte**

Allowed values  
Valeurs autorisées

**erreicht / nicht erreicht**

are / are not reached  
sont / ne sont pas atteintes

**BEPD-WP**

Inhouse inspection service  
Service de contrôle interne

*[Signature]* **22. Juli 2022**

Unterschrift signing signature / Datum date date

*Handwritten signature*


**BEPD**

**Tropfschug**

**Betriebseigener Prüfdienst der ecs AG**  
Inhouse inspection service of ecs AG  
Service contrôle interne de ecs AG

*Handwritten signature*

**22. Juli 2022**





**Werkstoffprüfbericht**/Material Test Report/Procès-verbal de contrôle matière


Dieser Prüfbericht gehört zur Glühlos - Nr. LWD/2022 und dem dazugehörigen Kontrollbericht.

This test report is part of heat treatment batch- nr. \_\_\_\_\_ and the corresponding inspection report.  
Le présent procès-verbal fait partie de no. de lot de traitement thermique \_\_\_\_\_ et du procès-verbal de contrôle.

Volumen/Volume/Volume: 10,0 dm<sup>3</sup> Zulassung/Approval/Permission: 0090/EN49/12

Ergebnisse der Werkstoffprüfung/Results of the material test/ Résultat du contrôle matière:  
nach DIN EN ISO 9809 – 1 : 2010 / nach DIN EN ISO 9809 – 2 : 2010

Zugversuch Tensile test Essai de traction		Abmessungen Dimensions Dimensions nach DIN EN ISO 6892 – 1 : 2009 B nach DIN EN ISO 6892 – 2 : 2011 B				Kraft Force Force N		Δl mm	Härte an Prüfflasche Hardness of the test cylinder Dureté de la bouteille d'essai nach DIN EN ISO 6506-1:2015 [HB 30]
Prüftemp. Test temp. Temp. d'épreuve [°C]	Breite Width Largeur [mm]	Dicke Thickness Epaisseur [mm]	Fläche Area Surface [mm <sup>2</sup> ]	Messlänge Measuring length Longueur de mesure [mm]	Streck- grenze Yield point Limite apparente d'élasticité [N/mm <sup>2</sup> ]	Zugfestig- keit Tensile strength Résistance à la traction [N/mm <sup>2</sup> ]	Dehnung Elongation Allongement [%]		
20	20,0	3,6	72,0	50	67000 931	73000 1014	8,0 16,0	375	
Kerbschlagbiegeversuch/ Impact test/ Essai de résilience nach DIN EN ISO 148 – 1 : 2011								Faltversuch Bend test/ Essai de pliage nach DIN EN ISO 7438 : 2012 (D= 6 s ; 180°) 4 × o. A.	
Proben-Nr. Sample no. Numero d'échantillon	Breite Width Largeur [mm]	Höhe Height Hauteur [mm]	Fläche Area Surface [cm <sup>2</sup> ]	Arbeit Work Travail [J]	Kerbschlag- zähigkeit Impact value Résilience [J/ cm <sup>2</sup> ]	Mittelwert Mean value Valeur moyenne [J/ cm <sup>2</sup> ]			
LWD.1	3,5	8,0	0,28	33,0	118	110	Hals – und Bodenprüfung Neck and bottom test Contrôle de col et fond		
LWD.2	3,5	8,0	0,28	29,5	105				
LWD.3	3,5	8,0	0,28	30,0	107				
Berstprüfung Bursting test/Essai de rupture								595 bar	
Probelage: Position of the sample/ Position de flexion Längs / longitudinal Prüftemperatur: Test temperature/ Temperature d'épreuve -50°C Kerbform: Form of the notch/ Form de l'entaille V nach DIN EN ISO 148 – 1 : 2011 Kerbrichtung: Direction of the notch/ Direction de l'entaille Senkrecht / perpendicular Prüfmaschine : Test machine/ Machine d'essai PS 30					Prüfer/ tester/ contrôleur BEPD-WP Apolda, <u>22.07.2022</u>				



**BEPD Tropsschug**  
 Betriebseigener Prüfdienst der ecs AG  
 Inhouse inspection service of ecs AG  
 Service contrôle interne de ecs AG

**BERSTPRÜFUNG**

Glühlosnr.: LWD  
 Volumen (l): 10.0  
 plast. Verformung (bar): 495  
 Berstdruck (bar): 545  
 Rissbild: i.o.

[Signature]  
 Prüfer

— Druck [bar]



Parameter :lwd-10-0 24.02.13 - 03:03

Chargen-Nr.  
 SB-Nr. LVD  
 Volumen 10,0  
 Fl.-Beh.-Typ  
 Schicht 3  
 Anlagenfahrer Lobenstein  
 Prüfmethode HB 30  
 Härteminimum 344  
 Härtemaximum 399

Meßwerte/Flasche 1  
 Meßwerte gesamt 200  
 Losanzahl 200  
 Anzahl Klassen 5  
 Anzahl Härteverlauf 100

Statistikwerte :[HB 30]


Gesamtanzahl : 200  
 Anzahl in Grenzen : 200  
 Anzahl zu weich : 0  
 Anzahl zu hart : 0  
 Anzahl ST : 200  
 kleinster Wert : 347.0  
 größter Wert : 387.0  
 Xquer : 366.240  
 Standardabweichung : 7.991

Histogramm :


		0.00 %
399.0		0.00 %
388.0		7.00 %
377.0		50.50 %
366.0		31.50 %
355.0		11.00 %
344.0		0.00 %

Härteverlauf :[HB 30]

**Meßwerte Nr. 1 bis 100**



**Meßwerte Nr. 101 bis 200**



**BEPD** Tropschug  
 Betriebseigener Prüfdienst der ecs AG  
 Inhouse inspection service of ecs AG  
 Service contrôle interne de ecs AG

Datum: 21 Juli 2022

Unterschrift:



Datum des Ausdrucks: 21.07.2022 14:39:31

Prüflose-Nr. LWD  
Abmessung 139,7x3,0  
Werkstoff 34CrMo4  
Charge 209965  
Prüfspezifikation ENISO 9809-1

letztes Pruefdatum: 21.07.2022 14:38:51

**Pruefdaten:**

Programm: 140-10-130521460.dat(0.TE)

**Parameter-Auswahl:**

USEL: 140x3,0.usel(0.TE)

DAV: 139,7x10,0.dav(0.TE)

**Ultraschall**

Ultraschall1  
Ultraschall2  
Ultraschall3  
Ultraschall4  
Ultraschall5

**Statistik:**

	Stueck	%	Laenge [m]	%
Gesamt:	194	100.00	1107.06	100.00
Gut:	194	100.00	1107.06	100.00
auffällig/Wiederholungsprü.	0	0.00	0.00	0.00
unsichere Kopplung	0	0.00	0.00	0.00

## Bescheinigung über die Durchführung der Wasserdruckprüfung

Certificate about the realisation of the hydraulic test

Certificat sur la mise en œuvre de l'examen de pression hydraulique

LOS / Batch / Lot: ...LWD.....

Prüfdruck / Test pressure / Pression d'essai: ...300..... bar (Manometer Nr.: 121502075 )

Stückzahl / Piece no. / No. de pièces: ...200..... gut / good / bonnes: ...199..... schlecht / defect / rebut: ...1.....

Die Stahlflaschen wurden mit dem Prüfdruck beaufschlagt. Bei den für gut befundenen Stahlflaschen zeigten sich keine Undichtigkeiten und keine bleibenden Verformungen.

The cylinders have been impinged with the test pressure. In case of the as good considered steel cylinders were no leakages and permanent deformations. / Les bouteilles en acier ont été soumises à la pression d'essai. Les bouteilles en acier considérées comme bonnes ne présentent aucune fuite ni aucune déformation permanente.

## Volumenermittlung / Determination of volume / Détermination du volume

Bei 10 % der Stahlflaschen des Loses wurde das Volumen ermittelt.

The volume of 10 % of the steel cylinders from the lot was determined. / Le volume de 10 % des bouteilles en acier a été déterminé.

Volumen (min.)/ Volume (min.) : ...10,0... l

Lfd.Nr./	Serial no./No.cour.	Volumen(l)/	Volume(l)	Lfd.Nr./	Serial no./No.cour.	Volumen(l)/	Volume(l)
01		10,2		11		10,1	
02		10,2		12		10,2	
03		10,2		13		10,2	
04		10,2		14		10,2	
05		10,1		15		10,2	
06		10,2		16		10,2	
07		10,2		17		10,1	
08		10,2		18		10,2	
09		10,2		19		10,3	
10		10,1		20		10,2	

Der Prüfer bestätigt die Prüfung und Einhaltung der Anforderungen nach Kontrollvorschrift KV011\_01 bezüglich Sichtprüfung der Außenseite, Innenbesichtigung, Gewindeprüfung, Maßkontrolle und Fußringsitz. /

The tester confirm the check and the compliance in terms of the requirements to test direction KV011\_01 regarding external visual testing, internal visual testing, thread test, dimensional inspection and base ring fit.

L'inspecteur confirme la vérification et la conformité avec les exigences de contrôle KV011\_01 concernant l'inspection visuelle à l'extérieur et à l'intérieur, contrôle de taraudage, contrôle dimensionnel et que la bague de pied convient.

BEPD-WPS/US  
inhouse inspection service  
service de contrôle interne

A. Köhler 21.07.22  
Unterschrift signing signature / Datum date date

Leitung BEPD  
direction inhouse inspection service  
service de contrôle interne

Unterschrift signing signature / Datum date date

**BEPD Tropschug**  
**Betriebseigener Prüfdienst der ecs AG**  
Inhouse inspection service of ecs AG  
Service contrôle interne de ecs AG

SB-NR.: LWD

ORIGINALLISTE/ORIGINAL LIST/RELEVÉ ORIGINAL

SEITE :1



Auftrag/order/commande: 22-56943-2

Kunde/customer/client : GPG-GmbH

Volumen/volume/volume V/l:

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

10 l

300 bar

Verd. Gas

200 bar

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWD001	11.4	405			
LWD002	11.4	406			
LWD003	11.4	407			
LWD004	11.4	408			
LWD005	11.4	409			
LWD006	11.4	410			
LWD007	11.4	411			
LWD008	11.4	412			
LWD009	11.4	413			
LWD010	11.4	414			
LWD011	11.3	415			
LWD012	11.4	416			
LWD013	11.4	417			
LWD014	11.4	418			
LWD015	11.4	419			
LWD016	11.3	420			
LWD017	11.3	421			
LWD018	11.3	422			
LWD019	11.3	423			
LWD020	11.3	424			
LWD021	11.3	425			
LWD022	11.3	426			
LWD023	11.3	427			
LWD024	11.3	428			
LWD025	11.3	429			
LWD026	11.3	430			
LWD027	11.3	431			
LWD028	11.3	432			
LWD029	11.3	433			
LWD030	11.3	434			
LWD031	11.4	435			
LWD032	11.4	436			
LWD033	11.4	437			
LWD034	11.3	438			
LWD035	11.3	439			
LWD036	11.4	440			
LWD037	11.4	441			
LWD038	11.4	442			
LWD039	11.4	443			
LWD040	11.4	444			

40 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/

500

APOLDA, 21.07.2022

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.



SB-NR.: LWD

ORIGINALLISTE/ORIGINAL LIST/RELEVÉ ORIGINAL

SEITE :2



Auftrag/order/commande: 22-56943-2

Kunde/customer/client : GPG-GmbH

Volumen/volume/volume V/l:

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

10 l

300 bar

Verd. Gas

200 bar

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWD041	11.4	445			
LWD042	11.4	446			
LWD043	11.3	447			
LWD044	11.3	448			
LWD045	11.4	449			
LWD046	11.4	450			
LWD047	11.3	451			
LWD048	11.4	452			
LWD049	11.3	453			
LWD050	11.3	454			
LWD051	11.3	455			
LWD052	11.3	456			
LWD053	11.4	457			
LWD054	11.3	458			
LWD055	11.4	459			
LWD056	11.3	460			
LWD057	11.4	461			
LWD058	11.4	462			
LWD059	11.4	463			
LWD060	11.3	464			
LWD061	11.4	465			
LWD062	11.4	466			
LWD063	11.4	467			
LWD064	11.4	468			
LWD065	11.4	469			
LWD066	11.4	470			
LWD067	11.4	471			
LWD068	11.3	472			
LWD069	11.4	473			
LWD070	11.4	474			
LWD071	11.4	475			
LWD072	11.4	476			
LWD073	11.4	477			
LWD074	11.4	478			
LWD075	11.4	479			
LWD076	11.4	480			
LWD077	11.4	481			
LWD078	11.4	482			
LWD079	11.4	483			
LWD080	11.4	484			

40 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 21.07.2022

500

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.



Auftrag/order/commande: 22-56943-2

Kunde/customer/client : GPG-GmbH

Volumen/volume/volume V/l:

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

10 l

300 bar

Verd. Gas

200 bar

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWD081	11.4	485			
LWD082	11.4	486			
LWD083	11.3	487			
LWD084	11.4	488			
LWD085	11.4	489			
LWD086	11.3	490			
LWD087	11.3	491			
LWD088	11.4	492			
LWD089	11.4	493			
LWD090	11.3	494			
LWD091	11.3	495			
LWD092	11.3	496			
LWD093	11.3	497			
LWD094	11.4	498			
LWD095	11.4	499			
LWD096	11.3	500			
LWD097	11.3	501			
LWD098	11.3	502			
LWD099	11.3	503			
LWD100	11.3	504			
LWD101	11.3	505			
LWD102	11.3	506			
LWD103	11.3	507			
LWD104	11.3	508			
LWD105	11.3	509			
LWD106	11.3	510			
LWD107	11.3	511			
LWD108	11.3	512			
LWD109	11.3	513			
LWD110	11.4	514			
LWD111	11.4	515			
LWD112	11.4	516			
LWD113	11.3	517			
LWD114	11.3	518			
LWD115	11.4	519			
LWD116	11.4	520			
LWD117	11.4	521			
LWD118	11.4	522			
LWD119	11.4	523			
LWD120	11.3	524			

40 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 21.07.2022

500

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.



SB-NR.: LWD

ORIGINALLISTE/ORIGINAL LIST/RELEVÉ ORIGINAL

SEITE :4



Auftrag/order/commande: 22-56943-2

Kunde/customer/client : GPG-GmbH

Volumen/volume/volume V/l:

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

10 l

300 bar

Verd. Gas

200 bar

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWD121	11.3	525			
LWD122	11.3	526			
LWD123	11.4	527			

3 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 21.07.2022

500

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.

SB-NR.: LWD

ORIGINALLISTE/ORGANAL LIST/RELEVE ORIGINAL

SEITE :1



Auftrag/order/commande: 22-56943-1

Kunde/customer/client : GPG-GmbH

Volumen/volume/volume V/l:

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

10 l

300 bar

Verd. Gas

200 bar

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWD124	11.4	501			
LWD125	11.3	502			
LWD126	11.3	503			
LWD127	11.3	504			
LWD128	11.3	505			
LWD129	11.4	506			
LWD130	11.3	507			
LWD131	11.3	508			
LWD132	11.4	509			
LWD133	11.4	510			
LWD134	11.3	511			
LWD135	11.3	512			
LWD136	11.3	513			
LWD137	11.4	514			
LWD138	11.4	515			
LWD139	11.4	516			
LWD140	11.4	517			
LWD141	11.4	518			
LWD142	11.2	519			
LWD143	11.2	520			
LWD144	11.2	521			
LWD145	11.2	522			
LWD146	11.2	523			
LWD147	11.4	524			
LWD148	11.3	525			
LWD149	11.3	526			
LWD150	11.2	527			
LWD151	11.3	528			
LWD152	11.3	529			
LWD153	11.3	530			
LWD154	11.3	531			
LWD155	11.4	532			
LWD156	11.3	533			
LWD157	11.3	534			
LWD158	11.4	535			
LWD159	11.3	536			
LWD160	11.4	537			
LWD161	11.4	538			
LWD162	11.4	539			
LWD163	11.3	540			

40 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/

500

APOLDA, 21.07.2022

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.

SB-NR.: LWD

ORIGALLISTE/ORIGINAL LIST/RELEVÉ ORIGINAL

SEITE :2



Auftrag/order/commande: 22-56943-1

Kunde/customer/client : GPG-GmbH

Volumen/volume/volume V/l:

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montrees:

10 l

300 bar

Verd. Gas

200 bar

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWD164	11.4	541			
LWD165	11.3	542			
LWD166	11.3	543			
LWD167	11.4	544			
LWD168	11.4	545			
LWD169	11.4	546			
LWD170	11.3	547			
LWD171	11.3	548			

8 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 21.07.2022

500

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.

SB-NR.: LWD

ORIGINALLISTE/ORIGINAL LIST/RELEVÉ ORIGINAL

SEITE :1



Auftrag/order/commande: 22-57032-1

Kunde/customer/client : Rev Gas Industr

Volumen/volume/volume V/l:

10 l

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

300 bar

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

verd. Gas

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

200 bar

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWD172	11.3	1			
LWD173	11.3	2			
LWD174	11.3	3			
LWD175	11.3	4			
LWD176	11.3	5			
LWD177	11.3	6			
LWD178	11.2	7			
LWD179	11.2	8			
LWD180	11.3	9			
LWD181	11.3	10			
LWD182	11.3	11			
LWD183	11.3	12			
LWD184	11.3	13			
LWD185	11.3	14			
LWD186	11.3	15			
LWD187	11.3	16			
LWD188	11.3	17			
LWD189	11.3	18			
LWD190	11.3	19			
LWD191	11.3	20			
LWD192	11.3	21			
LWD193	11.3	22			
LWD194	11.3	23			

23 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 21.07.2022

200

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.



## MEDIMETER

Medimeter este un debitmetru destinat controlului și măsurării debitului de aer sau oxigen administrat pacienților

# Debitmetru MediMeter®

EDIȚIA 1/2011

## AVANTAJE

- Suprafața plată a flotorului permite o citire ușoară și sigură a valorilor debitului de către utilizatori
- Design ergonomic, ușor de curățat
- Disponibil cu conector tată, cu montare pe șină și furtun și versiune dublă
- Mecanism de închidere ușor
- Flotor rezistent la impact
- Scală nouă - citire mai bună a valorilor de debit





### Date tehnice

Presiune gaz	O <sub>2</sub> , aer
Game de debit	0 - 5 lpm 0 - 15 lpm 0 - 30 lpm
Conexiune intrare	conform standardului național
Conexiune ieșire	9/16" UNF, M12×1,25, G3/8, G 1/4 cu ștuț furtun
Materialul corpului	Alamă nichelată
Garnituri inelare	EPDM
Buton de comandă	Poliamidă
Dimensiuni corp	Lățime 32 mm Înălțime 160 mm Adâncime 60 mm Greutate 280 g (fără conector)
Gamă de temperatură:	
Depozitare	între - 30°C și + 60°C
Funcționare	între - 20°C și + 60°C
Reglementări:	În conformitate cu directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale În conformitate cu EN 15 002 (Dispozitive de măsurare a debitului pentru conectarea la prizele sistemelor de alimentare cu gaz medical)
Clasificare:	Clasa IIa
Producător:	GCE, s.r.o., Žižkova 381 583 81 Chotěboř, CZ
Marcaj CE	CE0434

### Accesorii - UMIDIFICATOARE

Nr. art.	Descriere
K294432	MediWet 200 134°C G 3/8
K294416	MediWet 200 121°C G 3/8
K294402	MediWet 200 134°C G 9/16
K294401	MediWet 200 121°C G 9/16
K293498	MediWet 200 134°C 12 × 1,25
K293491	MediWet 200 134°C 12 × 1,25
K294452	MediWet 200 121°C G 1/4
K294435	MediWet 200 134°C G 1/4
K292254	MediWet 500 121°C M12 × 1,25



Gas Control Equipment

GCE la nivel global: <http://www.gcegroup.com>

Subsemnata **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,  
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie, în limba engleză.

**TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT** cu nr. **37629**





# DECLARATION OF CONFORMITY

for CE – marking according to Annex II of Medical Devices Directive 93/42/EEC

**Manufacturer:**

**GCE s.r.o.  
Žižkova 381  
583 81 Chotěboř  
CZECH REPUBLIC**

**The GCE s.r.o. herewith declares under his sole responsibility that the product**

*Product name:* Flow-metering devices

*Model:* Mediflow +  
Mediflow II  
Medimeter  
MC315

*Risk Classification:* IIa

**is in conformity with applicable regulation**

*Directive:* MDD 93/42/EC, Annex II –  
2007/47EC Amending

*Quality Assurance Standards:* EN ISO 9001:2008  
EN ISO 13485:2012

*Procedural Standards:* EN ISO 15002-1:2006 EN 980:2008  
EN ISO 14971:2012 EN 1041:2008

**Product is in compliance with the requirements of Annex II the MDD 93/42/EEC and is safe for to be declared using in standard conditions.**

**Any modification to the product, not authorized by us, will invalidate this declaration.**

**EC Certificate No. 73547-2010-CE-CZS-NA 6.0 issued by by Det Norske Veritas,  
Veritasveien 1, 1322 Høvik, Norway, Notified Body No. 0434.**

*Date of Issue: 2015-09-01*

*Place of Issue: Chotěboř*

*Signature: Leszko Wit*  
**Quality Engineer: Wit Leszkow**





Front:

25E D ecs ABC123 UT  
3.0MM . . , .KG 5L PW200PH300BAR  
π0090 ENISO9809-1 D <sup>AP</sup><sub>14</sub> 2022/\_\_\_

Back:

	17.03.2022	<b>Marking</b>
	Mund	REV 5L 57027
		Revision 0

# Konformitätserklärung

Conformity declaration / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità

**Folgende Stahlflaschen wurden in Übereinstimmung mit der  
Richtlinie 2010/35/EU hergestellt.**

The following steel cylinders were manufactured acc. directive 2010/35/EU.  
Les bouteilles en acier suivantes ont été fabriquées en conformité avec la directive  
2010/35/UE. Le bombole sono state prodotte secondo la direttiva 2010/35/UE.

<b>Auftragsnummer:</b> Order no / M. de commande / Ordine no:	22/57027/1
<b>Kunde:</b> Customer / Cliente / Client:	Rév Gas Industries Ltd.
<b>Stückzahl:</b> Quantity / Quantité / Quantità:	200
<b>Fassungsraum:</b> Volume / Volume / Volume:	5 l
<b>Prüfdruck:</b> Test pressure / Pression d'épreuve / Pressione Prova:	300 bar
<b>Herstellernummern:</b> Manufacturer's no. / No. di série / Numero de serie:	LWL101-LWL190, LWM001-LWM111 (excl.LWM024)
<b>Kundennummern:</b> Customer no / No. di cliente / Numero client:	-
<b>Vorschrift:</b> Rule / Règlementation / Regola:	EN ISO 9809 - 1 : 2010
<b>Zulassungsnummer:</b> Approval no / Numéro de agrément / Approvazione no:	0090/EN49/12
<b>Konformitätszeichen:</b> Conformity mark / No de conformità / Conformità no:	π
<b>Kennnummer:</b> Reference no / Numéro d'identification / Riferimento no:	0090

Apolda, 16.09.2022



i.A./pp. Förtsch  
(ecs AG)

F10 Ausgabe 2 / 01.06.2022



Die Kennzeichnung mit P15Y durch die eurocylinder systems AG erfolgt im Auftrag nach den Vorgaben des Kunden. Die eurocylinder systems AG überprüft nicht, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Kennzeichnung P15Y vorliegen. Es ist die ausschließliche Pflicht des Kunden und allen folgenden Eigentümern zu überprüfen, dass die einschlägigen Vorschriften der ADR/RID P200 eingehalten werden. Die eurocylinder systems AG ist nicht verantwortlich sicherzustellen, ob der Kunde und alle folgenden Eigentümer zu einer Kennzeichnung mit P15Y autorisiert sind oder ob die Voraussetzungen für die Kennzeichnung P15Y vorliegen.

The labeling with P15Y by eurocylinder systems AG is carried out in the order according to the customer's specifications. Eurocylinder systems AG does not check whether the legal requirements for a P15Y label are met. It is the sole responsibility of the customer and any subsequent owners to check that the relevant provisions of ADR/RID P200 are complied with. Eurocylinder systems AG is not responsible for ensuring whether the customer and all subsequent owners are authorized to label with P15Y or whether the requirements for labeling P15Y are met.

Le marquage avec P15Y par eurocylinder systems AG est effectué à la commande selon les spécifications du client. eurocylinder systems AG ne vérifie pas si les exigences légales pour une étiquette P15Y sont remplies. Il est de la seule responsabilité du client et des éventuels propriétaires ultérieurs de vérifier que les dispositions pertinentes de l'ADR/RID P200 sont respectées. eurocylinder systems AG n'est pas responsable de s'assurer que le client et tous les propriétaires ultérieurs sont autorisés à étiqueter avec P15Y ou si les exigences d'étiquetage P15Y sont remplies.

La marcatura con P15Y da parte di eurocylinder systems AG viene effettuata per conto del cliente secondo le specifiche del cliente. Eurocylinder systems AG non verifica se i requisiti legali per una marcatura P15Y sono soddisfatti. È dovere esclusivo del cliente e di tutti i successivi proprietari verificare che siano rispettate le disposizioni pertinenti dell'ADR/RID P200. Eurocylinder systems AG non è responsabile di garantire se il cliente e tutti i successivi proprietari sono autorizzati a etichettare P15Y o se i requisiti per la marcatura P15Y sono soddisfatti.

F10 Ausgabe 2 / 01.06.2022





# ZERTIFIKAT

## CERTIFICATE / CERTIFICAT

**über die Konformität der Herstellung gemäß RL 2010/35/EU, ADR/RID 2021, 1.8.7.4**  
of conformity of manufacture acc. to dir. 2010/35/EU ADR/RID 2021, 1.8.7.4  
de conformité de la fabrication selon la dir. 2010/35/EU ADR/RID 2021, 1.8.7.4

**Zertifikat-Nr., Certificate No., N° de certificate : Π / LWL / 1123 / 2022**

Name und Anschrift des Herstellers / Fertigungsstätte: **eurocylinder systems AG**  
Name and address of manufacturer/place of manufacture: **Auenstraße 21**  
Nom et adresse du fabricant / Lieu de fabrication: **99510 Apolda**

Hiermit wird bescheinigt, dass die ortsbeweglichen Druckgeräte die Anforderungen der RL 2010/35/EU und des ADR/RID 2021 erfüllen. Die Druckgeräte entsprechen den zur Baumusterzulassung eingereichten Unterlagen und sind mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet. This is to certify, that the transportable pressure equipment listed below meet the requirements of the Transportable Pressure Equipment Directive 2010/35/EU and the ADR/RID 2021. The pressure equipment complies the documents submitted for type approval and is marked with the following symbol. Nous certifions ci-joint que les appareils à pression mobiles sur différents lieux répondent aux exigences conformément à la directive 2010/35/EU et à la directive ADR/RID 2021. Les appareils à pression répondent aux contrôles des prototypes CE et sont caractérisés par les sigles représentés.

### π 0090

Die Druckgeräte sind mit einem Ventil mit PI-Kennzeichnung auszurüsten.  
The pressure devices are to be fitted with a valve with PI-marking.  
Les appareils à pression sont équipés d'une vanne avec le caractère PI.

**Geprüft nach Richtlinie 2010/35/EU, ADR/RID 2021:**  
Tested under Directive 2010/35/EU, ADR/RID 2021 :  
Contrôlé selon la directive 2010/35/EU, ADR/RID 2021:

**Erstmalige Prüfung**  
Initial inspection and test  
Contrôle et épreuves initiaux

**Prüfbericht-Nr.:**  
Test report No.:  
Nr. de rapport de contrôle:

**LWL / 2022**

**Herstell-Nr.:**  
Manufacturer's serial No.:  
Nr. du fabricant:

**LWL001 – LWL190, außer 043, 052, 056, 060, 081, 092**

**Beschreibung des Druckgerätes:**  
Description of pressure equipment:  
Description de l'appareil à pression:

**Nahtlose Stahlflaschen Familie EN 49 / 5,0 l**  
Seamless steel cylinder ....., family / l  
Surface en acier sans raccords ....., Famille / l

**Norm:**  
Standard:  
Standard:

**EN ISO 9809 – 1 : 2010**

**Zertifikat-Nr. des Baumusters:**  
Type certificate No.:  
Nr. de certificat du prototype:

**0090 / EN49 / 12**

**Tropschug**

**Apolda, 15.09.2022**

(Ort, Datum) (place, date)

**Betriebseigener Prüfdienst der eurocylinder systems AG**  
Inhouse inspection service of eurocylinder systems AG,  
Service de contrôle interne de eurocylinder systems AG



**Prüfberichts-nr.** L W L/2022  
Report-nr.  
Rapport-n°

**Zertifikat-nr.** π / L W L / 1123 / 2022  
Certificate-nr. CE / / /  
N° de certificat

Glühlos/batch-nr./lot / Jahr/year/an

**Volumen** 5,0 dm<sup>3</sup>  
Volume dm<sup>3</sup>  
Volume dm<sup>3</sup>

**Zulassungs-Nr.** 0090/EN49/12  
Approved-nr.  
N° d'homologation

**Prüflosgröße** Stück  
Inspection lot size pieces  
Volume du lot de contrôle 202 pieces

**Prüfdruck** 300 bar  
Test pressure bar  
Pression d'épreuve bar

**Zeichnungs-Nr.** 130521477  
Drawing-nr.  
Plan-n°

**Werkstoff** 34CrMo4  
Material  
Matière

**Abmessung**  
Dimensions 139.7 × 3.1  
Dimensions

**Gütepass** 14 / 2022  
Material certificate  
Certificat matière

**Chargen-Nr.** 209965  
Charge-nr.  
Charge-n°

**Chargen-Kennzeichnung** grau  
Charge identification  
Identification de la charge

**1. Angaben zur Wärmebehandlung**

Information to the heat treatment  
Informations concernant le traitement thermique

Vergüten/Quenching and tempering/Trempe et revenu

**Austenitisieren** 880 °C 10 min  
Austenising  
Austénisation

**Badtemperatur** 25 - 38 °C  
Bath temperature  
Température du bain

**Polymerkonzentration** 5,5 % Kontrollwert 5,45 %  
Polymer concentration % Check value %  
Polymère concentration % Valeur contrôlé %

**Anlassen** 565 °C 50 min  
Tempering  
Revenu

**Arbeitsvorbereiter**  
Operations sheduler  
Préparateur du travail

*[Signature]*  
18.07.22  
Unterschrift signing signature / Datum date date

**2. Bestätigung über die Einhaltung der technologischen Parameter**

Compliance with technical parameters  
Conformité des caractéristique techniques

**Härter**

Hardener ; A. Vigel-Hofmann 16.08.2022  
Trempeur  
Unterschrift signing signature / Datum date date

**3. Ergebnis der Werkstoffprüfung (einschl. Berst-/Härteprüfung)**


Result of the material test (inclusive bursting test/ hardness test)  
Résultat du contrôle matière (incluse essai de rupture/test de dureté)

**Vorgabewerte** erreicht / nicht erreicht  
Allowed values are / are not reached  
Valeurs autorisées sont / ne sont pas atteintes

**BEPD-WP**  
Inhouse inspection service  
Service de contrôle interne

*[Signature]* 18. Aug. 2022  
Unterschrift signing signature / Datum date date





*[Signature]*  
**BEPD Tropeschug**  
**Betriebeigener Prüfdienst der ecs AG**  
In-house inspection service of ecs AG  
Service contrôle interne de ecs AG

**Werkstoffprüfbericht**/Material Test Report/Procès-verbal de contrôle matière


Dieser Prüfbericht gehört zur Glühlos - Nr. LWL/2022 und dem dazugehörigen Kontrollbericht.

This test report is part of heat treatment batch- nr. \_\_\_\_\_ and the corresponding inspection report.

Le présent procès-verbal fait partie de no. de lot de traitement thermique \_\_\_\_\_ et du procès-verbal de contrôle.

Volumen/Volume/Volume: 5,0 dm<sup>3</sup> Zulassung/Approval/Permission: 0090/EN49/12


Ergebnisse der Werkstoffprüfung/Results of the material test/ Résultat du contrôle matière:  
nach DIN EN ISO 9809 – 1 : 2010 / nach DIN EN ISO 9809 – 2 : 2010

Zugversuch Tensile test Essai de traction	Abmessungen Dimensions Dimensions nach DIN EN ISO 6892 – 1 : 2017 B nach DIN EN ISO 6892 – 2 : 2017 B				Kraft Force Force N		Δl mm	Härte an Prüflasche Hardness of the test cylinder Dureté de la bouteille d'essai nach DIN EN ISO 6506-1:2015 [HB 30]
	Prüftemp. Test temp. Temp. d'épreuve [°C]	Breite Width Largeur [mm]	Dicke Thickness Epaisseur [mm]	Fläche Area Surface [mm <sup>2</sup> ]	Messlänge Measuring length Longueur de mesure [mm]	Streckgrenze Yield point Limite apparente d'élasticité [N/mm <sup>2</sup> ]		
20	20,0	3,5	70,0	45	67500 964	73000 1043	7,6 16,9	360
Kerbschlagbiegeversuch/ Impact test/ Essai de résilience nach DIN EN ISO 148 – 1 : 2011							Biegeversuch Bend test/ Essai de pliage nach DIN EN ISO 7438 : 2012 (D= 6 s ; 180°) 4 × ohne Anriss	
Proben-Nr. Sample no. Numero d'échantillon	Breite Width Largeur [mm]	Höhe Height Hauteur [mm]	Fläche Area Surface [cm <sup>2</sup> ]	Arbeit Work Travail [J]	Kerbschlagzähigkeit Impact value Résilience [J/ cm <sup>2</sup> ]	Mittelwert Mean value Valeur moyenne [J/ cm <sup>2</sup> ]	Hals – und Bodenprüfung Neck and bottom test Contrôle de col et fond	
LWL.1	3,6	8,0	0,288	37,0	128	122		
LWL.2	3,6	8,0	0,288	33,5	116			
LWL.3	3,6	8,0	0,288	35,5	123			
							Berstprüfung Bursting test/Essai de rupture  568 bar	
Probelage: Position of the sample/ Position de flexion				Längs / longitudinal		 Prüfer/ tester/ contrôleur BEPD-WP Apolda, 18.08.2022		
Prüftemperatur: Test temperature/ Temperature d'épreuve				-50°C				
Kerbform: Form of the notch/ Form de l'entaille				V nach DIN EN ISO 148 – 1 : 2011				
Kerbrichtung: Direction of the notch/ Direction de l'entaille				Senkrecht / perpendicular				
Prüfmaschine : Test machine/ Machine d'essai				PS 30				



Messwerte / Trend  
Gerätename: Berstprüfung (Seriennummer J500F904428)  
Zeitbereich: 15.09.2022 07:44:00 bis 15.09.2022 07:53:00

Vorlage: 2022-09  
Glühlos LWL  
Manometer Nr. 082502279



15.09.2022

*DLF* **BEPD Tropfschug**  
**Betriebseigener Prüfdienst der ecs AG**  
 Inhouse inspection service of ecs AG  
 Service contrôle interne de ecs AG

**BERSTPRÜFUNG**

Glühlosnr.:                     LWL                      
 Volumen (l):                     5,0                      
 plast. Verformung (bar):                     520                      
 Berstdruck (bar):                     568                      
 Rissbild:                     i.o.                    

*rlc*

Prüfer

— Druck [bar]

Parameter :lwl-5-0 29.01.13 - 00:06

Chargen-Nr.  
 SB-Nr. LWL  
 Volumen 5,0  
 Fl.-Beh.-Typ  
 Schicht 1  
 Anlagenfahrer Felsberg  
 Prüfmethode HB 30  
 Härteminimum 344  
 Härtemaximum 399

Meßwerte/Flasche 1  
 Meßwerte gesamt 200  
 Losanzahl 200  
 Anzahl Klassen 5  
 Anzahl Härteverlauf 100



Statistikwerte :[HB 30]

Gesamtanzahl : 200  
 Anzahl in Grenzen : 200  
 Anzahl zu weich : 0  
 Anzahl zu hart : 0  
 Anzahl ST : 200  
 kleinster Wert : 347.0  
 größter Wert : 375.0  
 Xquer : 358.380  
 Standardabweichung : 6.434

Histogramm :

		0.00 %
399.0		0.00 %
388.0		0.00 %
377.0		0.00 %
366.0		13.50 %
355.0		53.50 %
344.0		33.00 %
		0.00 %

Härteverlauf :[HB 30]



**BEPD Tropschug**  
 Betriebseigener Prüfdienst der ecs AG  
 Inhouse inspection service of ecs AG  
 Service contrôle interne de ecs AG

Datum: 15. Sep. 2022      Unterschrift: *[Signature]*



Datum des Ausdrucks: 14.09.2022 20:24:54

Prüflose-Nr. LWL  
Abmessung 139,7x3,0  
Werkstoff 34CrMo4  
Charge 209965  
Prüfspezifikation ENISO 9809-1

letztes Pruefdatum: 14.09.2022 20:22:45

**Pruefdaten:**

Programm: 140-5-130521477.dat(0.TE)

**Parameter-Auswahl:**

USEL: 140x3,0.usel(0.TE)

DAV: 600.dav(0.TE)

**Ultraschall**

Ultraschall1

Ultraschall2

Ultraschall3

Ultraschall4

Ultraschall5

**Statistik:**

	Stueck	%	Laenge [m]	%
Gesamt:	192	100.00	417.26	100.00
Gut:	192	100.00	417.26	100.00
auffällig/Wiederholungsprü.	0	0.00	0.00	0.00
unsichere Kopplung	0	0.00	0.00	0.00

  
**BEPD Tropschug**  
**Betriebseigener Prüfdienst der ecs AG**  
Inhouse inspection service of ecs AG  
Service contrôle interne de ecs AG

Unterschrift:



### Bescheinigung über die Durchführung der Wasserdruckprüfung

Certificate about the realisation of the hydraulic test  
Certificat sur la mise en œuvre de l'examen de pression hydraulique

LOS / Batch / Lot: LWL

Prüfdruck / Test pressure / Pression d'essai: 300 bar (Manometer Nr.: 121502075 )

Stückzahl / Piece no. / No. de pièces: 200 gut / good / bonnes: 198 schlecht / defect / rebut: 2

Die Stahlflaschen wurden mit dem Prüfdruck beaufschlagt. Bei den für gut befundenen Stahlflaschen zeigten sich keine Undichtigkeiten und keine bleibenden Verformungen.

The cylinders have been impinged with the test pressure. In case of the as good considered steel cylinders were no leakages and permanent deformations. / Les bouteilles en acier ont été soumises à la pression d'essai. Les bouteilles en acier considérées comme bonnes ne présentent aucune fuite ni aucune déformation permanente.

### Volumenermittlung / Determination of volume / Détermination du volume

Bei 10 % der Stahlflaschen des Loses wurde das Volumen ermittelt.

The volume of 10 % of the steel cylinders from the lot was determined. / Le volume de 10 % des bouteilles en acier a été déterminé.

Volumen (min.) / Volume (min.): 5,0 l

Lfd.Nr./	Serial no./No.cour.	Volumen(l)/	Volume(l)	Lfd.Nr./	Serial no./No.cour.	Volumen(l)/	Volume(l)
01		5,1		11		5,1	
02		5,1		12		5,1	
03		5,1		13		5,1	
04		5,1		14		5,1	
05		5,1		15		5,1	
06		5,1		16		5,1	
07		5,1		17		5,1	
08		5,1		18		5,1	
09		5,1		19		5,1	
10		5,1		20		5,1	

Der Prüfer bestätigt die Prüfung und Einhaltung der Anforderungen nach Kontrollvorschrift KV011\_01 bezüglich Sichtprüfung der Außenseite, Innenbesichtigung, Gewindeprüfung, Maßkontrolle und Fußringsitz. /

The tester confirm the check and the compliance in terms of the requirements to test direction KV011\_01 regarding external visual testing, internal visual testing, thread test, dimensional inspection and base ring fit.

L'inspecteur confirme la vérification et la conformité avec les exigences de contrôle KV011\_01 concernant l'inspection visuelle à l'extérieur et à l'intérieur, contrôle de taraudage, contrôle dimensionnel et que la bague de pied convient.

BEPD-WPS/US  
inhouse inspection service  
service de contrôle interne

Unterschrift signing signature / Datum date date

A. Kaiser 14.09.2022

Leitung BEPD  
direction inhouse inspection service  
service de contrôle interne

Unterschrift signing signature / Datum date date

**BEPD Tropschug**  
**Betriebseigener Prüfdienst der ecs AG**  
Inhouse inspection service of ecs AG  
Service contrôle interne de ecs AG

SB-NR.: LWL

ORIGINALLISTE/ORIGINAL LIST/RELEVÉ ORIGINAL

SEITE :1



Auftrag/order/commande: 22-57123-1

Kunde/customer/client : Sauerstoffw. Gu

Volumen/volume/volume V/l:

5 l

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

300 bar

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Sauerstoff

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

200 bar

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWL001	7.05	527322			
LWL002	7.06	527323			
LWL003	7.05	527324			
LWL004	7.06	527325			
LWL005	7.05	527326			
LWL006	7.06	527327			
LWL008	7.06	527329			
LWL009	7.06	527330			
LWL007	7.07	527328			
LWL010	7.07	527331			
LWL011	7.07	527332			
LWL012	7.09	527333			
LWL013	7.07	527334			
LWL014	7.06	527335			
LWL015	7.07	527336			
LWL016	7.06	527337			
LWL017	7.05	527338			
LWL018	7.06	527339			
LWL019	7.06	527340			
LWL020	7.05	527341			
LWL021	7.04	527342			
LWL022	7.03	527343			
LWL023	7.03	527344			
LWL024	7.08	527345			
LWL025	7.02	527346			
LWL026	7.01	527347			
LWL027	7.02	527348			
LWL028	7.02	527349			
LWL029	7.09	527350			
LWL030	7.06	527351			
LWL031	7.03	527352			
LWL032	7.02	527353			
LWL033	7.03	527354			
LWL034	7.07	527355			
LWL036	7.07	527357			
LWL035	7.06	527356			
LWL038	7.02	527359			
LWL037	7.02	527358			
LWL039	7.08	527360			
LWL040	7.07	527361			

40 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 16.09.2022

100

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.





Auftrag/order/commande: 22-57123-1

Kunde/customer/client : Sauerstoffw. Gu

Volumen/volume/volume V/l:

5 l

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

300 bar

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Sauerstoff

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

200 bar

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montrees:

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWL041	7.02	527362			
LWL042	7.03	527363			
<del>LWL043</del>	<del>6.84</del>	<del>527364</del>			
LWL044	6.86	527365			
LWL045	6.90	527366			
LWL046	7.06	527367			
LWL047	6.98	527368			
LWL048	7.02	527369			
LWL049	7.01	527370			
LWL050	7.01	527371			
LWL051	7.03	527372			
<del>LWL052</del>	<del>7.07</del>	<del>527373</del>			
LWL053	7.06	527374			
LWL054	7.05	527375			
LWL055	7.02	527376			
<del>LWL056</del>	<del>7.02</del>	<del>527377</del>			
LWL057	7.06	527378			
LWL058	7.03	527379			
LWL059	7.05	527380			
<del>LWL060</del>	<del>7.09</del>	<del>527381</del>			
LWL061	7.06	527382			
LWL062	7.00	527383			
LWL063	7.05	527384			
LWL064	7.06	527385			
LWL065	7.06	527386			
LWL066	7.01	527387			
LWL067	7.07	527388			
LWL068	7.03	527389			
LWL069	7.03	527390			
LWL070	7.03	527391			
LWL071	7.06	527392			
LWL072	7.07	527393			
LWL073	7.06	527394			
LWL074	7.03	527395			
LWL075	7.04	527396			
LWL076	7.04	527397			
LWL077	7.03	527398			
LWL078	7.02	527399			
LWL079	7.02	527400			
LWL080	7.01	527401			

36  
40 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 16.09.2022

100

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.





Auftrag/order/commande: 22-57123-1

Kunde/customer/client : Sauerstoffw. Gu

Volumen/volume/volume V/l:

5 l

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

300 bar

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Sauerstoff

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

200 bar

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
<del>LWL081</del>	<del>7.02</del>	<del>527402</del>			
LWL082	7.02	527403			
LWL083	7.03	527404			
LWL084	6.89	527405			
LWL085	7.00	527406			
LWL086	7.01	527407			
LWL087	7.04	527408			
LWL088	7.07	527409			
LWL089	7.08	527410			
LWL090	7.10	527411			
LWL091	6.91	527412			
<del>LWL092</del>	<del>6.85</del>	<del>527413</del>			
LWL093	7.06	527414			
LWL094	7.04	527415			
LWL095	7.01	527416			
LWL096	7.04	527417			
LWL097	7.02	527418			
LWL098	6.86	527419			
LWL099	7.07	527420			
LWL100	7.07	527421			

18

20 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 16.09.2022

100

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.



Auftrag/order/commande: 22-57027-1

Kunde/customer/client : Rev Gas Industr

Volumen/volume/volume V/l:

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

5 l

300 bar

verd. Gas

200 bar

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No.	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWL101	7.06	1			
LWL102	7.04	2			
LWL103	7.06	3			
LWL104	7.05	4			
LWL105	7.07	5			
LWL106	7.07	6			
LWL107	7.07	7			
LWL108	7.08	8			
LWL109	7.04	9			
LWL110	7.00	10			
LWL111	7.07	11			
LWL112	7.06	12			
LWL113	7.06	13			
LWL114	7.07	14			
LWL115	7.08	15			
LWL116	7.05	16			
LWL117	7.06	17			
LWL118	7.06	18			
LWL119	7.02	19			
LWL120	7.05	20			
LWL121	7.06	21			
LWL122	7.06	22			
LWL123	7.07	23			
LWL124	7.07	24			
LWL125	7.07	25			
LWL126	7.03	26			
LWL127	7.04	27			
LWL128	7.04	28			
LWL129	7.02	29			
LWL130	7.02	30			
LWL131	7.02	31			
LWL132	7.04	32			
LWL133	7.04	33			
LWL134	7.05	34			
LWL135	7.07	35			
LWL136	7.02	36			
LWL137	7.06	37			
LWL138	7.05	38			
LWL139	7.05	39			
LWL140	7.05	40			

40 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 14.09.2022

200

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.



Auftrag/order/commande: 22-57027-1

Kunde/customer/client : Rev Gas Industr

Volumen/volume/volume V/l:

5 l

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

300 bar

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

verd. Gas

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

200 bar

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWL141	7.04	41			
LWL142	7.02	42			
LWL143	7.05	43			
LWL144	7.06	44			
LWL145	7.05	45			
LWL146	7.05	46			
LWL147	7.03	47			
LWL148	7.06	48			
LWL149	7.07	49			
LWL150	7.07	50			
LWL151	7.05	51			
LWL152	7.05	52			
LWL153	7.09	53			
LWL154	7.07	54			
LWL155	7.05	55			
LWL156	7.04	56			
LWL157	7.07	57			
LWL158	7.07	58			
LWL159	7.03	59			
LWL160	7.04	60			
LWL161	7.05	61			
LWL162	7.02	62			
LWL163	7.03	63			
LWL164	7.08	64			
LWL165	7.08	65			
LWL166	7.08	66			
LWL167	7.07	67			
LWL168	7.08	68			
LWL169	7.05	69			
LWL170	7.08	70			
LWL171	7.08	71			
LWL172	7.07	72			
LWL173	7.07	73			
LWL174	7.04	74			
LWL175	7.07	75			
LWL176	7.05	76			
LWL177	7.06	77			
LWL178	7.07	78			
LWL179	7.04	79			
LWL180	7.08	80			

40 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 14.09.2022

200

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.

SB-NR.: LWL

ORIGINALLISTE/ORIGINAL LIST/RELEVÉ ORIGINAL

SEITE :3



Auftrag/order/commande: 22-57027-1

Kunde/customer/client : Rev Gas Industr

Volumen/volume/volume V/l:

Prüfdruck/test pressure/pression d epreuve:

Gasart/kind of gas/sorte du gaz:

Fülldruck/filling pressure/pression d service:

Masse Anbauteile/mass of add-on pieces/poids pieces montretees:

5 l

300 bar

verd. Gas

200 bar

0 Kg

Behälter/ cylinder/ bouteille Nr./No.	Leermasse/ empty weight/ poids vide m/kg	Kunde/ customer/ client Nr./No	Tara m/kg	Volumen/ volume/ volume V/l	Bemerkungen/ Remarks/ notes
LWL181	7.04	81			
LWL182	7.06	82			
LWL183	7.02	83			
LWL184	7.04	84			
LWL185	7.06	85			
LWL186	7.05	86			
LWL187	7.05	87			
LWL188	7.05	88			
LWL189	7.09	89			
LWL190	7.06	90			

10 STÜCK / PIECES / PIECES VON INSGESAMT/ OF TOTAL/ D AU TOT/  
APOLDA, 14.09.2022

200

Ohne Unterschrift gültig. Valid without signature. Valable sans signature.



## Geanta pentru depozitarea si transportul buteliei de oxigen TB 100



## Descriere:

Geanta de oxigenoterapie Versapak TB 100 este special conceputa pentru a transporta butelii de oxigen de până la 5 litri (inclusiv reductorul de presiune), precum și toate materialele necesare pentru a aplica terapia cu oxigen, adică Pipe Guedel, sonde endotraheale, laringoscop, masca oxigen, kit de resuscitare, etc. Geanta este inscripționată de jur împrejur cu benzi reflectorizante pentru a putea fi reperată cu ușurință pe timp de noapte. Geanta este prevăzută cu o fereastră transparentă pentru a putea vizualiza presiunea oxigenului fără a fi necesară scoaterea buteliei din geanta.

## Caracteristici tehnice:

- Dimensiune: 65 x 22 cm
- Capacitate: 25,28 L
- Greutate: 1.58 kg
- Material: 600D Polyester
- Colour EB02.016: Rosu
- Capacitate incarcare: 15 kg

## VERSAPAK CONTACT

Loc. Macău FN, Com. Aghireșu,  
jud. Cluj, România

Email: [sales@versapak.ro](mailto:sales@versapak.ro)  
[office@versapak.ro](mailto:office@versapak.ro)

Telefon: 0743.088.323  
0264/284140

Fax: 0264/284136



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## BALOANE AUTOCLAVABILE SILICON


### Manualul Utilizatorului

#### Principii de funcționare

##### Vedere de ansamblu a unui sistem de respirație

(A) Valva inferioara (B) Balon Silicon (C) Valva Rezervor (D) Rezervor Oxigen.

Valva rezervorului și rezervorul de oxigen trebuie îndepărtate dacă nu se furnizează oxigen suplimentar.



Dispozitiv Medical conform cu Directiva 93/42/EEC

M/34244-M-Rev.5-01.20

REF

34244 - 34245 - 34246 - 34247

CE 0476



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
Made in Taiwan



## Descrierea produsului și utilitatea

Balonul de ventilație manual GIMA este conceput pentru a fi utilizat ca adjuvant la respirație artificială și resuscitare cardiopulmonară. Balonul poate fi utilizat pentru a ventila pacientul cu apnee și pentru a crește ventilația și pentru furnizarea de oxigen la pacientul care respiră spontan. Design-ul este, de asemenea, diferit în funcție de adult, copil sau sugar, folosind o frecvență diferită de comprimare, ele vin cu dimensiuni diferite pentru a satisface nevoia de oxigen a tuturor pacienților.

Codurile 34244, 34246 și 34247 sunt echipate cu o supapă POP-Off, modelul cod 34245 nu include supapa POP-Off în echiparea standard.

Mărimea adultă are un design cu supapă de reducere a presiunii (opțional). Când presiunea din interiorul pungii depășește 60 cmH<sub>2</sub>O și 40 cmH<sub>2</sub>O pentru sugar și sacul pentru copii, supapa de reducere a presiunii va evacua automat aerul eliberat în atmosferă pentru a proteja plămânul de rănire din cauza presiunii ridicate.

Acest produs este destinat utilizării de către personal medical calificat sau personal de urgență instruit în ventilația pulmonară și tehnici avansate de susținere a vieții cardiace.

### GIMA Balon de Silicon

Este fabricat folosind silicon de calitate superioară, cu flexibilitate ridicată, material stabil, poate rezista la temperaturi ridicate (până la maximum 134°C).



### Vedere de ansamblu

34244





34245 – 34246 - 34247



## Specificatii si Performanta

**Temperatura Stocare:** -40°C (-40°F) la 60°C (140°F)

**Temperatura Operare:** -18°C (0°F) la 50°C (122°F)

### Materiale

#### Cauciuc siliconic

rezervor de silicon  
valva inferioara  
valva cu clapete  
valva etansare  
masca infant  
masca copil  
masca adult  
elasic masca  
O-inel

#### Policarbonat

carcasa supapei non-respiratie  
carcasa supapei de intrare a sacului  
carcasa supapei rezervorului  
conector pentru sac rezervor  
carcasa masca adult  
carcasa valvei de presiune  
tija valvei

### Clorura de polivinil

rezervor de oxigen

### Oțel inoxidabil

arc supapei de eliberare a presiunii

### Connectori

port pacient:	15 mm I.D. (F) / 22 mm O.D. (M)
INTRARE SAC SILICON	23 mm I.D. (M)
supapa rezervorului	25 mm I.D.
orificiul supapei de admisie	25 mm O.D.
Intrare suplimentară de gaz	6 mm O.D. (M)

## Specificațiile tehnice și caracteristicile de performanță ale dispozitivului

### Spatiu mort

valva	7 mL
masca adult	150 mL
masca copil	95 mL
masca infant	28 mL

### Valva eliberare presiune

Copil si infant 40±5 cmH<sub>2</sub>O  
Adult 60±10 cmH<sub>2</sub>O

Volumul vascular de 1350 ml poate fi atins folosind două mâini

#### Rata minimă de ciclu

Adult – 20 respirații/min

Copil - 20 respirații /min

Infant - 40 respirații /min

#### Concentrația de oxigen

cu rezervor 99%

fara rezervor 45% (adult si copil)

90% (infant)

Caracteristicile de performanță pentru baloanele de ventilatie manuala vor varia de la utilizator la utilizator, în funcție de o varietate de factori: temperatura ambiantă, structura plămânilor pacientului, frecvența ventilației, dimensiunea mâinilor operatorului..

#### Interval de presiune livrata

Adult: 60±10 cmH<sub>2</sub>O maxim (se poate depasi de către operator)

Copil si Infant: 40±5 cmH<sub>2</sub>O maxim (se poate depasi de către operator)

#### Interval de volum al ciclului

	Folosind o mana	Folosind doua maini
Adult	700 ml	900 ml
Copil	300 ml	350 ml
Infant	150 ml	225 ml

#### Procesul de curățare-dezinfectie-sterilizare

Următorii pași sunt recomandați. Selectați metodele adecvate pentru piesele din sistemul de ventilatie în cauză conform tabelului.

Metode aplicate	Curatare (Spalare)		Dezinfectie			Sterilizare	
	Spalare manuala	Spalare automata (WM)	WM dizinfecție	Fierbere	Chemicale	121°C (244°F) Policarbonat	134°C (273°F) Polisulfura
Parti							
A: Valva inferioara	●	●	●	●	●	Policarbonat ●	Polisulfura ●
B: Corp balon	●	●	●	●	●	●	●
C: Valva rezervor	●	●	●	●	●	Policarbonat ●	Polisulfura ●
D: Rezervor oxigen	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □
E: Tub oxigen	□	□	□	□	□	□	□
F: Masca	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □	Silicon: ● PVC: □

: aplicabil □: non aplicabil



# **GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

---

## ***MASCHERINA FACCIALE IN SILICONE SILICONE FACE MASK***

**Manuale d'uso - User manual**

---





REF	DESCRIPTION
34223	Face mask N° 3 - child/large
34224	Face mask N° 4 - adult/small
34225	Face mask N° 5 - adult/large



### CAUTION

1. Read the instructions for use before use.
2. Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
3. Patient should be monitored constantly whenever this device is in use.

### DIRECTIONS FOR USE

1. Check for clear airflow passage prior to use.
2. Connect to breathing circuit or resuscitation device with appropriate fitting.
3. Make sure all connections are compatible and fit firmly.
4. Hand-hold or secure with head strap.

### CLEANING AND STERILIZATION

#### 1. Cleaning (Manual)

- a. Rinse neutral detergent to all surface of mask.
- b. Use brush to clean mask.
- c. Wash mask under the cleaning running water until mask is cleaned completely.
- d. Dry it in the room temperature or 50°C oven.

#### 2. Sterilize the components using one of the following methods:

- a. Autoclave (max 121°C following sterilizer's instructions)
- b. Most common disinfecting solutions which are used for equipment coming into contact with the patient. Rinse thoroughly with water after sterilization.

### STORAGE

1. Store in clean dry conditions. Away from heat and light.
2. The temperature for storage and transport is between -20°C and 60°C.

Simboli / Symbols					
	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE Medical Device complies with Directive 93/42/EEC		Codice prodotto Product code		Data di scadenza Expiration date
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso Caution: read instructions (warnings) carefully		Fabbricante Manufacturer		Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place
	Leggere le istruzioni per l'uso Consult instructions for use		Data di fabbricazione Date of manufacture		Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight
	Numero di lotto Lot number				

REF

34223 - 34224 - 34225



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
Made in Taiwan

0476





# **GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

---

## **MASCHERINA FACCIALE IN SILICONE SILICONE FACE MASK**

Manuale d'uso - User manual

---



REF	DESCRIPTION
34220	Face mask N° 0 - infant/small
34221	Face mask N° 1 - infant/large
34222	Face mask N° 2 - child/small

**CAUTION**

1. Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
2. Patient should be monitored constantly whenever this device is in use.
3. Store in clean dry conditions away from heat and light.

**DIRECTIONS FOR USE**

1. Check for clear airflow passage prior to use.
2. Connect to breathing circuit or resuscitation device with appropriate fitting.
3. Make sure all connections are compatible and fit firmly.
4. Hand-hold or secure with head strap.

**CLEANING AND STERILIZATION**

Sterilize the components using one of the following methods:

- a. Autoclave (max 134°C following sterilizer's instructions)
- b. Ethylene oxide (following sterilizer's instructions)
- c. Most common disinfecting solutions which are used for equipment coming into contact with the patient. Rinse thoroughly with water after sterilization.

Simboli / Symbols					
	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE Medical Device complies with Directive 93/42/EEC		Codice prodotto Product code		Data di scadenza Expiration date
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso Caution: read instructions (warnings) carefully		Fabbricante Manufacturer		Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place
	Leggere le istruzioni per l'uso Consult instructions for use		Data di fabbricazione Date of manufacture		Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight
	Numero di lotto Lot number				

**REF****34220 - 34221 - 34222**

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
Made in Taiwan

**0476**




Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

## Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

### Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

#### Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / Respiratory care and resuscitation devices

#### Modello / Model:

Palloni rianimatori in silicone / Kit Palloni rianimatori in silicone adulti / Silicone resuscitators / Adult silicone resuscitators kit

#### Codici / Codes:

34245, 34246, 34247; 34248, 34277, 34249 ; 34244

#### Modello / Model:

Reservoir monouso (sacche ossigeno) e valvola / Oxygen reservoir and valve

#### Codici / Codes:

34257; 34258; 34275; 34279

#### Modello / Model:

Valvola PEEP e adattatore / Valvola antireflusso e posteriore / Peep valve and adapter / Non-rebreathing valve and intake valve

#### Codici / Codes:

34227 ; 34228 ; 34259 ; 34256

#### Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per terapia termica / Thermic therapy devices

#### Classe di rischio / Risk class:

II a

#### Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1403

#### Modello / Model:

Ghiaccio istantaneo TNT / PE / TNT / PE instant ice cold pack

#### Codici / Codes:

34110 ; 34111

# CERTIFICATE



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

La Società GIMA S.P.A., con sede a GESSATE (MI), Via Marconi 1, in qualità di fabbricante dei dispositivi medici:

*We undersigned GIMA S.p.A., with head office addressed in Gessate (MI), Via Marconi 1, as the manufacturer of medical devices:*

Dispositivi medici / <i>Medical Devices</i>	Codici/Ref. #
PALLONI RIANIMATORI autoclavabili / <i>Autoclavable Resuscitators</i>	34245, 34246, 34247
PALLONI RIANIMATORI monouso / <i>Disposable Resuscitators</i>	34248, 34277, 34249
KIT PALLONE SILICONE ADULTI / <i>Silicone Resuscitators kit adult</i>	34244
MASCHERE IN SILICONE AUTOCLAVABILI / <i>Silicone autoclavable face masks</i>	34220, 34221, 34222, 34223, 34224, 34225
MASCHERE AUTOCLAVABILI ANESTESIA GIMA PLUS / <i>GIMA PLUS autoclavable anesthesia face masks</i>	34252, 34253, 34254, 34255, 34250
VALVOLA PEEP / <i>PEEP VALVE</i>	34227
VALVOLA ANTIREFLUSSO / <i>Non-Rebreathing valve</i>	34259
ADATTATORE VALVOLA PEEP / <i>PEEP VALVE ADAPTER</i>	34228
VALVOLA POSTERIORE / <i>Rear valve</i>	34256
RESERVOIR MONOUSO (sacche ossigeno) / <i>Single use reservoir (oxygen bags)</i>	34257, 34258, 34275, 34279

appartenenti alla classe di rischio IIa in accordo alla regola 2 dell' Allegato IX, della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. (recepita in Italia con D.lgs. 46/97, e ss.mm.ii.),  
*risk class IIa, according to rule 2 of the Annex IX, Directive 93/42/EEC and subsequent amendments and integrations (enforced in Italy by Leg. Decree No. 46/97 and subsequent amendments and integrations),*

Dispositivi medici / <i>Medical Devices</i>	Codici/Ref. #
MASCHERE LARINGEE RIUTILIZZABILI / <i>Reusable laryngeal masks</i>	34424, 34425, 34426, 34427, 34428, 34429
CANNULE DI GUEDEL STERILI / <i>Sterile guedel airways</i>	34431, 34432, 34433, 34434, 34435, 34436, 34437, 34438, 34439, 34383

appartenenti alla classe di rischio IIa in accordo alla regola 5 dell' Allegato IX, della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. (recepita in Italia con D.lgs. 46/97, e ss.mm.ii.), dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, che tali dispositivi:  
*risk class IIa, according to rule 5 of the Annex IX, Directive 93/42/EEC and subsequent amendments and integrations (enforced in Italy by Leg. Decree No. 46/97 and subsequent amendments and integrations), declare under its own full liability that those devices:*

- sono conformi ai requisiti essenziali ed alle disposizioni della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. come da Fascicolo Tecnico archiviato presso l'azienda;



*comply with essential requirements and dispositions of the Directive 93/42/EEC and subsequent amendments and integrations, as per the Technical Documentation filed in the Company;*

- sono fabbricati in accordo al Sistema Qualità, che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato V del sopra citato decreto legislativo, come risulta dal Certificato n. MED 26036 rilasciato in data 25/10/2006 dal KIWA CERMET ITALIA S.p.A., Via Cadriano 23, 40057 Cadriano di Granarolo (BO), Organismo Notificato n. 0476. *are manufactured according to the Quality System which satisfies requirements of the Annex V of the above mentioned directive, as stated in the Certificate No. MED 26036 issued on 25/10/2006 by KIWA CERMET ITALIA S.p.A., Via Cadriano 23, 40057 Cadriano di Granarolo (BO), Notified Body n. 0476.*

Gessate, 24/05/2021

**GIMA S.p.A.**

Il legale Rappresentante  
*The legal Representative*  
(Nicola Manzoni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Manzoni', is written over a light blue horizontal line.



# GIMA

## LARYNGOSCOPE DOCTOR SET 3 MILLER BL. 1-2-3

**Code:** 34306  
**Category:** Standard laryngoscope sets  
**Unit of sale:** 1 pc.  
**Minimum order:** 1  
**Type:** Medical device  
**Class:** I  
**NSIS:** 151933  
**CND:** Z12021003  
**EAN13:** 8023279343069



**Description:** STANDARD RECHARGEABLE SETS (HANDLE + BLADES)  
• Doctor set (3 blades MILLER 1, 2, 3)

Great features of the unique GIMA blades and handles

- standard 2.5 V vacuum bulb
- light ergonomic, satin finish handle to reduce glare
- Stainless Steel contacts guarantee long working life
- easy sterilization ETO or steam
- full range of Mc Intosh & Miller blades, latex free
- ISO 7376 fittings allow use of blades with existing handles
- set is packaged in an anti-shock case and in cardboard box
- 2.5 V handles work with both alkaline batteries or rechargeable batteries
- good light transmission of 3,500 LUX with 2.5 V handles
- autoclavable up to 134° for 5 minutes (approx. 2,000 times)
- non magnetic blades



## DECLARATION OF CONFORMITY

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

GIMA Single Registration Number (SRN):

Medical Device ( Trade Name and description)	Code	Basic UDI-DI code
LARYNGOSCOPE DOCTOR SET 3 MILLER BL. 1-2-3	34306	8023279Z120210030000000MQ

Risk class I (Not sterile), according to the Rule 13 Annex VIII of Regulation (EU) 2017/745 (MDR), declares, under its own responsibility, that this medical device:

- comply with essential requirements and dispositions of Regulation (EU) 2017/745 (MDR), as from the Technical File filed at the company;
- common Specifications have not been used for the compliance of the above medical device;
- comply with directive 2011/65/EU (and subsequent amendments and integrations) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Gessate, 5/28/2021

**GIMA S.p.A.**

The legal Representative  
(Nicola Manzoni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Manzoni", is written over a horizontal line.





# GIMA

## CPR MASK - pocket resuscitator

**Code:** 34218  
**Category:** Mouth to mouth resuscitaton masks  
**Unit of sale:** 1 pc.  
**Minimum order:** 1  
**Type:** Medical device  
**Class:** I  
**NSIS:** 2099169  
**CND:** R03010105  
**EAN13:** 8023279342185



**Description:** The CPR pocket mask is a non-invasive, latex free mask with inflatable cuff and an integral non-rebreathing valve and efficient filter to prevent direct mouth contact with the patient's face when providing mouth-to-mouth resuscitation.  
It can be used on adult, child and infant.  
Supplied in a compact plastic box with a corrugated tube for an easier use.



## DECLARATION OF CONFORMITY

We, undersigned GIMA S.p.A., with operational headquarters in Gessate (MI), Via Marconi 1, and registered office in Milano, Via Tommaso Grossi 2, acting as manufacturer of the medical device:

GIMA Single Registration Number (SRN):

Medical Device ( Trade Name and description)	Code	Basic UDI-DI code
CPR MASK - pocket resuscitator	34218	8023279R03010105F600000MW

Risk class I (Not sterile), according to the Rule 1 Annex VIII of Regulation (EU) 2017/745 (MDR), declares, under its own responsibility, that this medical device:

- comply with essential requirements and dispositions of Regulation (EU) 2017/745 (MDR), as from the Technical File filed at the company;
- common Specifications have not been used for the compliance of the above medical device;

Gessate, 5/28/2021

**GIMA S.p.A.**  
The legal Representative  
(Nicola Manzoni)


A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Manzoni", is written below the printed name of the legal representative.

# MEDUMAT Standard<sup>2</sup>

A clear new perspective








## MEDUMAT Standard<sup>2</sup>

### Maximum safety in an emergency

In an emergency, every second counts. Every move has to be perfect, especially where respiration support is concerned, which is when prompt correct action can be a key factor in saving lives. The demands on emergency medical services are high in such situations, and easy operation of the ventilator is critical for a successful outcome. MEDUMAT Standard<sup>2</sup> is the perfect partner for just this situation. It is intuitive to operate, reliable in use and its integrated hygiene filter protects it from contamination, ultimately guaranteeing an unbeatable degree of safety for the patient, the user and the device itself!





## See for yourself: You can see more

MEDUMAT Standard<sup>2</sup> provides a completely new perspective on modern emergency and transport ventilation. It clearly displays all the important respiratory parameters and an overview of ventilation curves is an additional option. The familiar operation – patient selection, for example – allows intuitive handling, whilst the initiation of ventilation by inputting height ensures that ventilation starts simply and in compliance with guidelines. Controls and symbols are clearly arranged to provide an overview, with effective audible and visual alarms as further features to ensure maximum patient safety.

## New outlook: More functions for emergency medical personnel

MEDUMAT Standard<sup>2</sup> also provides a much better outlook in terms of flexibility. Integration of robust flow measurement close to the patient, with sidestream capnography and a curve display, delivers optimal patient monitoring. **The optional modes available allow** MEDUMAT Standard<sup>2</sup> to be customized for individual circumstances and users. In addition to IPPV, the modes also encompass CPR (for cardiopulmonary resuscitation), RSI (for support during induction of anesthesia), Demand and CPAP (optionally with ASB). Volume-controlled modes SIMV, S-IPPV and Inhalation, together with pressure-controlled modes PCV, aPCV, BiLevel + ASB and PRVC + ASB, can furthermore still be enabled as options along with CO<sub>2</sub> monitoring mode. All settings are based on current specifications, e.g. resuscitation in accordance with ERC Guidelines. However, they can also be customized on request.

## Your benefits at a glance

- Quick and easy access to the right ventilation by inputting height or via emergency mode for adults, children and infants
- CPR mode for guideline-compliant cardiopulmonary resuscitation
- RSI mode for reliable support during induction of anesthesia
- CPAP mode with optional ASB pressure support for non-invasive respiratory treatment in a prehospital setting
- Hygiene filter provides protection from contamination

## Optional functions

- Sidestream capnography for ideal monitoring of ventilation treatment
- Flow measurement for improved monitoring during ventilation, resuscitation or induction of anesthesia (MVe, Vte, ftotal, fspont, Vleak), curve display
- Pressure-controlled ventilation modes for more differentiated ventilation therapy
- **Bluetooth®** data transmission for digital documentation of ventilation data
- Innovative resuscitation ventilation with CCSV mode

# More Than Pure Emergency Ventilation



## Transport ventilation "light"

MEDUMAT Standard<sup>2</sup> is suitable not only for emergency ventilation, but also for optimal care during transport of patients already being ventilated. It is the smallest and lightest transport ventilator in its class. Equipped with pressure-controlled ventilation modes and monitoring options such as display of pressure, flow and CO<sub>2</sub> curves and display of major ventilation parameters, MEDUMAT Standard<sup>2</sup> is your compact partner for ground and air rescue services.

## Your benefits at a glance

- Low weight of 2.5 kg makes it suitable for ground and air rescue services
- Battery life of 10 hours ensures a high level of mobility
- Simple, intuitive operation via flat menu structures
- Optimum setting and monitoring of ventilation using the Flow measurement + ASB, Capnography and Pressure-controlled ventilation modes options
- Customization and standardization of the device, e.g., by preconfiguring ventilation parameters
- Digital documentation of ventilation data using the Bluetooth® data transmission option

## Digitally en route – with the Bluetooth® data transmission option

Documentation is just as important as rescue and safe transport. Bluetooth® technology makes it possible to transmit ventilation parameters, settings and trend data wirelessly and quickly to digital documentation systems - to the Medical Pad from Tech2go, for example. This facilitates seamless, paperless documentation.



# CPAP Mode



## Non-invasive ventilation

Proven CPAP mode allows the patient to breathe spontaneously at an elevated pressure level, e.g., during treatment of cardiac pulmonary edema\*\*. With MEDUMAT Standard², CPAP pressure can be fine-tuned at any time. The user also has the option of activating ASB pressure support with a settable trigger. Optional volume and CO<sub>2</sub> monitoring ensure comprehensive monitoring, even during non-invasive ventilation.

Any leakage at the mask is detected and compensated for by the device. All ventilation parameters can be adjusted via the monitor during ventilation.

## Flow measurement + ASB option

- Monitoring of expiratory tidal and minute volume as well as of respiratory rate
- Pressure support in CPAP and SIMV modes provides optimal assistance for non-invasive ventilation
- Inspiration and expiration trigger can be set individually



## FlowCheck sensor

- Particularly robust during use and hygienic reprocessing
- Available in disposable or reusable variants
- Unique chip technology ensures maximum precision
- Minimal dead space of just 9 ml makes it suitable for children and adults

## Your benefits at a glance

- CPAP therapy improves patient outcome in cases of acute respiratory insufficiency\*\*
- ASB pressure support for more differentiated non-invasive ventilation available as an option
- Lower oxygen consumption compared to flow CPAP systems
- Apnea ventilation provides high level of safety

\*\*Sources:

Bakke SA et al.: Continuous positive airway pressure and noninvasive ventilation in prehospital treatment of patients with acute respiratory failure. A systematic review of controlled studies. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med* 22: 69, 2014.


Goodacre S et al.: Prehospital noninvasive ventilation for acute respiratory failure: systematic review, network meta-analysis and individual patient data meta-analysis. *Acad Emerg Med* 21: 960-970, 2014.

Williams, B. et al.: When pressure is positive: a literature review of the prehospital use of continuous positive airway pressure. In: *Prehospital and disaster medicine* 28 (2013), No. 1, pp. 52-60

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (ed.): S3-Leitlinie: Nichtinvasive Beatmung als Therapie der akuten respiratorischen Insuffizienz [S3 Guidelines: non-invasive ventilation as treatment of acute respiratory insufficiency]. Hannover, 2008

Thompson, J. et al.: Out-of-hospital continuous positive airway pressure ventilation versus usual care in acute respiratory failure: a randomized controlled trial. In: *Annals of emergency medicine* 52 (2008), No. 3, pp. 232-241

## CPR Mode



### Cardiopulmonary resuscitation

MEDUMAT Standard<sup>2</sup> guides you reliably through cardiopulmonary resuscitation. Following a quick start using the CPR button and selection of the patient group, ventilation starts automatically using preconfigured settings. Ventilation can be controlled manually by the MEDUtrigger close to the patient. Following intubation, it is then possible to switch easily to continuous ventilation. All the critical information, e.g., when the patient was last ventilated or duration of CPR so far, is visible on the monitor. Optional display of etCO<sub>2</sub> in the form of curves or trends provides emergency medical services with an important parameter for the quality of resuscitation and intubation.

### CCSV – the ventilation mode that supports the heart

With Chest Compression Synchronized Ventilation (CCSV), WEINMANN Emergency has developed a ventilation mode specifically designed for resuscitation. CCSV applies a pressure-controlled mechanical breath synchronized with each chest compression. This revolutionary method is proven to improve gas exchange and hemodynamics.

### Your benefits at a glance

- Increases patient safety compared to bag/mask ventilation
- Mask held securely in place with two hands, as breaths are triggered close to the patient by MEDUtrigger
- Individual activation/deactivation of alarms (and consequently fewer irritating alarms during CPR)
- Individual configuration options for CPR mode for greater flexibility

### Optional functions

- Innovative resuscitation ventilation with CCSV mode
- Capnography for checking tube position and improved detection of ROSC
- etCO<sub>2</sub> trend display to support detection of ROSC





## Press CPR button to activate CPR mode

- CPR mode is activated at the touch of a button
- Ensures use within seconds
- Clear setup for successful CPR
- Optional: CCSV ventilation easily integrated in CPR mode



## Manual ventilation with MEDUtrigger and Double-C grip

- Two hands free for ventilation and thus complete control of mask with Double-C grip
- Simultaneously simple and ergonomic manual triggering of mechanical breaths using the thumbs
- Safe use due to fixed tidal volume setting and pressure limit



## Continuous ventilation

- etCO<sub>2</sub> display provides a reliable check of tube position
- Preset patient height automatically sets tidal volume and ventilation rate
- Ventilation can be paused to prevent artifacts during cardiac rhythm analysis



## Innovative ventilation for resuscitation – CCSV mode

- Simplified operation for resuscitation: Display reduced to the essentials
- Compatible with automatic chest compression devices
- Compression rate and hands-off time displayed





## RSI Mode

### Reliable support for induction of anesthesia

MEDUMAT Standard<sup>2</sup> reliably supports every treatment step in Rapid Sequence Induction mode. The patient is first preoxygenated via the DEMAND function. The operator can see the anesthesia-induced apnea directly on the monitor. MEDUtrigger close to the patient allows temporary manual ventilation - to enable the position of airway access to be checked, for example. A switch to controlled ventilation can then be made at any time using all the preset parameters, with the adjustable pressure limit guaranteeing patient safety in every situation. CO<sub>2</sub> monitoring lets the user check the position of the tube, a feature that further enhances patient safety.



### Preoxygenation

- Supply of 100 % oxygen for the patient who is still breathing spontaneously
- Reliable monitoring of spontaneous breathing by means of volume and frequency monitoring (optional)
- Reliable alarms for prolonged apneic phase



### Manual triggering of mechanical breaths with MEDUtrigger

- In an emergency, the patient can be ventilated manually using MEDUtrigger and the Double-C grip



### Position check of tube

- Following successful intubation, the user can check the position of airway access using MEDUtrigger and optional capnography
- Following a position check, the device can be switched to continuous ventilation (IPPV or BiLevel + ASB) at the touch of a button




### Your benefits at a glance

- RSI mode provides optimal process support of prehospital induction of anesthesia
- Pressure gauge to visualize (uninterrupted) spontaneous respiration
- Adjustable pressure limit delivers increased safety
- Optional: Improved monitoring of spontaneous breathing via volume monitoring
- MEDUtrigger and optional capnography can be used to check tube position reliably by means of auscultation
- Option of switching directly to continuous ventilation improves ergonomics




# More Freedom with More Options

MEDUMAT Standard<sup>2</sup> now offers an even better outlook in terms of flexibility. The device can be individually configured to suit your needs and can thus be used for a wide range of applications.



### Flow measurement + ASB option


- Monitoring of expiratory tidal and minute volume, in addition to respiratory rate
- Pressure support in CPAP and SIMV modes to provide ideal assistance in non-invasive ventilation
- Inspiration and expiration trigger can be set individually



### Curve display option

Condition:  
Flow measurement + ASB option is installed!


- Pressure and flow curves displayed for clear monitoring



### Pressure-controlled ventilation modes option


Condition:  
Flow measurement + ASB option and Curve display option are installed!

- Improved transport of ventilated patients using the PCV, aPCV, BiLevel + ASB and PRVC + ASB ventilation modes
- Pressure and flow curve display for clear monitoring



### Capnography option


- End-tidal CO<sub>2</sub> displayed in the form of a measured value, a curve and as a trend over an extended period
- Improved monitoring of ventilation treatment and support during CPR and RSI
- CO<sub>2</sub> measurement even with ventilation deactivated



### CCSV mode option

Condition: Flow measurement + ASB option is installed

- Ventilation mode specifically for resuscitation
- For optimal ventilation synchronized with each chest compression



### Bluetooth® data transmission option

- Wireless transmission of ventilation data to an external documentation system
- Simplified documentation

Other options:

• SIMV mode

• S-IPPV mode

• Inhalation mode





# Intuitive Operation for Maximum Safety



## 1. Optimal screen arrangement

for a perfect view of all measurements and settings

## 2. Accessories connection

for MEDUtrigger and connection cable to the FlowCheck sensor – accessible from the front

## 3. Hygiene filter

protects the device from viral and bacterial contamination

## 4. Data memory and updates

Device configuration and software updates can be transmitted with the aid of the SD memory card itself

## 5. User-oriented operation

Rapidly-operated navigation buttons are simple and quick to use

## 6. Connection for ventilation hose

connects the device to the patient circuit

## 7. Connection for measuring tube system

measures pressure and CO<sub>2</sub> and manages PEEP

## 8. Li-Ion removable rechargeable battery

with a life of up to 10 hours

“Need to change the hygiene filter?  
It couldn't be simpler!”

The hygiene filter is a 1:1 fit in the dust filter opening of your device.




## Accessories and Replacement Parts



- |  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| • 2 m reusable patient circuit   | WM 28860 | 4. Reusable FlowCheck sensor                                    | WM 28835 |
| • 2 m disposable patient circuit   | WM 28865 | • Set of 5 reusable FlowCheck sensors                           | WM 17850 |
| • 2 m disposable patient circuit for adults and children   | WM 28867 | 5. etCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> nasal cannula              | WM 1928  |
| • 2 m reusable patient circuit with flow measurement   | WM 29197 | 6. 2 m MEDUtrigger  | WM 28992 |
| • 2 m disposable patient circuit with flow measurement   | WM 29195 | 7. 2 m connection cable to FlowCheck sensor with MEDUtrigger    | WM 32508 |
| • 2 m disposable patient circuit for adults and children, with flow measurement                                    | WM 29194 | 8. 2 m connection cable to FlowCheck sensor without MEDUtrigger | WM 32506 |
| • 2 m reusable patient circuit with CO <sub>2</sub> measurement  | WM 28905 | 9. Hygiene filter   | WM 28740 |
| • 2 m disposable patient circuit with CO <sub>2</sub> measurement  | WM 28907 | • Set of 5 hygiene filters                                      | WM 17865 |
| • 2 m disposable patient circuit for adults and children, with CO <sub>2</sub> measurement                         | WM 28904 | • MAG adapter for power supply                                  | WM 28979 |
| 1. 2 m reusable patient circuit with flow measurement, with CO <sub>2</sub> measurement                            | WM 29190 | 10. Battery charging station                                    | WM 45190 |
| 2. 2 m disposable patient circuit with flow measurement, with CO <sub>2</sub> measurement                          | WM 29192 | • Power supply unit and charger                                 | WM 28937 |
| 3. 2 m disposable patient circuit for adults and children, with flow measurement, with CO <sub>2</sub> measurement | WM 29199 | 11. Battery   | WM 45045 |
|  |          | • Adapter for connection of oxygen inhalation                   | WM 28263 |
|  |          | • SD card   | WM 29791 |
|  |          | 12. Respiratory system filter                                   | WM 22162 |
|  |          | • EasyLung for WEINMANN Emergency                               | WM 28625 |

# Examples of Configuration Options



# Service Directly from the Manufacturer



## Remote diagnosis (telesupport) in the event of a fault Safety and reliability day after day

With the fast and simple function check, you can assure yourself at any time that your device is trouble-free and ready for use. In less than 30 seconds, MEDUMAT Standard<sup>2</sup> performs the automatic function check and provides the user with a status report. If a device malfunction does ever occur, its cause may not be immediately apparent. For reporting purposes, MEDUMAT Standard<sup>2</sup> lets you save the service files from the device to an SD card and e-mail them to WEINMANN Emergency. Ideally, these data alone will be sufficient for our service specialists to resolve the fault with you via telesupport. Should this not be the case, we will take a closer look at your device and, if necessary, you will be provided with a replacement device to cover this down time.

## Perform software updates yourself

### – Your benefits as the operator:

- Always up-to-date with the latest software
- You decide when to update  
– no appointment pressure, no waiting
- Remain ready for use – no need to ship device for update
- You decide who makes the update at your site - password-protected operator menus make this possible
- No risk – performing the update is simple and safe

## Active support of your quality management and documentation processes

Important information is saved automatically and can be exported to the SD card quickly and easily. Data included:

- Up to 6,000 function checks, including many details
- Software update history as a documentation sheet
- Error-free standardization: Customized device configurations can be transferred from one device to another by SD card

## Service data: MEDUMAT Standard<sup>2</sup>

Manufacturer's warranty	2 years
Safety check interval	Every 2 years
Servicing interval	Every 2 years
COMFORT Plus service package with fixed annual fees available	✓
Automatic function check with clear summary	✓
Duration of function check	Approx. 25 seconds
Software update can be performed by operator/user	✓
User training without O <sub>2</sub> consumption (free simulation software in the device/on PC)	✓
Password-protected operator menu	✓
Removable rechargeable battery system <sup>(1)</sup>	✓
Battery status	Display also on battery itself
Telesupport	✓
External charging base for removable battery	Available as an option
Service reminder in device display	E.g., of scheduled safety check / servicing

(1) You can use the removable rechargeable battery for both MEDUMAT Standard<sup>2</sup> and MEDUCORE Standard to support your logistical processes and simplify device handling during use.

## Never miss a safety check or service interval again

MEDUMAT Standard<sup>2</sup> gives you reliable help with the planning of required servicing. Every device reminds you in good time of due servicing/safety check dates. At the end of the function check, the device tells the user the exact date of upcoming servicing/safety checks. If the recommended interval is exceeded, MEDUMAT Standard<sup>2</sup> also displays a small spanner symbol on the start-up screen. MEDUMAT Standard<sup>2</sup> uses these reminders to support you in your responsibility as device operator.



**Manufacturer Service**

Hotline: +49 40 88 18 96 122



# Technical Data



## MEDUMAT Standard<sup>2</sup>

Device dimensions	W: 206 mm x H: 137 mm x D: 130 mm
Weight, incl. battery	Approx. 2.5 kg
Product class according to Directive 93/42/EEC	IIb
Operating conditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature range: -18 °C to +50 °C</li> <li>• Humidity: 0 % rh to 95 % rh, no condensation</li> <li>• Air pressure: 540 hPa to 1,100 hPa</li> <li>• Altitude above MSL: up to 5,000 m</li> </ul>
Rechargeable battery	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operating time: up to 10 hrs (depending on device and options)</li> <li>• Charging time (0 % - 95 %): 3.5 h</li> </ul>
Display	TFT color display 5"
Data storage	Internal and on SD card
Ventilation modes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume-controlled: IPPV, CPR, RSI, SIMV (with SIMV mode option), SIMV + ASB (with SIMV mode and Flow measurement + ASB options), S-IPPV (with S-IPPV mode option), Inhalation (with Inhalation mode option)</li> <li>• Pressure-controlled: PCV, aPCV, BiLevel + ASB, PRVC + ASB (with pressure-controlled ventilation modes option), CCSV (with Flow measurement + ASB option and CCSV mode option)</li> <li>• Spontaneous breathing: CPAP, CPAP + ASB (with Flow measurement + ASB option)</li> </ul>
Operating gas	Medical-grade oxygen or concentrator oxygen (93 % O <sub>2</sub> )
Operating pressure range	2.7 bar to 6 bar
Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Displayed measured values: pPeak, pPlat, pMean, Vte, MVe, f, fsp, Vleak (with Flow measurement + ASB option), etCO<sub>2</sub> (with Capnography option)</li> <li>• Curves: Airway pressure (with Curve display option or Capnography option), Flow (with Curve display option), CO<sub>2</sub> (with Capnography option), etCO<sub>2</sub> trend (with Capnography option)</li> <li>• Gauge: Pressure gauge</li> </ul>
Maximum outlet flow	80 l/min at inlet pressure of 4.5 bar in Air Mix and in No Air Mix operation
Tidal volume	50 ml to 2,000 ml
Ventilation rate	5 min <sup>-1</sup> to 50 min <sup>-1</sup>
Inspiration pressure	3 mbar to 60 mbar (with Pressure-controlled ventilation modes option)
ASB pressure support	0 mbar to 30 mbar (with Flow measurement + ASB option)
PEEP	0 mbar to 30 mbar
Pressure limit (Pmax)	10 mbar to 65 mbar
Inspiration trigger	1 l/min to 15 l/min (with Flow measurement + ASB option)
Expiration trigger	5 % to 80 % flow max. (with Flow measurement + ASB option)
I:E	1:4 – 4:1
Pressure ramp	Steep, medium, flat (with Flow measurement + ASB option)
Standards applied	EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3, RTCA DO-160 G, MIL STD 810 G



## Simply Professional

WEINMANN Emergency is a family-owned, internationally active medical technology company. With our mobile system solutions for emergency, transport and disaster medicine, we set standards for saving human lives. In close collaboration with professional users in emergency medical services, hospitals and military medical corps, we develop innovative medical products for ventilation and defibrillation. For more than 100 years we have offered our customers a high degree of reliability, extensive experience and quality made in Germany.

### Headquarters

WEINMANN Emergency  
Medical Technology GmbH + Co. KG  
Frohbosestraße 12  
22525 Hamburg  
Germany

T: +49 40 88 18 96-0  
F: +49 40 88 18 96-480  
T: +49 40 88 18 96-120 Customer Service  
T: +49 40 88 18 96-122 After-Sales Service  
E: info@weinmann-emt.de

### Center for Production, Logistics, Service

WEINMANN Emergency  
Medical Technology GmbH + Co. KG  
Siebenstücken 14  
24558 Henstedt-Ulzburg  
Germany

### China

Weinmann (Shanghai) Medical Device Trading Co. Ltd.  
T: +86 21 52 30 22 25 • info@weinmann-emt.cn

### U.A.E.

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co.KG (Branch)  
T: +971 432 100 31 • info-dubai@weinmann-emt.com

### France

WEINMANN Emergency France SARL – Paris – Les Ulis  
T: +33 1 69 41 51 20 • info@weinmann-emt.fr

### Russia

Weinmann SPb GmbH – St. Petersburg  
T: +7 812 633 30 82 • info@weinmann-emt.ru

### Singapore

Weinmann Singapur PTE, Ltd.  
T: +65 65 09 44 30 • info-singapore@weinmann-emt.sg

### Spain

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG  
T: +34 91 79 01 137 • info-spain@weinmann-emt.es

### USA

Weinmann Emergency LP  
T: +1 770-274-2417 • info@weinmann-emergency.com

## EG-Konformitätserklärung für Medizinprodukte

Wir, der Hersteller, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unten aufgeführte Produkt den einschlägigen Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien entspricht.

Hersteller: WEINMANN Emergency  
Medical Technology GmbH + Co. KG  
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg  
GERMANY

Produktbezeichnung: **Beatmungsgerät**

Produktname / Modell: **MEDUMAT Standard<sup>2</sup>**

Richtlinie: Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte  
(gemäß Anhang II ohne (4))

Klassifizierung: IIb

Kennzeichnung: TÜV-Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2,  
90431 Nürnberg, Deutschland

**CE 0197**

Diese EG-Konformitätserklärung ist gültig ab dem Datum der Unterzeichnung bis zur Ausstellung einer revidierten EG-Konformitätserklärung aufgrund der Ausstellung eines neuen Richtlinienzertifikats.

Hamburg, den 20.04.2020



André Schulte  
Sprecher der Geschäftsführung

## EC Declaration of Conformity on Medical Devices

We, the manufacturer, declare in sole responsibility that the product mentioned below is in conformity with the respective regulations of the following guideline.

Manufacturer: WEINMANN Emergency  
Medical Technology GmbH + Co. KG  
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg  
GERMANY

Product description: **Ventilator**

Product name / Model: **MEDUMAT Standard<sup>2</sup>**

Guideline: Medical Device Directive 93/42/EEC  
(according to Annex II excluding (4))

Classification: IIb

Marking: TÜV-Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2,  
90431 Nürnberg, Germany

**CE 0197**

This EC declaration of conformity is valid from the date of signature until a revised EC declaration of conformity is issued as a result of a new directive certificate being issued.

Hamburg, 20/04/2020



André Schulte  
Chief Executive Officer



## Déclaration CE de conformité pour dispositifs médicaux

Nous, le constructeur, déclarons en seule responsabilité que le produit mentionné ci-dessous répond aux dispositions respectives de la directive ci-après.

Constructeur : WEINMANN Emergency  
Medical Technology GmbH + Co. KG  
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg  
GERMANY

Désignation du produit : **Ventilateur**

Nom du produit / modèle : **MEDUMAT Standard<sup>2</sup>**

Directive : Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (conformément à l'annexe II sans [4])

Classification : IIb

Marquage : TÜV-Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2,  
90431 Nürnberg, Allemagne

**CE 0197**

La présente déclaration CE de conformité est valide à compter de la date de sa signature et jusqu'à présentation d'une déclaration de conformité CE révisée suite à l'établissement d'un nouveau certificat.

Hambourg, le 20/04/2020



André Schulte  
Porte-parole de la direction

## Declaración CE de conformidad para productos sanitarios

Nosotros, el fabricante, declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto citado posteriormente cumple las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas.

Fabricante: WEINMANN Emergency  
Medical Technology GmbH + Co. KG  
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg  
GERMANY

Denominación de producto: **Dispositivo de respiración artificial**

Nombre del producto/modelo: **MEDUMAT Standard<sup>2</sup>**

Directiva: Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios  
(según el anexo II sin (4))

Classificación: IIb

Identificación: TÜV-Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2,  
90431 Nürnberg, Alemania

**CE 0197**

Esta declaración CE de conformidad es válida a partir de la fecha de la firma y hasta la expedición de una declaración CE de conformidad revisada debido a la expedición de un nuevo certificado de directiva.

Hamburgo, a 20.04.2020



André Schulte  
Portavoz de la gerencia



The Mediwet humidifiers are developed for oxygen therapy at hospital or at home. This type of equipment is indispensable to prevent dehydration of the mucous membranes when inhaling oxygen during an extended period of time, or at large flows. It is intended to be connected to the outlet of a wall flowmeter, a regulator flowmeter, or an oxygen concentrator.

## Humidifiers Mediwet

EDITION 1/2009

**The reusable humidifier is ergonomic, comfortable, economic, and easy to maintain:**

- Reduced dimensions and weight.
- Silent thanks to a high performance diffuser.
- All components, except the diffuser, are reusable for minimum 20 autoclave cycles.
- Improved adaptation to the needs and possibilities of the user with two autoclave possibilities, depending on the material.
- Fast to assemble/disassemble.

**MEDIWET 2 HUMIDIFIER**

Art. No.	Denomination
<b>K293498</b>	Mediwet 2 134 °C inlet connection M12x1,25F
<b>K294402</b>	Mediwet 2 134 °C inlet connection UNF 9/16 F
<b>K293491</b>	Mediwet 2 121 °C inlet connection M12x1,25 F
<b>K294401</b>	Mediwet 2 121 °C inlet connection UNF 9/16 F
<b>K294416</b>	Mediwet 2 121 °C inlet connection G3/8F

**Spare Parts**

Art. No.	Denomination
<b>K301062</b>	Jar 134 °C
<b>K301059</b>	Jar 121 °C
<b>K301063</b>	Lid 134 °C connection M12x1,25
<b>K301060</b>	Lid 121 °C connection M12x1,25
<b>K301064</b>	Lid 134 °C connection 9/16
<b>K301061</b>	Lid 121 °C connection 9/16
<b>K301078</b>	Lid 134 °C connection G3/8
<b>K301079</b>	Lid 121 °C connection G3/8
<b>K294404</b>	Inlet connection gasket M12x1,25, 10 pcs
<b>K294407</b>	Inlet connection gasket 9/16, 10 pcs
<b>K294433</b>	Inlet connection gasket G3/8, 10 pcs
<b>K294409</b>	Bottle gasket 134 °C, 10 pcs
<b>K294408</b>	Bottle gasket 121 °C, 10 pcs

**Consumables**

Art. No.	Denomination
<b>K294415</b>	Diffuser, 10 pcs
<b>M401006</b>	Silicone hose 1 m
<b>K294486</b>	Silicone tube, 10 pcs
<b>K294434</b>	Complete diffuser (tube 13 cm and diffuser, 10 pcs)

**MEDIWET HUMIDIFIER**

Art. No.	Denomination
<b>K292247</b>	Mediwet 200 ml
<b>K292254</b>	Mediwet 500 ml

**Spare Parts**

Art. No.	Denomination
<b>K308031</b>	Inlet gasket
<b>K308035</b>	Jar gasket
<b>K301047</b>	Lid
<b>K291576</b>	Diffuser tube
<b>K291582</b>	Jar 200 ml
<b>K301091</b>	Jar 500 ml


**K293498**

**K293491**
**Technical Data - MEDIWET 2 HUMIDIFIER**

<b>Contents:</b>	Only sterile water
<b>Dimensions:</b>	Height 190 x 67 Width (incl hose nipple) x 57Ø mm
<b>Weight:</b>	Polycarbonate version 75 g Polysulphone version 115 g
<b>Capacity:</b>	200 ml of water
<b>Consumption:</b>	8 ml of water per hour at a as flow of 10 l/min at 20 °C
<b>Material:</b>	Jar autoclavable at 121 °C: polycarbonate Jar autoclavable at 134 °C: polysulphone Lid and outlet hose nipple: polypropylene Inlet nut: Chromed brass Diffuser: Polyethylene Hose, flat gasket: Silicone Toric gasket: Ethylene propylene
<b>Outlet connection</b>	Tapered hose nipple for hose 6x9 mm (recommended length 2 m)
<b>Cleaning:</b>	Water, non abrasive detergent. Never use solvents.
<b>Disinfection:</b>	An alcoholic solution, or other solution compatible with the material according to the disinfectant manufacturer.
<b>Autoclave:</b>	Polycarbonate version 121 °C for 30 minutes Polysulphone version 134 °C for 18 minutes
<b>Special case:</b>	Diffuser: exchange at every cleaning - do not sterilise! Silicone tube: autoclave at 121 °C (if cold disinfection please exchange!)
<b>Maintenance</b>	Check that the humidifier is whole and air tight before use. Monthly exchange of gaskets is recommended. Exchange the diffuser when its microperforations no longer exist.
<b>Durability</b>	Minimum 20 autoclave cycles under the condition that all instructions accompanying the product are adhered.

**Technical Data - MEDIWET HUMIDIFIER**

<b>Contents:</b>	Only sterile water
<b>Dimensions:</b>	200 ml: Height 115 x Width 83 (incl hose nipple) x 57Ø mm 500 ml: Height 210 x Width 89 (incl hose nipple) x 70Ø mm
<b>Weight:</b>	200 ml: 185 g 500 ml: 190 g
<b>Material:</b>	Jar and lid: polycarbonate Connections: chromed brass

**Recycling**

The product shall be recycled according to local regulations.


**K292254**

**K292247**



**Intrebati**

Pentru mai multe detalii despre acest produs, [contactati echipa de vanzari din regiune.](#)

Cautare Produs

Apasati pentru a mari ▾

Client Inregistrat?  
Suport Tehnic si post-vanzare

**MEDISELECT® II**

Cod produs: 3211

**Regulator de presiune pentru utilizarea cu butelii de gaze medicale prevazute cu robinet de butelie medical.**

- Regulator cu selector de debit. Manometru de presiune rotativ care permite intotdeauna o citire confortabila
- Iesirea cu posibilitatea rotatiei la 360° – asigura o orientare mai buna catre canula nazala sau masca de oxigen inspre pacient, prevenind indoirea sau rasucirea furtunului
- Dispozitiv inovator de setare a debitului cu o curgere continua intre setari. In cazul putin probabil al deteriorarii mecanismului zimat, pacientul va fi aprovizionat in continuare cu gaz medical.
- Citirea setarilor de debit laterala si frontala
- Numarul marit de orificii in discul de debit creste numarul optiunilor de tratament. Posibilitatea setarii la 25 l/min, spre deosebire de variant traditionala cu 15 l/min variant, permite folosirea in resuscitari.
- Cei 7 l/min aditionali sunt destinati pentru nebulizare.



Vizualizati mai multe imagini ▾

**DATE TEHNICE**

Gaz:	O <sub>2</sub> , Aer, N <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O
Presiune intrare:	Pana la 300 bar
Presiune iesire:	3,6 - 5,5 bar
Gama de presiune*:	
de la 0 la 2 l/min:	0 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2
de la 0 la 6 l/min:	0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
de la 0 la 25 l/min:	0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 / 12 / 15 / 25
Conexiune intrare:	In concordanta cu standardele nationale
Conexiune iesire:	9/16 UNF, M12×1,25, G3/8, G1/4 + stut furtun
Materialul corpului:	Alama nichelata
Robinetul de control:	Poliamida
Garnituri:	EPDM
Filtru:	Bronz sinterizat
Aparatoarea manometrului:	TPE (elastomer termoplastic)
Reglementari:	In conformitate cu Directiva Dispozitivelor Medicale 93/42/EEC In conformitate cu EN ISO 10524-1 In conformitate cu EN 1789 Produs in concordanta cu EN ISO 9001 si EN ISO 13485
Clasificare:	Clasa IIb

\* Debitile sunt valabile la 23°C si 101,3 kPa

**Informatii tehnice**

Sus ^

Descarcati informatiile tehnice



**Descargarile**

Sus ^

Informatii suplimentare pentru acest produs



Umidificatoarele Mediwet au fost dezvoltate pentru terapia cu oxigen în spital sau la domiciliu. Acest tip de echipament este indispensabil pentru a preveni deshidratarea membranelor mucoase atunci când se inhalează oxigen de-a lungul unei perioade de tip prelungite sau în debite mari. Acesta trebuie conectat la priza unui debitmetru de perete, un debitmetru cu regulator sau un concentrator de oxigen.

## Umidificatoare Mediwet

EDIȚIA 1/2009

**Umidificatorul reutilizabil este ergonomic, confortabil, economic și ușor de întreținut:**

- Dimensiuni și greutate reduse.
- Silențios datorită difuzorului de înaltă performanță.
- Toate componentele, cu excepția difuzorului, pot fi reutilizate timp de minimum 20 de cicluri în autoclavă.
- Adaptare îmbunătățită la nevoile și posibilitățile utilizatorului cu două posibilități de autoclavă, în funcție de material.
- Ușor de asamblat/dezasamblat.

## UMIDIFICATOR MEDIWET 2

Nr. art.	Denumire
K293498	Conexiune internă 134°C Mediwet 2 M12x1,25F
K294402	Conexiune internă 134°C Mediwet 2 UNF 9/16 F
K293491	Conexiune internă 121°C Mediwet 2 M12x1,25 F
K294401	Conexiune internă 121°C Mediwet 2 UNF 9/16 F
K294416	Conexiune internă 121°C Mediwet 2 G3/8F

## Piese de schimb

Nr. art.	Denumire
K301062	Borcan 134°C
K301059	Borcan 121°C
K301063	Capac 134°C conexiune M12x1,25
K301060	Capac 121°C conexiune M12x1,25
K301064	Capac 134°C conexiune 9/16
K301061	Capac 121°C conexiune 9/16
K301078	Capac 134°C conexiune G3/8
K301079	Capac 121°C conexiune G3/8
K294404	Manșon conexiune internă M12x1,25, 10 buc.
K294407	Manșon conexiune internă 9/16, 10 buc.
K294433	Manșon conexiune internă G3/8, 10 buc.
K294409	Manșon sticlă 134°C, 10 buc.
K294408	Manșon sticlă 121°C, 10 buc.

## Consumabile

Nr. art.	Denumire
K294415	Difuzor, 10 buc.
M401006	Furtun din silicon 1 m
K294486	Tub din silicon, 10 buc.
K294434	Difuzor complet (tub 13 cm și difuzor, 10 buc.)

## UMIDIFICATOR MEDIWET

Nr. art.	Denumire
K292254	Mediwet 200 ml
K292254	Mediwet 500 ml

## Piese de schimb

Nr. art.	Denumire
K308031	Manșon intern
K308035	Manșon borcan
K301047	Capac
K291576	Tub difuzor
K291582	Borcan 200 ml
K301091	Borcan 500 ml



K293498



K293491

## Date tehnice - UMIDIFICATOR MEDIWET 2

<b>Conținut:</b>	Numai apă sterilă
<b>Dimensiuni:</b>	Înălțime 190 x 67 Lățime (incl. ștuț furtun) x 57Ø mm
<b>Greutate:</b>	Versiune policarbonat 75 g Versiune polisulfon 115 g
<b>Capacitate:</b>	200 ml apă
<b>Consum:</b>	8 ml apă pe oră la un debit de 10 l/min la 20°C
<b>Material:</b>	Borcan autoclavabil la 121°C: policarbonat Borcan autoclavabil la 134°C: polisulfon Capac și ștuț furtun de ieșire: polipropilenă Piuliță de intrare: Alamă cromată Difuzor: Polietilenă Furtun, manșon plat: Silicon Manșon toric: Etilenă propilenă
<b>Conexiune de ieșire</b>	Ștuț furtun conic pentru furtun 6x9 mm (lungime recomandată 2 m)
<b>Curățare:</b>	Apă, detergent neabraziv. Nu utilizați niciodată solvenți.
<b>Dezinfecție:</b>	Soluție cu alcool sau altă soluție compatibilă cu materialul în conformitate cu producătorul dezinfectantului.
<b>Autoclavă:</b>	Versiune policarbonat versiune 121°C timp de 30 minute Versiune polisulfon 134°C timp de 18 min.
<b>Cutie specială:</b>	Difuzor: a se schimba la fiecare curățare – a nu se steriliza! Tub de silicon: autoclavă la 121°C (în caz de dezinfecție la rece, vă rugăm să o schimbați!)
<b>Întreținere</b>	Verificați ca umidificatorul să fie întreg și etanș înainte de utilizare. Se recomandă schimbarea lunară a manșoanelor. Schimbați difuzorul atunci când nu mai există microperforații.
<b>Durabilitate</b>	Minimum 20 cicluri în autoclavă cu condiția ca toate instrucțiunile care însoțesc produsul să fie respectate.

## Date tehnice - UMIDIFICATOR MEDIWET

<b>Conținut:</b>	Numai apă sterilă
<b>Dimensiuni:</b>	200 ml: Înălțime 115 x lățime 83 (inclusiv ștuț furtun) x 57Ø mm 500 ml: Înălțime 210 x lățime 89 (inclusiv ștuț furtun) x 70Ø mm
<b>Greutate:</b>	200 ml: 185 g 500 ml: 190 g
<b>Material:</b>	Borcan și capac: policarbonat Conexiuni: alamă cromată

## Reciclare

Produsul va fi reciclat în conformitate cu reglementările locale.



Gas Control Equipment



K292254



K292247

GCE Norden AB, Flygfältsvägen 1, Box 21044,  
SE-200 21 Malmö Telefon: +46 (0) 40 38 83 00,  
Fax: +46 (0) 40 38 83 50  
<http://www.gcegroup.com>

Subsemnata **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,  
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie, în limba engleză.

**TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT** cu nr. **37629**





# EU DECLARATION OF CONFORMITY

**Certificate Number:** ZP 03-006 High Pressure Regulators\_09-01  
**Manufacturers Name:** GCE, s.r.o.  
**Manufacturers Address:** Žižkova 381, 583 01 Chotěboř, Czech Republic  
**SRN (Single Registration Number):** 003172 RZPRO  
**Product Group:** High Pressure Regulators  
**Name of the Device (s):** MEDISELECT  
**Product code:** 7114  
**Risk Classification:** IIb  
**GMDN code:** 43438  
**Other used standards:** EN ISO 10524-1:2018  
**Notified Body name:** DNV Product Assurance AS  
**Notified Body Address:** Veritasveien 3, N-1363 Høvik, Norway  
**Notified Body Identification number:** 2460  
**EC Certificate Number:** 10401-2017-CE-CZS-NA-PS

## Conformity assessment route:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of GCE, s.r.o. We hereby declare that the medical device(s) specified above meet the provision of the Regulation MDD 93/42/EEC for medical devices. This declaration is supported by the Quality System approval to ISO 13485:2016 issued by DNV Product Assurance AS.

The product is in accordance with Annex II (excluding section 4) of the MDD 93/42/EEC and is safe for declared purpose of use under standard conditions. Any modification to the product, not authorized by us, will invalidate this declaration.

All supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Signature:

Place and date (dd.mm.yyyy) of issue:

Ing. Tereza Šnapková  
Digitálně podepsal  
Ing. Tereza Šnapková  
Datum: 2021.05.28  
13:47:05 +02'00'

.....Chotěboř

Tereza Šnapková

Regulatory Specialist, On behalf of Tomáš Janeček, managing director.

Note: List of variants is in attachment of this document.



# DECLARATION OF CONFORMITY

for CE – marking according to Annex II of Medical Devices Directive 93/42/EEC -  
2007/47EC Amending

**Manufacturer:** GCE s.r.o.  
Žižkova 381  
583 81 Chotěboř  
CZECH REPUBLIC

The GCE, s.r.o. herewith declares under his sole responsibility that the product

*Product name:* Humidifiers

*Model :* MEDIWET

*Risk Classification :* IIa

**is in conformity with applicable regulation**

*Directive :* MDD 93/42/EC, Annex II –  
2007/47EC Amending

*Quality Assurance Standards :* EN ISO 9001:2008  
EN ISO 13485:2012

*Procedural Standards :* EN ISO 8185:2009 EN ISO 15223-1:2012  
EN ISO 14971:2012 EN 1041:2008

**Product is in compliance with the requirements of Annex I the MDD 93/42/EEC - 2007/47EC  
Amending and is safe for to be declared using in standard conditions.**

**Any modification to the product, not authorized by us, will invalidate this declaration.**

**EC Certificate No. 73547-2010-CE-CZS-NA 6.0 issued by by Det Norske Veritas,  
Veritasveien 1, 1322 Høvik, Norway, Notified Body No. 0434**

*Date of Issue:* 2015-09-01  
*Place of Issue :* Chotěboř

*Signature:*   
*Quality Engineer:* Vit Leszkow



# EC Certificate

## Full Quality Assurance System

Certificate No.:  
**10401-2017-CE-CZS-NA-PS Rev. 0.0**

Project No.:  
**PRJC-189266-2009-PRC-CZE**

Valid Until:  
**30 MARCH 2020**

This is to certify that the quality system of:

**GCE s.r.o.**  
Žižkova 381  
583 01 Chotěboř  
Czech Republic

For design, production and final product inspection/testing of:

**Medical Devices for use with Medical Gases**

Has been assessed with respect to:

**The conformity assessment procedure described in Article 11.3.a and Annex II excluding section 4 (Module H2) of Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices, as amended**

and found to comply.

Further details of the product(s) and conditions for certification are given overleaf.

Place and Date:  
**Høvik, 1 November 2017**



For:  
**DNV GL NEMKO PRESAFE AS**

**Alessandra Rinna**

The Certificate has been digitally signed.  
See [www.presafe.com/digital\\_signatures](http://www.presafe.com/digital_signatures) for more info

Notice: The Certificate is subject to terms and conditions as set out in the Certification Agreement. Failure to comply may render this Certificate invalid.

# EC Certificate

## Full Quality Assurance System

Certificate No.:  
**10401-2017-CE-CZS-NA-PS Rev. 0.0**

Project No.:  
**PRJC-189266-2009-PRC-CZE**

Valid Until:  
**30 MARCH 2020**

### Jurisdiction

Application of Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993, adopted as "Forskrift for Medisinsk Utstyr" by the Norwegian Ministry of Health and Care Services.

Certificate history:

Revision	Description	Issue Date
0	Supersedes DNV GL (NB0434) certificate No. 73547-2010-CE-CZS-NA 7.0 following transfer of notified body function to DNV Nemko Presafe AS (NB2460)	2017-11-01

Products covered by this Certificate:

Product Description	Product Name	Class
Medical devices for use with Medical Gases	Pressure regulators integrated with cylinder valves	IIb
	Cylinder valves	
	High Pressure Regulators	
	Terminal Unit	
	Ambulance Panel	
	Central gas supply system	
	Resuscitator	
Medical devices for use with Medical Gases	Adjustable regulators	IIa
	Flow-metering devices (Ball flow meters, Flow selectors)	
	Humidifiers	
	Low pressure hoses	
	Low pressure regulators	
	Terminal Unit (for Anesthetic Gas Scavenging System)	
	Suction equipment (Suction ejectors, Vacuum regulators)	
	Demand Valve	
Gas Switch		
Gas Saver		

The complete list of devices is filed with the Notified Body



# EC Certificate

## Full Quality Assurance System

Certificate No.:  
**10401-2017-CE-CZS-NA-PS Rev. 0.0**

Project No.:  
**PRJC-189266-2009-PRC-CZE**

Valid Until:  
**30 MARCH 2020**

### Sites covered by this certificate

Site Name	Address
GCE s.r.o.	Žižkova 381, 583 01 Chotěboř, Czech Republic

### Terms and conditions

The certificate is subject to the following terms and conditions:

- Any producer (see 2001/95/EC for a precise definition) is liable for damage caused by a defect in his product(s), in accordance with directive 85/374/EEC, as amended, concerning liability of defective products.
- The certificate is only valid for the products and/or manufacturing premises listed above.
- The Manufacturer shall fulfil the obligations arising out of the quality system as approved and uphold it so that it remains adequate and efficient.
- The Manufacturer shall inform Presafe of any intended updating of the quality system and Presafe will assess the changes and decide if the certificate remains valid.
- Periodical audits will be held, in order to verify that the Manufacturer maintains and applies the quality system. Presafe reserves the right, on a spot basis or based on suspicion, to pay unannounced visits.

The following may render this Certificate invalid:

- Changes in the quality system affecting production.
- Periodical audits not held within the allowed time window.

### Conformity declaration and marking of product

When meeting with the terms and conditions above, the producer may draw up an EC declaration of conformity and legally affix the CE mark followed by the Notified Body identification number of Presafe.

End of Certificate





## OB500

- Apirator de secretii OB 500
- Dispozitivul este conceput pentru autospeciale medicale si este stationar, nu portabil
- Piston aspirator fara mentenanta
- Putere de aspirare maxima: 800 mbar (80 kPa)  $\pm 10\%$
- Putere de aspirare nominala: 30 LPM la viteza aer liber  $\pm 10\%$
- Timp maxim de aspirare: 60 minute  $\pm 10\%$
- Grad de protectie impotriva infiltratiilor de lichide si solide: IP32d
- Functionare: 12÷15 Vdc
- Control vacuum si unitatea de reglare pot fi instalate pe perete
- Vas colectare autoclavabil OB-J FA 1000 ml cu valva supraplin si filtru de protectie inserat direct in capac, autoclavabil max de 30 ori
- Dimensiuni unitate completa: 175x175x100 mm
- Dimensiuni unitate de reglaj: 53x110x70 mm
- Greutate: max. 2 kg inclusiv cu kitul de instalare
- In conformitate cu toate reglementarile aplicate, Directiva 93/42/EEC si standardele principale de referinta

For further information and/or technical data related to the product, please refer to the Oscar Boscarol Company.

**DECLARATION OF CONFORMITY – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

<p><i>We, the manufacturer:</i> <i>Il produttore:</i></p>	<p><b>OSCAR BOSCAROL SRL</b> Via E. Ferrari , 29 – 39100 BOLZANO – ITALY Tel. +39 0471 932893 – Fax. +39 0257760140 Web: <a href="http://www.boscarol.it">www.boscarol.it</a> - Email : <a href="mailto:info@boscarol.it">info@boscarol.it</a></p> <p>Certifies EN ISO 13485:2016 – N° Q5 042208 0031 Rev. 00 Certifies UNI EN ISO 9001:2015 – N° 50 100 7289 – R.004 Emission: TÜV-SÜD Product service (CE0123) EC Certificate N° G1 042208 0032 Rev. 00</p>
<p><i>We declare under our sole responsibility that the device (name):</i> <i>Dichiariamo sotto nostra responsabilità che il dispositivo (nome):</i></p>	<p><b>MEDICAL SUCTION UNIT</b> <b>ASPIRATORE MEDICALE DI SECRETI</b></p>
<p><b>Type:</b> <b>Tipo:</b> <b>UMDNS code:</b> <b>GMDN code:</b>  <b>Boscarol code:</b></p>	<p><b>OB500 STATIONARY SUCTION UNIT</b> <b>15-016</b> <b>63643</b>  <b>BSU442 – BSU462 – BSU464</b> <b>XAS0330 – XAS0331 – XAS0332 – XAS0334</b> <b>XAS0336 – XAS0338 – XAS0340</b></p>
<p><i>Devices classification (MDD 93/42/EEC – Annex IX):</i> <i>Classificazione dispositivo (MDD 93/42/CEE – Allegato IX):</i></p>	<p><b>Class IIa</b></p>
<p><i>Meets all the provisions of the directive MDD 93/42/EEC and subsequent amendments which apply to it.</i> <i>Soddisfa tutte le disposizioni della direttiva MDD 93/42/CEE e successivi emendamenti che lo riguardano.</i></p>	
<p><i>Applied harmonised standards, national standards or other normative documents:</i> <i>Norme armonizzate o nazionali applicate, altri documenti normative applicate:</i></p>	<p><b>ISO 10079-1</b> <b>UNI EN 1789</b> <b>IEC 60601-1</b> <b>IEC 60601-1-2</b> <b>IEC 60601-1-12</b> <b>ECE-R10</b></p>
<p><i>Conformity assessment procedure:</i> <i>Procedimento di valutazione della conformità:</i></p>	<p><b>MDD93/42/EEC, Annex II (Allegato II)</b></p>
<p><i>Notify body:</i> <i>Organismo di notifica incaricato della valutazione della conformità:</i></p>	<p><b>TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GmbH</b> <b>CE 0123</b> <b>Ridlerstrasse 65 – 80339 München - Germany</b></p>
<p><b>Bolzano, 25.08.2020</b></p>	
<p><b>DIR/RAQ – Quality Manager</b> <b>Dr. MARCHETTI BENEDETTA</b></p> 	<p><b>DIR/CEO</b> <b>BRAZZO DANIELE</b></p> 

**EC Certificate**  
**Directive 93/42/EEC Annex II, excluding Section 4**  
**Full Quality Assurance System**  
**Medical Devices**

**Registration No.:** HD 60148646 0001

**Report No.:** 21201240 016

**Manufacturer:** WEINMANN Emergency Medical  
Technology GmbH + Co. KG  
Frohösestr. 12  
22525 Hamburg  
Deutschland

**Products:** Medical devices for emergency and transport medicine  
(see attachment for products and sites included)  
Replaces Certificate, Registration No.: HD 60129559 0001

**Expiry Date:** 2024-05-26

The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex II, excluding section 4 of the directive 93/42/EEC have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality assurance system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex II, section 5 of the aforementioned directive. For placing on the market of class III devices covered by this certificate an EC design-examination certificate according to Annex II, section 4 is required.

**Effective Date:** 2020-04-16

**Date:** 2020-04-16

Notified Body



Dipl.-Ing. I. Munkler

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to Directive 93/42/EEC  
concerning medical devices with the identification number 0197.

**TÜV Rheinland  
LGA Products GmbH  
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

**Attachment to  
Certificate**

**Registration No.:** HD 60148646 0001  
**Report No.:** 21201240 016

**Manufacturer:** WEINMANN Emergency Medical  
Technology GmbH + Co. KG  
Frohösestr. 12  
22525 Hamburg  
Deutschland



**Products included:**

**Emergency and transport medicine:**

- Suction pumps
- Ventilators
- Module systems
- Resuscitators
- Ventilation masks
- Patient hose systems
- Pressure reducers
- Click dial flowmeter
- Defibrillators-/Monitoring systems
- SpO2 sensors

**Date:** 2020-04-16

Notified Body



**Dipl.-Ing. I. Munkler**



**TÜV Rheinland  
LGA Products GmbH  
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

**Attachment to  
Certificate**

**Registration No.:** HD 60148646 0001  
**Report No.:** 21201240 016

**Manufacturer:** WEINMANN Emergency Medical  
Technology GmbH + Co. KG  
Frohbösestr. 12  
22525 Hamburg  
Deutschland


**Site included:**

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG  
Siebenstücken 14  
24558 Henstedt-Ulzburg, Germany

**Activities:** Production

**Date:** 2020-04-16

**Notified Body**



**Dipl.-Ing. I. Munkler**

## ACCUVAC Lite

Putere în simplitate – Aspirarea devine formalitate







## ACCUVAC Lite

### Putere în simplitate – Aspirarea devine formalitate

Într-o situație de urgență, supraviețuirea pacientului depinde de cât de rapid și eficient i se eliberează căile respiratorii. ACCUVAC impune standardele în domeniul aspirării căilor respiratorii de mai multe decenii, asigurând eliberarea căilor respiratorii ale pacientului prin aspirarea gurii și gâtului, sau a zonei endotraheale sau bronhiale. Capacitatea ridicată de aspirare și manipularea facilă garantează un tratament rapid și eficient atât în situații de urgență, cât și în spital.

### Gamă largă de aplicații, funcționare flexibilă

Domeniul de presiuni negative ale ACCUVAC Lite poate fi reglat fără limite și ajustat cu regulatorul de vid ușor de utilizat. Domeniul de reglaje permite utilizarea pompei la bebeluși, copii și adulți. Pe lângă aspirarea căilor respiratorii, ACCUVAC Lite poate fi utilizată și pentru a dezumfla atele și saltele cu vid.

### O privire rapidă asupra avantajelor Dvs.

- Întrebuițări variate
- Sigură și igienică
- Ușor de manipulat, robustă
- conformă cu EN 1789, se așează în siguranță pe consola de perete din vehicul



## Manipulare comodă, spectru larg de aplicații

- Capacitate ridicată de aspirare de aprox. 26 litri/minut la -0,8 bar (la admisia dispozitivului).
- Reglaj pentru vid cu un domeniu de setări infinit la -0,8 bar cu regulator de vid ușor de utilizat
- Presiunea negativă este indicată de manometru
- Aspirarea sigură a secrețiilor cu ajutorul recipientului pentru secreții autoclavabil refolosibil cu filtru de bacterii de unică folosință și protecție anti-revărsare sau sac de aspirare Serres® de unică folosință cu filtru de bacterii integrat
- Înlocuirea acumulatorului: acumulatorul poate fi înlocuit ușor din afara dispozitivului, fără scule
- Carcasă robustă fabricată din materiale rezistente la impact
- Centrul de greutate coborât împiedică răsturnarea dispozitivului

## Ideală în serviciile medicale zilnice

- Așezare optimă a tubului de aspirare în suportul de pe partea laterală a dispozitivului
- Desprindere de pe consola de perete cu o singură mână, prin apăsarea unui buton
- Compatibilă cu consolele de perete ACCUVAC existente
- Accesorii opționale: sac încăpător pentru accesorii, sac de protecție și/sau curea de umăr

## Pentru fiecare pacient și situație de urgență

- Aspirarea secrețiilor și a resturilor de alimente
- Aspirare endotraheală și bronhială
- Poate fi utilizată la bebeluși, copii și adulți
- Dezumflă atelele și saltelele cu vid



### ACCUVAC Lite

cu sistem cu recipient refolosibil, consolă de perete, sac de accesorii și cablu de alimentare de 12 V



### ACCUVAC Lite


cu sistem cu recipient de unică folosință, consolă de perete, cablu de alimentare de 12 V și sac de protecție

 Linia deschisă service  
+49 40 88 18 96 122

## Date service: ACCUVAC Lite

Garanția oferită de producător	2 ani
Interval inspecții tehnice	nu necesită inspecție
Program de întreținere	nu necesită întreținere
Verificarea stării de funcționare	manual
Înlocuirea acumulatorului	simplă, din afara dispozitivului, fără scule
Acumulator reîncărcabil	nu necesită întreținere și calibrare
Convertire sistem de unică folosință/ sistem refolosibil	simplu, fără scule

## Funcționarea intuitivă oferă siguranță



**1. Suport pentru tubul de aspirare**  
pentru depozitarea ideală

**2. Manometru**  
indică presiunea negativă

**3. Regulator de vid ușor de utilizat**  
domeniu de reglaje pentru vid infinit

**4. Desprindere din consola de perete**  
eliberare cu o singură mână prin apăsarea unui buton

**5. Capac compartiment acumulator**  
poate fi deschis fără scule pentru a accesa rapid și ușor  
acumulatorul

**6. Acumulator reîncărcabil**  
acumulator pe bază de plumb cu încărcare până la 80%

**7. Baza dispozitivului cu ghidaj pentru tub**

**8. Suport recipient**  
materialul rezistent la impact sporește  
siguranța sistemelor cu recipient

**9. Recipient secreții refolosibil, 1000 ml**  
cu protecție anti-revărsare, filtru de bacterii de unică  
folosință. Dacă recipientul se umple, ACCUVAC Lite se  
oprește din aspirat.





# Specificații tehnice

## ACCUVAC Lite

Clasa produsului conform Directivei 93/42/CEE	Ila
Conf. RoHS conform Directivei 2011/65/UE (RoHS II)	Da
Clasificare conform EN ISO 10079-1	Capacitate ridicată vid/debit
Standarde utilizate	EN 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, EN 60601-1-12, EN 60601-1-11, RTCA DO-160 G
Dimensiuni (L x Î x P)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cu sistem cu recipient 370 x 277 x 146 mm</li> <li>• cu sistem cu recipient + sac accesorii 370 x 277 x 152 mm</li> </ul>
Greutate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispozitivul cu acumulator, fără sistem cu recipient și suport 4,6 kg</li> <li>• Sistem cu recipient re folosibil cu suport 1.00 kg</li> </ul>
Domeniu de temperaturi: Operare Transport/depozitare	între -5°C și +50°C între -40 °C și +70 °C
Consum maxim de curent	4,3 A
Tensiune nominală	12 V c.c. nominal (min. 10 V, max. 15 V)
Capacitate de aspirare la admisia dispozitivului (fără sistem cu recipient) la -0,8 bar, acumulator complet încărcat la 21°C/1013 hPa	26 litri/min
Capacitate de aspirare la admisia dispozitivului la sistemul cu recipient re folosibil la -0,8 bar, acumulator complet încărcat la 21°C/1013 hPa	23 litri/min
Reglaje de vid	Regulator de vid cu domeniu de reglaje infinit
Regim de funcționare	S2 45 min
Grad de protecție	IP34D
Tip acumulator reîncărcabil	Plumb
Acumulator reîncărcabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durată încărcare Stare acumulator 80%: 2,75 ore Stare acumulator 100%: 14 ore</li> <li>• Ciclu de viață aprox. 400 de cicluri de încărcare</li> <li>• Capacitate acumulator 40 min (în regim continuu cu acumulator complet încărcat/nou)</li> </ul>
Volum recipient secreții	1.000 ml
Tub de aspirare re folosibil	10 mm DI, 1300 mm lungime
Tub de aspirare de unică folosință	7 mm DI, 1800 mm lungime

**CE 0124**



Toate drepturile privind proiectarea și modificarea specificațiilor rezervate.

Proiectat în Germania

## Alegeți combinația ACCUVAC Lite preferată – concepută să vă satisfacă nevoile:



**ACCUVAC Lite cu sistem cu recipient de unică folosință, WM 11705**



**ACCUVAC Lite cu sistem cu recipient de unică folosință, cu sac de accesorii, WM 11745**

**ACCUVAC Lite cu sistem cu recipient re folosibil\*, WM 11700**

**ACCUVAC Lite cu sistem cu recipient re folosibil\*, cu sac de accesorii, WM 11740**

Combi nați ACCUVAC Lite cu accesorii de la pagina 6

\*Rețineți că sistemul cu recipient re folosibil este dotat cu filtru de bacterii de unică folosință.

# Accesorii și piese de schimb

## Accesorii




1. Sac de protecție WM 11692  
(nu poate fi combinat cu sacul de accesorii)
2. Curea de umăr WM 11693
3. Cablu conectare 12 V WM 10650
4. Sursă de alimentare și încărcător WM 2620  
pentru curent alternativ de 100V - 240V pentru fișa ACCUVAC, inclusiv cablu de alimentare conform cu EN 50075 (Europlug)
5. Consolă de perete pentru ACCUVAC WM 15208  
inclusiv set de instalare
6. Placă suport pentru balustrade standard de spital WM 15845
7. Set montaj cu două WM 15805  
adaptoare pentru balustrade standard de spital
8. Consolă de perete pentru sursa de alimentare WM 15844  
și încărcător
9. Consolă stâlp cu set de instalare WM 15806  
diam. 19 mm - 40 mm
10. Set conversie pentru sistem cu recipient refolosibil, WM 17820  
format din:
  - Set, sistem cu recipient refolosibil (WM 17821)
  - Suport pentru sistem cu recipient refolosibil (WM 11654)
11. Set conversie pentru sistem cu recipient refolosibil, WM 17825  
format din:
  - Suport pentru sistem cu recipient de unică folosință (WM 11754)
  - Tub de vid pentru recipient pentru secreții Serres® (WM 11761)
  - Recipient pentru secreții Serres®, complet (WM 10790)
12. Set conversie pentru sac accesorii, WM 17829  
format din:
  - Sac accesorii (WM 11691)
  - Capac compartiment acumulator pentru sac accesorii (WM 11714)



## Consumabile

13. Sac aspirare Serres® 1000 ml, cu WM 17800  
filtru hidrofoab și agent de solidificare  
(Unitate de ambalare: 32 articole în cutie)
14. Tub de aspirare de unică folosință cu WM 10778  
element de manipulare cu vârful degetului,  
180 cm lungime, 7 mm DI, disponibil și  
în seturi de 10, 20, 32 și 50 de tuburi
15. Tub de aspirare refolosibil 130 cm lungime, WM 10662  
10 mm DI, disponibil și în seturi de  
10, 20 și 50 de tuburi
16. Element de manipulare cu vârful degetului pentru tubul de aspirare refolosibil WM 10666  
10 mm DI, disponibil și în seturi de  
10, 20 și 50 de bucăți
17. Set de 10 filtre de bacterii de unică folosință WM 17830  
pentru recipientul pentru secreții refolosibil





## Piese de schimb pentru sistemul refolosibil

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Parte superioară capac recipient secreții   | WM 11657 |
| 2. Suport filtru   | WM 11661 |
| 3. Garnitură suport filtru   | WM 11663 |
| 4. Filtru bacterii de unică folosință  |          |
| 5. Parte inferioară capac recipient secreții   | WM 11658 |
| 6. Supapă cu flotor sferic   | WM 11662 |
| 7. Recipient secreții refolosibil 1000 ml  | WM 11653 |
| 8. Tub de aspirare refolosibil 10 mm DI  | WM 10662 |
| 9. Element de manipulare cu vârful degetului pentru tubul de aspirare refolosibil 10 mm DI | WM 10666 |
| 10. Suport pentru sistem cu recipient refolosibil  | WM 11654 |
- Capac recipient secreții, complet, format din piesele de schimb 1 – 6 WM 17822
  - Set, sistem cu recipient refolosibil format din piesele de schimb 1 – 9 WM 17821
  - Set conversie pentru sistem cu recipient refolosibil, format din piesele de schimb 1 – 10 WM 17820

## Piese de schimb pentru sistemul de unică folosință Serres®

- Recipient pentru secreții Serres®, complet, format din: WM 10790
  - Recipient secreții, 1000 ml (WM 10775)
  - Sac aspirare
  - Tub de aspirare de unică folosință cu element de manipulare cu vârful degetului (WM 10778)
- Recipient pentru secreții Serres®, 1000 ml WM 10775
- Tub de vid pentru recipient secreții Serres® WM 11761
- Suport pentru sistem cu recipient de unică folosință WM 11754
- Set sistem cu recipient de unică folosință, WM 17826
  - Tub de vid pentru recipient pentru secreții Serres® (WM 11761)
  - Recipient secreții Serres®, complet (WM 10790)
- Conector în unghi pentru recipient Serres®, refolosibil WM 10799

## Piese de schimb pentru ACCUVAC Lite

- Set, clemă cu eliberare WM 17837
- Acumulator reîncărcabil cu plumb WM 10747
- Capac compartiment acumulator (fără ochi pentru sacul de accesorii) WM 11704
- Suport pentru tubul de aspirare WM 11664
- Bază dispozitiv WM 11677

## Pur și simplu profesional

WEINMANN Emergency este o firmă familială, care activează pe piața internațională a tehnologiilor medicale. Soluțiile noastre de sisteme mobile pentru medicina de urgență, de transport și de dezastre, suntem cei care stabilim standarde în salvarea vieților. În strânsă colaborare cu utilizatorii profesionali din cadrul serviciilor medicale de urgență, spitale și unități medicale militare, am dezvoltat produse medical inovatoare pentru ventilare și defibrilare. De peste 100 de ani oferim clienților noștri fiabilitate de cel mai înalt nivel, o bogată experiență și calitate germană.

### Sediul central

WEINMANN Emergency  
Medical Technology GmbH + Co.  
KG Frohbösestraße 12  
22525 Hamburg  
Germania

T: +49 40 88 18 96-0  
F: +49 40 88 18 96-480  
T: +49 40 88 18 96-120 Asistență Clienți, T:  
+49 40 88 18 96-122 Asistență post-vânzări,  
E: info@weinmann-emt.de

### Centrul pentru producție, logistică, service

WEINMANN Emergency  
Medical Technology GmbH + Co.  
KG Siebenstücken 14  
24558 Henstedt-Ulzburg  
Germania

### China

Weinmann (Shanghai) Medical Device Trading Co. Ltd.  
T: +86 21 52 30 22 25 • info@weinmann-emt.cn

### E.A.U.

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co.KG  
(filială)  
info-dubai@weinmann-emt.com

### Franța

WEINMANN Emergency France SARL — Paris-Igny  
T: +33 1 69 41 51 20 • info@weinmann-emt.fr

### Rusia

Weinmann SPb GmbH — St. Petersburg  
T: +7 812 633 30 82 • info@weinmann-emt.ru

### Singapore

Weinmann Singapur PTE, Ltd.  
T: +65 65 09 44 30 • info-singapore@weinmann-emt.sg

### Spania

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG  
T: +34 91 79 01 137 • info-spain@weinmann-emt.es

Subsemnata **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,  
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie, în limba engleză.

**TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT** cu nr. **37629**





## EC - DECLARATION OF CONFORMITY EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We  
Wir

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG  
Ludwig-Kegel-Straße 16  
79853 Lenzkirch/Germany  
Tel. +49 7653 689-0

declare under our sole responsibility that the medical device(s), classified as  
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das/die Medizinprodukt(e), klassifiziert als

**Ila**

### **Suction unit, transportable** **Absauggerät, Notfall**

ACCUVAC Pro ACCUVAC Pro	REF WM 11601
ACCUVAC Pro with reusable canister system ACCUVAC Pro mit Mehrwegbehältersystem	REF WM 11600
ACCUVAC Pro with disposable canister system ACCUVAC Pro mit Einwegbehältersystem	REF WM 11605
ACCUVAC Pro with reusable canister system, wall mounting and 12-V connection cable ACCUVAC Pro mit Mehrwegbehältersystem, Wandhalterung u. 12 V-Verbindungsleitung	REF WM 11610
ACCUVAC Pro with disposable canister system, wall mounting and 12-V connection cable ACCUVAC Pro mit Einwegbehältersystem, Wandhalterung u. 12 V-Verbindungsleitung	REF WM 11615
ACCUVAC Pro with reusable canister system, wall mounting, accessories bag and 12-V connection cable ACCUVAC Pro mit Mehrwegbehältersystem, Wandhalterung, Zubehörtasche und 12 V-Verbindungsleitung	REF WM 11620
ACCUVAC Pro with disposable canister system, wall mounting, accessories bag and 12-V connection cable ACCUVAC Pro mit Einwegbehältersystem, Wandhalterung, Zubehörtasche und 12 V- Verbindungsleitung	REF WM 11625
ACCUVAC Pro with reusable canister system and power supply unit/ charger for 100 V - 240 V ACCUVAC Pro mit Mehrwegbehältersystem und Netz-/ Ladegerät 100 bis 240 V	REF WM 11630
ACCUVAC Pro with disposable canister system and power supply unit/ charger for 100 V - 240 V ACCUVAC Pro mit Einwegbehältersystem und Netz-/ Ladegerät 100 bis 240 V	REF WM 11635
ACCUVAC Pro with reusable canister system and accessories bag ACCUVAC Pro mit Mehrwegbehältersystem und Zubehörtasche	REF WM 11640
ACCUVAC Pro with disposable canister system and accessories bag ACCUVAC Pro mit Einwegbehältersystem und Zubehörtasche	REF WM 11645

ACCUVAC Lite ACCUVAC Lite	REF WM 11701
ACCUVAC Lite with reusable canister system ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem	REF WM 11700
ACCUVAC Lite with disposable canister system ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem	REF WM 11705
ACCUVAC Lite with reusable canister system, wall mounting and 12-V connection cable ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem, Wandhalterung u. 12 V-Verbindungsleitung	REF WM 11710
ACCUVAC Lite with disposable canister system, wall mounting and 12-V connection cable ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem, Wandhalterung u. 12 V-Verbindungsleitung	REF WM 11715
ACCUVAC Lite with reusable canister system, wall mounting, accessories bag and 12-V connection cable ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem, Wandhalterung, Zubehörtasche und 12 V- Verbindungsleitung	REF WM 11720
ACCUVAC Lite with disposable canister system, wall mounting, accessories bag and 12-V connection cable ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem, Wandhalterung, Zubehörtasche und 12 V- Verbindungsleitung	REF WM 11725
ACCUVAC Lite with reusable canister system and power supply unit/ charger for 100 V - 240 V ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem und Netz-/ Ladegerät 100 bis 240 V	REF WM 11730
ACCUVAC Lite with disposable canister system and power supply unit/ charger for 100 V - 240 V ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem und Netz-/ Ladegerät 100 bis 240 V	REF WM 11735
ACCUVAC Lite with reusable canister system and accessories bag ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem und Zubehörtasche	REF WM 11740
ACCUVAC Lite with disposable canister system and accessories bag ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem und Zubehörtasche	REF WM 11745

meet(s) all applicable requirements of the Directive 93/42/EEC.  
allen anwendbaren Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht/ entsprechen.

Name, address and identification number of Notified Body:  
Name, Adresse und Kennnummer der Benannten Stelle:

**DEKRA Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565 Stuttgart**

**0124**

Conformity assessment procedure:

Directive 93/42/EEC Annex II on medical products, passed by the commission on 14<sup>th</sup> June 1993, last amended on 5<sup>th</sup> September 2007

Konformitätsbewertungsverfahren:

Richtlinie 93/42/EWG Anhang II des Rates über Medizinprodukte vom 14. Juni 1993, zuletzt geändert am 5. September 2007

Valid till further changes on the product until May 26<sup>st</sup> 2024.

Gültig bis auf weitere Änderungen am Produkt bis 26. Mai 2024.


Lenzkirch, 01.04.2020

Place and date of issue



---

i.V. Andreas Heer  
Head of Quality Management



---

i.V. Steffi Focke  
Quality Management



# GIMA

## SINGLE PATIENT HAND SUCTION UNIT

**Code:** 28131  
**Category:** Manual aspirators  
**Unit of sale:** 1 pc.  
**Minimum order:** 1  
**Type:** Medical device  
**Class:** I S  
**NSIS:** 2426726  
**CND:** Z120105  
**EAN13:** 8023279281316



**Description:** SINGLE PATIENT HAND SUCTION PUMP

Light and portable manual suction unit operated by one hand only to let the other hand free for important duties.

Simple operation.

Adjustable stroke knob provides different suction pressures.

Supplied with 550 mmHg handle, 300 ml canister, child and adult catheter

**Technical Specifications:** Vacuum after 1 min at 20kPa vacuum: = 15 kPa  
Vacuum after 6 times suction: = 20 kPa  
Max. vacuum: = 39.9 kPa  
Disposable container volume: 300 ml  
External cap: Ø 17 mm  
External catheter connection: Ø 17 and 9 mm  
Stroke adjustment: turn to 50% or 100%  
Size - weight: 52x42x44 cm - 230 g

**EC Certificate**  
Directive 93/42/EEC Annex II, excluding Section 4  
Full Quality Assurance System  
Medical Devices

Registration No.: HD 60132442 0001

Report No.: 15060022 007

**Manufacturer:** Jiangsu Maslech Medical  
Technology Co., Ltd.  
Building G39, The Third Period  
Factory Area, China Medical City  
Taizhou City  
225300 Jiangsu  
China


**Products:** Medical Devices  
  
(see attachment for products included)  
  
Replaces Approval, Registration No.: HD 60109154 0001

**Expiry Date:** 2023-06-08

The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex II, excluding section 4 of the directive 93/42/EEC have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality assurance system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex II, section 5 of the aforementioned directive. For placing on the market of class III devices covered by this certificate an EC design-examination certificate according to Annex II, section 4 is required.

**Effective Date:** 2018-09-18

**Date:** 2018-09-18



**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices with the identification number 0197.



**TÜV Rheinland**  
**LGA Products GmbH**  
**Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

**Attachment to  
Certificate**

**Registration No.:** HD 60132442 0001  
**Report No.:** 15060022 007

**Manufacturer:** Jiangsu Maslech Medical  
Technology Co., Ltd.  
Building G39, The Third Period  
Factory Area, China Medical City  
Taizhou City  
225300 Jiangsu  
China


**Products:**

Implantable Ligating Clips, Disposable Biopsy Forceps,  
Disposable Retrieval Devices, Disposable Sheath Trocars,  
Disposable Cervical Brushes, Disposable Suction  
Irrigation Devices

Aspects of manufacture concerned with securing and  
maintaining sterile conditions:

Laryngoscopes, Manual Suction Units

**Date:** 2018-09-18







**corpuls®**

FOCUS - ON - PATIENTS



**corpuls<sup>3</sup>**

**I AM  
NO  
HERO**  
IT'S MY JOB








# THE "3" IN CORPULS3

## THE LIFE-SAVING MULTITALENT

The **corpuls3** is not only a device.  
It is a three module system:

-  **Monitoring Unit**
-  **Patient Box**
-  **Defibrillator/Pacer**

The modules can be separated at any time, as and when required. They communicate wirelessly, eliminating annoying cables. The **corpuls3** adapts optimally to the users needs. Legendary and still unique, the **corpuls3** is used successfully by hundreds of organizations around the world.



## THE MONITORING UNIT

The Monitoring Unit is basically the command bridge and control centre of the **corpuls3**. At just 2.7 kg, including the battery and printer paper, it is about as thick as a newspaper and can be comfortably held in one hand.

### FULL CONTROL

Up to 6 curves and 13 vital parameters can be displayed simultaneously on the brilliant 8.4" display. Fully customizable, freely namable and – in case of the NIBP display – with quality indicator. So paramedics and emergency physicians always have exactly the information they need at a glance. No more and no less.

In addition, up to 6 curves can be printed in real time using the wide printer.

### FULL COMMUNICATION


The built-in connectivity features like Wi-Fi and GSM are ideal for telemedicine and the **corpuls** telemetry solution **corpuls.web**.



### SPECIFICATIONS

- Large, transfective colour display (8.4")
- Up to 6 curves and 13 vital parameters can be displayed
- Diagnostic 12-lead ECG preview
- Views can be freely configured and named
- GSM Modem, Wi-Fi or LAN Port for data transmission/live streaming
- Wide printer (106 mm) with simultaneous real-time printout of up to 6 curves
- 7 softkeys and function keys for quick access to important menu items
- Intuitive operating concept with jog dial for easy menu control
- 1-2-3 operation in defibrillation modes
- All-around impact protection
- Weighs only 2.7 kg
- Integrated insurance card reader





## THE PATIENT BOX

The Patient Box is the "heart" of the system. Here, all vital parameters and measured values are collected, measured and stored. Be it a 12-lead ECG, SpO<sub>2</sub> or NIBP – the Patient Box sends the recorded values from the pre-connected sensors to the Monitoring Unit and stores them.

### SEPARATE DISPLAY

Thanks to its own display, important vital parameters such as heart rate or NIBP can also be monitored directly on the Patient Box. If required, these parameters as well as audio and acoustic alarms can be recorded by the Patient Box.

### CONSTANT COMPANION

Weighing between 1 and 1.3 kg, depending on the features, the Patient Box is so compact that it can remain with the patient.

This also means that all the sensor cables can remain with the patient. Thus keeping them out of the way and enabling seamless monitoring during patient transport e.g. through a narrow staircase.



## SPECIFICATIONS

- 12-lead diagnostic ECG, heart rate
- HES ECG analysis software
- Masimo Rainbow SET® Technology to measure SpO<sub>2</sub>, PR, PI, SpCO, SpMet, SpHb
- (Automated) non-invasive blood pressure measurement (SunTech®)
- CO<sub>2</sub> measurement with main stream capONE® technology (also for non-intubated patients) (Nihon Kohden)
- **corPatch** CPR-Feedback (ZOLL M. C.)
- 2 channels for temperature measurement
- 4 channels for invasive pressure measurement (e.g., arterial/venous and intra-cranial pressure)
- Separate display for vital parameters, remaining time and alarms
- Acoustic alarm indicator
- Microphone for audio recording
- Data export via CompactFlash®
- Weighs 1.3 kg max
- PAX® accessory bag for cables and sensors
- Bluetooth





## THE DEFIBRILLATOR

The modular design of the **corpuls3** allows complete mechanical separation of the Defibrillator/Pacer. The modules remain wirelessly connected. As a result, the weight of the **corpuls3** system can be almost halved – ideal for better mobility and flexibility in a time-critical transfer of the patient e.g. from ambulance to clinic. This also allows shock delivery from a safe distance via the Monitoring Unit (using **corPatch** therapy electrodes).



▶ Alternative Defibrillator/  
Pacer Unit



▶ Defibrillator/Pacer Unit SLIM

### SPECIFICATIONS

- Biphasic rectangular impulse, impedance compensated
- 2 to 200 Joules, configurable energy protocol
- AED and manual defibrillator
- AED protocol according to the current Guidelines, up-datable at any time
- Pre-connected **corPatch** therapy electrodes in separate bag
- Use with shock paddles as well as internal shock spoons is possible
- Pacer with FIX-, DEMAND- and OVERDRIVE mode
- Weighs only 2.3 kg (**corpuls3** SLIM)
- Up to 200 shocks with fully charged battery

## ENERGY MANAGEMENT

The best energy management is one the user doesn't have to think about. The intelligent energy management of the **corpuls3** fulfills exactly this requirement. The **corpuls3** is always ready for use when removed from the vehicles charging bracket. When the device is placed back in the charging bracket, the batteries are charged automatically and the **corpuls3** is ready for the next use. Time-consuming and error-prone manual charging and replacing of batteries is therefore eliminated and the user can concentrate completely on the patient. The batteries for the three modules are identical and extremely powerful.

In compact mode simply use the battery reserves of the other modules. As a result, there is always enough power available for long-term use to ensure comprehensive monitoring and therapy with the Defibrillator/Pacer.

► Magnetic charging contact "MagCode"



## BRACKETS

**There is a solution for every requirement:**

Brackets for the wall and floor, with or without swivel mechanism, or secure attachments for stretchers from different manufacturers.

Most brackets are compliant with EN 1789 and tested with an acceleration of up to 24 g instead of the defined 10 g. Furthermore, brackets are optionally available with or without integrated power supply.




### PATIENT BOX

- Adapter solutions for common stretcher systems
- Easy mounting and release
- 12 VDC, 100 VAC - 240 VAC (50 Hz - 60 Hz)



### MONITOR

- Slim installation depth, light weight
- Also fits Monitor and Patient Box combination
- 12 VDC, 100 VAC - 240 VAC (50 Hz - 60 Hz)



### COMPACT DEVICE

- One-hand release via the handle
- Self-locking mechanism activated after 10 seconds
- 12 VDC, 100 VAC - 240 VAC (50 Hz - 60 Hz)



# THE SMART THINKING ACCESSORY


**corpuls control** is a revolutionary add-on product for the **corpuls3**. It is also our first step into the world of mobile applications.

The idea behind it: It is not always possible for rescuers to work on a patient without endangering themselves. For example, during a mission in an ambulance or during a turbulent rescue flight, there is always the danger that rescue personnel could lose their balance. A fall can have dire consequences for both the rescue personnel and the patient. It is safer for the crew when they are strapped into their seats. But then the patient monitor may not be in reach. The solution to this problem:

**corpuls control**



# TELEMETRY & DATA MANAGEMENT



With its three members:

**corpuls.web LIVE**, **corpuls.web REVIEW** and **corpuls.web ANALYSE**, the **corpuls.web** family is the optimal, digital addition to the **corpuls3**. **corpuls.web** offers you limitless time and space, more efficiency and control during a mission.

## corpuls.web LIVE



With the telemedicine application **corpuls.web LIVE** you can virtually connect the physician to the mission site within a fraction of a second, no matter how far away the site is from the clinic.

## corpuls.web ANALYSE

The server and data management solution **corpuls.web ANALYSE** centrally and automatically manages all data from your **corpuls** equipment fleet – ideal for quality management and controlling.

## corpuls.web REVIEW

With **corpuls.web REVIEW**, you can review the mission down to the second. Exactly what is required for optimal debriefing and the best possible documentation for quality assurance.



For over 35 years, **corpuls®** has developed and produced innovative high-end equipment for emergency and intensive care medicine. Today, in our headquarters in Kaufering, over 250 hearts each beat around 50,000 times every work day while aspiring to meet the high standards of rescue workers from over 60 countries around the world.

**corpuls** defibrillators, patient monitoring systems and chest compression devices have set the standard since day one in realising the most advanced insights in medical science, innovation and ergonomics – thus guaranteeing reliable and trusted help in the fight for human lives.



Manufacturer:

**corpuls | GS Elektromedizinische Geräte  
G. Stemple GmbH**

Hauswiesenstrasse 26 | 86916 Kaufering | Germany

**Telephone** +49 8191 65 722-0  
**E-mail** info@corpuls.com  
**Web** www.corpuls.world



**Deutschland  
Land der Ideen**  
Ausgewählter Ort 2012



Products may not be available in all markets as product availability depends on the regulatory and/or medical processes in individual markets. For availability please contact [info@corpuls.com](mailto:info@corpuls.com). Printing errors as well as construction and design modification subject to change. All mentioned product names are registered trademarks of the respective owners.  
Art.-Nr. 76139.32020 Vers. 1.0 (12/19)





# Declaration of Conformity

**GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH**

**Hauswiesenstraße 26  
86916 Kaufering**

**Germany**

<b>Product name</b>	Defibrillators with monitor
<b>Technical Documentation Reference Number</b>	10_003
<b>DoC Version Number</b>	#04

declares under its sole responsibility, that the product including the accessories listed in Appendix I, to which the declaration relates, fulfills the essential requirements according to Annex I of the **Directive 93/42/EEC** on Medical Devices. According to the risk class of the product the following conformity assessment has been carried out via the following conformity assessment routes:

Conformity Assessment Routes:

Risk Class I:	Annex VII
Risk Class Is:	Annex VII combined with Annex V *)
Risk Class Im:	Annex VII combined with Annex V *)
Risk Class IIa:	Annex II without (4) *)
Risk Class IIb:	Annex II without (4) *)
Risk Class III:	Annex II including (4) *)

<b>*) Notified Body</b>	TÜV Süd Product Service GmbH Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany
<b>*) EC Certificate number(s)</b>	G1 019931 0008 Rev. 01

Unless this Declaration of conformity is replaced by another Declaration of Conformity, this declaration is **valid until**

**2024-05-26**

Kaufering (Germany), 2022-06-03

GS Elektromedizinische Geräte  
G. Stemple GmbH

  
Christian Podolak  
Vice President Quality Management & Regulatory Affairs



**Appendix I  
Declaration of Conformity**

Article no.	Description	Software Version (up to)	Risk class	GMDN Code	UMDNS Code	Remark
<b>04000</b>	Base model corpuls <sup>3</sup> consisting of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04100</li> <li>• 04200</li> <li>• 04300</li> </ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04100	Display Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04200	Patient Box corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04300	Defib Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
<b>04000.1</b>	NVG/ NVIS compatible consisting of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04100.1</li> <li>• 04200.1</li> <li>• 04300.1</li> </ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04100.1	Display Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04200.1	Patient Box corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04300.1	Defib Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
<b>04000.2</b>	HBO approved consisting of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04100.2</li> <li>• 04200.2</li> <li>• 04300.2</li> </ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04100.2	Display Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04200.2	Patient Box corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04300.2	Defib Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
<b>04001</b>	Base model corpuls <sup>3</sup> slim consisting of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04100</li> <li>• 04200</li> <li>• 04301</li> </ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04100	Display Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04200	Patient Box corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04301	Defib corpuls <sup>3</sup> SLIM	4.x	IIb	17882	17-882	



Article no.	Description	Software Version (up to)	Risk class	GMDN Code	UMDNS Code	Remark
<b>04001.1</b>	Base model corpuls3 slim NVG/NVIS consisting of: <ul style="list-style-type: none"><li>• 04100.1</li><li>• 04200.1</li><li>• 04301</li></ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04100.1	Display Unit corpuls3	4.x	IIb	17882	17-882	
04200.1	Patient Box corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04301	Defib corpuls <sup>3</sup> SLIM	4.x	IIb	17882	17-882	
<b>04002</b>	Base model corpuls <sup>3</sup> Touch consisting of: <ul style="list-style-type: none"><li>• 04101</li><li>• 04201</li><li>• 04302</li></ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04101	Display Unit corpuls <sup>3</sup> Touch	4.x	IIb	17882	17-882	
04201	Patient Box corpuls <sup>3</sup> Touch	4.x	IIb	17882	17-882	
04302	Defib corpuls <sup>3</sup> Touch SLIM	4.x	IIb	17882	17-882	
<b>04002.1</b>	Base model corpuls <sup>3</sup> Touch NVG/NVIS consisting of: <ul style="list-style-type: none"><li>• 04101.1</li><li>• 04201.1</li><li>• 04302</li></ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04101.1	Display Unit corpuls <sup>3</sup> Touch NVG/NVIS	4.x	IIb	17882	17-882	
04201.1	Patient Box corpuls <sup>3</sup> Touch NVG/NVIS	4.x	IIb	17882	17-882	
04302	Defib corpuls <sup>3</sup> Touch SLIM	4.x	IIb	17882	17-882	
<b>04003</b>	Base model corpuls <sup>3</sup> MAX consisting of: <ul style="list-style-type: none"><li>• 04100</li><li>• 04200</li><li>• 04303</li></ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04100	Display Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04200	Patient Box corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04303	Defib corpuls <sup>3</sup> MAX	4.x	IIb	17882	17-882	





Article no.	Description	Software Version (up to)	Risk class	GMDN Code	UMDNS Code	Remark
<b>04003.1</b>	NVG/ NVIS compatible consisting of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04100.1</li> <li>• 04200.1</li> <li>• 04303.1</li> </ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04100.1	Display Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04200.1	Patient Box corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04303.1	Defib corpuls <sup>3</sup> MAX	4.x	IIb	17882	17-882	
<b>04004</b>	Base model corpuls <sup>3</sup> slim MAX consisting of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04100</li> <li>• 04200</li> <li>• 04304</li> </ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04100	Display Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04200	Patient Box corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04304	Defib corpuls <sup>3</sup> SLIM MAX	4.x	IIb	17882	17-882	
<b>04004.1</b>	Base model corpuls <sup>3</sup> slim MAX NVG/NVIS consisting of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04100.1</li> <li>• 04200.1</li> <li>• 04304</li> </ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04100.1	Display Unit corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04200.1	Patient Box corpuls <sup>3</sup>	4.x	IIb	17882	17-882	
04304	Defib corpuls <sup>3</sup> SLIM MAX	4.x	IIb	17882	17-882	
<b>04005</b>	Base model corpuls <sup>3</sup> Touch MAX consisting of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04101</li> <li>• 04201</li> <li>• 04305</li> </ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04101	Display Unit corpuls <sup>3</sup> Touch	4.x	IIb	17882	17-882	
04201	Patient Box corpuls <sup>3</sup> Touch	4.x	IIb	17882	17-882	
04305	Defib corpuls <sup>3</sup> Touch SLIM MAX	4.x	IIb	17882	17-882	





Article no.	Description	Software Version (up to)	Risk class	GMDN Code	UMDNS Code	Remark
<b>04005.1</b>	Base model corpuls <sup>3</sup> Touch MAX NVG/NVIS consisting of: <ul style="list-style-type: none"><li>• 04101.1</li><li>• 04201.1</li><li>• 04305</li></ul>	4.x	IIb	17882	17-882	See subsequent positions
04101.1	Display Unit corpuls <sup>3</sup> Touch NVG/NVIS	4.x	IIb	17882	17-882	
04201.1	Patient Box corpuls <sup>3</sup> Touch NVG/NVIS	4.x	IIb	17882	17-882	
04305	Defib corpuls <sup>3</sup> Touch SLIM MAX	4.x	IIb	17882	17-882	



## EU Declaration of Conformity

GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH  
Hauswiesenstraße 26  
86916 Kaufering  
Germany

declares under its sole responsibility that the products in the attached Appendix I:

**Product name** Charging Brackets  
**Technical Documentation Reference Number** 99\_690  
**DoC Version Number** 00

- comply with the provisions of **Directive 2011/65/EU** on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
- comply with the essential requirements and relevant provisions of **Directive 2014/53/EU** on radio equipment.

Conformity assessment procedure:

- Internal Production Control (Annex II)
- EU-type examination (Annex III)
- Conformity to type based on internal production control (Annex III)
- Conformity based on full quality assurance (Annex IV)
- Notified body involved:  
Name:  
No.:  
Certificate no.:

Accessories / Software necessary for the radio equipment to be used as intended and covered by this declaration:

- See Appendix III
- none
- meet the requirements of **Regulation No 10** of the Economic Commission for Europe of the United Nations (**UN/ECE**): 'Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to electromagnetic compatibility'.
- comply with the provisions of **Regulation (EU) 2017/745** on medical devices.

applies

does not apply



SRN (Single Registration Number): N/A

According to the risk class of the product the following conformity assessment has been carried out via the following conformity assessment routes:

Conformity assessment routes:

Risk Class I:	Annex II combined with Annex III
Risk Class Is:	Annex IX (chapter I + III) combined with Annex II and III
Risk Class Im:	Annex IX (chapter I + III) combined with Annex II and III
Risk Class Ir:	Annex IX (chapter I + III) combined with Annex II and III
Risk Class IIa:	Annex IX (chapter I + III and section 4 of chapter II) combined with Annex II and III
Risk Class IIb:	Annex IX (chapter I + III and section 4 of chapter II) combined with Annex II and III
Risk Class III:	Annex IX combined with Annex II and III

**Notified body involved:**

Name: TÜV Süd Product Service GmbH  
Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany  
No.: 0123

Certificate no.: N/A

Unless this Declaration of conformity is replaced by another Declaration of Conformity, this declaration is **valid until**

**2025-11-18**

Kaufering, 2021-07-16

Christian Podolak  
Vice President Quality Management & Regulatory Affairs

Signed for and on behalf of  
**GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH**



### Appendix I Declaration of Conformity

Article-No.	Product name	Software Version (up to)	from serial number (only for RED)	GMDN Code (only for MDR)	UMDNS Code (only for MDR)	CND (Italian Nomenclature code) - only for MDR)	Basic-UDI-DI (only for MDR)	Risk class (only for MDR)	Class. Rule (only for MDR)	TD#	Remark
04400.CA	Ladehalt. Defi-/Schrittm.-einh. 12V DC, o. Kabel/ Charging bracket Defib mod. 12V DC, w/o cable	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A
04401.002CA	Ladehalt. Monitor, Kabel 1.5m, Cannon/ Charging bracket Monitor, cable 1.5m, Cannon	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A
04401.003CA	Ladehalt. Monitor, Kabel 1.5m, MagCodePro/ Charging bracket Monitor, cable 1.5m, MagCodePro	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A
04401.041CA	Ladehalt. Monitor, Kabel 2.0m, Molex/ Charging bracket Monitor, cable 2.0m, Molex	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A
04401.CA	Ladehalt. Monitor 12V DC, Kabel 1.5m, Bordnetz/ Charging bracket Monitor, 12V DC, cable 1.5m	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A
04402	Ladehalt. Pat.-box 12V DC, Kabel 1.5m, Bordnetz/ Charging bracket P-box, 12V DC, cable 1.5m	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A





04402.003	Ladehalt. Pat.-box 12V DC, Kabel 1.5m, MagCodePro/ Charging bracket P-box, 12V DC, 1.5m, MagCodePro	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A
04402.041	Ladehalt. Pat.-box, Kabel 2.0m, Molex/ Charging bracket P-box, cable 2.0m, Molex	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A
04402.06	Ladehalt. Pat.-box 12V DC, Kabel 0.1m, Bordnetz/ Charging bracket P-box, 12V DC, cable 0.1m	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A
04402.07	Ladehalt. Pat.-box 12V DC, Kabel 3.0m, Bordnetz/ Charging bracket P-box, 12V DC, cable 3.0m	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A
05400.1	Ladehalt. c1 12V DC, ohne Kabel/ Charging bracket c1, 12V DC, w/o cable	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A
05405.1	Ladehalt. c1 12V DC für Ladehalt. c3 / Charging bracket c1, 12V DC f. charging bracket c3	N/A	N/A	61434	11-835	Z12030580	42601783 500011H W	I	1	99_690	N/A



## Appendix II to the EU Declaration of Conformity

Harmonised standards / other technical specifications with which the product is in conformity and on the basis of which conformity with the provisions of the following directive(s) is declared

**Directive 2011/65/EU (RoHS):**

n.a.

**Directive 2014/53/EU (Radio equipment)**

**HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)):**

n.a.

**EMC (Art. 3(1)(b)):**

n.a.

**SPECTRUM (Art. 3(2)):**

n.a.

**Regulation (EU) 2017/745 (Medical devices):**

IEC 60601-1:2005 (Third Edition) + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012

IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013

IEC 60601-1-2:2014

IEC 62366:2007 + A1:2014

ISO 10993-1:2018

EN 1041:2008 + A1:2013

ISO 15223-1:2016

ISO 14971:2019

IEC 60601-1-2:2014

IEC 60601-1-12:2014

EN 1789:2014 + A1:2020

EN 13718-1:2014

EN 60529:1991 + A1:2000



**Appendix III to the EU Declaration of Conformity  
(Radio equipment)**

Accessories, Parts, Software which enable(s) the radio equipment to be used as intended and is/are covered by this declaration

Article-No.	Description
N/A	N/A

Software-Version: N/A



# GIMA

## FLEXI DIGITAL THERMOMETER °C - std. Box flexible tip, water-proof

**Code:** 25563  
**Category:** Digital thermometers  
**Unit of sale:** 1 pc.  
**Minimum order:** 1  
**Type:** Medical device  
**Class:** II A  
**NSIS:** 18156  
**CND:** V03010102  
**EAN13:** 8023279255638



**Description:** **FLEXI DIGITAL THERMOMETER °C - hang box flexible tip, water-proof**

**Provide accurate and quick read-out. Safe and easy to use with clear and large display.**

- display range 32.0°C- 42.9°C
- accuracy  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- memory: last reading
- beeper function and auto shut-off
- plastic case
- multilanguage manual and box (GB, FR, IT, ES, PT, GR)

**Works with battery LR/4I - 1.5V**





Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

Pagina / Page 1 di / of 12

## Certificato CE del Sistema di Garanzia della Qualità EC Quality Assurance System Certificate

Si certifica che, sulla base dei risultati degli audit effettuati, il Sistema di garanzia di Qualità della Produzione dell'Organizzazione/ We certify that, on the basis of the audits carried out, the Production Quality Assurance System of the Organization:

### GIMA S.p.A.

**Sede Operativa / Operational Headquarter:**

Via Marconi, 1  
20060 Gessate, MI - Italia

**Sede Legale / Registered Headquarter**

Via Tommaso Grossi, 2  
20121 Milano, MI - Italia

è conforme ai requisiti applicabili della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche ed integrazioni, Allegato V, attuata in Italia con Dlgs. 46 del 1997/02/24 e successive modifiche ed integrazioni per le seguenti tipologie di Dispositivi Medici / Is in compliance with the applicable requirements of 93/42/EEC Directive as amended, Annex V, transposed in Italy by Dlgs. 46 of 1997/02/24 as amended for the following Medical Devices:

Dispositivi attivi per l'aspirazione di sostanze e liquidi / Active substances and liquids suctioning devices  
 Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / Sterile Single use gynaecology and ENT devices  
 Dispositivi per aerosolterapia / Aerosol therapy devices  
 Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / Blood pressure measuring devices  
 Dispositivi per la misurazione della saturazione di ossigeno / Oxygen saturation measuring devices  
 Dispositivi per la misurazione della temperatura corporea / Body temperature measuring devices  
 Dispositivi per la misurazione di parametri fisiologici / Physiological parameters measuring devices  
 Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / Respiratory care and resuscitation devices  
 Dispositivi per terapia termica / Thermic therapy devices  
 Kit di strumentario chirurgico monouso sterile / Sterile single use surgical instrument kit  
 Strumentario chirurgico monouso sterile / Sterile single use surgical instrument

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
 Società con socio unico, soggetta  
 all'attività di direzione e coordinamento  
 di Kiwa Italia Holding S.r.l.  
 Via Cadriano, 23  
 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
 Tel +39.051.459.3.111  
 Fax +39.051.763.382  
 E-mail: info@kiwacermet.it  
 www.kiwacermet.it

Rif. rapporto di audit/ Ref. audit report: del/dated 1-2/3/2021

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO  
 Data:25/05/2021 10:11:29



Organismo Notificato n. 0476  
 Notified Body nr. 0476



CERTIFICATE

Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi attivi per l'aspirazione di sostanze e liquidi / Active substances and liquids suctioning devices

**Classe di rischio / Risk class:**

II a

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 1104

**Marca / Brandname:**

VEGA / SUPER VEGA / TOBI / SUPER TOBI / TOBI CLINIC / TOBI HOSPITAL / CLINIC PLUS / HOSPI PLUS

**Modello / Model:**

Aspiratori chirurgici / Surgical aspirators

**Codici / Codes:**

28220 ; 28216 ; 28209 ; 28214 ; 28210 ; 28232 ; 28211 ; 28202 ; 28212 ; 28233 ; 28243 ; 28234 ; 28222 ; 28194 ; 28224 ; 28196 ; 28208 ; 28198 ; 28190 ; 28200 ; 28191 ; 28192 ; 28201 ; 28231 28203 ; 28215 ; 28204 ; 28193 ; 28183 ; 28182

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / Sterile Single use gynaecology and ENT devices

**Classe di rischio / Risk class:**

I s - Limitatamente agli aspetti relativi al mantenimento della sterilità / restricted to the aspects concerned the maintenance of sterile conditions

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

**Modello / Model:**

Kit ORL sterile / Sterile ENT kit

**Codici / Codes:**

31456

**Modello / Model:**

Kit pap test / Pap smear kit

**Codici / Codes:**

29704

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO  
Data:25/05/2021 10:11:56



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476



CERTIFICATE



Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

Pagina / Page 3 di / of 12

CERTIFICATE

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / Sterile Single use gynaecology and ENT devices

**Modello / Model:**

Spatula cervicale monouso sterile in plastica o legno / Disposable sterile plastic or wooden cervical spatula

**Codici / Codes:**

29745 ; 29748-29749

**Modello / Model:**

Speculum vaginale monouso sterile perno centrale - mix / Disposable sterile vaginal speculum central pin - mix

**Codici / Codes:**

29991

**Modello / Model:**

Speculum vaginale monouso sterile perno centrale - piccolo, medio, grande / Disposable sterile vaginal speculum central pin - small, medium, large

**Codici / Codes:**

29946 ; 29947 ; 29948

**Modello / Model:**

Speculum vaginale monouso sterile tache - mix / Disposable sterile vaginal speculum tache - mix

**Codici / Codes:**

29987

**Modello / Model:**

Speculum vaginale monouso sterile vite centrale - mix / Disposable sterile vaginal speculum middle screw - mix

**Codici / Codes:**

29995

**Modello / Model:**

Speculum vaginale monouso sterile vite laterale - mix / Disposable sterile vaginal speculum side screw - mix

**Codici / Codes:**

29986

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.

Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

**CERMET**

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO  
Data:25/05/2021 10:12:15



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / Sterile Single use gynaecology and ENT devices

**Modello / Model:**

Speculum vaginale monouso sterile vite laterale (piccolo, medio, grande) / Disposable sterile vaginal speculum side screw - small, medium, large

**Codici / Codes:**

29983; 29984 ; 29985 ; 29976; 29977, 29978

**Modello / Model:**

Tampone di trasport in plastica sterile / Sterile plastic transport swab

**Codici / Codes:**

29753

**Marca / Brandname:**

Gimabrush Ball / Gimabrush / Gima Collector

**Modello / Model:**

Spazzolini cervicali monouso sterile / Sterile disposable cervical brushes

**Codici / Codes:**

29735 ;29736 ; 29737

**Classe di rischio / Risk class:**

II a

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

**Modello / Model:**

Proctoscopio adulti / Adult proctoscope

**Codici / Codes:**

25957

CERTIFICATE



Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

Pagina / Page 5 di / of 12

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi per aerosolterapia / Aerosol therapy devices

**Classe di rischio / Risk class:**

II a

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 1102

**Modello / Model:**

Aerosol a pistone adulti e bambini / Adult and Kids compressor nebulizers

**Codici / Codes:**

28091 ; 28092

**Marca / Brandname:**

EOLO / CORSIA

**Modello / Model:**

Aerosol professionale a pistone / Professional compressor nebulizers

**Codici / Codes:**

28097; 28105

**Marca / Brandname:**

MISTRAL

**Modello / Model:**

Aerosol professionale a pistone per uso domiciliare / Professional compressor nebulizers for home healthcare environment

**Codici / Codes:**

28102

CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.

Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO  
Data: 25/05/2021 10:12:51

**CERMET**

**CE**

Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476



Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

Pagina / Page 6 di / of 12

CERTIFICATE

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / Blood pressure measuring devices

**Classe di rischio / Risk class:**

I m - Limitatamente agli aspetti relativi ai requisiti metrologici / restricted to the aspects concerned the metrological requirements

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 0104

**Marca / Brandname:**

BOSTON / DALLAS / GIMATONO / LONDON / ROMA / TOKIO / TECNICO PROFEXIONAL / DAYTON

**Modello / Model:**

Sfigmomanometri Aneroidi / Aneroid Sphygmomanometers

**Codici / Codes:**

32731 ; 32747; 32749 ; 32719 ; 32725; 32726 ; 32709; 32727; 32728; 32738; 32734 ; 32693/10965 ; 32735 ; 32745

**Marca / Brandname:**

SIRIO

**Modello / Model:**

Manometro Aneroido / Aneroid manometer

**Codici / Codes:**

32904

**Marca / Brandname:**

YTON

**Modello / Model:**

Sfigmomanometri Aneroidi / Aneroid Sphygmomanometers

**Codici / Codes:**

32720; 32703; 32693; 32701

**Classe di rischio / Risk class:**

II a

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 1302, MDS 7010

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.

Via Cadrano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO  
Data: 25/05/2021 10:13:13



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

**CERMET**

Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

Pagina / Page 7 di / of 12

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / Blood pressure measuring devices

**Modello / Model:**

Sfigmomanometri Digitali DA POLSO / DA BRACCIO / Digital Sphygmomanometers WRIST / ARM

**Codici / Codes:**

32926 ; 32924; 32924 SC

**Modello / Model:**

Sfigmomanometri Digitali SENZA MERCURIO / Digital Sphygmomanometers WITHOUT MERCURY

**Codici / Codes:**

32800; 32801

**Marca / Brandname:**

DOMINO

**Modello / Model:**

Sfigmomanometri Digitali / Digital Sphygmomanometers

**Codici / Codes:**

32803; 32804

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi per la misurazione della saturazione di ossigeno / Oxygen saturation measuring devices

**Classe di rischio / Risk class:**

II a

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 1302, MD 0104, MDS 7010

**Modello / Model:**

Pulsoximetri / Pulse oximeters

**Codici / Codes:**

34266; 34282; 34285, 34285-10997, 34340; 34342; 34265; 35091; 35092; 35093; 35095; 35090 ; 35100

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.  
Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO  
Data:25/05/2021 10:13:36



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi per la misurazione della temperatura corporea / Body temperature measuring devices

**Classe di rischio / Risk class:**

II a

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 1302, MD 0104, MDS 7010

**Marca / Brandname:**

DIGIT / DIGIT KIDS FARMAMED

**Modello / Model:**

NUB -Termometri clinici digitali / Digital clinical thermometers

**Codici / Codes:**

10980

**Marca / Brandname:**

FARMAMED / LINEA F / CARREFOUR / GS /PBpharma / 36.2 T&B / SUCCHIOTTO °C / BASALE / GIMA

**Modello / Model:**

Termometri clinici digitali classici e flessibili / Digital clinical thermometers classic and flexible

**Codici / Codes:**

25560; 305026-10945; 25561; 25560-10907; 305027-10946 ; 25608

**Marca / Brandname:**

FARMAMED / LINEA F / GIMA

**Modello / Model:**

WATERPROOF- Termometri clinici digitali / Digital clinical thermometers

**Codici / Codes:**

25563 ; 25562

**Marca / Brandname:**

PBpharma /GIMA

**Modello / Model:**

Termometri clinici digitali auricolari e frontali multifunzione / Digital clinical ear and ahaed multifunction thermometers

**Codici / Codes:**

25580 ; 25585

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO  
Data:25/05/2021 10:13:57



CERTIFICATE



Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi per la misurazione di parametri fisiologici / *Physiological parameters measuring devices*

**Classe di rischio / Risk class:**

I m - Limitatamente agli aspetti relativi ai requisiti metrologici / *restricted to the aspects concerned the metrological requirements*

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 1301, MD 0104

**Modello / Model:**

Altimetro - Plicometro - Metro per neonati / *Height meter - Skinfold caliper - Baby measuring meter*

**Codici / Codes:**

27335 ; 27344; 27331

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / *Respiratory care and resuscitation devices*

**Classe di rischio / Risk class:**

II a

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 0101, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

**Modello / Model:**

Cannule di Guedel sterili / *Sterile Guedel airways*

**Codici / Codes:**

34431, 34432, 34433, 34434, 34435, 34436, 34437, 34438; 34383; 34439

**Modello / Model:**

Maschere in silicone autoclavabili / *Maschere autoclavabili in silicone GIMA PLUS / Silicone autoclavable face masks / Silicone autoclavable face masks GIMA PLUS*

**Codici / Codes:**

34220, 34221, 34222, 34223, 34224, 34225 ; 34252, 34253, 34254, 34255; 34250

**Modello / Model:**

Maschere laringee riutilizzabili / *Reusable laryngeal airway masks*

**Codici / Codes:**

34424; 34425, 34426, 34427, 34428, 34429

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO  
Data: 25/05/2021 10:14:45



Organismo Notificato n. 0476  
*Notified Body nr. 0476*



CERTIFICATE

Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / Respiratory care and resuscitation devices

**Modello / Model:**

Palloni rianimatori in silicone / Kit Palloni rianimatori in silicone adulti / Silicone resuscitators / Adult silicone resuscitators kit

**Codici / Codes:**

34245, 34246, 34247; 34248, 34277, 34249 ; 34244

**Modello / Model:**

Reservoir monouso (sacche ossigeno) e valvola / Oxygen reservoir and valve

**Codici / Codes:**

34257; 34258; 34275; 34279

**Modello / Model:**

Valvola PEEP e adattatore / Valvola antireflusso e posteriore / Peep valve and adapter / Non-rebreathing valve and intake valve

**Codici / Codes:**

34227 ; 34228 ; 34259 ; 34256

**Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi per terapia termica / Thermic therapy devices

**Classe di rischio / Risk class:**

II a

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 1403

**Modello / Model:**

Ghiaccio istantaneo TNT / PE / TNT / PE instant ice cold pack

**Codici / Codes:**

34110 ; 34111

Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Kit di strumentario chirurgico monouso sterile / Sterile single use surgical instrument kit

**Classe di rischio / Risk class:**

II a

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 0106, MDS 7006 Radiation

**Modello / Model:**

Kit per rimozione sutura / kit procedurale sutura / Suture removal pack / Suture procedure pack

**Codici / Codes:**

38950 ; 38951

**Tipologia / Medical Devices:**

Strumentario chirurgico monouso sterile / Sterile single use surgical instrument

**Classe di rischio / Risk class:**

I s - Limitatamente agli aspetti relativi al mantenimento della sterilità / restricted to the aspects concerned the maintenance of sterile conditions

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 0106, MDS 7006 Radiation

**Modello / Model:**

Forbici per bende di Lister / Forbici chirurgiche standard / Lister bandage scissors / Standard surgical scissors

**Codici / Codes:**

388xx

**Modello / Model:**

Pinza di Magill / Pinza di Hartmann per orecchio / Magill forceps / Hartmann ear forceps

**Codici / Codes:**

388xx

**Classe di rischio / Risk class:**

II a

**Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 0106, MDS 7006 Radiation

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO  
Data: 25/05/2021 10:15:40



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476



CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.

Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	23
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2021-05-24
Scadenza / Valid until	2024-05-26	Ultima modifica / Last change date	2021-05-24

**Allegato tecnico al Certificato/  
Technical sheet enclosed to the Certificate**

**Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

**Tipologia / Medical Devices:**

Strumentario chirurgico monouso sterile / Sterile single use surgical instrument

**Modello / Model:**

Forbici di Mayo / Forbici di Metzenbaum / Forbici Iris / Forbice ombelicale / Forbice per chirurgia orecchio di Bellucci / Pinze per medicazione standard / Pinze di Hunter-Splinter / Pinze emostatiche di Adson / Pinze emostatiche Halstead-Mosquito / Pinza per dissezione McIndoe / Pinze di Pean / Pinza di Spencer-Wells / Pinza portatamponi di Foerster / Portaghi di Hegar- Mayo / Portaghi di Crile-Wood / Mayo scissors / Metzenbaum scissors / Iris scissors / Umbilical scissors / Bellucci ear scissors / Standard dressing forceps / Hunter-Splinter forceps/ Adson haemostatic forceps/ Halstead-Mosquito dissection forceps / McIndoe dissection forceps/ Pean forceps / Spencer-Wells forceps/ Foerster polypus forceps/ Hegar-Mayo needle holder / Crile-Wood needle holder

**Codici / Codes:**

388xx ; 389xx

La lista completa dei codici, relativi ai modelli certificati, è disponibile presso Kiwa Cermet Italia./ *The complete list of the codes related to the certificated models is available at Kiwa Cermet Italia.* Il presente Certificato è soggetto al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia ed è valido solo per le tipologie di dispositivi sopra identificate soggette a sorveglianza/ *This Certificate is subject to Kiwa Cermet Italia regulations and it is valid only for the above mentioned Medical Devices that are subject to survey.* L'allegato tecnico è parte integrante del presente Certificato./ *The technical sheet is an integrating part of this Certificate.*



# BeneFusion eSP

Syringe Pump

Data Sheet



## Physical Specifications

Weight	≤ 1.6kg
Size	≤ 257x 150 x73mm
Screen	3.5 inch touchscreen TFT color LCD, 200x400 pixels
Brightness	1-8 levels, adjustable
Display	Infusion status (drug name, major infusion parameters, real-time pressure status) System status information (alarm information, infusion mode, battery status, relayed status, syringe brand or bed number)
Indicator on the door	Infusion status indicator

## Parameters Specifications

Accuracy	≤ ±1.8%
Mode	Rate mode, Dose Mode, Dose Time Mode, Time mode, Sequential Mode, Intermittent Mode, Loading Dose Mode, Ramp Mode, Micro-infusion Mode Optional: TIVA Mode, PCA Mode, TCI Mode
Flow rate	0.01-2300ml/h
Increment	0.01ml/h (0.01-99.99ml/h), 0.1ml/h (100.0-999.9ml/h), 1ml/h (1000-2300ml/h)
Preset volume (VTBI)	0.01 ml - 9999.99 ml, increment: 0.01mL
Preset time	00:00:01-99:59:59
Accumulated volume	0.00 ml - 99999.99 ml
KVO	0.01 to 5.0ml/h, increment: 0.01ml/h
Purge rate	0.01-2300ml/h
Bolus rate	0.01-2300ml/h (automatic or manual)
Occlusion detection	50-1125mmHg (15 levels selectable, respectively are 50, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750, 825, 900, 975, 1050, 1125mmHg) default is 450mmHg, Pre-alarm: an alert will pop out when the pressure is continuously going up Auto-restart: On/Off, restart the infusion when the occlusion pressure is reduced. 4 units of pressure selectable: mmHg/kPa/bar/psi
Anti-bolus	Unexpected bolus reduced when the occlusion occurs
Dose rate units	ng/kg/min, ng/kg/h, ng/kg/24h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mU/kg/min, mU/kg/h, mU/kg/24h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/min, kU/kg/h, kU/kg/24h, EU/kg/min, EU/kg/h, EU/kg/24h, mmol/kg/min, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mol/kg/min, mol/kg/h, mol/kg/24h, mcal/kg/min, mcal/kg/h, mcal/kg/24h, cal/kg/min, cal/kg/h, cal/kg/24h, kcal/kg/min, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mEq/kg/24h
Auto-lock time	1 - 5 minutes selectable, ON/OFF switchable
Drug library	Up to 5000 drugs, 30 categories, support color-coding drug name
History log	Up to 3500 events
Volume collection	Available in 4 methods: 24h total, current total,

period, timing volume, supports history rate review

DERS (Dose Error Reduction System)

Available, definition of dose limits, automatic alarms when reaching dose limits

## Syringes

Compatibility 1/2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60ml, automatic recognition of syringe size

## Alarms

Type Audible and visual alarm  
2 Levels High: Occlusion/ Syringe Empty/ Syringe Disengaged/ Plunger Grippers Error/ Battery Depleted/ VTBI Complete/ KVO Finish/ Relay Invalid/ System Error/ No Syringe

Low: Extension Line Detached/ KVO Running/ Battery in Use/ Battery Error/ CMS/eGW Disconnected/ Standby Time Expired/ Dock Connection Interrupted/ System Time Error/ Relay Invalid Soon/ Time Near End/ Reminder/ Low Battery/ Syringe Near Empty

Sound volume 1-8 levels selectable, default is level 6  
Reminder 1-5 minutes selectable, ON/OFF switchable

## Connectivity

Communication Wired/wireless  
USB Support drug library import, patient data import/export, history record export, calibration data import/export  
Multifunctional connector RS232, nurse call connector, DC adapter  
Integration Connect with BeneFusion nCS infusion central station  
Connect with BeneVision Central Monitoring System

## Battery

Operating time ≥ 5 hours at 5ml/h (≥ 11 hours at 5ml/h for smart battery)  
Charging time ≤ 5 hours to full capacity (≤ 6 hours for smart battery)

## Power Supply

Voltage 100-240 V~, frequency 50/60Hz, current 0.5-0.21A

## Work Environment

Temperature 5-40°C for operating, -30-70 °C for storage  
Relative humidity 15-95% for operating, 10-95% for storage  
Atmosphere pressure 57.0-107.4 kPa for operating, 16.0-107.4 kPa for storage  
Classification Type CF, Class I, IP33  
Stackability Supported with stack rack, maximum of 3 pumps can be stacked

Mindray Building, Keji 12th Road South,  
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China  
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680  
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

**mindray** | Healthcare with reach are registered trademarks or trademarks owned by Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD  
© 2020 Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice.  
P/N: ENG-BeneFusion eSP Datasheet-210285x2P-20201125

**mindray**

# Declaration of Conformity



**Manufacturer:** Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.  
 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District,  
 518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**EC-Representative:** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
 Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

<b>Product:</b>	<i>Infusion pump (Including Accessories)</i>	<i>Syringe pump (Including Accessories)</i>	<i>Infusion supervision system (Including Accessories)</i>
<b>Model:</b>	<i>BeneFusion nVP BeneFusion nVP ex BeneFusion nVP Neo BeneFusion eVP BeneFusion eVP ex BeneFusion eVP Neo</i>	<i>BeneFusion nSP BeneFusion nSP ex BeneFusion nSP Neo BeneFusion eSP BeneFusion eSP ex BeneFusion eSP Neo</i>	<i>BeneFusion nDS BeneFusion nDS ex BeneFusion eDS BeneFusion eDS ex</i>
<b>GMDN Code:</b>	<i>13215</i>	<i>13217</i>	<i>36179</i>
<b>MD Code:</b>	<i>MD 1101</i>	<i>MD 1101</i>	<i>MD 1111</i>

**Classification:** IIb (According to Rule 11 of MDD Annex IX)

**Conformity Assessment Route:** MDD Annex II excluding (4)

**Assessment Route:**

We herewith declare under our sole responsibility that the above mentioned products meet the provisions of the Council Directive 93/42/EEC for Medical Device, as amended by 2007/47/EC. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

**Standards Applied:**

List of (harmonized) standards for which documented evidence for compliance can be provided as attachment.

**Notified Body:** TÜV SÜD Product Service GmbH

Ridlerstraße 65

80339 München, Germany

**Notified Body No. :**

0123

**Place, Date of Issue:**

Shenzhen, 2023.3.14

**Signature:**

*Bai Yanhong*

**Name of Authorized Signatory:**

Bai yanhong

**Position Held in Company:**

Manager, Technical Regulation



Attachment of Declaration of Conformity: Applied Standards List-V2.0

**Product:** Infusion pump  
**Model:** BeneFusion nVP, BeneFusion nVP ex, BeneFusion nVP Neo  
BeneFusion eVP, BeneFusion eVP ex, BeneFusion eVP Neo

**Applied Standards:**

EN 60601-2-24:2015	Medical electrical equipment -- Part 2-24: Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers
EN 60601-1:2006/A1:2013	Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
IEC 60601-1-8:2006+A1:2012/ EN 60601-1-8:2007/A1:2013	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
IEC 62366-1:2015	Medical devices - Application of usability engineering to medical devices
IEC 60601-1-6:2013	Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability
EN ISO 14971:2019/A11:2021	Medical devices - Application of risk management to medical devices
EN 62304:2006/A1:2015	Medical device software - Software life-cycle processes
EN 60601-1-2:2015	Medical Electrical Equipment - Part 1-2 General Requirements for Safety - Collateral Standard: Electromagnetic compatibility-Requirements and tests
EN ISO 20417: 2021	Medical devices — Information to be supplied by the manufacturer
EN ISO 15223-1: 2021	Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer- Part 1: General requirements
EN 1789: 2020	Medical vehicles and their equipment - Road ambulances

Attachment of Declaration of Conformity: Applied Standards List-V2.0

**Product:** Syringe pump  
**Model:** BeneFusion nSP, BeneFusion nSP ex, BeneFusion nSP Neo  
BeneFusion eSP, BeneFusion eSP ex, BeneFusion eSP Neo

**Applied Standards:**

EN 60601-2-24:2015	Medical electrical equipment -- Part 2-24: Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers
EN 60601-1:2006/A1:2013	Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
IEC 60601-1-8:2006+A1:2012/ EN 60601-1-8:2007/A1:2013	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
IEC 62366-1:2015	Medical devices - Application of usability engineering to medical devices
IEC 60601-1-6:2013	Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability
EN ISO 14971:2019/A11:2021	Medical devices - Application of risk management to medical devices
EN 62304:2006/A1:2015	Medical device software - Software life-cycle processes
EN 60601-1-2:2015	Medical Electrical Equipment - Part 1-2 General Requirements for Safety - Collateral Standard: Electromagnetic compatibility-Requirements and tests
EN ISO 20417: 2021	Medical devices — Information to be supplied by the manufacturer
EN ISO 15223-1: 2021	Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer- Part 1: General requirements
EN 1789: 2020	Medical vehicles and their equipment - Road ambulances

Attachment of Declaration of Conformity: Applied Standards List-V2.0

**Product:** Infusion supervision system  
**Model:** BeneFusion nDS, BeneFusion nDS ex  
BeneFusion eDS, BeneFusion eDS ex

**Applied Standards:**

EN 60601-1:2006/A1:2013	Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
EN60601-1-8:2007/A11 :2017	Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
IEC 62366-1:2015	Medical devices - Application of usability engineering to medical devices
IEC 60601-1-6:2013	Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability
EN ISO 14971:2019/A11:2021	Medical devices - Application of risk management to medical devices
EN 62304:2006/A1:2015	Medical device software - Software life-cycle processes
EN 60601-1-2:2015	Medical Electrical Equipment - Part 1-2 General Requirements for Safety - Collateral Standard: Electromagnetic compatibility-Requirements and tests
EN ISO 20417: 2021	Medical devices — Information to be supplied by the manufacturer
EN ISO 15223-1: 2021	Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer- Part 1: General requirements





Benannt durch/Designated by  
Zentralstelle der Länder  
für Gesundheitsschutz  
bei Arzneimitteln und  
Medizinprodukten  
www.zlg.de  
ZLG-BS-244.10.08



Product Service

# EC Certificate

Full Quality Assurance System  
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)  
(Devices in Class IIa, IIb or III)

**No. G1 002584 0006 Rev. 02**

**Manufacturer:** **Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.**  
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block  
Guangming District  
518106 Shenzhen  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Product Category(ies):** **Infusion pump,  
Syringe pump,  
Infusion supervision system**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: [www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10025840006 Rev. 02](http://www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G10025840006Rev.02)

**Report No.:** SH20115102

**Valid from:** 2020-11-04

**Valid until:** 2024-05-26

**Date,** 2020-11-04

Christoph Dicks  
Head of Certification/Notified Body





Cum folositi Testele Accu-Chek Active:

- Asigurati-va ca aveti mainile curate si uscate.
- Luati un test din tub si inchideti imediat capacul. Glucometrul va porni automat dupa introducerea testului in fanta pentru teste (in directia sagetilor).
- Dupa o scurta verificare a afisajului si confirmarea numarului de cod (care corespunde cu numarul de cod de pe tubul cu teste), pe display apar simbolurile picatura de sange si testul. Aplicati o picatura de sange in zona verde de pe test si apoi indepartati degetul. Rezultatele vor fi afisate dupa 5 secunde.
- Glucometrul se va opri automat prin indepartarea testului. Rezultatul va fi stocat in memorie impreuna cu data si ora.

Testele Accu-Chek Active sunt usor de manevrat si permit dozarea in afara glucometrului.

- **Esantion mic**

Testele Accu-Chek Active necesita doar o cantitate mica de sange pentru a efectua un test de glucoza - doar 1-2 $\mu$ l de sange.

- **Actiune capilara**

Actiunea capilara atrage sange in banda pentru o testare rapida si de incredere a glicemiei.

- **Dozare in afara glucometrului**

Sangele poate fi aplicat pe test in afara glucometrului permitand o mai mare flexibilitate si este util in mod special persoanelor care au o problema cu dexteritatea.

*Testele Accu-Chek Active se utilizeaza impreuna cu glucometrul Accu-Chek Active.*

## EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

Hersteller / Manufacturer: Roche Diabetes Care GmbH

Adresse / Address: Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim  
Germany

Roche Diabetes Care GmbH erklärt unter seiner alleinigen Verantwortung, dass das Produkt / die Produktfamilie

**Roche Diabetes Care GmbH declares under its sole responsibility that the product / family of products**

Accu-Chek® Active Blutglukose Überwachungssystem, bestehend aus:  
Accu-Chek® Active Blood Glucose Monitoring System, consisting of:

<u>Produktname / Product name:</u>	<u>Katalognummer / Catalog Number:</u>
Accu-Chek® Active [Model GU] mg/dL Meter	06658008
Accu-Chek® Active [Model GB] mg/dL Meter	07135114
Accu-Chek® Active [Model GU] mmol/L Meter	06657982
Accu-Chek® Active [Model GB] mmol/L Meter	07135122

### Beschreibung / Description:

Das Accu-Chek® Active Blutglukose Messgerät dient zusammen mit dem Accu-Chek® Active Teststreifen zur Überwachung der Blutglukosekonzentration im menschlichen Blut.

Das Blutglukoseüberwachungssystem ist sowohl für den Patientenselbsttest als auch für die professionelle Anwendung geeignet.

**The Accu-Chek® Active blood glucose meter is intended to be used for quantitative blood glucose tests in human blood and is intended to be used together with Accu-Chek® Active test strips.**

**The blood glucose monitoring system is suitable for patient self-testing and for professional use.**

Produktname / Product name:

Katalognummer / Catalog Number:

Accu-Chek® Active Test Strips	06656846	(10 tests)
Accu-Chek® Active Test Strips	07124210	(10 tests)
Accu-Chek® Active Test Strips	06656803	(25 tests)
Accu-Chek® Active Test Strips	07124155	(25 tests)
Accu-Chek® Active Test Strips	06656757	(50 tests)
Accu-Chek® Active Test Strips	07124112	(50 tests)
Accu-Chek® Active Test Strips	06656854	(2 x 50 tests)
Accu-Chek® Active Test Strips	07124287	(2 x 50 tests)
Accu-Chek® Active Test Strips	06887546	(12x 50 tests)
Accu-Chek® Active Test Strips	07124279	(12x 50 tests)

Beschreibung / Description:

Der Accu-Chek® Active Teststreifen dient zusammen mit einem Accu-Chek® Active Blutglukose Messgerät zur Überwachung der Blutglukosekonzentration im menschlichen Blut.

Das Blutglukoseüberwachungssystem ist sowohl für den Patientenselbsttest als auch für die professionelle Anwendung geeignet.

**The Accu-Chek® Active test strip is intended to be used for quantitative blood glucose tests in human blood and is intended to be used together with Accu-Chek® Active blood glucose meters.**

**The blood glucose monitoring system is suitable for patient self-testing and for professional use.**

Produktname / Product name:

Katalognummer / Catalog Number:

Accu-Chek® Active Control

03146324

Beschreibung / Description:

Kontrolllösungen zur Funktionskontrolle von Accu-Chek® Active Blutglukose Messgeräten und Teststreifen.

**Control solutions for carrying out performance checks on Accu-Chek® Active blood glucose monitors and test strips.**

auf das / die sich diese Erklärung bezieht, den Forderungen der EG-Richtlinie 98/79/EG des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-Vitro-Diagnostika entspricht. Gemäß Artikel 9, Absatz (3) a) der EG-Richtlinie 98/79/EG wurde für die oben aufgeführten IVD Produkte aus Anhang II, Liste B das Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Anhang IV der Richtlinie unter Beteiligung der Benannten Stelle LRQA mit der Nummer 0088 angewandt.

**to which this declaration relates, complies with the EC Directive 98/79/EC of October 27, 1998 on in vitro diagnostic medical devices. According to Article 9, Section (3) a) of the EC Directive 98/79/EC the above mentioned IVD devices are considered as Annex II, List B and the conformity assessment procedure using Annex IV with the involvement of LRQA (NB 0088) as the Notified Body was followed.**

Die oben aufgeführten Produkte werden in verschiedenen Verpackungskonfigurationen sowie in Kombination mit anderen Produkten von Roche Diabetes Care GmbH, als Kit oder Set bezeichnet, in den Verkehr gebracht.

**The above listed products are brought on the market in several package configurations as well as in combination with other products from Roche Diabetes Care GmbH, named Kit or Set.**



EG-Konformitätserklärung für / CE Declaration of Conformity for  
**Accu-Chek® Active System**

Die Accu-Chek Active System Komponenten sind in folgenden Kits enthalten:  
 The Accu-Chek Active system components are packed into the following kits:

**Accu-Chek Active Kits**

Katalognummer Catalog number	Beschreibung Description	Materialnummer und Kitkomponenten Material number and kit components (nur / only MDs und / and IVDs)
06656897021	Accu-Chek® Active [Model GU] mg/dL Kit	06583202001 Accu-Chek® Active [Model GU] mg/dL Meter (Bulk)
06656897200		06656846190 Accu-Chek Active test strip (10 tests) 05181186001 Accu-Chek Softclix Lancing Device 03157482001 Accu-Chek Softclix (10 Lancets)
06656897037	Accu-Chek® Active [Model GU] mg/dL Kit	06583202001 Accu-Chek® Active [Model GU] mg/dL Meter (Bulk) 06656846047 Accu-Chek Active test strip (10 tests) 05864810001 Accu-Chek FastClix Lancing Device 05208629001 Accu-Chek FastClix (17 Lancets)
06656919021	Accu-Chek® Active [Model GU] mmol/L Kit	06583130001 Accu-Chek® Active [Model GU] mmol/L Meter (Bulk) 06656846190 Accu-Chek Active test strip (10 tests) 05181186001 Accu-Chek Softclix Lancing Device 03157482001 Accu-Chek Softclix (10 Lancets)
07133766021	Accu-Chek® Active [Model GB] mg/dL Kit	06993770001 Accu-Chek® Active [Model GB] mg/dL Meter (Bulk)
07133766078		07207506190 Accu-Chek Active test strip (10 tests)
07133766200		05181186001 Accu-Chek Softclix Lancing Device 03157482001 Accu-Chek Softclix (10 Lancets)
07133766037	Accu-Chek® Active [Model GB] mg/dL Kit	06993770001 Accu-Chek® Active [Model GB] mg/dL Meter (Bulk) 07124210047 Accu-Chek Active test strip (10 tests) 05864810001 Accu-Chek FastClix Lancing Device 05208629001 Accu-Chek FastClix (17 Lancets)
07133766049	Accu-Chek® Active [Model GB] mg/dL Kit	06993770001 Accu-Chek® Active [Model GB] mg/dL Meter (Bulk) 07207506190 Accu-Chek Active test strip (10 tests) 05864810001 Accu-Chek FastClix Lancing Device 05208629001 Accu-Chek FastClix (17 Lancets)
07135076021	Accu-Chek® Active [Model GB] mmol/L Kit	06993761001 Accu-Chek® Active [Model GB] mmol/L Meter (Bulk)
07135076045		07207506190 Accu-Chek Active test strip (10 tests)
07135076227		05181186001 Accu-Chek Softclix Lancing Device
07135076015		03157482001 Accu-Chek Softclix (10 Lancets)
07444141037	Accu-Chek® Active [Model GB] mg/dL Set	06993770001 Accu-Chek® Active [Model GB] mg/dL Meter (Bulk)
07444141191		05181186001 Accu-Chek Softclix Lancing Device
07444141200		03157482001 Accu-Chek Softclix (10 lancets)

EG-Konformitätserklärung für / CE Declaration of Conformity for  
**Accu-Chek® Active System**

06656919032	Accu-Chek® Active [Model GU] mmol/L Set	06583261001	Accu-Chek® Active [Model GU] mmol/L Meter (Bulk)
		05181186001	Accu-Chek Softclix Lancing Device
07135092032	Accu-Chek® Active [Model GB] mmol/L Set	06993788001	Accu-Chek® Active [Model GB] mmol/L Meter (Bulk)
		05181186001	Accu-Chek Softclix Lancing Device

Die in den Kits und Sets enthaltenen oben aufgeführten Medizinprodukte entsprechen den Forderungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte, geändert durch die EG-Richtlinie 2007/47/EG vom 5. September 2007; gemäß Anhang II der Richtlinie als Konformitätsbewertungsverfahren unter Beteiligung der Benannten Stelle LRQA mit der Nummer 0088.

**The above mentioned medical devices contained in the Kits and Sets comply with the EC Directive 93/42/EEC of June 14, 1993 on medical devices, as amended by EC Directive 2007/47/EC of September 5, 2007 using Annex II as the conformity assessment procedure with the involvement of LRQA (NB 0088) as the Notified Body.**

EG-Konformitätserklärung für / CE Declaration of Conformity for  
**Accu-Chek® Active System**

---

Diese EG Konformitätserklärung ist für alle oben aufgeführte Produkte gültig, die ab dem 26. Oktober 2018 in Verkehr gebracht werden.

This EC Declaration of Conformity is valid for all the above mentioned products placed on the market beginning of 26. October 2018.


Kontaktadresse / Contact address:

Roche Diabetes Care GmbH  
Abt. Qualitätsmanagement, DCPQ  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim  
Germany  
Telefax: +49 621/759 3801

Mannheim, 26. Oktober 2018

Roche Diabetes Care GmbH

i.V. / On behalf of the company



---

*Dr. Alexander Rügner*

Leiter Regulatory Affairs IDS and OUS submission  
Head of Regulatory Affairs IDS and OUS submission

i.V. / On behalf of the company



---

*Dr. Thomas Schmidt*

Leiter Qualität Diabetes Care Systeme  
Head of Quality Diabetes Care Systems

# BeneFusion eVP

Infusion Pump

Data Sheet



## Physical Specifications

Weight	≤ 1.7kg
Size	≤ 210x 140 x73mm
Screen	3.5 inch touchscreen, TFT color LCD, 200x400 pixels
Brightness	1-8 levels, adjustable
Display	Infusion status (drug name, infusion parameters, real-time in-line pressure) System status information (infusion mode, IV set brand or bed number, alarm symbol, battery status, network status, relayed status, and system time)
Indicator on the door	Infusion status indicator

## Parameters Specifications

Accuracy	≤ ±4.5 % (for recommended sets)
Mode	Rate mode, Dose Mode, Dose Time Mode, Time mode, Sequential Mode, Intermittent Mode, Loading Dose Mode, Ramp Mode, Micro-infusion Mode, Drip Mode
Application supported	IV drug infusion, enteral nutrition feeding, and blood transfusion
Flow rate	0.10ml/h - 2300ml/h (0.10-2000ml/h for blood transfusion)
Increment	0.01ml/h (0.10-99.99ml/h), 0.1ml/h (100-999.9ml/h), 1ml/h (1000-2300ml/h)
Preset volume (VTBI)	0.10 – 9999.99ml (increment: 0.01ml)
Preset time	00:00:01 – 99:59:59
Accumulated volume	0.00 - 99999.99 ml
KVO	0.1 - 5.0ml/h, increment: 0.01ml/h
Purge rate	0.1 - 2300ml/h
Bolus rate	0.1 - 2300ml/h (automatic or manual)
Occlusion detection	50-1125mmHg (15 levels selectable, respectively are 50, 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750, 825, 900, 975, 1050, 1125mmHg) Default is 450 mmHg Pre-alarm: an alert will pop out when the pressure is continuously going up Auto-restart: On/Off, restart the infusion when the occlusion pressure is reduced. 4 units of pressure selectable: mmHg/kPa/bar/psi
Anti-bolus	Unexpected bolus reduced when the occlusion occurs
Dose rate units	ng/kg/min, ng/kg/h, ng/kg/24h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mU/kg/min, mU/kg/h, mU/kg/24h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/min, kU/kg/h, kU/kg/24h, EU/kg/min, EU/kg/h, EU/kg/24h, mmol/kg/min, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mol/kg/min, mol/kg/h, mol/kg/24h, mcal/kg/min, mcal/kg/h, mcal/kg/24h, cal/kg/min, cal/kg/h, cal/kg/24h, kcal/kg/min, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mEq/kg/24h
Air bubbles detection	6 levels selectable: 15/50/100/250/500/800μL, accumulate air: 0.1-1.0ml/15min
Auto-lock time	1 - 5 minutes selectable, ON/OFF switchable

History log	up to 3500 events
Volume collection	available in 4 methods: 24h total, current total, period, timing volume, support history rate review
Drug library	Up to 5000 drugs, 30 categories, support color-coding drug name
DERS (Dose Error Reduction System)	Available, definition of dose limits, automatic alarms when reaching dose limits

## IV administration sets

Compatibility	universal IV sets
---------------	-------------------

## Alarms

Type	Audible and visual alarm
2 Levels	High: Air in Line/ Accumulated Air/ Empty/ Drop Error/ Upstream Occlusion/ Downstream Occlusion/ Infusion Set Disengaged/ No Infusion Tube/ Infusion Set Error /No Drop Sensor/ Battery Depleted/ VTBI Complete/ KVO Finish/ Relay Invalid/ System Error  Low: KVO Running/ Battery in Use/ Battery Error/ CMS/eGW Disconnected/ Standby Time Expired/ Dock Connection Interrupted/ System Time Error/ Relay Invalid Soon/ Time Near End/ Reminder/Low Battery
Sound volume	1-8 levels selectable, default is level 6
Reminder	1-5 minutes selectable, ON/OFF switchable

## Connectivity

Communication	Wired/wireless
USB	Support drug library import, patient data import/export, history record export, calibration data import/export
Multifunctional connector	RS232, nurse call connector, DC adapter
Integration	Connect with BeneFusion nCS infusion central station Connect with BeneVison Central Monitoring System (CMS)

## Battery

Operating time	≥ 5 hours at 25ml/h (≥ 11 hours at 25ml/h for smart battery)
Charging time	≤ 5 hours to full capacity (≤ 6 hours for smart battery)

## Power Supply

	Voltage 100-240 V~, frequency 50/60Hz, current 0.5-0.21A
--	--

## Work Environment

Temperature	5-40°C for operating, -30-70 °C for storage
Relative humidity	15-95% for operating, 10-95% for storage
Atmosphere pressure	57.0-107.4 kPa for operating, 16.0-107.4 kPa for storage
Classification	Type CF, Class I, IP33
Stackability	Supported with stack rack, maximum of 3 pumps can be stacked

Mindray Building, Keji 12th Road South,  
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China  
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680  
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

**mindray** | Healthcare with reach are registered trademarks or trademarks owned by Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD  
© 2020 Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice.  
P/N: ENG-BeneFusion eVP Datasheet-210285x2P-20201125

**mindray**





Product Service

# Certificate

No. Q5 002584 0005 Rev. 05

**Holder of Certificate:** **Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.**  
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block  
Guangming District  
518106 Shenzhen  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Certification Mark:**



**Scope of Certificate:** **Design and Development,  
Production and Distribution of  
Infusion pump,  
Syringe pump,  
Enteral feeding pump,  
Infusion supervision system**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: [www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5 002584 0005 Rev. 05](http://www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5_002584_0005_Rev.05)

**Report No.:** SH22115102

**Valid from:** 2023-05-19

**Valid until:** 2026-05-18

**Date,** 2023-05-08

Christoph Dicks  
Head of Certification/Notified Body

# Certificate

No. Q5 002584 0005 Rev. 05

**Applied Standard(s):** EN ISO 13485:2016  
Medical devices - Quality management systems -  
Requirements for regulatory purposes  
(ISO 13485:2016)  
DIN EN ISO 13485:2016

**Facility(ies):** **Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.**  
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming  
District, 518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

See Scope of Certificate



# GIMA

## FUTURA ECO CASE - beige - empty

**Code:** 34132  
**Category:** First aid bags, cases and cabinets  
**Unit of sale:** 1 pc.  
**Minimum order:** 1  
**Type:** No medical device



**EAN13:** 8056389236051

**Description:** FUTURA ECO CASE - beige

**First eco-sustainable case, made of Compound PP/ Wood Flour (WPC-Wood Plastic Compound) with vegetable charges between 30-40%.**

**It maintains all the qualities of wood, PP resistance and preserves the environment.**

**Equipped with wall support, transport handle and closure with 2 rotating clips.**

**Size: 250 x190xh 90 mm.**

**100% recycled material.**

**Made in Italy.**

## SPENCER 122

### Foldable stretcher



Spencer 122 field stretchers are devices for lifting and carrying people which are also suitable for parking in field rescue conditions. If they are not equipped with supports, they can be parked using the Porta Stock stand.

#### Specific features

- Extremely lightweight and durable structure
- Very low storage space required
- Lengthwise and breadthwise foldable
- Easy to clean sheet

#### Technical data

Length when open (mm)	2010 ± 10 mm
Length when folded (mm)	1000 ± 10 mm
Width when open (mm)	550 ± 5 mm
Width when folded (mm)	400
Height when open (mm)	140
Height when folded (mm)	170 ± 5 mm
Weight (kg)	6.5 ± 0.3 kg
Capacity (kg)	170
Gripping points (no.)	4
Support feet (no.)	4
Materials	Al, Steel, PVC

#### Standard equipment

STX 598 Restraint belts 2 pcs

Class I MD compliant with UE Reg. 2017/745

SPENCER 122 - FOUR FOLD  
STRETCHER ORANGE  
ST00122A



CND Classification	V9099
Registration number	172360

Rev.0 (03/08/2021)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[spencer.it](http://spencer.it)



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## ME.BER. S.R.L.

Via Langhirano, 270 - 43124 PARMA (PR) - Italy

Certified site:

Via Langhirano, 270 - 43124 PARMA (PR) - Italy

*Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below*

### ISO 13485:2016

*Scope of certification*

**Design, manufacturing and service of active devices for patient positioning and transport. Trade of general non-implantable active and non-active medical devices for first aid and emergency.**

Certificate issued in accordance with the Technical Regulation ACCREDIA DT 02-DC Rev.00

Original cycle start date by a different certification body:	05-February-2007				
Expiry date of previous cycle:	01-February-2022				
Certification / Recertification Audit date:	31-January-2022				
Certification / Recertification cycle start date:	02-February-2022				
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	01-February-2025				
Certificate No.:	IT313613	Version:	1	Issue Date:	02-February-2022



**GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager**



SGQ N° 009A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

Certification body address:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.

To check the validity of this certificate please double click or scan QR CODE







BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## ME.BER. S.R.L.

Via Langhirano, 270 - 43124 PARMA (PR) - Italy

Certified site:

Via Langhirano, 270 - 43124 PARMA (PR) - Italy

*Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below*

### ISO 9001:2015

*Scope of certification*

**Design, manufacturing and service of active devices for patient positioning and transport. Trade of general non-implantable active and non-active medical devices for first aid and emergency.**

**IAF: 17, 19, 29**

Original cycle start date by a different certification body:	<b>05-February-2007</b>				
Expiry date of previous cycle:	<b>01-February-2022</b>				
Certification / Recertification Audit date:	<b>31-January-2022</b>				
Certification / Recertification cycle start date:	<b>02-February-2022</b>				
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	<b>01-February-2025</b>				
Certificate No.:	<b>IT313614</b>	Version:	<b>1</b>	Issue Date:	<b>02-February-2022</b>

**GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager**



SGQ N° 009A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

Certification body address:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.

To check the validity of this certificate please double click or scan QR CODE





Product Service

# Certificate

No. Q5 033230 0033 Rev. 00

**Holder of Certificate:** **Spencer Italia s.r.l.**  
Via Provinciale 12  
43038 Sala Baganza (PR)  
ITALY

**Certification Mark:**



**Scope of Certificate:** **Design and development, production of emergency equipment; Distribution of medical, emergency and rescue equipment with own and other brands**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: [www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5 033230 0033 Rev. 00](http://www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5_033230_0033_Rev._00)

**Report No.:** ITA 1683049

**Valid from:** 2021-11-09  
**Valid until:** 2024-08-04

**Date,** 2021-11-09

Christoph Dicks  
Head of Certification/Notified Body

# Certificate

No. Q5 033230 0033 Rev. 00

**Applied Standard(s):** EN ISO 13485:2016  
Medical devices - Quality management systems -  
Requirements for regulatory purposes  
(ISO 13485:2016)  
DIN EN ISO 13485:2016

**Facility(ies):** Spencer Italia s.r.l.  
Via Provinciale 38, 43038 Sala Baganza (PR), ITALY

Warehousing of medical, emergency and rescue equipment with  
own and other brands.

Spencer Italia s.r.l.  
Via Provinciale 12, 43038 Sala Baganza (PR), ITALY

Design and development,, production of emergency equipment;  
Distribution of medical, emergency and rescue equipment with  
own and other brands

Spencer Italia s.r.l.  
Via Petitot 4, 43038 Sala Baganza (PR), ITALY

Warehousing of medical, emergency and rescue equipment with  
own and other brands.

Spencer Italia srl  
Via Lega dei Carrettieri 3, 43038 Sala Baganza (PR), ITALY

Warehousing and Distribution of medical, emergency and rescue  
equipment with own and other brands.