

Specificații tehnice (F4.1)

bel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1

Numărul licitației:

ocds-b3wdp1-MD-1590403549782

Denumirea autorității contractante: IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF Nicolae Testemițanu

Denumirea licitației:

Articole parafarmaceutice și consumabile de uz medical

022-205-618

clinica@ms.md

Data 02 06 2020

Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6		7	8
33140 00-3	1	Ulei pentru masaj	Ulei pentru masaj	nu este catalog	Moldova	Viorica-Cosmetic SA	Ulei pentru masaj Fara miros, in ambalaj de 200ml	Ulei pentru masaj cu miros slab, in ambalaj de 200ml	Aviz sanitar
33140 00-3	2	Prezervative din latex, N1	Prezervative din latex, N1	nu este catalog	China	Zhejiang Qiantian Latex Co.LTD	Prezervative din latex, N1	Prezervative din latex, N1	Aviz sanitar
33140 00-3	3	Masca de examinare simpla	Masca de examinare simpla	nu este in catalog	China	CHENGDU SHENGLANG CLOTHING Co., Ltd.	Masca de examinare simpla Material: polipropilena - netesut, 3 straturi, 3 pliuri, fixare: cu elastic, culoare: alb, albastru sau verde, fixator din plastic pentru nas	Masca de examinare simpla Material: polipropilena - netesut, 3 straturi, 3 pliuri, fixare: cu elastic, culoare: alb, albastru sau verde, fixator din plastic pentru nas	Certificate of compliance
33140 00-3	4	Masca-respirator	Masca-respirator	nu este in catalog	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Masca-respirator de tip 95	Masca-respirator de tip 95	ISO, Declaratia de conformitate, Aviz sanitar
33140 00-3	5	Halate de unica folosinta	Halate de unica folosinta	nu este catalog	Germania	Wiros Wilfried Rosbach GmbH	Halate de unică folosință Marime: M, L, din material netesut, densitatea 40 g/m.p.	Halate de unică folosință Marime: M, L, din material netesut, densitatea 40 g/m.p.	Aviz sanitar
33140 00-3	7	Ecran de protectie (viziera)	Ecran de protectie (viziera)	nu este catalog	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Ecran de protectie (viziera)	Ecran de protectie (viziera)	Aviz sanitar
33140 00-3	9	Lancete pentru glucometru (N50)	Lancete pentru glucometru (N50)	SS0104	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300	Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300 si o blood lancet	Aviz sanitar
33140 00-3	14	Citoperiu.a (Cervical brush/cytobrush SB-3s)	Citoperiu.a (Cervical brush/cytobrush SB-3s)	SR210 2	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Citoperiu.a (Cervical brush/cytobrush SB-3s) Getabila, sterila	Citoperiu.a (Cervical brush/cytobrush SB-3s) Getabila, sterila	Aviz sanitar
33140 00-3	15	Citoperiu.a (Cervical brush/cytobrush SB-1)	Citoperiu.a (Cervical brush/cytobrush SB-1)	SR210 1	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Citoperiu.a (Cervical brush/cytobrush SB-1) Getabila, sterila	Citoperiu.a (Cervical brush/cytobrush SB-1) Getabila, sterila	Aviz sanitar

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chitic Ecaterina În calitate de: administrator, farmacist - diriginte

Ofertantul: Lismedfarm SRL Adresa: sos. Muncesti 167/B, mun. Chisinau, MD-2002