



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 21051365 **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1644250744940](#) din 07 Februarie , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă suplimentară 3) noi,

ÎCS EYECON MEDICAL SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06 Aprilie 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă suplimentară 3) prin procedura de achiziție.** – licitație deschisă nr. 21051365 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1644250744940](#) din 07 Februarie, pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv până la data de 10 Mai 2022 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06 Aprilie 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Numele proiectului: Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Botanica și
IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă
suplimentară 3)
Nr. Licitație: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1644250744940

DECLARAȚIE

. Subscrisa **I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.**, cu sediul in Mun. Chisinau, Piața D. Cantemir 1, **Cod fiscal 1012600036108** declarăm conform extrasului Nr.485682 din 10.012022 Unicul fondator, asociat, beneficiar efectiv este **Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA**, **IDNP 2009802059313**.

Data completării 06 Aprilie 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numele proiectului: Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă suplimentară 3)

Nr. Licitație: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1644250744940

DECLARAȚIE

Subsemnatul **Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA**, reprezentant împuternicit al **Î.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:

- perioada de garanție pentru echipamentul corespunde specificației tehnice cerute și nu este mai mică de 24 luni din data instalării/ livrării;
- toate operațiunile de întreținere și intervenție de service vor fi efectuate de specialiști calificați ai companiei noastre, conform graficului inspecțiilor planificate pentru mentenanța dispozitivelor medicale pe perioada garanției;
- costurile necesare asigurării service-ului în perioada de garanție sunt incluse în prețului oferit;
- training-ul personalului medical și tehnic al beneficiarului va fi efectuat de către specialiștii companiei noastre;
- în perioada de garanție și post-garanție a echipamentului, timpul maxim de intervenție va fi de 30 minute la telefon și 24 de ore la locul beneficiarului de la primirea sesizării din partea beneficiarului.
- transportul, livrarea și instalarea echipamentului se efectuează la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat și sunt operațiuni incluse în preț în decurs de 75 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS.,
- echipamentul medical care urmează a fi livrat va fi nou, iar anul producerii nu va fi mai vechi de anul 2021.
- la momentul livrării va fi prezentat manualul de utilizare în limba română și manualul de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), inclusiv se va instrui personalul beneficiarului privind utilizarea echipamentelor.
- dispozitivele medicale vor fi obligatoriu înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la momentul livrării acestora.

Data completării 06 Aprilie 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21051365 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1644250744940](#) din 07 Februarie 2022

Obiectul achiziției: Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă suplimentară 3)

Denumirea bunurilor/se rviceiilor	Denumirea bunurilor/se rviceiilor	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 2 Stației de producere a oxigenului medical	Lotul 2 Stației de producere a oxigenului medical	Grecia	G.Samaras S.A	Să se indice modelul stație de oxigen oferite modelul oferit Metoda de obținere a oxigenului Pressure Swing Adsorbition (PSA)	MO2CSS20S50 (G.Samaras S.A. GRECIA) Metoda de obținere a oxigenului Pressure Swing Adsorbition (PSA)	ISO13485 ISO9001
		Italia	SiccTech	Puritatea oxigen 93%-95 %	Puritatea oxigen 93%	
		Germania	Kaeser	Debit de oxigen la concentrația de 93% 17 mc/ora (± 3%)	Debit de oxigen la concentrația de 93% - 17 mc/ora cu capacitatea de reglare până la 21 mc/ora	
				Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen min. 6,0 bar	Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen- 6,0 bar	
			Friulair	Alimentarea electrică 220/ 50 V / Hz	Alimentarea electrică 220/ 50 V / Hz	
		Italia		Presiune intrare aer comprimat aproximativ 7 bar da	Presiune intrare aer comprimat aproximativ 7- 10 bar	
		Italia	Ethafiltru	Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon da	Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon da	
				Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între +5°C - +45°C	Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între +5°C - +45°C, da	
		Italia	MD SRL	Panou central de comandă cu display Min.10" (+/- 2")	Panou central de comandă cu display 10,1" Touch screen	
				Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen da	Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen da	
				Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din	Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din	

			generatrul de oxigen da Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator da Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare da Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP a parametrilor de bază da Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP, cu licență nelimitată da Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) da Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului da Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului da Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90% da Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator da Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului da Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare da Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs da Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC da Senzor de presiune la intrare și la ieșire da Certificat de Calitate ISO 13485, CE sau Declarație de Conformitate da Montat prealabil în container cu înălțimea de maxim 2,3 m da	generatrul de oxigen da Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă da, prin intermediul unui senzor de zirconium TRCZRC3 (0,1-96 %) Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator da Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare da Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP a parametrilor de bază da Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP, cu licență nelimitată da Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) da Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului da Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului da Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90% da Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator da Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului da Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare da Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs da Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC da Senzor de presiune la intrare și la ieșire da Certificat de Calitate ISO 13485, CE, Declarație de Conformitate da Montat prealabil în container cu înălțimea de maxim 2,3 mda	
--	--	--	--	---	--

			2. REZERVOR DE OXIGEN MEDICAL 1 buc. Sa se indice modelul oferit modelul oferit Capacitatea Min. 1000 litri Rezervor special destinat pentru oxigen,Galvanizat interior/ exterior, acoperit cu VITROFLEX pe interior, Vopsit pe exterior cu indicator de Oxigen da Presiunea de lucru suportată de vas, min. 16 bar Supapă de siguranță și manometru de presiune da Marcaj de conformitate tip CE da Montat prealabil în container cu inaltimea max. 2,3 metri da Produs conform Directivei Europene 2014/68/UE PED. 3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL 1 set. Filtru de înaltă eficiență pentru particole, sa se indice modelul oferit da, modelul oferit Debit filtrare oxigen min. 7 bar $\geq 4,5$ m³/min. Presiune de lucru maximal min. 11 bar Filtru reținere particule solide Până la 0,01 μm Manometru indicator colmatare da Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich da Marcaj de conformitate tip CE da 4. SISTEM AER COMPRIMAT 1 buc. Compresor profesional da, modelul oferit Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor ISO 1217 și ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1 Presiune de lucru, maximă min.10 bar. Debit $\geq 3,5$ m³/min. Alimentare electrică 380 / 50 V / Hz Clasa izolare / grad protecție motor F / IP 55 Eficienta motor electric Min. IE4 sau IE4 premium Putere motor min. 20KW- max 50 KW Tip motor Electric Standard sau VSD (cuinverter electric) Nivel de zgomot conform ISO 2151 69 dB (A) (-/+3dB) Temperatura mediului ambiant +5°C - +45°C	2. REZERVOR DE OXIGEN MEDICAL 1 buc. Modelul 212 Vertical/1000l (SiccTech, Italia) Capacitatea 1000 litri Rezervor special destinat pentru oxigen,Galvanizat interior/ exterior, acoperit cu VITROFLEX pe interior, Vopsit pe exterior cu indicator de Oxigen da Presiunea de lucru suportată de vas - 16 bar Supapă de siguranță și manometru de presiune da Kit AC08O2 Marcaj de conformitate tip CE da Montat prealabil în container cu inaltimea max. 2,3 metri da Produs conform Directivei Europene 2014/68/UE PED. da 3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL 1 set. Modelul GSAF297XA+GSAF297DAC+GSSF297(filtru steril) (G.Samaras S.A. GRECIA) Parte componenta a generatorului de oxigen instalat dupa Rezervorul de O2, format din 3 filtre Debit filtrare oxigen min. 7 bar- 4,95 m³/min, superior Presiune de lucru maximal - 20 bar Filtru reținere particule solide Până la 0,01 μm da Manometru indicator colmatare da Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich da Marcaj de conformitate tip CE da 4. SISTEM AER COMPRIMAT 1 buc. Compresor profesional ASD50 (Kaeser, Germania) Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor ISO 1217 și ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1, da Presiune de lucru, maximă -12 bar Debit 3,85 m³/min Alimentare electrică 380 / 50 V / Hz Clasa izolare / grad protecție motor F / IP 55, da Eficienta motor electric IE4 premium Putere motor - 25KW Tip motor Electric Standard Nivel de zgomot conform ISO 2151 - 66 dB (A) (-/+3dBA) Temperatura mediului ambiant +5°C - +45°C	
--	--	--	---	---	--

			Senzor de temperatură da Control al rotației (protejat la inversarea de faze) da Termostat electronic/mecanic a circuitului de Ulei da Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C da Sistem repornire automată în caz de cădere de curent da Sistem comandă electronic cu display da, ecran min. 3 inch Panoul de comanda sa fie dotat cu Ventilator electronic da Panoul de comanda cu capacitate de a arată orele de functionare pîna la înlocuire a: Filtre, Rulmenti, chiturile de supape, uleiul. da Ungerea rulmentilor la motoarele de ventilare și antrenare, după graficul afișat de calculator. da Ventilator pentru racirea optima a compresorului da Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori da Card USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC da Indicatori pentru: presiune și temperatură da Contor pentru: număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare da Separator de condens Ciclonic cu purja automata incorporate in interiorul compresorului. da Robinet sferic da Compresor cu transmisie directa, fără curea si fără furtunuri de ulei da Montat prealabil în container cu inaltimea max. 2,3 metri da Marcaj de conformitate tip CE da 5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT 1 buc. Uscator de aer cu refrigerare, racit cu aer da, modelul oferit Presiunea normala de lucru min. 7 bar Presiune de lucru suportată de vas min. 14 bar Caderea de presiune pe uscator max 0,15 bar Capacitate de uscare, minimă la 7 bar min. 4,0 m3/min. Agent frigorific Ecologic	Senzor de temperatură da Control al rotației (protejat la inversarea de faze) da Termostat <i>electronic</i> a circuitului de Ulei Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C da Sistem repornire automată în caz de cădere de curent da Sistem comandă electronic cu display, ecran min. 3 inch da Panoul de comanda sa fie dotat cu Ventilator electronic da Panoul de comanda cu capacitate de a arată orele de functionare pîna la înlocuire a: Filtre, Rulmenti, chiturile de supape, uleiul. da Ungerea rulmentilor la motoarele de ventilare și antrenare, după graficul afișat de calculator. da Ventilator pentru racirea optima a compresorului da Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori da Card USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC da Indicatori pentru: presiune și temperatură da Contor pentru: număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare da Separator de condens Ciclonic cu purja automata incorporate in interiorul compresorului. <i>model ECO-Drain</i> Robinet sferic da Compresor cu transmisie directa, fără curea si fără furtunuri de ulei da Montat prealabil în container cu inaltimea max. 2,3 metri da Marcaj de conformitate tip CE da 5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT 1 buc. Uscator de aer cu refrigerare, racit cu aer – da Model: ACT 55, (FRIULAIR, Italia) Presiunea normala de lucru - 7 bar Presiune de lucru suportată de vas - 14 bar Caderea de presiune pe uscator - 0,15 bar Capacitate de uscare, minimă la 7 bar – 5,5 m3/min. Agent frigorific Ecologic da	
--	--	--	---	---	--

			Punct de rouă garantat $\leq +3^{\circ}\text{C}$ Senzor pentru măsurarea punctului de rouă da Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă da Alimentare electrică 220 / 50 V / Hz Tip motor Electric standard sau VSD (cu inverter) Temperatura mediului ambiant $\geq +1 - +50^{\circ}\text{C}$ Temperatura de intrare a aerului $\geq +35 - +70^{\circ}\text{C}$ Uscatorul să lucreze automat, controlat de un sistem electronic cu display da Separator de condens cu purjare automată da Uscătorul să funcționeze în regim continuu da Panou de comandă da Montat prealabil în container cu înalțimea max. 2,3 metri da Marcaj de conformitate tip CE da 6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT 2 buc. Rezervor galvanizat, sa se indice modelul oferit da Rezervor de aer tip galvanizat da Capacitatea 1000 litri Presiunea maximă de lucru suportată de vas min. 16 bar Supapă de siguranță și manometru de presiune da Separator de condens cu purjare automată da, modelul oferit Marcaj de conformitate tip CE da Galvanizare fierbinte da Montat prealabil în container cu înalțimea de maxim 2,3 m da Produs conform Directivei Europene 2014/68/EU PED 7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT 1 set. 1. Filtru grosier, sa se indice modelul oferit da Filtrare, debit la 7 bar, capacitate min. 4,0 mc/min. Cantitate max. de ulei remanent 0,1 mg/m³ Presiune de lucru min. 16 bar Filtru reținere particule solide Până la 1 μm Manometru indicator colmatare da Purja de condens (model) da, modelul oferit 2. Filtru de înaltă eficiență da, modelul oferit Filtrare, debit la 7 bar, minim min. 4,0 mc/min.	Punct de rouă garantat $- +3^{\circ}\text{C}$ da Senzor pentru măsurarea punctului de rouă da Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă da Alimentare electrică 220 / 50 V / Hz da Tip motor Electric standard Temperatura mediului ambiant $- +1 - +50^{\circ}\text{C}$ da Temperatura de intrare a aerului $- +35 - +70^{\circ}\text{C}$ da Uscatorul să lucreze automat, controlat de un sistem electronic cu display da Separator de condens cu purjare automată da Uscătorul să funcționeze în regim continuu da Panou de comandă da Montat prealabil în container cu înalțimea max. 2,3 metri da Marcaj de conformitate tip CE da 6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT 2 buc. Model 212 HP vertical/1000l (Sicc Tech, Italia) Rezervor de aer tip galvanizat da Capacitatea 1000 litri Presiunea maximă de lucru suportată de vas -16 bar Supapă de siguranță și manometru de presiune - kit AC08Air Separator de condens cu purjare automată ETHA DRAIN Trim1 Marcaj de conformitate tip CE da Galvanizare fierbinte da Montat prealabil în container cu înalțimea de maxim 2,3 m da Produs conform Directivei Europene 2014/68/EU PED da 7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT 1 set. 1. Filtru grosier, Nea232MFO (EthaFilter, Italia) Filtrare, debit la 7 bar – 7,66 m³/min Cantitate max. de ulei remanent - 0,1 mg/m³ Presiune de lucru - 16 bar da Filtru reținere particule solide Până la 1 μm Manometru indicator colmatare da Purja de condens ETHA DRAIN Trim 2. Filtru de înaltă eficiență - Nea 232SMA (EthaFilter, Italia) Filtrare, debit la 7 bar - 7,66 m³/min	
--	--	--	--	---	--

			Presiune de lucru min. 16 bar Reținere particule solide, până la 0,01 μm Cantitate max. de ulei remanent 0,01 mg/m³ Manometru indicator colmatare da 3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri da, modelul oferit Filtrare, debit la 7 bar, minim min. 4,0 mc/min. Presiune de lucru maxima min. 12 bar Cantitate max. de ulei remanent cu indicator de ulei rezidual inclus. max. 0,003 mg/m³ 4. Filtru iesire din turn de carbune da, modelul oferit Filtrare, debit la 7 bar, minim min. 4,0 mc/h Eficienta filtrare 99,99% Montat prealabil în container cu inaltimea maxim 2,3 metri da Marcaj de conformitate tip CE da 8. Filtru medical steril la iesirea din rezervorul de oxigen. da, modelul oferit 9. Priza pentru Oxigen medical instalata pe perete cu protectie impotriva factorilor externi . 29 buc Umedificator autoclavabil cu debitmetru O2 24 buc. 10. Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, AER cu alarme pentru presiune slaba (Inclusiv montare). 5 buc 11. Teava de cupru medical conformă cu EN 13348 sau Teava de inox AISI 304 2mm,; etichetate cu simbolul gazului si sensul de curgere: Diametrul minim 22 = 310 metri liniari Diametrul minim 18= 100 metri liniari Diamterul minim 12= 465 metri liniari *Imbinarile de tevi de inox nu trebuie sa contina cauciuc	Presiune de lucru - 16 bar da Reținere particule solide, până la 0,01 μm Cantitate max. de ulei remanent 0,01 mg/m³ Manometru indicator colmatare da 3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri Evo Cas 30 (Ethafilter, Italia) Filtrare, debit la 7 bar - 5 m³/min Presiune de lucru - 15 bar Cantitate max. de ulei remanent cu indicator de ulei rezidual inclus. $\leq 0,003 \text{ mg/m}^3$ + indicator ulei rezidual cod A-4000120 4. Filtru iesire din turn de carbune Nea232RD1 (Ethafilter, Italia) Filtrare, debit la 7 bar -7,66 m³/min Eficienta filtrare - 99,99% Montat prealabil în container cu inaltimea maxim 2,3 metri da Marcaj de conformitate tip CE da 8. Filtru medical steril la iesirea din rezervorul de oxigen. GSSF297 (G.Samaras S.A. GRECIA) - parte componenta a generatorului de oxigen, instalat dupa rezervorul de oxigen 9. Priza pentru Oxigen medical instalata pe perete cu protectie impotriva factorilor externi . 29 buc cod. PF-O2DD-0002; cod. PF-2100-4000 (MD-SRL/Italia) Umedificator autoclavabil cu debitmetru O2 24 buc. cod. PF-2600-14O2, PF-06DF-2000O2, PF-270P-0000 (MD-SRL/Italia) 10. Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, AER cu alarme pentru presiune slaba (Inclusiv montare). 5 buc cod. GZ7189 (Inspital / Turcia) 11. Teava de cupru medical conformă cu EN 13348 (Silmet / Italia) etichetate cu simbolul gazului si sensul de curgere: Diametrul minim 22 = 310 metri liniari Diametrul minim 18= 100 metri liniari Diamterul minim 12= 465 metri liniari *Imbinarile de tevi de inox nu trebuie sa contina cauciuc *Imbinarile de tevi de cupru se va face cu aliaj de argint.	
--	--	--	---	--	--

			*Imbinarile de tevi de cupru se va face cu aliaj de argint. *Pentru trecerile de la container la clădiri vor fi instalați piloni de suport la 2,5 m înălțime și min 4 m la traversările de drum pe întreg traseu. Modificările de traseu și suplimentul de țevă dacă va fi necesar va fi compensate de agentul economic, dar nu mai mult de 100 m. da Montarea traseului extern și intern a țăviilor da 12. Containerul trebui sa fie dotat cu usa de acces pentru personal, cu aeresire, plafoniere LED, Carcasa si pardoseala izolată termic, minim 6 cm. da Totate sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate în container. da Sistem de climatizare calculat astfel încât, să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandărilor prevăzute de producător. da Condiționar tip iarnă/vară instalat în container de minim 12000BTU pentru păstrarea mediului ambiant (cu invertor de tensiune) 1 buc Containerul va fi instalat sub cerul liber, se va ține cont de hidroizolare și termoizolare da Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat pîna la echipamente. Da CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN Să fie incluse toate conductele necesare pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen. da Toate aprobările și autorizările necesare pentru instalare și punerea în exploatare a stației de oxigen sunt efectuate cu suportul si la recomandarile agentului economic. da Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE	*Pentru trecerile de la container la clădiri vor fi instalați piloni de suport la 2,5 m înălțime și min 4 m la traversările de drum pe întreg traseu. da Modificările de traseu și suplimentul de țevă dacă va fi necesar va fi compensate de agentul economic, dar nu mai mult de 100 m. da Montarea traseului extern și intern a țăviilor da 12. Containerul trebui sa fie dotat cu usa de acces pentru personal, cu aeresire, plafoniere LED, Carcasa si pardoseala izolată termic, minim 6 cm. da Totate sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate în container. da Sistem de climatizare calculat astfel încât, să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandărilor prevăzute de producător. Da, <i>Inclusiv grila de acces aer</i> Condiționar tip iarnă/vară instalat în container de minim 12000BTU pentru păstrarea mediului ambiant (cu invertor de tensiune) 1 buc da Containerul va fi instalat sub cerul liber, se va ține cont de hidroizolare și termoizolare da Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat pîna la echipamente. Da, <i>Inclusiv următoarele: Panou de contacte trifazat, contactor electric, releu tensiune, siguranțe, separator de sarcină; Prize electrice pe perimetrul echipamentelor</i> CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN Să fie incluse toate conductele necesare pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen. Da, <i>Țevă de Cu medical pentru interconectare, fittinguri și robineți</i> Toate aprobările și autorizările necesare pentru instalare și punerea în exploatare a stației de oxigen sunt efectuate cu suportul si la recomandarile agentului economic. da Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu	
--	--	--	--	--	--

			(Prezentat la livrare). Pentru toate modulele stației sunt necesare prezentarea certificatelor de calitate CE si/sau Declaratie de conforitate. <i>da</i> Termen de garanție Min. 24 luni Timpul de intervenție în caz de avariere (max. 30 minute la telefon și max. 3 ore la fața locului) <i>da</i> Termen de livrare; Inclusiv Declaratie de la producator pentru asigurarea termenului de livrare a componentelor (1-8). max. 75 zile Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate), anul producerii 2021 <i>da</i> Instruirea unui bioinginer în procesul de utilizare tehnica a sistemului, cât si de efectuarea lucrarilor de mentenanța preventiva si corectiva. După instalarea stației agentul economic este obligat să predee si/sau: cheile de acces, cardurile, pin codurile, parolele și manulele de utilizare în limba română. <i>da, obligatoriu</i> Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare sistemului cât si de efectuarea lucrarilor de mentenanta preventiva și corectiva Min. 24 luni Sa fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna functionare a sistemului în decurs de 1 an de funcționare a echipamentelor <i>da</i> Certificatul de training pentru generator și compresor privind personalul de specialitate atestat propus pentru îndeplinirea contractului propus, direct de la producător <i>da</i> Certificat de diriginte de șantier atestat în RepublicaMoldova pentru instalații tehnologice (la solicitare) <i>da</i> Proiect avizat si stampilat de proiectant autorizat si act de darea în exploatare a utilajului. <i>da</i> Certificat pentru sudor (la solicitare) <i>da</i> Containerul va fi înpămîntat conform normativelor RM cu prezentarea rapoartelor de verificare de către instituție aurotizată <i>da</i> Stația în ansamblu va fi dată în exploatare cu avizul de	standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE (Prezentat la livrare). Pentru toate modulele stației sunt necesare prezentarea certificatelor de calitate CE si/sau Declaratie de conforitate. <i>da</i> Termen de garanție - 24 luni Timpul de intervenție în caz de avariere - max. 30 minute la telefon și max. 3 ore la fața locului Termen de livrare; Inclusiv Declaratie de la producator pentru asigurarea termenului de livrare a componentelor (1-8). max. 75 zile Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate), anul producerii 2022, Anul este indicat pe eticheta echipamentului Instruirea unui bioinginer în procesul de utilizare tehnica a sistemului, cât si de efectuarea lucrarilor de mentenanța preventiva si corectiva. După instalarea stației agentul economic este obligat să predee si/sau: cheile de acces, cardurile, pin codurile, parolele și manulele de utilizare în limba română. <i>da, obligatoriu</i> Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare sistemului cât si de efectuarea lucrarilor de mentenanta preventiva și corectiva - 24 luni Sa fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna functionare a sistemului în decurs de 1 an de funcționare a echipamentelor <i>da</i> Certificatul de training pentru generator și compresor privind personalul de specialitate atestat propus pentru îndeplinirea contractului propus, direct de la producător <i>da</i> Certificat de diriginte de șantier atestat în RepublicaMoldova pentru instalații tehnologice (la solicitare) <i>da, Atestat cu Certificat nr. 0545, seria 2019 DȘA</i> Proiect avizat si stampilat de proiectant autorizat si act de darea în exploatare a utilajului. <i>Da, Obligatoriu la darea în exploatare a utilajului</i> Certificat pentru sudor (la solicitare) <i>da</i> Containerul va fi înpămîntat conform normativelor RM cu	
--	--	--	--	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

			racordare și actul de recepție întocmit de electrician autorizat da Experienta similara in ultimele 24 luni da Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie *Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele „Certificat de Calitate ISO 13485, CE, Declaratie de Conformitate sau Declaratia de Conformitate 93/42 EEC”.confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor ISO 1217 și ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1	prezentarea rapoartelor de verificare de către instituție aurotizată da, <i>Obligativu cu toate avizele necesare</i> Stația în ansamblu va fi dată în exploatare cu avizul de racordare și actul de recepție întocmit de electrician autorizat da, <i>Autorizat cu certificat nr. 1421 seria 2017-DSL</i> Experienta similara in ultimele 24 luni da, <i>Contract CAPCS nr. 20/00223/001 din 30.12.20</i> Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie *Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele „Certificat de Calitate ISO 13485, CE, Declaratie de Conformitate sau Declaratia de Conformitate 93/42 EEC”.confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; DA Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor ISO 1217 și ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1 DA	
--	--	--	--	---	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ÎCS EYECON MEDICAL SRL**

Adresa: **Piata D.Cantemir nr.1**



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție : 21051365 **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1644250744940](#) din 07 Februarie 2022

Obiectul achiziției: *Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă suplimentară 3)*

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	Stației de producere a oxigenului medical	buc	1	2 099 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	Până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS , și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării INCOTERMS DDP 2020		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ÎCS EYECON MEDICAL SRL**

Adresa: **Piata D.Cantemir nr.1**