

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1626785176390

Denumirea procedurii de achiziție:

Reparatia utilajului medical (Telescop) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021.

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 1 Reparația utilajului medical Telescop						
	1.1	Reparația utilajului medical Telescop	28731BWA	Germania	Karl Storz	Reparația utilajului medical - Telescop cu unghi larg, drept - oblic 30 °, diametru 4 mm, lungime 18 cm, autoclavabil, lumină de transmisie cu fibră optică încorporată, lentilele sapfir, rezistent la defecte mecanice și viziune largă, să fie compatibil cu troliul Karl Storz existent in institutie	Reparația utilajului medical - Telescop cu unghi larg, drept - oblic 30 °, diametru 4 mm, lungime 18 cm, autoclavabil, lumină de transmisie cu fibră optică încorporată, lentilele sapfir, rezistent la defecte mecanice și viziune largă, să fie compatibil cu troliul Karl Storz existent in institutie	ISO, EC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316