

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1741093406993 din 21.03.2025									
Obiectul de achiziție: Achiziționarea Reagenților și Consumabilelor de laborator (Necesar suplimentar) conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6		8
33100000-1	17	Baza de agar pe cărbune (deshidratata)	Baza de agar pe cărbune (deshidratata)	M344-500G+FD004 (16fl)	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	Baza de agar pe cărbune (deshidratata), echivalent cu Charcoal agar Dehidratat, 0,5 kg /amb	Baza de agar pe cărbune (deshidratata), echivalent cu Charcoal agar Dehidratat, 0,5 kg /amb. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000439170+DM000440402</b>
33100000-1	18	Mediu cromogen pentru identificarea ESBL	Mediu cromogen pentru identificarea ESBL	M1829-500G+FD278-5VL (100fl)	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	Mediu cromogen pentru identificarea ESBL- producătoare tulpinelor Dehidratat. 0,5 kg /amb (echivalent Mediu HiCrome ESBL Agar Base )	Mediu cromogen pentru identificarea ESBL- producătoare tulpinelor Dehidratat. 0,5 kg /amb, HiCrome ESBL Agar Base. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000439462+DM000440585</b>
33100000-1	19	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORI ES INC.	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A (NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU, LEU,SG,ASC), până la 100 teste in set. Certificat ISO,SE	Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A(NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU, LEU,SG,ASC), 100 teste in set. Certificat ISO,CE. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Certificat ISO, Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000358199</b>
33100000-1	27	CA 724 cu calibratori	CA 724 cu calibratori	K244	Federația Rusă	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, sunt incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000376839</b>
33100000-1	28	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	GCHP-602a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare.	Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate de 98.8% și specificitate de 100%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000450668</b>
33100000-1	31	Anti HCV sumar	Anti HCV sumar	071067	Italia	ADALTIS	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000674876</b>

33100000-1	32	Test Rapid Antigen Covid-19	Test Rapid Antigen Covid-19	GCCOV-502a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: 97,56% - Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. - Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene. - Poate fi depozitat la temperatura camerei -Toate componentele testului - inclusiv tampona sterile - sunt incluse. -Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) - Specificitatea diagnosticului (97 – 100%).	Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: 98,32% - Rezultate rapide și fiabile ale testelor în 15 minute. - Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene. -Poate fi depozitat la temperatura camerei -Toate componentele testului - inclusiv tampona sterile - sunt incluse. -Nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) - Specificitatea diagnosticului 99,6%). <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000557848</b>
33100000-1	33	Test rapid Step A, din exudat farinlian, caseta	Test rapid Step A, din exudat farinlian, caseta	GCSTR-502a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test rapid Step A, din exudat farinlian, caseta, include : Instrucțiune de utilizare Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din teremenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni.	Test rapid Step A, din exudat farinlian, caseta, include : Instrucțiune de utilizare Sensibilitatea - 97.1 % Specificitatea - 99.4 % Simplitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din teremenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000450684</b>
33100000-1	34	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta	GCFLU(A/B)-502a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta, include Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din teremenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni.	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta, include Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din teremenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000450672</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9