

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR - ocds-b3wdp1-MD-1588764073709**

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) - Procurarea consumabilor pentru sectia imagistica

Autoritatea contractanta: **Consiliul Raional Hincesti**

Cod CIP	Denumirea bunurilor	Modelul	Pașaport de origine	Procedura	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza Adult, Pediatric)	IM 12	China	BIO CARE	Tip pacient Adult, pediatric, Display, tip Diagonala 12 inch LCD TFT "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG: Pulsul, SpO2, Fotopletismograma, Presiunea sanguină neinvaziv, Temperatura, Analiza automată a undei ST, Trendingul ST, Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 25 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei Modul NIBP Diapazonul Adult 10 - 300 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" da Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adul, pediatric, nou-născut Buton de selectare rapida a regimului de pacient, "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C, Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate Protocoale de lucru setate de utilizator Memorie internă Trendingul evenimentelor Arhivarea datelor	Tip pacient Adult, pediatric, Display, tip Diagonala 12 inch LCD TFT "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG: Pulsul, SpO2, Fotopletismograma, Presiunea sanguină neinvaziv, Temperatura, Analiza automată a undei ST, Trendingul ST, Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn Sensivitatea 1,25, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, 40.0 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei da, 23 tipuri Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 - 250 bpm Monitorizarea pletismogramei Modul NIBP Diapazonul Adult 10 - 270 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 min, 2h, 3h, 4h, 8h "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" da Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adul, pediatric, nou-născut Buton de selectare rapida a regimului de pacient, "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 297 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C, Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate Protocoale de lucru setate de utilizator Memorie internă Trendingul evenimentelor Arhivarea datelor	48

	1	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza Adult, Radiatie)	iM 12	China	BIOCARE	Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă, Preprogramate, Personalizate, Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz, Baterie internă, Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora: Manjetă deconectată, Manjetă defect, Senzor SpO2 deconectat, Senzor SpO2 defect, Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită, Nivelul baterie scăzut, Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarma	Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 12,5, 25, 50 mm/s Înscriere continuă, Preprogramate, Personalizate, Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz, Baterie internă, Timp de lucru autonom a bateriei - 5 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora: Manjetă deconectată, Manjetă defect, Senzor SpO2 deconectat, Senzor SpO2 defect, Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită, Nivelul baterie scăzut, Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarma	
--	---	---	-------	-------	---------	--	---	--

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova