

Plan mentenanta periodică planificată

Periodicitatea:
o dată la 6 luni
Model XFM Italray, Italia

	I.	Verificarea vizuală:	Da	Nu	Pret lucrare fără TVA (MDL)
1		Verificare deteriorări externe	☐	☐	100
2		Verificare vizuală a cablului de alimentare și a cablului intern	☐	☐	60
3		Verificarea ansamblării șasiului	☐	☐	100
4		Verificarea stării roților	☐	☐	100
5		Verificarea câmpului colimatorului	☐	☐	200
6		Verificarea rotației colimatorului	☐	☐	100
7		Fixarea colimatorului la monobloc	☐	☐	100
8		Verificarea integrității și a funcționalității ecranului tactil	☐	☐	300
9		Verificare vizuală a scurgerilor de ulei de la monobloc	☐	☐	200
10		Verificare blocare braț	☐	☐	200
11		Verificați integritatea etichetelor și a semnelor de pericol	☐	☐	40
	II.	Verificări complexe:			
1		Verificarea circuitului de împământare	☐	☐	300
2		Verificarea stării plăcii electronice	☐	☐	500
3		Verificarea integrității conexiunilor electrice (include touchscreen)	☐	☐	300
4		Verificarea rotației tubului anodic	☐	☐	200
5		Verificarea funcțională a mișcărilor brațului și monobloc	☐	☐	300
6		Verificarea ferestrei de colimare	☐	☐	520
7		Fereastra de colimare verificare funcțională – fascicul de raze X	☐	☐	700
8		Verificarea contrabalansării brațului la extensia sa maximă	☐	☐	500
9		Verificarea funcțională a blocării brațului	☐	☐	300
10		Verificarea funcțională a sistemului de frinare automat	☐	☐	500
11		Verificare funcțională a joystick-ului pentru mișcări motorizate	☐	☐	300
12		Verificarea funcțională a senzorului anticoliziune	☐	☐	200
13		Verificarea funcțională a măsurătorului automat de distanță focală	☐	☐	500
14		Verificarea CD/DVD/USB	☐	☐	100
15		Verificarea funcționalității consolei ecranului tactil	☐	☐	300
16		Verificarea funcționalității selecției parametrilor generatorului (KV, mA, ms, mAs) pe consola cu ecran tactil	☐	☐	300
17		Verificarea calibrării generatorului de raze X	☐	☐	1000

18	Verificarea calibrării detectorului	☐	☐	1000
19	Verificarea funcțională a achiziției și stocării examenului radiografic	☐	☐	600
20	Verificarea funcțională a caracteristicilor DICOM	☐	☐	600
21	Verificare mAs stabilitatea și reproductibilitatea	☐	☐	2000
22	Verificarea mA de stabilitate și reproductibilitate	☐	☐	2000
23	Verificarea timpului de expunere a stabilității și reproductibilității	☐	☐	2400
24	Verificare versiuni software și eventual upgrade la ultimul software versiune	☐	☐	1600
III.	Calibrari complexe:			
1	Calibrare detectorului digital	☐	☐	2000
2	Calibrare generatorului	☐	☐	2000
3	Verificarea parametrilor de expunere cu dispozitive de testare	☐	☐	2000
			Total	24520
IV.	Depanare:			
	Intervenție de depănare adițională			1000
<i>* 3 intervenții de depănare incluse în prețul ofertei</i>				