

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1773322741472 / 21580097 din 01/04/2026						
Obiectul achiziției : Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 17						
Mentenanța preventivă și corectivă la Roentgen mobil	XFM	Italia	ITALRAY	<p>17.Roentgen mobil ITALRAY XFM *Autorizație de la ANRANR, certificat de instruire de la producător o dată la 3 luni sau la solicitare</p> <p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea mecanică a brațelor, balansului și mobilității echipamentului. • Testarea generatorului de raze X și verificarea stabilității tensiunii. • Măsurarea și calibrarea parametrilor de expunere (kV, mA, timp). • Curățarea filtrelor și a elementelor de răcire. • Verificarea colimatorului, sistemului de focalizare și funcției de iluminare. • Verificarea sistemului de blocare de siguranță. • Inspectarea cablurilor HV și conectorilor. <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnostic și remediere defecțiuni electrice, electronice sau mecanice. • Înlocuire tub RX, cabluri HV, colimator, module generator. <p>Recalibrarea sistemelor post-intervenție.</p>	<p>17.Roentgen mobil ITALRAY XFM *Da, Autorizație de la ANRANR, certificat de instruire de la producător, o dată la 3 luni sau la solicitare</p> <p>Da, Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea mecanică a brațelor, balansului și mobilității echipamentului. • Testarea generatorului de raze X și verificarea stabilității tensiunii. • Măsurarea și calibrarea parametrilor de expunere (kV, mA, timp). • Curățarea filtrelor și a elementelor de răcire. • Verificarea colimatorului, sistemului de focalizare și funcției de iluminare. • Verificarea sistemului de blocare de siguranță. • Inspectarea cablurilor HV și conectorilor. <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnostic și remediere defecțiuni electrice, electronice sau mecanice. • Înlocuire tub RX, cabluri HV, colimator, module generator, cu procurarea pieselor/consumabilelor necesare de către beneficiar. <p>Da, Recalibrarea sistemelor post-intervenție.</p>	CE, ISO Certificat training AR
Lot 35						
Mentenanța preventivă și corectivă la Dispozitiv de ventilare artificială cu sistem de monitorizare a funcțiilor vitale	Uvent-T+ UM-300	Ucraina	UTAS	<p>35.Dispozitiv de ventilare artificială cu sistem de monitorizare a funcțiilor vitale Uvent-T (monitor de pacient UM-300)</p> <p>*certificat de instruire de la producător o dată la 3 luni sau la solicitare</p> <p>Activități obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea conexiunilor interne și externe (alimentare, gaz, senzori). • Curățarea și verificarea filtrelor de aer și bacteriene. • Verificarea și calibrarea senzorilor de presiune, 	<p>35.Dispozitiv de ventilare artificială cu sistem de monitorizare a funcțiilor vitale Uvent-T (monitor de pacient UM-300)</p> <p>*Da, certificat de instruire de la producător o dată la 3 luni sau la solicitare</p> <p>Da, Activități obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea conexiunilor interne și externe (alimentare, gaz, senzori). • Curățarea și verificarea filtrelor de aer și bacteriene. • Verificarea și calibrarea senzorilor de presiune, 	CE, ISO Certificat training

				debit și volum. <ul style="list-style-type: none"> • Testarea modurilor de ventilație. • Verificarea sistemului de alarmă și a limitelor de protecție. • Testarea etanșeității circuitului de ventilație. • Verificarea monitorului UM-300 (ECG, SpO₂, NIBP, EtCO₂ etc.). • Actualizare software (dacă este disponibilă). 	debit și volum. <ul style="list-style-type: none"> • Testarea modurilor de ventilație. • Verificarea sistemului de alarmă și a limitelor de protecție. • Testarea etanșeității circuitului de ventilație. • Verificarea monitorului UM-300 (ECG, SpO₂, NIBP, EtCO₂ etc.). • Actualizare software (dacă este disponibilă). 	
TOTAL				Emiterea raportului de verificare cu parametri tehnici.	Da, Emiterea raportului de verificare cu parametri tehnici.	

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011