

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1586937529712	Data: 28 apr 2020, 11:00 - 8 mai 2020, 11:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației: Servicii de reparatie externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă, pentru anul 2020	Lot: 2	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50400000-9	Lot 2. Reparația videoduodenoscop Olympus TJF-145	-	-	-	Înlăturarea defectelor: Elevatorul și dirijarea mecanica defect Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni.	Înlăturarea defectelor: Elevatorul și dirijarea mecanica defect, conform raportului efectuat de centrul de reparații Olympus Europe Prețul include piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție 6 luni.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**