Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea

Numărul licitației: **LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1773407707028 (21580768)** Data: „__” _____ 20__

Denumirea licitației: ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anii 2026-2028 (subsecvent 3) Pagina: __din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Bahile (botoși de protecție)	Bahile (botoși de protecție) (002685)	GT062-101,	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	1. Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 20 µm 2. Mărime: 41*15cm (±2cm) 3. Dotate cu bandă elastică pe perimetru 4. De unică folosință	1. Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 20 µm 2. Mărime: 41*15cm (±2cm) 3. Dotate cu bandă elastică pe perimetru 4. De unică folosință	DM000372735
33100000-1	21	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic)	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) (002924)	80x200m	Ucraina	Spunrise	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic), lățime minimă 80cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril. Ambalat individual	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic), lățime minimă 80cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril. Ambalat individual	AvizSanitar P-1714712023
33100000-1	70	Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru	Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru (003300)	GT038-800E/S	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10mm II. 1. cateter mărime 19G-20G, 2. Lungimea 85cm-100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau Conector (cum ar fi Nr.Fit) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 µm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 8-20 ml- sterilă, Latex free	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10mm II. 1. cateter mărime 19G-20G, 2. Lungimea 85cm-100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau Conector (cum ar fi Nr.Fit) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 µm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 8-20 ml- sterilă, Latex free	DM000239892

Semnat:_____ Numele, Prenumele: DIANA TUTUNARU În calitate de: JURIST

Ofertantul: NATUSANA SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

Digitally signed by Tutunaru Diana
Date: 2026.03.19 16:15:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ