

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:		Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1617091515207				Data: „21” Aprilie 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea procedurii de achiziție:		"Reactivi de laborator (imunologici) "				Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul 1 Hormonii glandei tiroide						
1.1	33696500-0	T 3 cu calibratori	K211	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
1.2	33696500-0	T 3 liber cu calibratori	K213	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
1.3	33696500-0	T 4 cu calibratori	K212	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
1.4	33696500-0	T 4 liber cu calibratori	K214	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
1.5	33696500-0	TSH cu calibratori	K201	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
1.6	33696500-0	AT/TG cu calibratori	K132	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
1.7	33696500-0	Prolactina cu calibratori	K206	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
1.8	33696500-0	Anti TPO cu calibratori	K131	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
		Lotul 2 Hormonii reproductivi						
2.1	33696500-0	Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori	K203	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO

2.2	33696500-0	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori	K202	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
2.3	33696500-0	Cortizol cu calibratori	K210	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
2.4	33696500-0	Estradiol cu calibratori	K208	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
2.5	33696500-0	Progesteron cu calibratori	K207	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
2.6	33696500-0	Testosteron cu calibratori	K209	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
		Lotul 3 Oncomarcheri						
3.1	33696500-0	PSA cu calibratori	K221	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
3.2	33696500-0	PSA liber cu calibratori	K231	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
3.3	33696500-0	AFP, cu calibratori	K225	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
3.4	33696500-0	CA 19-9 cu calibratori	K223	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
3.5	33696500-0	CA 15-3 cu calibratori	K226	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
3.6	33696500-0	CA 125 cu calibratori	K222	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
3.7	33696500-0	Feritina cu calibratori	100-22	Federația Rusă	Alkor Bio	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
3.8	33696500-0	Cyfra 21-1 cu calibratori	K236	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO

3.9	33696500-0	CA 724 cu calibratori	K244	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
3.10	33696500-0	CEA	K224	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
		Lotul 4 Probe reumatice						
4.1	33696500-0	ASL-O, liofilizat, metoda de aglutinare, determinare cantitativă,	8.00.02.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (10 fiole /set(15-25doze în fiolă) inclus control negativ - 1ml și pozitiv -1 ml)	Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare ASO Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE, ISO
4.2	33696500-0	CRP 5 ml de reagent latex, determinare cantitativă,	8.00.00.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (inclus control negativ - 1 ml și pozitiv-1 ml, 100 doze în set)	Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare CRP Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml Control)	Certificat CE, ISO
4.3	33696500-0	RF 5ml de reagent latex determinare cantitativă	8.00.04.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (inclus control negativ - 1 ml și pozitiv-1 ml, 100 teste în set)	Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare RF Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE, ISO
		Lotul 6 Infecții urogenitale						
6.1	33696500-0	Anti chlamydia Trachomatis IgM	04.02	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat ISO
6.2	33696500-0	Anti chlamydia Trachomatis IgG	04.03	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat ISO
6.3	33696500-0	Determinarea micoplasmei hominis IgM	10.07	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat ISO
6.4	33696500-0	Determinarea micoplasmei hominis IgG	10.06	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat ISO
6.5	33696500-0	Determinarea anticorpilor ureaplasmei IgM	13.05	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat ISO
6.6	33696500-0	Determinarea anticorpilor ureaplasmei IgG	13.04	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat ISO
6.7	33696500-0	Determinarea anticorpilor IgM către Toxoplasma gondii	I231-1101	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” și calibrator. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO

6.8	33696500-0	Determinarea anticorpilor IgG către Toxoplasma gondii	I231-1091	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” și calibrator.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
		Lotul 7 Determinarea infecțiilor herpetice						
7.1	33696500-0	Determinarea anticorpilor la infecția cu Herpes simplex tip 2 IgM	I231-1181	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
7.2	33696500-0	Determinarea anticorpilor la Infecția cu Herpes simplex tip 1 IgM	I231-1161	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
7.3	33696500-0	Determinarea anticorpilor la Infecția cu Herpes simplex tip 1 IgG	I231-1151	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
7.4	33696500-0	Determinarea anticorpilor la infecția cu Herpes simplex tip 2 IgG	I231-1171	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
7.5	33696500-0	Determinarea anticorpilor la Infecția cu Cytomegalovirus IgM	I231-1141	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
7.6	33696500-0	Determinarea anticorpilor la Infecția cu Cytomegalovirus IgG	I231-1131	SUA	ACON	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
		Lotul 8 Infecții parazitare						
8.1	33696500-0	Determinarea anticorpilor sumare IgA, M, G către Giardia lamblia	TK030	Ucraina	Vitrotest	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
8.2	33696500-0	Determinarea anticorpilor la Helicobacter pilory IgM	K119M	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
8.3	33696500-0	Determinarea anticorpilor la Helicobacter pilory IgG	K119	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
8.4	33696500-0	Determinarea anticorpilor IgG către Toxocara canis	TK058	Ucraina	Vitrotest	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
8.5	33696500-0	Determinarea anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	TK051	Ucraina	Vitrotest	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat CE, ISO
		Lotul 9 Determinarea Mycoplasmei pneumonie						
9.1	33696500-0	Determinarea anticorpilor IgM către Mycoplasma pneumonie	10 .01	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat ISO

9.2	33696500-0	Determinarea anticorpilor IgG către Mycoplasmă pneumonie	10 .02	Federația Rusă	EKOLAB	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-” .Metoda de determinare ELISA, 96 teste	Certificat ISO
		Lotul 14- <u>La câștigul Lotului 14 vom dona Analizatorul Getein 1100.</u>						
14.1	33696500-0	Determinarea microalbuminei (U-albumină) test-catrîdj, metoda cantitativă, (determinare la analizator semiautomat)	IF1009+ Getein Biotech 1100	China	Getein Biotech	Metoda de determinare imunologic, (≈24 teste în set)	Metoda de determinare imunologic, (25 teste în set) <u>compatibile cu analizatorul Getein 1100</u> <u>(Instrucțiunea și Brosura cu parametrii tehnici se anexează).</u>	Certificat CE, ISO
		Lotul 15						
15.1	33696500-0	Determinarea Antigenului Helicobacter pylori în materii fecale	71020	SUA	LumiQuick	1 bucată=1 test	Determinarea Antigenului Helicobacter pylori în materii fecale. 1 bucată=1 test	Certificat CE, ISO
		Lotul 16						
16.1	33696500-0	Determinarea sîngelui ocult test-catrîdj	72001	SUA	LumiQuick	Determinarea sîngelui ocult prin metoda imunologică	Determinarea sîngelui ocult prin metoda imunologică	Certificat CE, ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9