

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21358066/ocds-b3wdp1-MD-1738332697089 din 03.03.2025

Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025

Denumirea poziției	Modelul articolului	Producător	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3	4	5	6	7	8	
Lot 12 Proteza totală necimentată de sold cu cupa universală						
Tija femurală necimentată	ARIA CEMENTLESS STEM 111-20-6000 -> 111-20-6012 111-20-6100 -> 111-20-6112	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confecționată din material de titan; - Configuratie conica ("single taper" sau "double taper"); - Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijeii; - Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm; - Offset standart si lateralizat; - Fara coleret; - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)	Confecționată din material de titan; - pg 4 - Configuratie conica ("single taper" sau "double taper") - pg 4 - Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijeii; - pg 4 - Disponibila in minim 13 dimensiuni - pg 12 - Con 12/14 mm; - pg 4 - Offset standart si lateralizat; - pg 4 - Fara coleret; - pg 4 - Prezinta instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv; - pg 14-15 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in brosurile ARIA STEM NEW	DM000214591; DM000214590; DM000214589; DM000214587; DM000214586; DM000214593; DM000214583; DM000214585; DM000214588; DM000214584; DM000214582; DM000214592; DM000214581; DM000214606; DM000214599; DM000214595; DM000214603; DM000214604; DM000214605; DM000214598; DM000214600; DM000214597; DM000214596; DM000214601; DM000214602; DM000214594;
Cupa acetabulară necimentată	LOGICAL G SERIES CEMENTLESS CUP 111-12-3348 -> 111-12-3368 ; Acetabular fixation screws, ø 6,5 mm, cod: 111-12-9115 > 111-12-9150	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confecționată din aliaj de titan. - Acoperirea cupei se va efectua prin suprafața poroasă (Bile sinterizate, fibra metalică de titan sau metal poros cu structura 3 D); -Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; - Să fie prezentă orificii pentru posibilitatea fixării suplimentare cu suruburi; - Include 2 suruburi - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv. - Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)	Confecționată din aliaj de titan. - pg 4 - Acoperirea cupei este efectuată prin suprafața poroasă (titan poros cu structura 3 D) ; - pg 4, 5 - Prezinta mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; - pg 4 - Prezintă orificii pentru posibilitatea fixării suplimentare cu suruburi; - pg 26 - Include 2 suruburi - Diametre externe prezente in 11 dimensiuni - pg 16 - Prezinta instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv. - pg 9, 13, 23; - Sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in BROSURA LOGICAL NEW	DM000213872; DM000213877; DM000213874; DM000213879; DM000213878; DM000213866; DM000213875; DM000213867; DM000213871; DM000213876; DM000213870; DM000213873; DM000213868; DM000213869; DM000460987; DM000460988; DM000460989;DM000460990; DM000460991; DM000460992; DM000460993; DM000460994.
Cap ceramic	Ceramic Femoral Head 111-152-611 -> 111-152-644	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confecționat din aliaj de ceramic de generația a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu); - Diametre externe sa prezinte 28, 32,36,40 mm; - Con 12/14 mm; - Cel puțin 4 dimensiuni de lungime la diametre 32,36,40, si cel puțin 3 dimensiuni de lungime la diametru 28 mm; - Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)	Confecționat din aliaj de ceramic de generația a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu); - PG 1 - Diametre externe 28, 32,36,40 mm; PG 19 - Con 12/14 mm; - pg 4 - Cel puțin 4 dimensiuni de lungime la diametre 32,36,40, si cel puțin 3 dimensiuni de lungime la diametru 28 mm; - pg 19 - Steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in brosurile ARIA STEM NEW, BIOLOX DELTA MAT RETIONALE	DM000214670; DM000214671; DM000214672; DM000214673; DM000214674; DM000214675; DM000214676; DM000214677; DM000214678; DM000214679; DM000214680; DM000214681; DM000214682; DM000214683; DM000214684;
Insert ceramic	Logical Ceramic Liner 111-22-1005 ->111-22-1013	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confecționat din aliaj de ceramica de generația a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu); - Diametre interne sa receptioneze capuri ceramice de dimensiuni 32,36,40 mm; - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni, compatibile cu cupele necimentate - Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)	Confecționat din aliaj de ceramica de generația a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu); - pg 1 - Diametre interne receptioneaza capuri ceramice de dimensiuni 32,36,40 mm; - PG 31 - Diametre externe sunt prezente în minim 10 dimensiuni, compatibile cu cupele necimentate - PG 31 - Steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in brosurile LOGICAL NEW, BIOLOX DELTA MAT RETIONALE	DM000214111; DM000214112; DM000214113; DM000214114; DM000214115; DM000214116; DM000214117; DM000214118; DM000214119;

Insert de polietilena	LOGICAL XLPE LINER 111-12-5844 -> 111-12-5660 111-12-6844 -> 111-12-6660	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confectionata din polietilena UHMWPE cross-linkata (5-10 MRad); - Diametre externe pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; - Diametre interne al insertelor sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32, 36 mm; - Sa fie sterile; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleza)	Confectionata din polietilena UHMWPE cross-linkata (7,5 MRad); - PG 4 - Diametre externe pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; - PG 29 - Diametre interne al insertelor receptioneaza capurile de dimensiuni 28, 32, 36 mm; - PG 29 - Sterile- PG4; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in brosurile LOGICAL NEW	DM000214052; DM000214053; DM000214054; DM000214055; DM000214056; DM000214057; DM000214058; DM000214059; DM000214060; DM000214061; DM000214062; DM000214063; DM000214066; DM000214067; DM000214068; DM000214069; DM000214070; DM000214071; DM000214072; DM000214073; DM000214074; DM000214075; DM000214076; DM000214077;
Șuruburi pentru stabilizarea a cupei d-6,5 lungime de 15-50 mm	Acetabular Fixation Screws 111-12-9115-> 111-12-9150	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Confectionate din aliaj de titan - Sa prezinte diametre cuprinse intre 5,5-6,5mm - Sa prezinte minim 6 lungimi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleza)	Confectionate din aliaj de titan - poza ambalaj surub -Diametrul 6,5mm - pg 31 - Prezinta minim 6 lungimi - pg 31 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare in limba Engleza Informatia se regaseste in brosurile LOGICAL NEW	DM000460987; DM000460988; DM000460989; DM000460990; DM000460991; DM000460992; DM000460993; DM000460994;
Set de instrumente gratuit în folosiță	PRIMARY LOGICAL INSTRUMENTS, ARIA INSTRUMENTS	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosiță va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5.În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosiță va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5.În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	DM000670326; DM000670255; DM000670258; DM000670251; DM000670250; DM000670322; DM000670331; DM000670246; DM000670263; DM000670303; DM000670277; DM000670314; DM000670293; DM000670242; DM000670302; DM000670327; DM000670291; DM000670287; DM000670273; DM000670237; DM000670266; DM000670310; DM000670320; DM000670280; DM000670304; DM000670299; DM000670332; DM000670313; DM000670259; DM000670240; DM000670328; DM000670292; DM000670271; DM000670238; DM000670278; DM000670286; DM000670261; DM000670244; DM000670288; DM000670264; DM000670296; DM000670279; DM000670260; DM000670247; DM000670253; DM000670312; DM000670267; DM000670323; DM000670283; DM000670316; DM000670265; DM000670290; DM000670257; DM000670324; DM000670256; DM000670329; DM000670275; DM000670318; DM000670321; DM000670262; DM000670308; DM000670274; DM000670282; DM000670319; DM000670317; DM000670301; DM000670248; DM000670241; DM000670268; DM000670270; DM000670289; DM000670269; DM000670285; DM000670330; DM000670325; DM000670297; DM000670252; DM000670281; DM000670243; DM000670307; DM000670298; DM000670249; DM000670276; DM000670309; DM000670333; DM000670272; DM000670305; DM000670315; DM000670295; DM000670311; DM000670254; DM000670239; DM000670306; DM000670294; DM000670334; DM000670245; DM000670284; DM000670300
Motor oscilant si alezator gratis în folosiță	RJ-0410/NS-1011	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	China	Va corespunde următoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Va corespunde următoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000431016; DM000431018
Lamele pentru motor	RJ-0310 saw blades	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	China	Va corespunde următoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livratelivrate 2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	Va corespunde următoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livrate 2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	DM000431017

Semnat: _____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intermed” S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2