

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1765382522291						din 10.12.2025	
Denumirea licitației: Achiziționarea Echipamente de laborator (Sold procedură)						Pagina 1 din 1	
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lot 2 Departament Chimie Industrială și Ecologică "acad. Gh. Duca"						
2.1	Balanță analitică	FA-2204N	China	ARI	Capacitatea maximă de cântărire (Max): nu mai mică de 220 g; Unitatea de citire: 0,0001 g; Clasa de precizie: I; Reproductibilitate: 0,1-0,2 mg Liniaritatea: ± 0,2-0,3 mg. Autocalibrare; Stabilizare – nu mai mult de 5 s; Display – LCD; Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	Capacitatea maximă de cântărire de 220 g; Unitatea de citire: 0,0001 g; Clasa de precizie: I; Reproductibilitate: 0,2 mg Liniaritatea: ± 0,2-0,3 mg. Dimensiunea tăvii 80mm Autocalibrare; Stabilizare – nu mai mult de 3 s; Display – LCD; Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului	ISO CE

Valabilitatea ofertei - 30 zile

16.12.2025

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**