

SPECIFICAȚII TEHNICE

	Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1771935829198 din 24.02.2026
	Obiectul achiziției: „Servicii de verificare periodică a dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2026”

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aparate fizioterapie model Potok-1, UVC30, UZT101, Amplipuls 5B, Stimul1, Tonus-2M, Refton-01, Corona.	Verificare periodică	MDA	CMAC	Aparate fizioterapie model Potok-1, UVC30, UZT101, Amplipuls 5B, Stimul1, Tonus-2M, Refton-01, Corona.	Dispozitiv de fizioterapie (Verificarea periodică doar pentru tipurile Potok-1, Amplipuls 5B, Stimul1, Tonus-2M, Refton-01)	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform HG nr. 966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016
2.	Analizoare biochimice/hematologice model .Helena-C1, Clinitek Status, Yumizen H-500, Responso 910, elAnalyzer, H30 Pro , BGA-102, ph-metru 616.12.001	Verificare periodică	MDA	CMAC	Analizoare biochimice/hematologice model .Helena-C1, Clinitek Status, Yumizen H-500, Responso 910, elAnalyzer, H30 Pro , BGA-102, ph-metru 616.12.001	Analizatoare de toate tipurile (biochimice, imunologice, hematologice, pentru măsurarea echilibrului acido-bazic, presiunii parțiale în sânge și lichide biologice)	
3.	Baie cu ultrasunet , model DM-222; WA06MEDN, DH4	-	-	-	Baie cu ultrasunet , model DM-222; WA06MEDN, DH4	-	
4.	Baie de apă p/u laborator	Verificare periodică	MDA	CMAC	Baie de apă p/u	Termostat	

					laborator		
5.	Cameră frigorifică/ congelator model DS-GB7B, BXC-Avellino	Etalonare	MDA	CMAC	Cameră frigorifică/ congelator model DS-GB7B, BXC-Avellino	Incinte termostate	
6.	Centrifuga , model Rotofix 32A, Rotolavit , Rotanta 460, NF800 , Micro-22 , 603.05.001	Verificare periodică	MDA	CMAC	Centrifuga , model Rotofix 32A, Rotolavit , Rotanta 460, NF800 , Micro-22 , 603.05.001	Centrifugă de laborator	
7.	Cântar electronic p/u adult cu taliometru , model S7350HR	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Cântar electronic p/u adult cu taliometru , model S7350HR	Raport de măsurare aparat de cântărit cu funcționare neautomată până la 500 kg inclusiv	
8.	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale	Verificare periodică	MDA	CMAC	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice)	
9.	Dispozitive de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență , model Shalia S-1, Excell 400, Surtron 300, DR-8200	Verificare periodică	MDA	CMAC	Dispozitive de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență , model Shalia S-1, Excell 400, Surtron 300, DR-8200	Dispozitive de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență	
10.	Defibrilator , model Bene Heart D3 ; Cardio Aid-360	Verificare periodică	MDA	CMAC	Defibrilator , model Bene Heart D3 ; Cardio Aid-360	Dispozitiv de resuscitare prin defibrilare externă	
11.	Dozatoare de laborator mecanice volum: 5-50; 20-200; 100-1000ml.	Verificare periodică	MDA	CMAC	Dozatoare de laborator mecanice volum: 5-50; 20-200; 100-1000ml.	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
12.	Dozatoare motorizate pentru laborator , model Pipetus	Verificare periodică	MDA	CMAC	Dozatoare motorizate pentru laborator , model Pipetus	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
13.	Higrometre , model VIT-1, VIT-2	Verificare periodică	MDA	CMAC	Higrometre , model VIT-	Higrometre și	

					1, VIT-2	psihometre	
14.	Monitoare pacient , model BMO0210D, Semi-2	Verificare periodică	MDA	CMAC	Monitoare pacient , model BMO0210D, Semi-2	Monitor de pacient	
15.	Pompă infuzie/sernga , model EN-5S7, MP-30, JZB-1200, JSB-1800, Semi-2	Verificare periodică	MDA	CMAC	Pompă infuzie/sernga , model EN-5S7, MP-30, JZB-1200, JSB-1800, Semi-2	Pompă de infuzie/ cu seringă	
16.	Pulsoximetre , model H-100BM20C-01-05, MD300C29	Verificare periodică	MDA	CMAC	Pulsoximetre , model H-100BM20C-01-05, MD300C29	Pulsoximetru / Pulsometru	
17.	Sterilizator cu aer uscat model ГП- 80 (-МО; -1), ГП- 20, ГП- 40, HAS-T200, Nuve-120, FN120 -1, BOV-T200F, DOVE-230, Biobase	Verificare periodică	MDA	CMAC	Sterilizator cu aer uscat model ГП- 80 (-МО; -1), ГП- 20, ГП- 40, HAS-T200, Nuve-120, FN120 -1, BOV-T200F, DOVE-230, Biobase	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
18.	Sterilizator cu aburi , model. XG1.UCD-100D, M-138	Verificare periodică	MDA	CMAC	Sterilizator cu aburi , model. XG1.UCD-100D, M-138	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
19.	Termostate model TC-80M-2, BIO TDB-100, TB-80, Boekel S, MCO-18AC	Verificare periodică	MDA	CMAC	Termostate model TC-80M-2, BIO TDB-100, TB-80, Boekel S, MCO-18AC	Termosatte	
20.	Termometru din sticlă cu lichid , valoarea diviziunii >0,2 °C	Verificare periodică	MDA	CMAC	Termometru din sticlă cu lichid , valoarea diviziunii >0,2 °C	Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contacte electrice (valoarea diviziunii > 0,2 °C)	
21.	Ventilator pulmonar , model iVent 201; Servi (Laerdal)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Ventilator pulmonar , model iVent 201; Servi (Laerdal)	Dispozitiv de respirație artificială / Ventilator pulmonar	
22.	Ultrasonograf , model Xario100G	-	--		Ultrasonograf , model Xario100G	-	

23.	Unitate de anestezie , model WATO EX-35	Verificare periodică	MDA	CMAC	Unitate de anestezie , model WATO EX-35	Dispozitiv de anestezie	
-----	--	----------------------	-----	------	--	-------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dorin ȘERBAN** În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare"** Adresa: **mun. Chișinău, str. E. Coca, 28**