

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1664535414007					Data: „02” noiembrie 2022		
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților Institutului de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2023							Lot: 1, 2, 4
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ac pentru vertebroplastie	Ac pentru vertebroplastie	Targeting Needle (Cod Catalog: TVN 8/15)	Italia	TSUNAMI MEDICAL S.r.l.	Ac/ Medical Inox/ pentru vertebroplastie transcutana D 8G .Lungime 15 cm cu 2 tipuri de mandren (oblic și acută) si cu conector compatibil cu seringă de unica folosință.	Ac/ Medical Inox/ pentru vertebroplastie transcutana D 8G .Lungime 15 cm cu 2 tipuri de mandren (oblic și acută) si cu conector compatibil cu seringă de unica folosință.	Certificate CE si ISO 13485	
2	Ciment Acrilic	Ciment Acrilic	Vertebral Radiopaque Bone Cement (Cod Catalog: OSTEOFIX)	Italia	TSUNAMI MEDICAL S.r.l.	Masa plastică în formă de praf /PMMA/ pentru vertebroplastie 19,0 - 19,5 gr cu substanță suplimentară /BaSO4/ cu masa 5,5-6,0 gr. și dezvoltant de 10,0 ml. Timpul de solidificare long time.	Masa plastică în formă de praf /PMMA/ pentru vertebroplastie 19,0 - 19,5 gr cu substanță suplimentară /BaSO4/ cu masa 5,5-6,0 gr. și dezvoltant de 10,0 ml. Timpul de solidificare long time.	Certificate CE si ISO 13485	
4	Cuști intervertebrale cervicale (PEEK)	Cuști intervertebrale cervicale (PEEK)	BIA CERVICAL CAGE (13X15 - H8) Cod Catalog: BOSCC813	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI	Dimensiuni : Lungime 13 mm, Lățime 15 mm, Înălțime 8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optimă între corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Dimensiuni : Lungime 13 mm, Lățime 15 mm, Înălțime 8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optimă între corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Certificate CE si ISO 13485	
4	Cuști intervertebrale lombare (PEEK)	Cuști intervertebrale lombare (PEEK)	ZELOS PEEK CAGE (24X9-H12 - 4°) Cod Catalog: ZE240912	Turcia	OSIMPLANT TIBBI MALZEME TIC.LTD.ŞTI	Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să aibă marker din titan și să fie rotunjite la un unghi de 4 grade pentru a permite o penetrare ușoară și fiziologică în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie să aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 9 mm Lungime: 24 mm, înălțime: 12 mm. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să aibă marker din titan și să fie rotunjite la un unghi de 4 grade pentru a permite o penetrare ușoară și fiziologică în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie să aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 9 mm Lungime: 24 mm, înălțime: 12 mm. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)	Certificate CE si ISO 13485	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Buciatchi Constantin** În calitate de: **Director și reprezentant al ofertantului**Ofertantul: **S.R.L. “NEUROKOS”** Adresa: **MD-2015, mun.Chișinău, bd. Decebal 23**