

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21120046 din 28.11.2023

Obiectul de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2023 (2)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Burghiu traumatologic/ortopedic	NM 100	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	<p>Piesa de mana, modulara da Mandrina de blocare a piesei atașate da Putere minim 100 W Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului $\leq 24^{\circ}\text{C}$ Material carcasă rezistent la sterilizare metoda autoclavare, $\leq 135^{\circ}\text{C}$ Greutate, gr maxim 1300gr Mecanism demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat da Mecanism de blocare da Stație încărcare baterii da, pentru min. 2 locuri la 220V, 50Hz Indicator stare baterie da Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile Autonomie de la bateriei ≥ 100 min. Adaptoare: Fereștrău oscilant da Cap rotativ 360° da Viteza de oscilație minim 12 000 oscilații / minut Schimbarea și atașarea lamelor da, fără cheii speciale Sterilizare, autoclavare da Accesorii : Lame pentru fereștrău Lățimea: de la 15 pînă la 20 mm – 5 un. Lățimea: de la 25 pînă la 30 mm – 5 un Atașament pentru găurire da Accesorii : Burghie 1 set. Atașament pentru aplicarea K-wire, pentru tije, minim 0,6mm - 1 buc da</p> <p>Alte adaptoare, opțional da Container pentru sterilizare - 1 buc. Da Perioada de garanție Minim 2 ani Anul producerii 2023 Cerințe de calificare: Certificat CE sau ISO 13845 Inregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Instalare, darea în exploatare, instruirea gratis de către participantul câștigător – obligatoriu La livrare se vor prezenta manuale de utilizare și service în limba de stat (Legea 102/17, art.14(3) - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță (preventivă planificată și corectivă) pe perioada de garanție – obligatoriu și post-garanție la solicitare. Pe perioada garanției timpul de intervenție, în caz de defecțiune minim 24h.</p>	<p>Piesa de mana, modulara da Mandrina de blocare a piesei atașate da Putere 130 W Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului $\leq 25^{\circ}\text{C}$ Material carcasă rezistent la sterilizare metoda autoclavare, $\leq 135^{\circ}\text{C}$ Greutate, gr 1050gr Viteza de rotație NPN 52001 - 0 - 1000 r.p.m Mecanism demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat (d 0.8 - 7.9mm)da Mecanism de blocare da Stație încărcare baterii da, 2 buc la 220V, 50Hz Indicator stare baterie nu Baterii 2 buc., ușor demontabile Autonomie de la bateriei ≥ 105 min. Adaptoare: Fereștrău oscilant MPN 1S011 da Cap rotativ 360° da Viteza de oscilație - 0-18000cpm Schimbarea și atașarea lamelor da, fără cheii speciale Sterilizare, autoclavare da Accesorii : Lame pentru fereștrău Lățimea: de la 15 pînă la 20 mm – 5 un. Lățimea: de la 25 pînă la 30 mm – 5 un Atașament pentru găurire da</p> <p>Accesorii : Burghie - 3 buc (2.5mm, 3.2mm, 3.5mm) Atașament pentru aplicarea K-wire, pentru tije MPN16001 , 0,8mm -1.8mm (0-12000rpm)1 buc da Alte adaptoare, opțional da Container pentru sterilizare - 1 buc. Da Perioada de garanție 2 ani Anul producerii 2023 Cerințe de calificare: Certificat CE sau ISO 13845 Inregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. DM000468831 Instalare, darea în exploatare, instruirea gratis de către participantul câștigător – DA La livrare se vor prezenta manuale de utilizare și service în limba de stat (Legea 102/17, art.14(3) - DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - DA Servicii de mentenanță (preventivă planificată și corectivă) pe perioada de garanție – obligatoriu și post-garanție la solicitare. Pe perioada garanției timpul de intervenție, în caz de defecțiune minim 24h.</p>	CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23