

Specificații tehnice											
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						Data: „ ” 20		Alternativa nr.: _____			
Numărul licitației: LP nr. LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1729242120165 / 21300003						Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 28)				Pagina: _____ din _____	
Denumirea licitației:											
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință		
1	2			3	4	5	6		8		
33100 000-1	1	Incubator (termostat) cu CO2	Incubator (termostat) cu CO2	BJPX-C80 Air jacket	China	Biobase	Descriere: Incubator (termostat) cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimatice pentru cultivarea microorganismelor pentru investigații bacteriologice. Specificație: Capacitate: 80 l; Metoda de încălzire: Cu cămașă de aer; Tip ușă: dublă, internă din sticlă Carcasa internă: din oțel inoxidabil; Carcasa externă: inox sau inox vopsit; Control: Microprocesor, interval de temperatură (metric): 5°C până la 50°C, fluctuație temperatură în interior: maxim 0,3°C Interval de setare a concentrației CO2: 0 - 20 %, rezoluția de control al CO2 ±0,1% Metoda de măsurare a concentrației CO2: Sensor IR Numărul de rafturi: 2-5; Interfață: afișaj LED sau LCD; Alimentarea: 220 V, 50 Hz; Accesorii și consumabile: Butelie cu CO2, minim 20 L, plină, nouă, cu reductor de presiune, furtun."	Descriere: Incubator (termostat) cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimatice pentru cultivarea microorganismelor pentru investigații bacteriologice. Specificație: Capacitate: 80 l; Metoda de încălzire: Cu cămașă de aer; Da, broșura Tip ușă: dublă, internă din sticlă Da, broșura Carcasa internă: din oțel inoxidabil;Da, broșura Carcasa externă: inox sau inox vopsit;Da, broșura Control: Microprocesor, interval de temperatură (metric): 5°C până la 50°C, fluctuație temperatură în interior: maxim 0,2°C Da, broșura Interval de setare a concentrației CO2: 0 - 20 %, rezoluția de control al CO2 ±0,1% Da, broșura Metoda de măsurare a concentrației CO2: Sensor IR Da, broșura Numărul de rafturi: 2; Da, broșura Interfață: afișaj LCD; Da, broșura Alimentarea: 220 V, 50 Hz;Da, broșura Accesorii și consumabile: Butelie cu CO2, 25 L, plină, nouă, cu reductor de presiune, furtun." Da, User manual p. 8	CE. Declarație de Conformitate (Echipament electric)		
33100 000-1	2	Trolieu endoscopic cu gastroscop	Trolieu endoscopic cu gastroscop	HD 550	China	Sonoscape	VIDEOPROCESOR (se acceptă cu sursă de lumină integrată) - 1 unitate. 1) Procesor imagine cu funcție de 4K. 2) Cu touch panel. 3) Posibilitatea de configurare a limbii Rom/Rus/Eng". 4) Posibilitate conectării: videogastrosocp, videocolonsocp. 5) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția patul vascular și mucoasa, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor și prognozarea invaziei. 6) Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă evidențiază punctele de sângerare. 7) Cu funcție care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice. 8) Ieșire semnal analogic: cel puțin VBS composite și/sau Y/C. 9) Ieșire semnal digital: cel puțin 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI și SD-SDI (optional). 10) Memorie externă, conectare USB. 11) Posibilitatea de întărirea contururilor de structură pe minim 3 nivele. 12) Reglarea Iris obligatorie (optional în cel puțin 3 moduri). 13) Reglarea tonurilor de culoare. 14) Posibilitatea de etalonare automată de alb. 15) Automatic Gain Control (AGC). 16) Setat contrastului în minim 3 moduri (Normal, înalt și Sczut). 17) Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice. 18) Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran. 19) Funcție pre-freeze care permite selectării automate a celei mai clare imagini statice sau echivalent. 20) Posibilitate de afișare Picture-in-Picture și Picture-out-Picture, pentru a putea combina imaginile de la diferite surse. 21) Posibilitatea de zoom electronic. 22) Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 4 butoane. 23) Optional - Afișare informații ale endoscopului pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern a canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal, funcțiile atribuite butoanelor). 24) Afișarea datelor pacientului pe ecran sau posibilitatea de import a datelor prin DICOM. 25) Posibilitatea schimbării simultan a mai multor valori de setare. 26) Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 15 de utilizatori. 27) Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 40 de pacienți. 28) Controlul automat al intensității luminoase. 29) Pompa de aer inclusă cu cel puțin 3 regimuri (sczut, mediu, ridicat) sau echivalentul. 30) Optional - posibilitate de adăugare a funcției de inteligență artificială pentru asistarea în timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie. 31) Tensiune: 220-240 V.	Conform anexei lot 2	DM000684605, DM000684607, DM000684612, DM000684617		
33100 000-1	3	Sistem videoendoscopic pentru videocolonscopie și videogastrosocpie	Sistem videoendoscopic pentru videocolonscopie și videogastrosocpie	HD-330	China	Sonoscape	Sistem videoendoscopic pentru videocolonscopie și videogastrosocpie VIDEOPROCESOR (se acceptă cu sursă de lumină integrată) - 1 unitate. Procesor imagine cu funcție de: HDTV/HD Posibilitatea de configurare a limbii. Posibilitate conectării: videogastrosocp, videocolonsocp. Tip lampă LED Ieșire semnal digital: DVI/SDI/VGA/S-Video Memorie externă, conectare USB. Reglarea Iris obligatorie (optional în cel puțin 2 moduri). Reglarea tonurilor de culoare. Posibilitatea de etalonare automată de alb. Setat contrastului în minim 3 moduri (Normal, înalt și Sczut). Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice. Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran. Posibilitatea de zoom electronic. Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 2 butoane. Optional - Afișare informații ale endoscopului pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern a canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal, funcțiile atribuite butoanelor). Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 15 de utilizatori. Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 40 de pacienți. Controlul automat al intensității luminoase. Pompa de aer inclusă cu cel puțin 3 regimuri (sczut, mediu, ridicat) sau echivalentul. Tensiune: 220-240 V. Frecvența: 50/60 Hz. Sursa de lumină - Led VIDEOGASTROSCOP Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau Full HD cu rezoluție nu mai mică de 1980x1080 pixeli (1080P). Câmp de vedere (minim): 140° Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare. Adâncimea câmpului vizual (minim): 3-100 mm (normal) și cu regim apropiat de lucru, posibilitate de focalizare automată și opțional manuală. Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°. Minutul de comandă prevăzut cu minim 2 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate: * înghețarea imaginii endoscopice * captarea imaginii endoscopice în imprimanta video * zoom electronic.	Conform anexei lot 2	DM000266488, DM000266485, DM000266481, DM000266479		

33100 000-1	8	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop	Soluscope	Franta	Ecolab	Descriere: Conceput pentru a dezinfecta sau steriliza totosini un sistem automat de umedare si curatare a canalelor endoscopului Parametrii Specificatii Configuratie Static pe podul sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spălare ≤ 30 min. Dezinfectarea/ Sterilizarea Clătire În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu Compatibil cel puțin cu 3 producători de endoscoape: inclusiv și cel din dotare instituției (Sonoscape) Alți producători indicați producătorii oferți Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehide, chlorinedioxide) Reservor, l ≥ 9 litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfație obligatoriu Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automata a agenților de dezinfectare obligatoriu Dozarea automata a agenților de curățare obligatoriu Alarma Automată Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer obligatoriu Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapa a ciclului) obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 15883 obligatoriu Accesorii și consumabile: Adaptare de conectare pentru cel puțin cu 3 producători de endoscoape: inclusiv și cel din dotare instituției (Sonoscape) Alți producători indicați producătorii oferți Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Soluție de spălare min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri	Conform anexei lot 8	DM000380759, DM000380749, DM000380771
----------------	---	---	---	-----------	--------	--------	---	----------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: or. Durlesti, Str. Vasile Lupu 6

--	--

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1729242120165 / 21300003

Data: „ ”

Alternativa nr.:

Denumirea licitației:	Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 28)	Pagina: __ din __
------------------------------	---	-------------------

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100 000-1	1	Incubator (termostat) cu CO2	Incubator (termostat) cu CO2	bucată	1	83500,00	100200,00	83500,00	100200,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;
33100 000-1	2	Trolu endoscopic cu gastroscop	Trolu endoscopic cu gastroscop	bucată	1	662000,00	794400,00	662000,00	794400,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;
33100 000-1	3	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie	bucată	1	322 500,00	387000,00	322500,000	387000,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;
33100 000-1	8	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop	bucată	1	570000,00	684000,00	570000,00	684000,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;
Total								1638000,00	1965600,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: or. Durlesti, Str. Vasile Lupu 6