

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6.]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1730989241387							
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100 000-1	1	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	ADV DSP BACKFLUSH SOFT TIP, 25G	USA	Alcon	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon De unică folosință, steril Pentru manipularea țesuturilor, hemoragiei și sângerării (echivalent cu GRIESHABER® Backflush)	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon, steril Catalog vitreo p.37	337.84; DM000381561
33100 000-1	5	Burete absorbant oftalmic	Burete absorbant oftalmic	MICROSPONGE SHARP TIP	USA	Alcon	Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tuper oftalmologice), din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi,	Bureti absorbanti fara scame, din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi, Cataract catalog p.62	8065100003; DM000462949
33100 000-1	23	Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	MONARCH III "C" CARTRIDGE	USA	Alcon	cartridj III D p/u aparatul ALCON INFINITI	cartridj III D p/u aparatul ALCON INFINITI Alcon surgical product guide p.26	8065977762; DM000002499
33100 000-1	24	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon	CEN FMS PACK,ACT, 9U 45 BAL	USA	Alcon	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Alcon surgical product guide p.41	8065752201; DM000430832
33100 000-1	25	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie Constellation	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie	25+ CMB PAK 10K CPM, V, STD 0.9	USA	Alcon	1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile;	1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile; Catalog vitreo p.16	8065752450; DM000324187
33100 000-1	26	Casete pentru facoemulsificare Constellation	Casete pentru facoemulsificare C	0.9 MM TRIPLESS PHACO PAK	USA	Alcon	1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2) Sterile;	1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2) Sterile; Catalog vitreo p.23	8065751155; DM000324185
33100 000-1	27	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G	CHANDELIER, 25 GA, W/RFI D	USA	Alcon	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril Catalog vitreo p.28	8065751577; DM000324160

33100 000-1	29	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc	Lentila i/o SA60AT	USA	Alcon	Cu cartuş pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector, steril - compatibil cu cristalinul, getabile. Acrilic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracţie: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG-laser compatibili.	Cu cartuş pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector, steril - compatibil cu cristalinul, getabile. Acrilic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracţie: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG- laser compatibili. Alcon surgical product guide p.18	SA60AT; DM000001567
33100 000-1	30	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuş inclus	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuş inclus	Lentila i/o SN60WF	USA	Alcon	Cu cartuş pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrilic,metacrilat, hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracţie: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 + 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG-laser compatibili.	Cu cartuş pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrilic,metacrilat, hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracţie: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG- laser compatibili. Alcon surgical product guide p.16	SN60WF; DM000001572

33100 000-1	34	Cristalin artificial camera posteroara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus	Cristalin artificial camera posteroara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus	Lentila i/o MA60AC	USA	Alcon	Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofof, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *	Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofof, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 - + 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *Alcon surgical product guide p.19	MA60AC; DM000269792
33100 000-1	39	Cristalin artificial multifocal	Cristalin artificial multifocal	Lentila i/o TFNT00	USA	Alcon	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Alcon surgical product guide p.22	TFNT00; DM000390687

33100 000-1	40	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	Lentila i/o SN6ATx	USA	Alcon	Acrilic, metacrilat, hidrofof, copolimer. Cu cartuş, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracţie: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. .	Acrilic, metacrilat, hidrofof, copolimer. Cu cartuş, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracţie: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. .Alcon surgical product guide p.17	SN6ATx; DM0000015xx
33100 000-1	52	Foarfece endooculare Curved	Foarfece endooculare Curved	REVOLUTION DSP 25GA CURVED	USA	Alcon	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril Catalog vitreo p.33	705.52; DM000381565
33100 000-1	55	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	EXPRESS GLAUCOMA FILTRATION	USA	Alcon	Implant oftalmic biocompatibil, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 µm, diametrul extern 0,4mm; 27G, preloaded.	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului, steril Acrysof Cataract Total catalog p.66	24053;DM000654153
33100 000-1	59	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System	Assy ship kit 0,9mm ultra	USA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm.	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm. Alcon surgical product guide p.47	8065750517; DM000390680
33100 000-1	61	Pense endooculare ILA	Pense endooculare ILA	REVOLUTION DSP 25GA+ILM FORCEP	USA	Alcon	Pense endooculare pentru intervenţii Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril	Pense endooculare pentru intervenţii Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril Catalog vitreo p.32	705.44P; DM000381566
33100 000-1	62	Pense endooculare Tips: MAX Grip	Pense endooculare Tips: MAX Grip	MAXGrip® REV DSP,25G	USA	Alcon	Pense endooculare pentru intervenţii Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril	Pense endooculare pentru intervenţii Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril Catalog vitreo p.33	705.13P; DM000381562
33100 000-1	64	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System	Assy, Ship, Anterior UltraVit 23 GA, 5000 CPM	USA	Alcon	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20GA;	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 23GA;	8065751561;DM000337041
33100 000-1	65	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	PIESE p/u irigatie-aspiratie tehnica bimanuala compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	ASSY,SHIP,I/A INTREPID BM HP	USA	Alcon	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta Alcon surgical product guide p.49	8065751922; DM000390700
33100 000-1	66	Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon	Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon	DIATHERMY PROBE DSP, 25GA	USA	Alcon	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta Catalog vitreo p.40	339.21; DM000381676
33100 000-1	67	Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation	Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation	WIDE ANG ILL 25PLUS W/RFID	USA	Alcon	"Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril	"Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril Catalog vitreo p.28	8065751486; DM000324159
33100 000-1	68	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon	ASSY,SHIP,CENT ULTRAVIT 23GA	USA	Alcon	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta Alcon surgical product guide p.32	8065752134; DM000390688

33100 000-1	69	Set pentru injectarea uleiului de silicon	Set pentru injectarea uleiului de silicon	ASSY,SHI P,CONS TELLATIO N VFC	USA	Alcon	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G Alcon surgical product guide p.62	8065750957; DM000390679
33100 000-1	70	Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon	Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon	BSS BAG 500ML CE 6 EU	USA	Alcon	Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon	Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon Alcon surgical product guide p.54	0017950061;DM000320506
33100 000-1	71	Sonda endolaser	Sonda endolaser	ASSY,SHI P,FLEX LSR RFID 25GA	USA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril.	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril. Alcon surgical product guide p.83	8065751114; DM000390694
33100 000-1	72	Sonda endolaser 25 g, curbata	Sonda endolaser 25 g, curbata	ASSY,SHI P,FLEX LSR RFID 25GA	USA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril.	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril. Alcon surgical product guide p.83	8065751114; DM000390694
33100 000-1	75	Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G	Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G	25GA VALVED ENTRY SYS.3CT	USA	Alcon	25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril	25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril Catalog vitreo p.66	8065751658; DM000390667
33100 000-1	78	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	DIATHER MY PROBE DSP, 25GA	USA	Alcon	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta Catalog vitreo p.40	339.21; DM000381676
33100 000-1	79	Virf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System	Virf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System	0.9MM ABS MINI 45K TIP	USA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0,9 mm, curbat, 45°, jentabil de unică folosință, steril. Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0,9 mm, curbat, 45°, jentabil de unică folosință, steril. Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip Acrysof Cataract Total catalog p.29	8065752066; DM000390681
33100 000-1	89	Cristalin multifocal toric (S forma).	Cristalin multifocal toric (S forma).	Lentila SN6ATx	USA	Alcon	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. pag. 6 Acrysof Cataract catalog	DM0000015xxx

33100 000-1	96	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Bipolar Cable 12 FT. Silicone, IEC-601	USA	Alcon	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon	8065128402;DM000323507
33100 000-1	97	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc)	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon	DIATHERMY PROBE DSP, 25GA	USA	Alcon	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta Catalog vitreo p.40	339.21; DM000381676
33100 000-1	101	Cristalin multifocal, toric	Cristalin multifocal, toric	Lentila SN6ATx	USA	Alcon	Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D	Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D pag. 6 Acrysof Cataract catalog	DM0000015xxx
33100 000-1	102	Cristalin toric	Cristalin toric	Lentila DFT215-615	USA	Alcon	Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront-shaping, asfericitate -0,2 µm.	Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront-shaping, asfericitate -0,2 µm.	DM0004629xx