

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1708092807235 din 22.03.2024						
Obiectul de achiziției: Achizionarea reactivelor de tip inchis, pentru laboratorul clinico-biochimic, conform necesităților pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 3. ASLO-LATEX	8.00.02.0.0100	Germania	Atlas Medical	Flacon amb.5-10 ml Cerințele generale + Notă	Cerințele generale + Notă. Set conține 100 teste = 1fl.x4ml LATEX Reagent, 1fl.x1ml control pozitiv, 1fl.x1ml control negativ. Sensibilitate - 98%, Specificitate - 97%. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație.
Lotul 4. RF-LATEX	8.00.04.0.0100	Germania	Atlas Medical	Flacon amb.5-10 ml Cerințele generale + Notă	Cerințele generale + Notă. Set conține 100 teste = 1fl.x4ml LATEX Reagent, 1fl.x1ml control pozitiv, 1fl.x1ml control negativ. Sensibilitate - 100%, Specificitate - 100%. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație.
Lotul 5. Troponin	GDTR0-402b	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test casetă Cerințe generale *Notă	Cerințele generale + Notă. Set conține 25 teste-casete. Sensibilitate - 98,6%, Specificitate - 99,7%. Instrucțiune de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație.

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9