



Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма  
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38,  
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000656  
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОКПО 88243100, ОГРН 1106164004396

## Технический паспорт

### Дегидратант Блик

**Назначение:** Используется для обезвоживания тканей в процедуре проводки гистологических образцов. Используется после формалина Блик и перед промежуточной смесью I Блик.

**Описание:**

Прозрачная жидкость со слабым запахом чайного дерева.  
Готова к использованию.

**Состав:** Абсолютизированный дезодорированный изопропанол, отдушка, неионное ПАВ (Triton X15).

Аспект	Допустимые пределы содержания	Результат анализа
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей со слабым запахом чайного дерева	соответствует
Плотность	0.785-0786 г/л	0.785 г/л
Массовая доля изопропанола	не менее 99.7%	соответствует
Массовая доля воды не более	не более 0.15%	соответствует
Массовая доля нелетучего остатка	не более 0.0005%	соответствует
Смешиваемость с водой	смешивается во всех соотношениях	выдерживает испытание
параметр растворимости ( $\delta$ )	не менее 25 Мпа	соответствует
диэлектрическая проницаемость ( $\epsilon$ )	не более 18 ф/м	соответствует
кинематическая вязкость ( $\nu$ )	не более 2.8 сСт	соответствует
плотность ( $\rho$ )	не менее 0.70 г/см <sup>3</sup>	соответствует

Срок хранения: 1 год.

Подписи \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Серия № \_\_\_\_\_



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июня 2015 года № РЗН 2015/2764

На медицинское изделие

Реагент для обезвоживания и обезжиривания гистологических образцов тканей  
«Дегидратант Блик» по ТУ 9398-004-89243190-12

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма  
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,  
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма  
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,  
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Место производства медицинского изделия

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а

Номер регистрационного досье № РД-1480/31582 от 30.08.2013

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1


Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 19 июня 2015 года № 4192  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0011592





Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма  
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск В-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38,  
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000656,  
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОКПО 89243190, ОГРН 1106164004396

**Технический паспорт**

**Промежуточная смесь I**  
(дегидратант Блик : минеральное масло)

**Назначение:** Используется для завершения обезвоживания и начала пропитывания тканей минеральным маслом в процедуре проводки гистологических образцов. Используется после дегидратанта Блик и перед промежуточной смесью II Блик.

**Описание:**

Прозрачная маслянистая жидкость со слабым запахом чайного дерева.  
Готова к использованию.

**Состав:** Абсолютизированный дезодорированный изопропанол, отдушка, непонное ПАВ (Triton X15), минеральное масло.

Аспект	Допустимые пределы содержания	Результат анализа
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей со слабым запахом чайного дерева	соответствует
Массовая доля масла не менее	10%	соответствует
Массовая доля воды не более	не более 0.15%	соответствует
Массовая доля нелетучего остатка	не более 0.0005%	соответствует
параметр растворимости ( $\delta$ )	не менее 23 Мпа	соответствует
диэлектрическая проницаемость ( $\epsilon$ )	не более 15 ф/м	соответствует
кинематическая вязкость ( $\nu$ )	не более 3.19 сСт	соответствует
плотность ( $\rho$ )	не менее 0.70 г/см <sup>3</sup>	соответствует

**Срок хранения:** 1 год.



Подписи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Серия № \_\_\_\_\_





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 19 июня 2015 года № РЗН 2015/2765

На медицинское изделие

Реагент для продолжения обезвоживания, обезжиривания и начала просветления гистологических образцов тканей «Промежуточная смесь I Блик» по ТУ 9398-006-89243190-12

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Место производства медицинского изделия

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а

Номер регистрационного досье № РД-1475/31573 от 30.08.2013

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 19 июня 2015 года № 4198  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0011593



Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма  
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38,  
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000656,  
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОКПО 89243190, ОГРН 1106164004396

**Технический паспорт**

**Промежуточная смесь II**  
(дегидратант Блик : минеральное масло)

**Назначение:** Используется для завершения обезвоживания и начала пропитывания тканей минеральным маслом в процедуре проводки гистологических образцов. Используется после промежуточной смеси I Блик перед минеральным маслом Блик.

**Описание:**

Прозрачная маслянистая жидкость со слабым запахом чайного дерева.  
Готова к использованию.

**Состав:** Абсолютизированный дезодорированный изопропанол, отдушка, пенопное ПАВ (Triton X15), минеральное масло.

Аспект	Допустимые пределы содержания	Результат анализа
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей со слабым запахом чайного дерева	соответствует
Массовая доля масла не менее	20%	соответствует
Массовая доля воды не более	не более 0.15%	соответствует
Массовая доля нелетучего остатка	не более 0.0005%	соответствует
параметр растворимости (δ)	не менее 22 Мпа	соответствует
диэлектрическая проницаемость (ε)	не более 13 ф/м	соответствует
кинематическая вязкость (ν)	не более 3.7 сСт	соответствует
плотность (ρ)	не менее 0.80 г/см3	соответствует

Срок хранения: 1 год.



Подписи \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Серия № \_\_\_\_\_





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июня 2015 года № РЗН 2015/2759

На медицинское изделие

Реагент для окончания обезвоживания, обезжиривания и продолжения  
просветления гистологических образцов тканей «Промежуточная смесь II Блик»  
по ТУ 9398-007-89243190-12

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма  
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,  
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма  
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,  
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Место производства медицинского изделия

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а

Номер регистрационного досье № РД-1476/31574 от 30.08.2013

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1


Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 19 июня 2015 года № 4193  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0011587





Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма  
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38.  
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000666,  
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОКПО 89243190, ОГРН 1106164004398

## Технический паспорт

### Минеральное масло Блик

**Назначение:** Используется для пропитывания тканей минеральным маслом в процедуре проводки гистологических образцов. Используется после промежуточной смеси П Блик и перед парафином Блик.


**Описание:**

Прозрачная маслянистая жидкость без запаха.  
Готова к использованию.

**Состав:** минеральное масло.

Аспект	Допустимые пределы содержания	Результат анализа
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей со слабым запахом чайного дерева	соответствует
Цвет по Сейболту	+30	соответствует
Температура вспышки	172°C	минимум 140°C
Температура застывания	-30°C	максимум -9°C
Коэффициент преломления.	1.457 – 1.475	соответствует
Массовая доля нелетучего остатка	не более 0.0005%	соответствует
Массовая доля ароматических углеводородов	0%	не содержит
параметр растворимости ( $\delta$ )	не менее 15 Мпа	соответствует
диэлектрическая проницаемость ( $\epsilon$ )	не более 2 ф/м	соответствует
кинематическая вязкость ( $\nu$ )	не более 12 сСт	соответствует
плотность ( $\rho$ )	не менее 0.88 г/см <sup>3</sup>	соответствует

**Срок хранения:** 1 год.



Подписи

Серия № \_\_\_\_\_





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июня 2015 года № РЗН 2015/2761

На медицинское изделие

Реагент для просветления гистологических образцов тканей «Минеральное  
масло Блик» по ТУ 9398-002-89243190-12

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма  
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,  
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма  
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,  
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Место производства медицинского изделия

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а

Номер регистрационного досье № РД-1479/31580 от 30.08.2013

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 19 июня 2015 года № 4180  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0011589

