

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21009329							din 07.07.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: ultrasonograf Conform necesitatilor IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
33100000-1		ESAOTE MyLab™X7 Ultrasound Imaging Beyond Efficiency	MyLab™X7	Italia	ESAOTE SPA	APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI - 4 Linear - 5 - 12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal 5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale - ≥120000 GAMA DINAMICA - ≥250dB POSTPROCESARE da M-mod da M-mod și 2-D da 3-D (freehand) da 3-D (automatic) da 4-D (live 3-D) da Harmonic imaging da Tip CW, PW, CF, PD, DPDI Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Dopple da Duplex da Triplex da Măsurători digitale da	APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI - 4 Linear Probe L4-15 - 4-15 Mhz Convex Probe AC2541 - 1.0 - 8.0 Mhz Endocavity Probe SE3133 - 3 - 9 Mhz Volumetric Convex Probe SB2C41 - 1.0 - 8.0 Mhz NIVELE DE GRI - 256 PREPROCESARE, canale digitale - 144000 GAMA DINAMICA - 250dB POSTPROCESARE da M-mod da M-mod și 2-D da 3-D (freehand) da 3-D (automatic) da 4-D (live 3-D) da Harmonic imaging da Tip CW, PW, CF, PD, DPDI Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Dopple da Duplex da Triplex da Măsurători digitale da	CE
						Diapazon dimamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da imagine în timp real da imagine înghețată da Capacitate ≥ 250GB Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da OB/GYN da Urologie da EM da Abdomen da Elastografie da Transrectal optional Transperineal optional Transrectal optional Transperineal optional MONITOR ≥ 19"	Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da imagine în timp real da imagine înghețată da Capacitate 500GB Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da OB/GYN da Urologie da EM da Abdomen da Elastografie da Transrectal optional Transperineal optional MONITOR - 21,5" Pentru informatie mai complet vezi anexa LOTUL 1.	
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23