

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1731071877430 din 08.11.2024						
Obiectul de achiziției: Servicii de verificare metrologică și etalonare a dispozitivelor medicale						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL – 1 Servicii de verificare metrologică și etalonare a dispozitivelor medicale						
1.1.	Alcotest Drager 6820	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice/etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de verificare metrologică/etalonare cu	Aparat de măsurare a etanolului din aerul expirat (etilometru)
1.2.	Analizator: biochimic, imunologic, hematologic	Verificare periodică	MDA	CMAC		Analizator semiautomat
1.3.	Aparat ”ASIS”	Verificare periodică	MDA	CMAC		Higrometre psihometrice prin aspirare
1.4.	Aparat coagulometru 2 canale C-2	Verificare periodică	MDA	CMAC		Dispozitiv de fizioterapie
1.5.	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată până la 500 kg inclusiv- весы	Verificare metrologică	MDA	CMAC		Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (până la 500 kg inclusiv)
1.6.	Centrifugă de laborator	Verificare periodică	MDA	CMAC		Centrifuga de laborator
1.7.	Cronometru mecanic COC np-2b-2-000	Verificare metrologică	MDA	CMAC		Cronometru (de 30 min)

1.8.	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice)	Verificare periodică	MDA	CMAC	simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice)	
1.9.	Sterilizator (Termostat)	Verificare periodică	MDA	CMAC		Termostate	
1.10.	Monitor pentru pacient	Verificare periodică	MDA	CMAC		Monitor de pacient	
1.11.	pH-metru	Verificare periodică	MDA	CMAC		pH-metru	
1.12.	Pompa de infuzie (perfuzor) cu seringă	Verificare periodică	MDA	CMAC		Pompa de infuzie/ cu seringă	
1.13.	Pulsoximetru/pulsometru	Verificare periodică	MDA	CMAC		Pulsoximetru / Pulsometru	
1.14.	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (electronice)	Verificare periodică	MDA	CMAC		Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (automatic)	
1.15.	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii >0,2 °C-termometru pu frigidere	Verificare metrologică	MDA	CMAC		Termometru din sticlă cu lichid, inclusive cu contact (valoarea diviziunii >0,2 °C)	
1.16.	Ventilator pulmonar	Verificare periodică	MDA	CMAC		Dispozitiv de respirație artificială și ventilator pulmonar	
1.17	Hidrometru	Verificare periodică	MDA	CMAC		Higrometre și psihrometre	

Semnăt:_____

Numele, Prenumele: **Anatolii BESCUPACHI**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Eugen Coca, nr. 28**