

Anexa 22. Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:

LP nr. LP nr. **21191200 / ocds-b3wdp1-MD-1711122628093**

Data: **14 aprilie 2024**

Alternativa
nr.:

Denumirea licitației:

**Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform
necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat)**

Lot: _____

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	108	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	MP05805	Germania	Draegerwerk	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	Name TwinStar® 55 Plus Part number MP05805 Dead space 55 ml Recommended tidal volume 300 to 1500 ml Bacterial retention** ≥ 99.99% Viral retention** ≥ 99.9% Filtration method electrostatic Moisture loss* ≤ 9.4 mg/l at VT = 500 ml Moisture return ≥ 34.6 mg/l at VT = 500 ml Resistance ≤ 1.3 mbar at 30 l/min Maximum duration of use 24 hours Product PVC-free/ Latex free Pagini 59 și 63 din Catalogul producătorului Cleanroom manufactured according to EN ISO 14644-1:2014. *According to DIN EN ISO 9360-1 2009. **Test has been performed by Nelson Lab, USA , in 2021.	CE, ISO, DM000653570
33100 000-1	111	Filtru pentru sistemul de respirație	Filtru pentru sistemul de respirație	MP05785	Germania	Draegerwerk	1. Material filtru - Membrana hidrofobă plisată 2. Eficiența de eliminare a bacterii/viroze - 100% 3. Eficiența de eliminare a bacteriilor/viroze transmise prin aer > 99.999% 4. Rezistența la 60l/min - est. 2.0 cm H2O 5. Conectori (ISO): Partea pacientului: 22 mm OD Partea sistemului de respirație: 22 mm ID 6. Construcție: Transparent, neconductiv 7. Volum filtru - est. 90 mL 8. Echivalent cu model BB50TE, PALL	Name SafeStar® 90 Plus Part number MP05785 Dead space 90 ml Recommended tidal volume 300 to 1500 ml Bacterial retention** ≥ 99.9999% Viral retention** ≥ 99.999% Filtration method mechanical Resistance ≤ 1.3 mbar at 30 l/min Maximum duration of use 24 hours Product PVC-free/ Latex free Pagini 61 și 64 din Catalogul producătorului Cleanroom manufactured according to EN ISO 14644-1:2014. **Test has been performed by Nelson Lab, USA , in 2021.	CE, ISO, DM000653565

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**