

**Specificații tehnice**

<b>Numărul licitației:</b>	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775200424315 din 03/04/2026
<b>Denumirea licitației:</b>	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 12)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
33100000-1	1	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	MEDION E TRQ-2024	Turcia	AVRASYA MED MEDIKAL TIBBI CIHAZLA R VE URUNLER PAZARLA MA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	<p>Descriere: Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sângelui la nivelul membrilor</p> <p>Presiune minimă ≤ 20 mmHg – Da</p> <p>Presiune maximă ≥ 650 mmHg – Da</p> <p>Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg – Da</p> <p>Interval de timp minim ≤ 5 min – Da</p> <p>Interval de timp maxim ≥ 180 min – Da</p> <p>Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) – Da</p> <p>Număr de canale: 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) – Da</p> <p>Senzor LOP – Opțional</p> <p>Autotestare a presiunii și verificarea sistemului – Da</p> <p>Calibrare automată a senzorului de presiune – Da</p> <p>Sistem de alarmă acustică și vizuală – Da</p> <p>Baterie încorporată cu autonomie min. 10 ore – Da</p> <p>Interfață de utilizare a ecranului tactil – Da</p> <p>Suport pentru masă sau stâlp – Da</p> <p>Alimentare 100-220V, 50Hz – Da</p> <p>Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă min. 4 buc – Da</p> <p>Set de tuburi min. 4 buc – Da</p> <p>Cablu de alimentare min. 1 buc – Da</p> <p>Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set – Da</p> <p>Troleu cu 5 roțile și coș – Da</p> <p>Manual de utilizare în limba de stat (Română) – Da</p>	<p>Descriere: Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sângelui la nivelul membrilor <b>-da</b></p> <p>Presiune minimă ≤ 20 mmHg – Da <b>-da</b></p> <p>Presiune maximă ≥ 650 mmHg – Da <b>--da</b></p> <p>Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg – Da <b>--da</b></p> <p>Interval de timp minim ≤ 5 min – Da <b>--da</b></p> <p>Interval de timp maxim ≥ 180 min – Da <b>-da</b></p> <p>Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) – Da <b>-da</b></p> <p>Număr de canale: 2 canale (4 porturi) – Da <b>-da</b></p> <p>Senzor LOP – Opțional</p> <p>Autotestare presiune – Da <b>-da</b></p> <p>Calibrare automată – Da <b>-da</b></p> <p>Alarmer acustică și vizuală – Da <b>-da</b></p> <p>Baterie min. 10 ore – Da <b>-da</b></p> <p>Ecran tactil – Da <b>-da</b></p> <p>Suport masă/stâlp – Da <b>-da</b></p> <p>Alimentare 100-220V, 50Hz – Da <b>-da</b></p> <p>Manșetă dublă min. 4 buc – Da <b>-da</b></p> <p>Set tuburi min. 4 buc – Da <b>-da</b></p> <p>Cablu alimentare min. 1 buc – Da <b>-da</b></p> <p>Set calibrare min. 1 set – Da <b>-da</b></p> <p>Troleu cu 5 roțile și coș – Da, <b>-da</b></p> <p>TRQ-75 Manual utilizare în română – Da <b>-da</b></p> <p>Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) da -da, în engleză</p> <p>Instalare și testare la locul necesar – Da <b>-da</b></p>	DM000646004 DM000646029

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
							Manual de service în limba de stat sau limbă internațională – Da Instalare și testare la locul necesar – Da		
33100000-1	7	Hote microbiologice clasa II tip A2	Hote microbiologice clasa II tip A2	BSC-3FA2-HA	China	JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD.	Hotă microbiologică clasa II tip A2 pentru lucrul cu agenți biologici și material genetic. Standard EN 12469. Min. 2 filtre HEPA sau ULPA, eficiență min. 99,999% pentru 0,3μm. Filtre testate individual și certificate de producător. Sistem monitorizare stare filtre. Flux laminar vertical. Inflow: 0.53 m/s ±0,025 m/s; Downflow: 0,33 m/s ±0,025 m/s. Sistem automat stabilitate flux aer. Recirculare: ~70% recirculat / 30% evacuat HEPA. Suprafață lucru: oțel inox AISI304, 3-4 părți demontabile. Carcasă oțel antibacteriană. Fereastră frontală: sticlă securizată laminată, motorizată, anti-UV. Sistem deschidere motorizat cu blocare/alarmă. Dimensiuni zonă lucru: 1200-1300 mm x 600-650 mm x 600-650 mm. Zgomot maxim 65 dB. Control microprocesor/LCD: monitorizare viteză aer, fereastră, filtru. Lampă UV 253,7 nm cu temporizator și indicator durată de viață. Iluminare LED internă. Afișaj digital LCD. Min. 2 prize interne. Alimentare 220-230V, 50Hz. Stand cu roți și picioare reglabile. Instalare și testare de către furnizor, min. 2 persoane. Garanție min. 24 luni. Mentenanță pe durata garanției, min. 2 ori/an.	Hotă microbiologică clasa II tip A2 – Da. Standard EN 12469 – Da. Min. 2 filtre HEPA/ULPA – Da. Eficiență filtrare min. 99,999% pentru 0,3μm – Da. Filtre testate individual și certificate – Da. Monitorizare stare filtre – Da. Flux laminar vertical – Da. Inflow 0.53 m/s ±0,025 m/s – Da. Downflow 0,33 m/s ±0,025 m/s – Da. Sistem automat stabilitate flux – Da. Recirculare: ~65% recirculat / 35% evacuat HEPA – Da. Suprafață lucru AISI304, 3-4 părți demontabile – Da. Carcasă oțel antibacteriană – Da. Fereastră motorizată sticlă securizată anti-UV – Da. Sistem blocare/alarmă fereastră – Da. Dimensiuni zonă lucru: Lățime 980mm x Ad. 600mm x Î. 650mm. Zgomot max. 65 dB – Da. Control microprocesor/LCD – Da. Lampă UV 253,7 nm cu temporizator – Da. Iluminare LED internă – Da. Afișaj digital LCD – Da. Min. 2 prize interne – Da. Alimentare 220-230V, 50Hz – Da. Stand cu roți și picioare reglabile – Da. Instalare și testare furnizor, min. 2 persoane – Da. Garanție min. 24 luni – Da. Mentenanță pe durata garanției inclusiv kit-uri, min. 2 vizite/an – Da. Plan mentenanță confirmat de producător – Da.	DM000638252

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun. Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

**Specificații de preț**

<b>Numărul licitației:</b>	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775200424315 din 03/04/2026
<b>Denumirea licitației:</b>	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 12)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	1	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	buc	1	230000,00	276000,00	230000,00	276000,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	7	Hote microbiologice clasa II tip A2	Hote microbiologice clasa II tip A2	buc	3	89280,00	107136,00	267840,00	321408,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
<b>Suma total:</b>								<b>497840,00</b>	<b>597408,00</b>	

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia