Nitinella Plus

Digitally signed by Bunic Gheorghe
Date: 2024.04.21 18:33:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Figura Nr. 3
SX-ELLA Stent Biliar (Nitinella Plus), complet acoperit – model 01D



Figura Nr. 4
SX-ELLA Stent Biliar (Nitinella Plus, complet acoperit - model 01D), schema stentului comprimat în sistemul de livrare



Figura Nr. 5
Sistem de livrare de SX-ELLA Stent Biliar (Nitinella Plus, stent parțial acoperit - model 01C)



Figura Nr. 6
Sistem de livrare de SX-ELLA Stent Biliar (Nitinella Plus, stent complet acoperit - model 01D)



Instrucțiuni de utilizare

Proprietatea designului împletitului SX-ELLA Stent Biliar este dependența diametrului de lungime și invers (relația lungime-diametru). În sistemul de livrare, stentul este mai lung decât lungimea sa nominală. La implementare, stentul este scurtat. Relația lungime-diametru a stentului este exprimată în următorul grafic scurt.

Tabelul Nr. 3

Diagrama scurtă al SX-ELLA Stent Biliar (Nitinella Plus), parțial acoperită - model 01C și stent complet acoperit - model 01D

Dimensiunile nominale ale stentului		**Relația lungime-diametru a stentului**	
Diametrul [mm]	**Lungimea [mm]**	**Diametrul [mm]**	**Lungimea [mm]**
8	40	3	58
		6	51
		7	48
8	50	3	70
		6	62
		7	58
8	60	3	81
		6	72
		7	69
8	70	3	96
		6	85
		7	80
8	80	3	107
		6	96
		7	90
8	90	3	121
		6	105
		7	100
8	100	3	135
		6	120
		7	113
10	40	3	63
		7	56
		8	52
		9	48
10	50	3	75
		7	67
		8	63
		9	59
10	60	3	87
		7	78
		8	73
		9	67
10	70	3	103
		7	91
		8	86
		9	80

10	80	3	114
		7	102
		8	97
		9	89
10	90	3	131
		7	115
		8	109
		9	101
10	100	3	139
		7	124
		8	117
		9	110

Reducerea stentului după eliberarea din sistemul de livrare este de aproximativ 25 - 35%.

Data eliberării: iulie 2019