

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1578567258253 din „19” ianuarie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	33140000-3	Lancete sterile pentru colectarea sângelui din deget la copii	Lancete din plastic G21	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	În ambalaj din plastic, individual, cu ac 21G ascuns, automate , lungimea acului de 5,0 mm, adâncimea puncției 1,8 mm . Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Lancete din plastic G21 cu ac ascuns, automate, lungimea acului de 5,0 mm, adâncimea puncției 1,8 mm.	CE, ISO
2.	33140000-3	Scarificatoare pentru colectarea sângelui din deget.	Lancetă sterilă ambalată individual din inox	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Fabricate din oțel inoxidabil cromat, fără nichel. Sterile, non-toxice, fără pirogen, destinate unei singure utilizări. Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Lancetă sterilă ambalată individual din inox	CE, ISO
4.	33140000-3	Eprubete Eppendorf 1,5 ml	Eprubete Eppendorf 1,5 ml	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Cu capac, conice, gradate . Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Eprubete Eppendorf 1,5 ml, conice, gradate	CE, ISO
5.	33140000-3	Eprubete pentru analizor VSH Biobase EA20	Eprubete cu vacuum sed, cu citrat Na 0.129mol/l 1:4, p/u colectare sangelui 1.5ml	China	Jiangsu Huida Medical	Eprubete compatibilele analizorului cu mărimea 8x120, 1,28 ml. Prezentarea mostrelor la	Eprubete cu vacuum sed, cu citrat Na 0.129mol/l 1:4, p/u colectare sangelui 1.5ml	CE, ISO

					Instruments Co., Ltd	operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.		
7.	33140000-3	Eprubete din plastic, 5 ml, cu dop de cauciuc cu etichetă, cu clot activator	22734 Eprubete din PP cu gel și acceleritor de coagulare pentru separare serului - 5ml cu etichetă 12x86 mm	Italia	FL Medical SRL Unipersonale	Pe etichetă să fie indicate: data, test, numele, lot, valabilitatea. Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Eprubete din PP cu gel și acceleritor de coagulare pentru separare serului - 5ml cu etichetă 12x86 mm	CE, ISO
8.	33140000-3	Eprubete din <u>polisterol (transparente)</u> 10 ml, conice, fără dop, fără etichetă	Eprubetă plastic conică fără capac, 10 ml (bucată)	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Eprubetă plastic conică fără capac, 10 ml (bucată)	CE, ISO
9.	33140000-3	Eprubete cu K3EDTA din polipropilen, 1,0 ml pentru colectarea sângelui din venă	22108 Eprubetă 12x56 mm cu K3EDTA capac verde pentru 1 ml de sânge	Italia	FL Medical SRL Unipersonale	Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	22108 Eprubetă 12x56 mm cu K3EDTA capac verde pentru 1 ml de sânge	CE, ISO
10.	33140000-3	Eprubete cu K ₃ EDTA praf din polipropilen cu capac, cu capilar p/u 100 mkl de sânge, p/u colectarea sîngelui din deget.	Eprubetă pediatrică cu K3EDTA 100mkl cu capilar p/u colectarea sîngelui din deget	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Eprubetă pediatrică cu K3EDTA 100mkl cu capilar pentru colectarea singelui din deget vacuum, sterile,	CE, ISO
11.	33140000-3	Eprubete cu dop din polipropilen cu citrat de sodium pentru 2,5 ml de sânge, p/u investigații coagulologice.	22259 Eprubetă 12x56 mm cu 0,25 ml Citrat Na (3,8 %) capac galben pentru 2,25 ml de sânge (Coagulogramă)	Italia	FL Medical SRL Unipersonale	Pe etichetă să fie indicate: data, test, numele, lot, valabilitatea. Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	22259 Eprubetă 12x56 mm cu 0,25 ml Citrat Na (3,8 %) capac galben pentru 2,25 ml de sânge (Coagulogramă) cu capac și etichetă, ambalate de producator	CE, ISO
12.	33140000-3	Eprubete borosilicate p/u Stat Fax	Eprubete borosilicat de 5 ml.	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Eprubete borosilicat de 5 ml. pentru Stat Fax	CE, ISO
14.	33140000-3	Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre), tip Gilson	HP2016 Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre) tip Gilson	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre) tip Gilson	CE, ISO

18.	33140000-3	Pipeta serologică 0,5 ml gradată, ambalată individual	Pipeta serologică 1 ml gradată, ambalată individual	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Gradată, ambalată individual. Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Pipeta serologică 1 ml gradată, ambalată individual	CE, ISO
22.	33140000-3	Containere din plastic cu capac p/u colectarea urinei, nesterile	Container pentru urină 120 ml, nesteril (bucată)	Turcia	PİPAR MEDİKAL ve Sağlık Hiz. San. Tic. A.Ş.	Volumul containerului 150 ml. Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Container pentru urină 120 ml, nesteril	CE, ISO
23.	33140000-3	Lame din sticlă, lungimea- 75 mm, lăţimea- 25 mm, grosimea- 1 mm	Lame din sticlă, lungimea- 75 mm, lăţimea- 25 mm, grosimea- 1,2 mm	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Şlefuite şi matuite la un capăt, unghi drept. Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Lame din sticlă, lungimea- 75 mm, lăţimea- 25 mm, grosimea- 1,2 mm	CE, ISO
28.	33140000-3	Hârtie glazurată pentru fotografii USG for SONY 110 HC	Hârtie glazurată pentru fotografii USG for SONY 110 HG	Italia	Gima S.p.A.	110 mm*18m	Hârtie glazurată pentru fotografii USG for SONY 110 HG, 110 mm X18m	CE, ISO
32.	33140000-3	Periuță Combi Cervix Brush	Cito-periute combi braş, sterile, ambalaj individual	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	Ambalate individual, sterile, din plastic	Cito-periute combi braş, sterile, ambalaj individual	CE, ISO
33.	33140000-3	Periuță ginecologică cervicală	Cito-periute , sterile, ambalaj individual	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	Sterilă, din plastic	Cito-periute , sterile, ambalaj individual	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**