

Specificații tehnică

	Numărul procedurii de achiziție: 21464224/ ocds-b3wdp1-MD-1754548241124 din 14.08.2025						
	Obiectul achiziție: Servicii de calibrare a echipamentelor medicale de laborator						
Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1. Servicii de calibrare a echipamentelor medicale de laborator						
50400000-9	Servicii de calibrare sistem PCR Qiagen Rotor-Gene Q	Servicii de calibrare sistem PCR Qiagen Rotor-Gene Q	Germania	Qiagen	Pentru procedura de calibrare va fi utilizat setul 981400, RotorDisc OTV kit	Pentru procedura de calibrare va fi utilizat setul 981400, Rotor-Disc OTV Kit	ISO
50400000-9	Servicii de calibrare PCR Quant Studio 5 Real-Time	Servicii de calibrare PCR Quant Studio 5 Real-Time	Singapore	Thermofisher	Pentru procedura de calibrare vor fi utilizate seturile: - A26343, QuantStudio™ 3/5 10- Dye Spectral Calibration Kit, 96- well, 0.2 mL - 4432364, Region of Interest (ROI) and Background Plates, 96- well	Pentru procedura de calibrare vor fi utilizate seturile: A26343, QuantStudio™ 3/5 10- Dye Spectral Calibration Kit, 96- well, 0.2 mL 4432364, Region of Interest (ROI) and Background Plates, 96- well	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Inga Beșirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2