

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770274045879 din 5 febr 2026

Obiectul achiziției: Servicii de deservire a utilajului medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Sistem automat de detectare microbiană BACT/ALERT 3D, Nr. 203CL4382, nr. inventariere - 314102130	Sistem automat de detectare microbiană BACT/ALERT 3D, Nr. 203CL4382	SUA	BIOMERIEUX Inc.	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare- primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LRN)	Se vor presta servicii de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor la necesitate), conform recomandărilor producătorului. La finalizarea intervenției se va prezenta Actul de predare-primire, cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și a consumabilelor utilizate. Totodată, se va prezenta lista pieselor și consumabilelor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului.	CE, ISO
Lot 2. Analizator imunologic MiniVIDAS, nr. SN IVD5201679, nr. inventariere - 31470017	Analizator imunologic MiniVIDAS, nr. SN IVD5201679	SUA	BIOMERIEUX Inc.	1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător. 2. Prezentarea Actului de predare- primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LRN)	Se vor presta servicii de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor la necesitate), conform recomandărilor producătorului. La finalizarea intervenției se va prezenta Actul de predare-primire, cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și a consumabilelor utilizate. Totodată, se va prezenta lista pieselor și consumabilelor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului.	CE, ISO
	Analizator			1. Lucrari de mentenanță preventivă (ajustări,calibrări, lubrifieri,schimbul consumabilelor (la necesitate)) conform recomandărilor prevăzute de producător.	Se vor presta servicii de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri, schimbul consumabilelor la necesitate), conform recomandărilor producătorului.	

Lot 3. Analizator microbiologic VITEK 2 COMPACT, nr. VK2C 20762, nr. inventariere - 31499165	microbiologic VITEK 2 COMPACT, nr. VK2C 20762	SUA	BIOMERI EUX Inc.	2. Prezentarea Actului de predare- primire cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și consumabilelor utilizate. 3.Prezentarea listei pieselor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului (LRN)	La finalizarea intervenției se va prezenta Actul de predare-primire, cu descrierea detaliată a lucrărilor efectuate și a consumabilelor utilizate. Totodată, se va prezenta lista pieselor și consumabilelor necesare pentru buna funcționare a dispozitivului.	CE, ISO
--	---	-----	---------------------	--	--	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director
Ofertantul: SRL "Mediclim AM" Adresa: Mun. Chisinau, str Vasile Alecsandri 141 et 1