

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1616675108166 din 6 aprilie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Instrumente de măsurare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p align="center">Lot 1 Balanță cu capcană pentru etalonarea pipetelor</p>	<p align="center">XPR26</p>	<p align="center">Elvetia</p>	<p align="center">Mettler Toledo</p>	<p align="center">Conform cerintelor</p>	<p>Domeniu de aplicare: Etalonarea dozatoarelor de volum (pipetelor) produse în conformitate cu ISO 8655 Interval de etalonare: conform ISO 8655 $\geq 1\mu\text{L} \div 5000 \mu\text{L}$ Interval minim de cântărire: $(0 \div 22,0) \text{ g}$ Valoarea diviziunii: $1,0 \mu\text{g}$ Repetabilitate: $s < 0,7 \mu\text{g}$ Liniaritate : $0,005 \text{ mg}$ Repetabilitatea (cu greutatea de control) : $0,0015 \text{ mg (1 g)}$ Timpul de stabilizare: $3,5 \text{ s}$ Tensiunea de alimentare: 230V AC Conexiune PC : Ethernet si USB Componente indispensabile - Capcană de evaporare - Pompă de aspirație - Adaptoare pentru etalonarea pipetelor - Conductoare de conectare la PC - Cutie de transportare - Monitorizarea parametrilor de mediu - Greutate de testare și ajustare a balanței (clasa de exactitate minim E2) - Sistemă de auto ajustare a balanței - Alte accesorii necesare pentru etalonarea pipetelor, prevăzute de producătorul balanței Soft specializat - Compatibil cu Windows 7, 8 și 10 - Prelucrarea rezultatelor în conformitate cu ISO 8655 - Crearea bazei de date pentru gestionarea pipetelor Instalare</p>	

				<p>IV. Instalarea se va face la locul de utilizare (în laboratorul Institutul Național de Metrologie).</p> <p>Trasabilitate V.</p> <p>Echipamentul va fi calibrat după instalare de către compania SE "Ukrmetrteststandart" semnatar al Aranjamentului CIPM MRA Training</p> <p>Se va asigura training pentru minimum două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului de către un reprezentat al companiei SE "Ukrmetrteststandart", autorizat în instalarea balanțelor Metler Toledo. Se va demonstra funcționarea acestuia prin efectuarea măsurărilor.</p> <p>Garanție VI.</p> <p>2 ani din data punerii în funcțiune</p> <p>Documentație</p> <p>Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză.</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau