

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
186	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) 280200	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza)</p> <p>Cod 280200</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mână obligatoriu</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar obligatoriu</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 200 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 100 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 80 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 80 W</p>	<p>Producator / Tara de origine: LED S.p.A. / Italia,</p> <p>Model: REF: 10400.802 (SURTRON 300 HP) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza)</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mână obligatoriu -</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar obligatoriu -</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 200 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 100 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 80 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 80 W</p>

	≥ 100 Ohm		≥ 100 Ohm	
	Funcție de autotestare	obligatoriu	Funcție de autotestare	obligatoriu - Corespunde
	Canal de ieșire independentă	obligatoriu	Canal de ieșire independentă	obligatoriu - Corespunde
	Indicatoare	acustic	Indicatoare	acustic
		vizual		vizual
	Control volum sunet	obligatoriu	Control volum sunet	obligatoriu - Corespunde
	Accesorii		Accesorii	
	Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri		Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri	
	2 buc., să se indice codul produsului		2 buc., să se indice codul produsului [REF: 00404.08]	
	Electrod neutru reutilizabil, tip adult	2 buc., să se indice codul produsului	Electrod neutru reutilizabil, tip adult	2 buc., să se indice codul produsului [REF: 00401.02]
	"Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri"	2 buc., să se indice codul produsului	"Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri"	2 buc., să se indice codul produsului [REF: 00205.00 + REF:0100.03]
	Lame reutilizabile pentru bisturiu	10 buc., să se indice codul produsului	Lame reutilizabile pentru bisturiu	10 buc., să se indice codul produsului [REF: 152-110; REF: 152-115]
	Pedală dublă	1 buc., să se indice codul produsului	Pedală dublă	1 buc., să se indice codul produsului [REF: 00305.04]
				[Vezi broșura: ST10400.802b_IT-EN_SURTRON 300 HP.pdf]
				[Vezi broșura: BRESA001d_EN_SURGEON ACCESSORIES TECH.pdf]

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
187	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) 280210	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii)</p> <p>Cod 280210</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mână obligatoriu</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar obligatoriu</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 120 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 100 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 100 W</p>	<p>Producator / Tara de origine: LED S.p.A. / Italia,</p> <p>Model: REF: 10400.802 (SURTRON 300 HP) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii)</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mână obligatoriu -</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar obligatoriu -</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 120 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 100 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 100 W</p>

	≥ 100 Ohm	≥ 100 Ohm
"Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri	"Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri	"Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri
Funcție de autotestare obligatoriu	Funcție de autotestare obligatoriu - Corespunde	Funcție de autotestare obligatoriu - Corespunde
Canal de ieșire independentă obligatoriu	Canal de ieșire independentă obligatoriu - Corespunde	Canal de ieșire independentă obligatoriu - Corespunde
Indicatoare acustic	Indicatoare acustic	Indicatoare acustic
Indicatoare vizual	Indicatoare vizual	Indicatoare vizual
Control volum sunet obligatoriu	Control volum sunet obligatoriu - Corespunde	Control volum sunet obligatoriu - Corespunde
Accesorii	Accesorii	Accesorii
Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului	Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului [REF: 00404.08]	Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului [REF: 00404.08]
Electrod neutru reutilizabil, tip adult indice codul produsului 2 buc., să se	Electrod neutru reutilizabil, tip adult indice codul produsului [REF: 00401.02] 2 buc., să se	Electrod neutru reutilizabil, tip adult indice codul produsului [REF: 00401.02] 2 buc., să se
Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri indice codul produsului 2 buc., să se	Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri indice codul produsului [REF: 00205.00 + REF:0100.03] 2 buc., să se	Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri indice codul produsului [REF: 00205.00 + REF:0100.03] 2 buc., să se
Lame reutilizabile pentru bisturiu indice codul produsului 10 buc., să se	Lame reutilizabile pentru bisturiu indice codul produsului [REF: 152-110; REF: 152-115] 10 buc., să se	Lame reutilizabile pentru bisturiu indice codul produsului [REF: 152-110; REF: 152-115] 10 buc., să se
Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil buc., să se indice codul produsului 1	Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil buc., să se indice codul produsului [REF: 310-110-05 sau REF: 310-112-05] 1	Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil buc., să se indice codul produsului [REF: 310-110-05 sau REF: 310-112-05] 1
Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului	Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului [REF: 00411.00]	Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului [REF: 00411.00]
Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului	Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului [REF: 00305.04]	Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului [REF: 00305.04]

			<p>[Vezi brosură: ST10400.802b_IT-EN_SURTRON 300 HP.pdf]</p> <p>[Vezi brosură: BRESA001d_EN_SURGEON ACCESSORIES TECH.pdf]</p>
--	--	--	---

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
188	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) 280220	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)</p> <p>Cod 280220</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mână obligatoriu</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar obligatoriu</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 150 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 120 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 120 W</p>	<p>Producator / Tara de origine: LED S.p.A. / Italia,</p> <p>Model: REF: 10400.902 (SURTRON 400 HP) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mână obligatoriu -</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar obligatoriu -</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 150 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 120 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 120 W</p>

	≥ 100 Ohm	≥ 100 Ohm
"Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri	"Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri	"Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri
Funcție de autotestare	obligatoriu	obligatoriu - Corespunde
Canal de ieșire independentă	obligatoriu	obligatoriu - Corespunde
Indicatoare	acustic vizual	acustic vizual
Control volum sunet	obligatoriu	obligatoriu - Corespunde
Accesorii		
Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului		Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului [REF: 00404.08]
Electrod neutru reutilizabil, tip adult indice codul produsului	2 buc., să se indice codul produsului	Electrod neutru reutilizabil, tip adult indice codul produsului [REF: 00401.02] 2 buc., să se indice codul produsului
Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri indice codul produsului	2 buc., să se indice codul produsului	Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri indice codul produsului [REF: 00205.00 + REF:0100.03] 2 buc., să se indice codul produsului
Lame reutilizabile pentru bisturiu indice codul produsului	10 buc., să se indice codul produsului	Lame reutilizabile pentru bisturiu indice codul produsului [REF: 152-110; REF: 152-115] 10 buc., să se indice codul produsului
Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil buc., să se indice codul produsului	1	Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil buc., să se indice codul produsului [REF: 310-110-05 sau REF: 310-112-05] 1
Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului		Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului [REF: 00411.00]
Pedală dublă	1 buc., să se indice codul produsului	Pedală dublă [REF: 00305.04] 1 buc., să se indice codul produsului

			<p>[Vezi brosură: ST10400.902c_IT-EN_SURTRON 400 HP.pdf]</p> <p>[Vezi brosură: BRESA001d_EN_SURGEON ACCESSORIES TECH.pdf]</p>
--	--	--	---

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
189	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu 280240	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu</p> <p>Cod 280240</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mână obligatoriu</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar obligatoriu</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 120 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 100 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 100 W</p>	<p>Producator / Tara de origine: LED S.p.A. / Italia,</p> <p>Model: REF: 10400.802 (SURTRON 300 HP) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu</p> <p>Cod 280240</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mână obligatoriu -</p> <p>Corespunde</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar obligatoriu - Corespunde</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 120 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 100 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p>

	<p style="text-align: center;">≥ 100 Ohm</p> <p>"Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri</p> <p>Funcție de autotestare obligatoriu</p> <p>Canal de ieșire independentă obligatoriu</p> <p>Indicatoare acustic</p> <p style="padding-left: 100px;">vizual</p> <p>Control volum sunet obligatoriu</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Troliu Să se indice modelul oferit modelul oferit</p> <p style="padding-left: 100px;">Mobil pe 4 roți obligatoriu</p>	<p style="text-align: center;">Coagulare ≥ 100 W</p> <p style="text-align: center;">≥ 100 Ohm</p> <p>"Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri</p> <p>Funcție de autotestare obligatoriu - Corespunde</p> <p>Canal de ieșire independentă obligatoriu - Corespunde</p> <p>Indicatoare acustic</p> <p style="padding-left: 100px;">vizual</p> <p>Control volum sunet obligatoriu - Corespunde</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului [REF: 00404.08]</p> <p>Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului [REF: 00401.02]</p> <p>Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului [REF: 00205.00 + REF:0100.03]</p> <p>Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului [REF: 152-110; REF: 152-115]</p> <p>Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului [REF: 310-110-05 sau REF: 310- 112-05]</p> <p>Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului [REF: 00411.00]</p>
--	--	---

		<p>Minim 2 roți cu frână obligatoriu</p> <p>Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu</p> <p>Mîner pentru transportare obligatoriu</p>	<p>Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului [REF: 00305.04]</p> <p>Troliu Să se indice modelul oferit modelul oferit [REF: TR003 + REF: TRDRAWER01]</p> <p>Mobil pe 4 roți obligatoriu - Corespunde</p> <p>Minim 2 roți cu frână obligatoriu - Corespunde</p> <p>Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu - Corespunde</p> <p>Mîner pentru transportare obligatoriu - Corespunde</p> <p>[Vezi broșura: ST10400.802b_IT-EN_SURTRON 300 HP.pdf]</p> <p>[Vezi broșura: BRESA001d_EN_SURGEON ACCESSORIES TECH.pdf]</p>
--	--	---	--

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
190	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu 280250	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu</p> <p>Cod 280250</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mână obligatoriu</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar obligatoriu</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 150 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 120 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 120 W</p>	<p>Producator / Tara de origine: LED S.p.A. / Italia,</p> <p>Model: REF: 10400.902 (SURTRON 400 HP) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire Monopolar izolat</p> <p>Comutator de mână obligatoriu -</p> <p>Comutator de picior tip pedală dublă</p> <p>Bipolar obligatoriu -</p> <p>Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W</p> <p>≥ 300 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 150 W</p> <p>≥ 250 Ohm</p> <p>Bipolar Tăiere ≥ 120 W</p> <p>≥ 200 Ohm</p> <p>Coagulare ≥ 120 W</p>

	≥ 100 Ohm	≥ 100 Ohm
"Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri		
Funcție de autotestare	obligatoriu	obligatoriu - Corespunde
Canal de ieșire independentă	obligatoriu	obligatoriu - Corespunde
Indicatoare	acustic vizual	acustic vizual
Control volum sunet	obligatoriu	obligatoriu - Corespunde
Accesorii		
Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului		Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului [REF: 00404.08]
Electrod neutru reutilizabil, tip adult indice codul produsului	2 buc., să se	Electrod neutru reutilizabil, tip adult indice codul produsului [REF: 00401.02] 2 buc., să se
Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri indice codul produsului	2 buc., să se	Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri indice codul produsului [REF: 00205.00 + REF:0100.03] 2 buc., să se
Lame reutilizabile pentru bisturiu indice codul produsului	10 buc., să se	Lame reutilizabile pentru bisturiu indice codul produsului [REF: 152-110; REF: 152-115] 10 buc., să se
Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil buc., să se indice codul produsului	1	Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil buc., să se indice codul produsului [REF: 310-110-05 sau REF: 310- 112-05] 1
Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului		Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului [REF: 00411.00]
Pedală dublă	1 buc., să se indice codul produsului	
Troliu oferit	Să se indice modelul oferit modelul	Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului [REF: 00305.04]

		<p>Mobil pe 4 roți obligatoriu</p> <p>Minim 2 roți cu frână obligatoriu</p> <p>Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu</p> <p>Mîner pentru transportare obligatoriu</p>	<p>Troliu Să se indice modelul oferit modelul oferit [REF: TR003 + REF: TRDRAWER01]</p> <p>Mobil pe 4 roți obligatoriu - Corespunde</p> <p>Minim 2 roți cu frână obligatoriu -</p> <p>Corespunde</p> <p>Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu - Corespunde</p> <p>Mîner pentru transportare obligatoriu -</p> <p>Corespunde</p> <p>[Vezi broșura: ST10400.902c_IT-EN_SURTRON 400 HP.pdf]</p> <p>[Vezi broșura: BRESA001d_EN_SURGEON ACCESSORIES TECH.pdf]</p>
--	--	--	--

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
209	Dispozitiv fizioterapie cu frecvente radio 400110	<p>Dispozitiv fizioterapie cu frecvente radio</p> <p>Cod 400110</p> <p>Descriere terapia cu unde electromagnetice de înaltă frecvență</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Ecran dimensiune min 7 inch color, touchscreen</p> <p>Canale independente ≥ 3</p> <p>Tipuri canale rezistiv, multipolar, capacitativ</p> <p>Diapazonul frecvenței semnalului 500-1000 kHz</p> <p>Frecvente de lucru ≥ 7</p> <p>Functia de alegere automata a frecvenței de lucru obligatoriu</p> <p>Puterea maxima $\geq 200W$</p> <p>Tip semnal Continuu si pulsatil</p> <p>Masurare energie tesut obligatoriu</p> <p>Timpul de tratament 1-90 min</p> <p>Alarma contact slab obligatoriu</p>	<p>Producator / Tara de origine: LED S.p.A. / Italia,</p> <p>Model: REF: THR001 (THERMA) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Dispozitiv fizioterapie cu frecvente radio</p> <p>Descriere terapia cu unde electromagnetice de înaltă frecvență</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Ecran dimensiune min 7 inch color, touchscreen</p> <p>Canale independente ≥ 3</p> <p>Tipuri canale rezistiv, multipolar, capacitativ</p> <p>Diapazonul frecvenței semnalului 500-1000 kHz</p> <p>Frecvente de lucru ≥ 7</p> <p>Functia de alegere automata a frecvenței de lucru obligatoriu - Corespunde</p> <p>Puterea maxima $\geq 200W$</p> <p>Tip semnal Continuu si pulsatil</p> <p>Masurare energie tesut obligatoriu - Corespunde</p> <p>Timpul de tratament 1-90 min</p> <p>Alarma contact slab obligatoriu - Corespunde</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu - Corespunde</p>

	<p>Alarma finalizare tratament obligatoriu</p> <p>Alarma electrod obligatoriu</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratament obligatoriu</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu</p> <p>Porturi USB</p> <p>Tensiune 220V, 50Hz</p> <p>Accesorii Electrod rezistiv, să se indice codul produsului</p> <p>Electrod capacitativ, să se indice codul produsului</p> <p>Electrod bipolar rezistiv sferic, să se indice codul produsului</p> <p>Electrod bipolar rezistiv circular, să se indice codul produsului</p> <p>Electrod capacitativ sub forma de disc, să se indice codul produsului</p> <p>"Electrod rezistiv sub forma de disc, să se indice codul produsului"</p> <p>Electrod neutru, să se indice codul produsului</p>	<p>Alarma electrod obligatoriu - Corespunde</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratament obligatoriu - Corespunde</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu - Corespunde</p> <p>Porturi USB</p> <p>Tensiune 220V, 50Hz</p> <p>Accesorii Electrod rezistiv, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Electrod capacitativ, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Electrod bipolar rezistiv sferic, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Electrod bipolar rezistiv circular, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Electrod capacitativ sub forma de disc, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>"Electrod rezistiv sub forma de disc, să se indice codul produsului" [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Electrod neutru, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>[Vezi broșura: Technical Sheet - THERMA.pdf]</p> <p>[Vezi broșura: BR489n_EN_web_PHYSIOLED.pdf]</p> <p>[Vezi broșura: BRPTA001c_EN_WEB_PHYSIOLED ACCESSORIES.pdf]</p>
--	--	--

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
210	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120	<p>Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet</p> <p>Cod 400120</p> <p>Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen</p> <p>Frecvența de lucru diapazon minim 1-3 MHz</p> <p>Puterea maximă $\geq 15W$</p> <p>Moduri de operare continuu sau pulsatoriu</p> <p>Functia de comutarea automata a frecvenței obligatoriu</p> <p>Testarea automata da</p> <p>Suprafata de contact a sondei min. 5 cm²</p> <p>Posibilitatea reglării puterii de pe aplicator obligatoriu</p> <p>Timpul de tratament 1-30 min.</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu</p> <p>Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu</p>	<p>Producator / Tara de origine: LED S.p.A. / Italia,</p> <p>Model: REF: SNR001 (SONORA) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet</p> <p>Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen</p> <p>Frecvența de lucru diapazon minim 1-3 MHz</p> <p>Puterea maximă $\geq 15W$</p> <p>Moduri de operare continuu sau pulsatoriu</p> <p>Functia de comutarea automata a frecvenței obligatoriu - Corespunde</p> <p>Testarea automata da</p> <p>Suprafata de contact a sondei min. 5 cm²</p> <p>Posibilitatea reglării puterii de pe aplicator obligatoriu - Corespunde</p> <p>Timpul de tratament 1-30 min.</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu - Corespunde</p>

		<p>Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 30</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50</p> <p>Tensiune 220V 50Hz</p> <p>Accesorii produsului Sonda cu ultrasunet, 1 buc., să se indice codul</p> <p>Gel contact, să se indice codul produsului</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu - Corespunde</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 30</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50</p> <p>Tensiune 220V 50Hz</p> <p>Accesorii Sonda cu ultrasunet, 1 buc., să se indice codul [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]produsului</p> <p>Gel contact, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>[Vezi brosură: BR489n_EN_web_PHYSIOLED.pdf]</p> <p>[Vezi brosură: BRPTA001c_EN_WEB_PHYSIOLED ACCESSORIES.pdf]</p>
--	--	---	--

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
211	Dispozitiv presoterapie 400130	<p>Dispozitiv presoterapie</p> <p>Cod 400130</p> <p>Descriere Presoterapia este un masaj terapeutic care ajuta la combaterea edemele si imbunatateste circulatia sangelui datorita aplicarii unei presiuni.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Numarul de sectiuni min. 6 pentru fiecare membru</p> <p>Control digital obligatoriu</p> <p>Ecran obligatoriu</p> <p>Monitorizare presiune obligatoriu</p> <p>Diapazon presiune minim 0-200 mmHg</p> <p>Eliberare automata a aerului obligatoriu</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-180 min</p> <p>Flux compresor de aer $\geq 20\text{lt}/\text{min}$</p> <p>Presiunea maxima ≥ 3 bar</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 20 buc.</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 20 buc.</p>	<p>Producator / Tara de origine: LED S.p.A. / Italia,</p> <p>Model: REF: PR001 (PRESSA) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Dispozitiv presoterapie</p> <p>Descriere Presoterapia este un masaj terapeutic care ajuta la combaterea edemele si imbunatateste circulatia sangelui datorita aplicarii unei presiuni.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Numarul de sectiuni min. 6 pentru fiecare membru</p> <p>Control digital obligatoriu</p> <p>Ecran obligatoriu</p> <p>Monitorizare presiune obligatoriu - Corespunde</p> <p>Diapazon presiune minim 0-200 mmHg</p> <p>Eliberare automata a aerului obligatoriu - Corespunde</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-180 min</p> <p>Flux compresor de aer $\geq 20\text{lt}/\text{min}$</p> <p>Presiunea maxima ≥ 3 bar</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu - Corespunde</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 20 buc.</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 20 buc.</p>

		<p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii produsului Airbag anatomic pentru brate, să se indice codul produsului</p> <p>Airbag anatomic pentru abdomen, să se indice codul produsului</p> <p>Airbag anatomic pentru picioare, să se indice codul produsului</p> <p>Tuburi de interconectare, să se indice codul produsului</p> <p>"Troleu pentru dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului"</p>	<p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii produsului Airbag anatomic pentru brate, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Airbag anatomic pentru abdomen, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Airbag anatomic pentru picioare, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Tuburi de interconectare, să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>"Troleu pentru dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului" [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>[Vezi brosură: BR489n_EN_web_PHYSIOLED.pdf]</p> <p>[Vezi brosură: BRPTA001c_EN_WEB_PHYSIOLED ACCESSORIES.pdf]</p>
--	--	---	--

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
212	Dispozitiv pentru electroterapie 400140	<p>Electroterapie</p> <p>Cod 400140</p> <p>Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Ecran dimensiune ≥ 5 inch</p> <p>color, touch-screen</p> <p>Canale independente ≥ 3 buc.</p> <p>Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert</p> <p>Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu</p> <p>Semnal stimulare CC si CV</p> <p>Intensitate maxima curent ≥ 120mA</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 200 protocoale</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe</p>	<p>Producator / Tara de origine: LED S.p.A. / Italia,</p> <p>Model: REF: ELC004 (ELECTRA 4) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Electroterapie</p> <p>Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Ecran dimensiune ≥ 5 inch</p> <p>color, touch-screen</p> <p>Canale independente ≥ 3 buc.</p> <p>Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert</p> <p>Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu - Corespunde</p> <p>Semnal stimulare CC si CV</p> <p>Intensitate maxima curent ≥ 120mA</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu - Corespunde</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 200 protocoale</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe</p> <p>Port USB sau analogic</p>

		<p>Port USB sau analogic</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>[Vezi broșura: BR489n_EN_web_PHYSIOLED.pdf]</p> <p>[Vezi broșura: Technical sheet - ELECTRA4.pdf]</p> <p>[Vezi broșura: BRPTA001c_EN_WEB_PHYSIOLED ACCESSORIES.pdf]</p>
--	--	--	---

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
213	Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150	<p>Magnetoterapie</p> <p>Cod 400150</p> <p>Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen</p> <p>Canale independente ≥ 4 buc.</p> <p>Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular</p> <p>Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz</p> <p>Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal gauss ≥ 100</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc.</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu</p>	<p>Producator / Tara de origine: LED S.p.A. / Italia,</p> <p>Model: REF: TSL001 (TESLA) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Magnetoterapie</p> <p>Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen</p> <p>Canale independente ≥ 4 buc.</p> <p>Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular</p> <p>Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz</p> <p>Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal gauss ≥ 100</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu - Corespunde</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc.</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu - Corespunde</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ</p>

		<p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii produsului Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>"Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului"</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>"Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului [Acesoriu dat este inclus in configuratie ofertata]</p> <p>[Vezi brosură: BR489n_EN_web_PHYSIOLED.pdf]</p> <p>[Vezi brosură: Technical Sheet - TESLA_plate.pdf]</p> <p>[Vezi brosură: BRPTA001c_EN_WEB_PHYSIOLED ACCESSORIES.pdf]</p>
--	--	--	--