

Denumire Dispozitiv	Cantitate			
Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)	4	Specificatia ceruta	Specificatia Oferita	Note de reper
Parametri Tehnici				
Tip pacient:	Adult, pediatric, neonatal	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
Tip Display:	Diagonală ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen	Da	15,6 inch LCD TFT or LED, Touchscreen	Datasheet pag. 1
Numărul de curbe afișate simultan:	intre 3 si 12 minim	Da	max 12	Datasheet pag. 1
Parametri afișati	ECG	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	Puls	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	SpO2	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	Fotopletișmograma	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	Tensiunea arterială neinvazivă	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	Tensiune arterială invazivă	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	Capnografie	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	Temperatura	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	Analiza automată a undei ST Tendințe ST	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	Medie în analiza segmentului ST	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
ECG modul	Colectarea semnalului ECG prin cablu cu 3 și 5 electrozi	Da	3 si 5	Datasheet pag. 1
	Derivații: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn	Da	Da	Datasheet pag. 1
	Sensibilitate: 2,5 - 40 mm/mV	Da	1.25-40mm/mV	Datasheet pag. 1
	Interval de respingere în modul comun: la 50 Hz ± 100 dB	Da	la 50Hz 105 dB	Datasheet pag. 1
	Ritmul cardiac: 15 - 300 bpm	Da	Adult 15-300 bpm ,Ped./Neo. 15-350bpm	Datasheet pag. 1,2
	Detectarea aritmiei	Da	Da	Datasheet pag. 2
	Detectarea pacemaker	Da	Da	Datasheet pag. 1
	Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm	Da	0-200rpm	Datasheet pag. 2
	Protecție împotriva șocurilor de defibrilare	Da	Da	Datasheet pag. 1
	Interval 1 - 100%	Da	1 - 100%	Datasheet pag.3
SpO2 modul	Precizie la 70 - 100% ± 2%	Da	70 - 100% ± 2 %	Datasheet pag. 3
	Monitorizarea pulsului 20 - 300 bpm	Da	20 - 300 bpm	Datasheet pag.3
	Monitorizare pletismogramă	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	Indicați tehnologia modului SpO2 și a senzorului utilizat (exemplu: masimo, nelicor etc.)		Producator Nelicor / Modele MAX	Datasheet pag. 3
	Interval 10 - 300 mmHg	Da	0-300mmHg	Datasheet pag. 2
NIBP modul	Mod de măsurare: manual, automat, buton Start	Da	Da	Datasheet pag. 2
	Mod automat: 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.	Da	1/2/2 5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480 min sau setare individuala	Datasheet pag. 2
	Buton de activare/dezactivare manuală a NIBP	Da	Da	Datasheet pag. 1-5
	Metoda de măsurare: oscilometrică	Da	Da	Datasheet pag. 2
	Regimul pacientului: adult, pediatric, neonatal	Da	Da	Datasheet pag. 2
	Protecție la suprapresiune în regimul pacientului adult 300 mmHg	Da	Da	Datasheet pag. 2
	Protecție la suprapresiune în regimul pacientului pediatric 240 mmHg	Da	Da	Datasheet pag. 2
	Interval: -50 ... +320 mmHg	Da	-50...400mmHg	Datasheet pag. 3
	Precizie: ± 1 mmHg	Da	± 1mmHg	Datasheet pag. 3
	Sensibilizare de intrare: 5µV/mmHg	Da	Da	Datasheet pag. 3
IBP modul	Monitorizarea undei IBP	Da	Da	Datasheet pag. 3
	Interval: 0 - 100 mmHg	Da	0 - 150 mmHg	Datasheet pag.3
Modul Capnografie (CO2)	Frecvența respiratorie: 0 - 150 rpm	Da	0 - 150 rpm	Datasheet pag.3
	Țimp de înregistrare a apneei 5 - 60 s	Da	Da	Datasheet pag.3
Modul Temperatura	Monitorizarea unui CO2	Da	Da	Datasheet pag.3
	Interval: 0 - 50,0 °C	Da	0 - 50,0 °C	Datasheet pag.3
Funcții generale Soft	Rezoluție: 0,1 °C	Da	0,1 °C	Datasheet pag. 3
	Numar de senzori: 1 unitate.	Da	1 unit.	Datasheet pag.3
	Protocoloale de lucru preprogramate	Da	Da	User manual
	Protocoloale de lucru stabilite de utilizator	Da	Da	User manual
	Memorie internă	Da	Da	Datasheet pag. 1
	Evenimente în tendințe	Da	Da	Datasheet pag. 1
	Arhivarea datelor	Da	Da	Datasheet pag. 1
	Imprimantă încorporată	Da	Da	Datasheet pag. 1
	Viteza de înregistrare 25, 50 mm/s	Da	12,5, 25, 50mm/s	Datasheet pag. 1
	Forme de raportare	Înregistrare continuă.	Da	Da
Înregistrare preprogramată și personalizată		Da	Da	Datasheet pag. 1
Alimentarea rețea electrică	Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz	Da	Da	Datasheet pag. 1
	Baterie internă cu baterie autonomă timp de lucru de minim 2 ore	Da	Da > = 5 ore	Datasheet pag. 1
Interfața de conectare la monitorul central	Ethernet / wireless / RS-232 / etc.	Da	LAN / Wi-Fi	Datasheet pag. 1
Alarmer	Alarmă vizuală, manșetă sonoră deconectată	Da	Da	User manual
	Manșetă defectă	Da	Da	User manual
	Senzorul SpO2 deconectat	Da	Da	User manual
	Senzor SpO2 defect	Da	Da	User manual
	Alarmă SpO2 scăzut/ ridicat	Da	Da	User manual
	nivel scăzut al bateriei	Da	Da	User manual
	Alarme de ritm cardiac scăzut/ ridicat	Da	Da	User manual
	Fără sursă de alimentare externă	Da	Da	User manual
	Butonul de dezactivare/anulare a sunetului alarmei	Da	Da	User manual
	Redată nivelul alarmei	Da	Da	User manual
Accesorii				
ECG modul	Cablu ECG	cu 3 electrozi	1 buc. da	
	Electrozi ECG	cu 5 electrozi	1 buc. da	
SpO2 modul	Senzor SpO2	adult, unică utilizare	300 buc.	
Modul termic	Senzor Temperatura	adult, reutilizabil tip clește	2 buc.	
NIBP	Manjete		1 buc.	
			Manjete adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) 2 set. (1set/3buc) 2 set.	
Printer	Hirtie termică		10 buc.	
IBP modul	Circuite pentru IBP		adult, unică utilizare 5 set	
CO2	Circuite pentru Capnografie (CO2)		adult, unică utilizare 10 set	
Troleu			Troleu pe roțile Model M01	
			min. 5 roțile da	
			min. 2 roțile cu frînă da	
			cus pentru accesorii da	
			mibor pentru transportare da	
			sistem de fixare a dispozitivului de suport da	